

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

[C – 2023/48536]

14 DECEMBER 2023. — Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2023 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 december 2019 tot vaststelling van de nomenclatuur van de mobiliteits-hulpmiddelen

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,

Gelet op de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen, gewijzigd bij de ordonnantie van 23 november 2023 tot wijziging van de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen, artikel 3, § 1, tweede lid ;

Gelet op de ordonnantie van 25 april 2019 houdende diverse bepalingen betreffende Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, artikel 3;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 december 2019 tot vaststelling van de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen;

Gelet op het advies van de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen van Iriscare, gegeven op 26 september 2023, op voorstel van de Commissie "Personen met een handicap" van Iriscare van 19 september 2023, bezorgd aan de Dienst Budget, financiering en monitoring van Iriscare;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën gegeven op 5 oktober 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 20 oktober 2023;

Gelet op de evaluatie van de impact op de respectieve situatie van vrouwen en mannen, uitgevoerd op 9 november 2023;

Gelet op de evaluatie vanuit het oogpunt van handstreaming, uitgevoerd op 9 november 2023;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen die op 17 november 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de adviesaanvraag is ingeschreven op 17 november 2023 op de rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State onder het nummer 74.914/3;

Overwegende dat de adviesvraag op 21 november 2023 van de rol werd afgevoerd, overeenkomstig artikel 84, § 5 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voorstel van de leden van het Verenigd College, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 december 2019 tot vaststelling van de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen, wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2024.

Art. 3. De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake bijstand aan personen zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 december 2023.

Voor het Verenigd College :

De Leden van het Verenigd College
bevoegd voor Welzijn en Gezondheid,

A. MARON

E. VAN DEN BRANDT

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
DE BRUXELLES-CAPITALE

[C – 2023/48536]

14 DECEMBRE 2023. — Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 14 décembre 2023 portant modification de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 19 décembre 2019 établissant la nomenclature des aides à la mobilité

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes telle que modifiée par l'ordonnance du 23 novembre 2023 modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, l'article 3, § 1^{er}, alinéa 2 ;

Vu l'ordonnance du 25 avril 2019 portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales, article 3 ;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 19 décembre 2019 établissant la nomenclature des aides à la mobilité ;

Vu l'avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare, donné le 26 septembre 2023, sur proposition de la Commission "Personnes handicapées" d'Iriscare du 19 septembre 2023, soumise au Service budget, financement et monitoring d'Iriscare ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 5 octobre 2023 ;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, donné le 20 octobre 2023 ;

Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 9 novembre 2023 ;

Vu l'évaluation au regard du principe de handstreaming, réalisée le 9 novembre 2023 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours adressée le 17 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 17 novembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.914/3 ;

Considérant que la demande d'avis a été rayée du rôle le 21 novembre 2023, conformément à l'article 84, § 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1^{er}. Dans l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 19 décembre 2019 établissant la nomenclature des aides à la mobilité, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1^{er} janvier 2024.

Art. 3. Les Membres du Collège réuni qui ont la politique de l'aide aux personnes dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2023.

Pour le Collège réuni :

Les Membres du Collège réuni
en charge de l'Action sociale et la Santé,

A. MARON

E. VAN DEN BRANDT

COMMISSION
COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
Annexe à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 14 décembre 2023 modifiant l'arrêté du Collège réuni du 19 décembre 2019 établissant la nomenclature des aides à la mobilité
Annexe à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 19 décembre 2019 établissant la nomenclature des aides à la mobilité
ANNEXE - Nomenclature des aides à la mobilité

Table des matières

INTRODUCTION	23
I. DISPOSITIONS GENERALES, CRITERES D'ADMISSION ET DE REMBOURSEMENT	24
1. Dispositions générales	24
1.1 Généralités	24
1.2 Dispositions spécifiques pour le prestataire	26
2. Définition des aides à la mobilité visées dans la nomenclature	26
3. Procédure de demande.....	27
3.1 Guichet unique.....	27
3.2 Demande d'une aide à la mobilité et/ou d'adaptations, à l'exception des cadres de marche	27
3.3 Procédures de demande spécifiques	28
3.3.1 La procédure de base	28
3.3.2 La procédure étendue	29
3.3.3 La procédure particulière	29
3.3.4 Procédure de renouvellement d'une aide à la mobilité	30
3.3.5 Procédure pour le renouvellement anticipé d'une voiturette	30

3.3.6 Procédure de demande d'adaptations anticipées sur une voiturette déjà délivrée	30
3.3.7 Procédure pour les interventions forfaitaires	31
3.3.8 Procédure de demande pour les dossiers individuels relatifs aux voiturettes surmesure	32
3.3.9 Procédure de demande pour les bénéficiaires ne pouvant être correctement équipés avec les aides à la mobilité prévues pour leur groupe-cible	38
3.3.10 Procédure pour le remboursement d'un cadre de marche	39
3.3.11 Délais de renouvellement et règles de cumuls	39
3.3.12. Procédure de renouvellement anticipé d'un coussin anti-escarres	39
3.3.13 Procédure pour le forfait annuel d'adaptation d'une unité d'assise modulaire adaptable	40
3.3.14. Procédure pour les entretiens et réparations des aides à la mobilité pour les personnes dont le handicap lié à la perte de mobilité est survenu avant l'âge de 65 ans (point II, 6°)	40
3.4 Documents de la demande	40
3.4.1 La prescription médicale	40
3.4.2 Le rapport de fonctionnement	41
3.4.3 Le rapport de motivation	41
3.4.4 La demande d'intervention	41
3.4.5 L'attestation de délivrance	42
3.4.6 Test de la voiturette électronique ou du scooter électronique	42
4. Liste des produits admis au remboursement	42
4.1 Critères d'admission	43
II. PRESTATIONS CONCERNANT LES AIDES A LA MOBILITE ET LEURS ADAPTATIONS	47
1° Groupe cible : bénéficiaires à partir du 18 ^{ième} anniversaire :	47
GROUPE PRINCIPAL 1 : Voiturettes manuelles	47
Sous-groupe 1 : 410015 - 410026 : Voiturette manuelle standard	47
1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur	47
1.1 Objectif d'utilisation	47
1.2. Indications spécifiques	47
2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette	47
2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs	47
2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs	48
2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement	48

2.4	Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite	48
2.5	Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation	48
2.6	Spécifications fonctionnelles – aspects techniques	48
3.	Adaptations	48
3.1	Membres inférieurs	48
3.2	Membres supérieurs	49
3.3	Positionnement (siège-dossier).....	49
3.4	Sécurité	49
3.5	Conduite / propulsion	49
4.	Conditions spécifiques	49
4.1	Délai de renouvellement	49
4.2	Cumuls autorisés	49
4.3	Intervention	50
4.4	Demande d'intervention	51
	Sous-groupe 2 : 410037 - 410048 : Voiturette manuelle modulaire.....	51
1.	Indications fonctionnelles pour l'utilisateur	51
1.1	Objectif d'utilisation	51
1.2	Indications spécifiques	51
2.	Spécifications fonctionnelles de la voiturette	52
2.1	Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs	52
2.2	Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs	52
2.3	Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement	52
2.4	Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite	52
2.5	Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation	52
2.6	Spécifications fonctionnelles – aspects techniques	53
3.	Adaptations	53
3.1	Membres inférieurs	53
3.2	Membres supérieurs	53
3.3	Positionnement (siège-dossier).....	54
3.4	Sécurité	55
3.5	Conduite / propulsion	55
3.6	Adaptations spécifiques	56
4.	Conditions spécifiques	56
4.1	Délai de renouvellement	56

4.2 Cumuls autorisés	56
4.3 Intervention	56
4.4 Demande d'intervention	57
Sous-groupe 3 : 410059 - 410063 : Voiturette manuelle de maintien et de soins	58
1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur	58
1.1 Objectif d'utilisation	58
1.2 Indications spécifiques	58
2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette	58
2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs	58
2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs	59
2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement	59
2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite	59
2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation	59
2.6 Spécifications fonctionnelles – aspects techniques	59
3. Adaptations	60
3.1 Membres inférieurs	60
3.2 Membres supérieurs	60
3.3 Positionnement (siège-dossier)	60
3.4 Sécurité	60
3.5 Conduite / propulsion	61
3.6 Adaptations spécifiques	61
4. Conditions spécifiques	61
4.1 Délai de renouvellement	61
4.2 Cumuls autorisés	61
4.3 Intervention	61
4.4 Demande d'intervention	62
Sous-groupe 4 : 410074 - 410085 : Voiturette manuelle active	62
1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur	62
1.1 Objectif d'utilisation	62
1.2 Indications spécifiques	62
2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette	63
2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs	63
2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs	63

2.3	Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement	63
2.4	Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite	64
2.5	Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation	64
2.6	Spécifications fonctionnelles – aspects techniques	64
3.	Adaptations	64
3.1	Membres inférieurs	64
3.2	Membres supérieurs	65
3.3	Positionnement (siège-dossier).....	65
3.4	Sécurité	65
3.5	Conduite / propulsion	66
3.6	Adaptations spécifiques	66
4.	Conditions spécifiques	66
4.1	Délai de renouvellement	66
4.2	Cumuls autorisés	66
4.3	Intervention	67
4.4	Demande d'intervention	67
	Sous-groupe 5 : 412837- 412848 : Voiturette manuelle active aux dimensions individualisées	67
1.	Indications fonctionnelles pour l'utilisateur.....	67
1.1	Objectifs d'utilisation	68
1.2	Indications spécifiques	68
2.	Spécifications fonctionnelles de la voiturette	69
2.1	Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs	69
2.2	Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs	69
2.3	Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement	69
2.4	Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite	69
2.5	Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation	69
2.6	Spécifications fonctionnelles - aspects techniques.....	69
3.	Adaptations	70
3.1	Membres inférieurs	70
3.2	Membres supérieurs	70
3.3	Positionnement (siège-dossier).....	70
3.4	Sécurité	70

3.5 Conduite/propulsion	71
3.6 Adaptations spécifiques	71
4. Conditions spécifiques	71
4.1 Délai de renouvellement	71
4.2 Cumuls autorisés	71
4.3 Intervention	72
4.4 Demande d'intervention	72
GROUPE PRINCIPAL 2 : Voiturettes électroniques.....	72
Sous-groupe 1 : 410096 - 410107 : Voiturette électronique pour l'intérieur	72
1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur	72
1.1 Objectif d'utilisation	72
1.2 Indications spécifiques	73
2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette	74
2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs	74
2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs	75
2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement	75
2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite	75
2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation	75
2.6 Spécifications fonctionnelles – aspects techniques	75
3. Adaptations	76
3.1 Membres inférieurs	76
3.2 Membres supérieurs	77
3.3 Positionnement (siège-dossier).....	77
3.4 Sécurité	78
3.5 Conduite / propulsion	78
3.6 Adaptations spécifiques	79
4. Conditions spécifiques	80
4.1 Délai de renouvellement	80
4.2. Cumuls autorisés	80
4.3 Intervention	80
4.4 Demande d'intervention	81
Sous-groupe 2 : 410118 - 410129 : Voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur	81
1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur	81

1.1 Objectif d'utilisation	81
1.2 Indications spécifiques	81
2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette	83
2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs	83
2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs	83
2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement	84
2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite	84
2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation	84
2.6 Spécifications fonctionnelles – aspects techniques	84
3. Adaptations	85
3.1 Membres inférieurs	85
3.2 Membres supérieurs	85
3.3 Positionnement (siège-dossier).....	86
3.4 Sécurité	87
3.5 Conduite / propulsion	87
3.6 Adaptations spécifiques	88
4. Conditions spécifiques	89
4.1 Délai de renouvellement	89
4.2 Cumuls autorisés	89
4.3 Intervention	89
4.4 Demande d'intervention	90
Sous-groupe 3 : 410133 - 410144 : Voiturette électronique pour l'extérieur	90
1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur	90
1.1 Objectif d'utilisation	90
1.2 Indications spécifiques	90
2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette	92
2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs	92
2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs	92
2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement	92
2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite	93
2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation	93
2.6 Spécifications fonctionnelles – aspects techniques	93
3. Adaptations	93

3.1 Membres inférieurs	93
3.2 Membres supérieurs	94
3.3 Positionnement (siège-dossier).....	94
3.4 Sécurité	95
3.5 Conduite / propulsion	96
3.6 Adaptations spécifiques	97
4. Conditions spécifiques	97
4.1 Délai de renouvellement	97
4.2 Cumuls autorisés	97
4.3 Intervention.....	98
4.4 Demande d'intervention	98
GROUPE PRINCIPAL 3 : Scooters électroniques	98
Sous-groupe 1 : 412675 - 412686 : Scooter électronique pour l'intérieur	98
1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur.....	98
1.1 Objectifs d'utilisation	98
1.2 Indications spécifiques	98
2. Spécifications fonctionnelles du scooter.....	99
2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs	99
2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs	99
2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement	99
2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite.....	100
2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation	100
2.6 Spécifications fonctionnelles - aspects techniques.....	100
3. Adaptations.....	100
3.1 Membres inférieurs	100
3.2 Membres supérieurs	100
3.3 Positionnement (siège-dossier).....	100
3.4 Sécurité	100
3.5 Conduite/propulsion	101
3.6 Adaptations spécifiques	101
4. Conditions spécifiques	101
4.1 Délai de renouvellement	101
4.2 Cumuls autorisés	101
4.3 Intervention.....	101

4.4 Demande d'intervention	102
Sous-groupe 2 : 410155 - 410166 : Scooter électronique pour l'intérieur et pour l'extérieur.....	102
1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur.....	102
1.1 Objectif d'utilisation	102
1.2 Indications spécifiques.....	102
2. Spécifications fonctionnelles du scooter.....	103
2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs	103
2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs	103
2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement	103
2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite.....	103
2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation	104
2.6 Spécifications fonctionnelles - aspects techniques.....	104
3. Adaptations.....	104
3.1 Membres inférieurs	104
3.2 Membres supérieurs	104
3.3 Positionnement (siège-dossier).....	104
3.4 Sécurité	105
3.5 Conduite/propulsion	105
3.6 Adaptations spécifiques	105
4. Conditions spécifiques	105
4.1 Délai de renouvellement	105
4.2 Cumuls autorisés	105
4.3 Intervention.....	105
4.4 Demande d'intervention	106
Sous-groupe 3 : 410177 - 410188 : Scooter électronique pour l'extérieur.....	106
1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur.....	106
1.1 Objectif d'utilisation	106
1.2 Indications spécifiques.....	106
2. Spécifications fonctionnelles du scooter.....	107
2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs	107
2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs	107
2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement	107

2.4	Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite	108
2.5	Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation	108
2.6	Spécifications fonctionnelles - aspects techniques.....	108
3.	Adaptations.....	108
3.1	Membres inférieurs	108
3.2	Membres supérieurs	108
3.3	Positionnement (siège-dossier).....	109
3.4	Sécurité	109
3.5	Conduite/propulsion	109
3.6	Adaptations spécifiques	109
4.	Conditions spécifiques	109
4.1	Délai de renouvellement	109
4.2	Cumuls autorisés	109
4.3	Intervention.....	109
4.4	Demande d'intervention	110
2°	Groupe cible : bénéficiaires jusqu'au 18 ^{ième} anniversaire :.....	110
	GROUPE PRINCIPAL 4 : Voitures manuelles pour enfants	110
	Sous-groupe 1 : 410199 - 410203 Voiturette de promenade standard	110
1.	Indications fonctionnelles pour l'enfant.....	110
1.1	Objectif d'utilisation	110
1.2	Indications spécifiques.....	110
2.	Spécifications fonctionnelles de la voiturette	111
2.1	Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs	111
2.2	Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs	111
2.3	Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement	111
2.4	Spécifications fonctionnelles pour la propulsion/conduite.....	111
2.5	Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation	111
2.6	Spécifications fonctionnelles - aspects techniques.....	112
3.	Adaptations.....	112
3.1	Membres inférieurs	112
3.2	Membres supérieurs	112
3.3	Positionnement (siège et dossier).....	112
3.4	Sécurité	112
3.5	Conduite / propulsion	112

4.	Conditions spécifiques	112
4.1	Délai de renouvellement	112
4.2	Cumuls autorisés	112
4.3	Intervention	113
4.4	Demande d'intervention	113
	Sous-groupe 2 : 410214 - 410225 : Voiturette de promenade modulaire	113
1.	Indications fonctionnelles pour l'enfant	113
1.1	Objectif d'utilisation	113
1.2	Indications spécifiques	114
2.	Spécifications fonctionnelles de la voiturette	114
2.1	Spécifications fonctionnelles pour les membres inférieurs	114
2.2	Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs	114
2.3	Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement	114
2.4	Spécifications fonctionnelles pour la propulsion/conduite	114
2.5	Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation	115
2.6	Spécifications fonctionnelles - aspects techniques	115
3.	Adaptations	115
3.1	Membres inférieurs	115
3.2	Membres supérieurs	115
3.3	Positionnement (siège-dossier)	115
3.4	Sécurité	115
3.5	Conduite/propulsion	115
4.	Conditions spécifiques	116
4.1	Délai de renouvellement	116
4.2	Cumuls autorisés	116
4.3	Intervention	116
4.4	Demande d'intervention	116
	Sous-groupe 3 : 410236 - 410247 : Voiturette manuelle standard pour enfants	117
1.	Indications fonctionnelles pour l'enfant	117
1.1	Objectif d'utilisation	117
1.2	Indications spécifiques	117
2.	Spécifications fonctionnelles de la voiturette	117
2.1	Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs	118
2.2	Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs	118

2.3	Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement	118
2.4	Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite	118
2.5	Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation	118
2.6	Spécifications fonctionnelles - aspects techniques.....	118
3.	Adaptations.....	119
3.1	Membres inférieurs	119
3.2	Membres supérieurs	119
3.3	Positionnement (siège-dossier).....	120
3.4	Sécurité	120
3.5	Conduite / propulsion	121
3.6	Adaptations spécifiques	121
4.	Conditions spécifiques	121
4.1	Délai de renouvellement	121
4.2	Cumuls autorisés	121
4.3	Intervention.....	122
4.4	Demande d'intervention	123
	Sous-groupe 4 : 410258 - 410269 : Voiturette manuelle active pour enfants	123
1.	Indications fonctionnelles pour l'enfant.....	123
1.1	Objectif d'utilisation	123
1.2	Indications spécifiques.....	123
2.	Spécifications fonctionnelles de la voiturette	124
2.1	Spécifications fonctionnelles pour les membres inférieurs	124
2.2	Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs	124
2.3	Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement	124
2.4	Spécifications fonctionnelles pour la propulsion/conduite.....	124
2.5	Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation	124
2.6	Spécifications fonctionnelles - aspects techniques.....	125
3.	Adaptations.....	125
3.1	Membres inférieurs	125
3.2	Membres supérieurs	125
3.3	Positionnement (siège-dossier).....	126
3.4	Sécurité	126
3.5	Conduite / propulsion	127

3.6 Adaptations spécifiques	127
4. Conditions spécifiques	127
4.1 Délai de renouvellement	127
4.2 Cumuls autorisés	127
4.3 Intervention	128
4.4 Demande d'intervention	129
GROUPE PRINCIPAL 5 : Voitures électroniques pour enfants	129
Sous-groupe 1 : 410273 - 410284 : Voiture électronique pour enfants pour l'intérieur	129
1. Indications fonctionnelles pour l'enfant	129
1.1 Objectif d'utilisation	129
1.2 Indications spécifiques	129
2. Spécifications fonctionnelles de la voiture	130
2.1 Spécifications fonctionnelles pour les membres inférieurs	130
2.2 Spécifications fonctionnelles pour les membres supérieurs	131
2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement	131
2.4 Spécifications fonctionnelles pour la propulsion/conduite	131
2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation	131
2.6 Spécifications fonctionnelles - aspects techniques	131
3. Adaptations	132
3.1 Membres inférieurs	132
3.2 Membres supérieurs	133
3.3 Positionnement (siège-dossier)	133
3.4 Sécurité	134
3.5 Conduite/propulsion	134
3.6 Adaptations spécifiques	135
4. Conditions spécifiques	135
4.1 Délai de renouvellement	135
4.2 Cumuls autorisés	135
4.3 Intervention	136
4.4 Demande d'intervention	136
Sous-groupe 2 : 410295 - 410306 : Voiture électronique pour enfants pour usage intérieur et extérieur	137
1. Indications fonctionnelles pour l'enfant	137

1.1 Objectif d'utilisation	137
1.2 Indications spécifiques	137
2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette	139
2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs	139
2.2 Spécifications fonctionnelles pour les membres supérieurs	139
2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement	139
2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion / conduite	139
2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation	139
2.6 Spécifications fonctionnelles - aspects techniques	140
3. Adaptations	140
3.1 Membres inférieurs	140
3.2 Membres supérieurs	141
3.3 Positionnement (siège-dossier)	141
3.4 Sécurité	142
3.5 Conduite/propulsion	142
3.6 Adaptations spécifiques	143
4. Conditions spécifiques	144
4.1 Délai de renouvellement	144
4.2 Cumuls autorisés	144
4.3 Intervention	144
4.4 Demande d'intervention	145
3° Groupe cible : bénéficiaires visés sous 1° et 2° :	145
GROUPE PRINCIPAL 6 : Systèmes de station debout	145
Sous-groupe 1 : 410317 - 410328 : Table de station debout électrique	145
1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur	145
1.1 Objectif d'utilisation	145
1.2 Indications spécifiques	145
2. Spécifications fonctionnelles de la table de station debout électrique	146
3. Adaptations	146
4. Conditions spécifiques	146
4.1 Délai de renouvellement	146
4.2 Cumuls autorisés	146
4.3 Intervention	147
4.4 Demande d'intervention	147

Sous-groupe 2 : 410339 - 410343 : Voiturette de station debout mécanique	147
Sous-groupe 3 : 410354 - 410365 : Voiturette de station debout électrique	147
1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur.....	147
1.1 Objectif d'utilisation	147
1.2 Indications spécifiques	148
2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette	148
2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs	148
2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs	148
2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement	148
2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite.....	149
2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation	149
2.6 Spécifications fonctionnelles - aspects techniques.....	149
3. Adaptations.....	149
4. Conditions spécifiques	149
4.1 Délai de renouvellement	149
4.2 Cumuls autorisés	149
4.3 Intervention.....	150
4.4 Demande d'intervention	150
GROUPE PRINCIPAL 7 : Tricycles orthopédiques	150
Sous-groupe 1 : 410376 - 410387 : Tricycle orthopédique pour les utilisateurs avec hauteur d'entrejambe jusque 70 cm inclus.....	150
Sous-groupe 2 : 410398 - 410409 Tricycle orthopédique pour les utilisateurs avec hauteur d'entrejambe de plus de 70 cm	150
1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur.....	150
1.1 Objectif d'utilisation	150
1.2 Indications spécifiques	150
2. Spécifications fonctionnelles du tricycle orthopédique.....	151
3. Adaptations.....	151
3.1 Membres inférieurs	151
3.2 Membres supérieurs	151
3.3 Positionnement (siège-dossier).....	151
3.4 Sécurité	151
3.5 Conduite/propulsion	151
4. Conditions spécifiques	151

4.1 Délai de renouvellement	152
4.2 Cumuls autorisés	152
4.3 Intervention	153
4.4 Demande de remboursement	153
GROUPE PRINCIPAL 8 : Cadres de marche	153
1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur.....	153
1.1 Objectif d'utilisation	153
1.2 Indications spécifiques	153
2. Spécifications fonctionnelles du cadre de marche	153
Sous-groupe 1 : 410413 - 410424 : Cadre de marche avec 4 appuis fixes	153
Sous-groupe 2 : 410435 - 410446 : Cadre de marche avec 2 appuis fixes et 2 roues, sans siège	154
Sous-groupe 3 : 410457 - 410468 : Cadre de marche avec 2 appuis fixes et 2 roues, avec siège	154
Sous-groupe 4 : 410479 - 410483 : Cadre de marche avec 3 ou 4 roues	154
Sous-groupe 5 : 410494 - 410505 : Cadre de marche avec soutien de la station debout	154
3. Adaptations	155
4. Conditions spécifiques	155
4.1 Délai de renouvellement	155
4.2 Cumuls autorisés	155
4.3 Intervention	156
4.4 Demande d'intervention	156
4° groupe cible : bénéficiaires visés sous 1° et 2° pour lesquels un système d'assise particulier est nécessaire :	156
GROUPE PRINCIPAL 9 : Coussin d'assise pour la prévention des escarres.....	156
1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur.....	156
1.1 Objectif d'utilisation	156
1.2 Indications spécifiques	156
2. Spécifications fonctionnelles du coussin anti-escarres	157
Sous-groupe 1 : 410516 - 410527 : Coussin anti-escarres non adaptable individuellement.....	158
Sous-groupe 2 : 410538 - 410549 : Coussin anti-escarres anatomique non adaptable individuellement (intégré dans la voiturette).....	158
Sous-groupe 3 : 410553 - 410564 : Coussin anti-escarres adaptable individuellement	159

Sous-groupe 4 : 410575 - 410586 : Coussin anti-escarres adaptable individuellement de type coussin à air à structure cellulaire ou coussin-gel de type Flow-Fluid.....	159
3. Adaptations.....	160
4. Conditions spécifiques	160
4.1 Délai de renouvellement	160
4.2 Cumuls autorisés	160
4.3 Intervention.....	161
4.4 Demande d'intervention	162
GROUPE PRINCIPAL 10 : Système modulaire adaptable pour le soutien de la position d'assise	162
Sous-groupe 1 : Système de dossier modulaire adaptable	162
a) 413839 - 413843 Soutien lombaire modèle souple	162
1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur	162
1.1 Objectif d'utilisation	162
1.2 Indications spécifiques	162
2. Spécifications fonctionnelles du système de dossier	163
3. Adaptations.....	163
4. Conditions spécifiques	163
b) 413854 - 413865 Soutien lombaire modèle rigide.....	163
1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur	163
1.1 Objectif d'utilisation	163
1.2 Indications spécifiques	163
2. Spécifications fonctionnelles du système de dossier	164
3. Adaptations.....	164
4. Conditions spécifiques	164
c) 413876 - 413887 Soutien lombo-thoracique modèle rigide	164
1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur	164
1.1 Objectif d'utilisation	164
1.2 Indications spécifiques	165
2. Spécifications fonctionnelles du système de dossier	165
3. Adaptations.....	165
4. Conditions spécifiques	165
4.1 Délai de renouvellement	166
4.2 Cumuls autorisés	166
4.3 Intervention.....	166

4.4 Demande d'intervention	166
Sous-groupe 2 : Unité d'assise modulaire adaptable	167
1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur	167
1.1 Objectif d'utilisation	167
1.2 Indications spécifiques	167
2. Spécifications fonctionnelles de l'unité d'assise	167
3. Adaptations	168
3.1 Membres inférieurs	168
3.2 Membres supérieurs	168
3.3 Positionnement (siège-dossier).....	168
3.4 Sécurité	169
3.5 Conduite/Propulsion.....	169
3.6 Adaptations spécifiques	169
4. Conditions spécifiques	169
4.1 Délai de renouvellement	169
4.2 Cumuls autorisés	170
4.3 Intervention	170
4.4 Demande d'intervention	170
GROUPE PRINCIPAL 11 : Châssis	170
Sous-groupe 1 : 410597 - 410608 : Châssis pour siège-coquille	170
1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur.....	171
1.1 Objectif d'utilisation	171
1.2 Indications spécifiques	171
2. Spécifications fonctionnelles du châssis.....	171
2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs	171
2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs	171
2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement	171
2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite.....	171
2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation	172
2.6 Spécifications fonctionnelles - aspects techniques.....	172
3. Adaptations	172
3.1 Membres inférieurs	172
3.2 Membres supérieurs	172
3.3 Positionnement (siège-dossier).....	172

3.4 Sécurité	172
3.5 Conduite/propulsion	173
4. Conditions spécifiques	173
4.1 Délai de renouvellement	173
4.2 Cumuls autorisés	173
4.3 Intervention	173
4.4 Demande d'intervention	173
Sous-groupe 2 : 413935 - 413946 : Châssis pour unité d'assise modulaire adaptable	173
1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur	173
1.1 Objectif d'utilisation	173
1.2 Indications spécifiques	174
2. Spécifications fonctionnelles du châssis.....	174
2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs	174
2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs	174
2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement	174
2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite	174
2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation	174
2.6 Spécifications fonctionnelles – aspects techniques	174
3. Adaptations	175
4. Conditions spécifiques	175
4.1 Délai de renouvellement	175
4.2 Cumuls autorisés	175
4.3 Intervention	175
4.4 Demande d'intervention	175
5° Groupe cible : Aides à la mobilité pour bénéficiaires visés sous 1° et 2°	176
GROUPE PRINCIPAL 12 : "Canne de marche sur roues"	176
Sous-groupe 1 : 414539 - 414543 Canne de marche sur roues	176
1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur	176
1.1. Objectif d'utilisation	176
1.2. Indications spécifiques	176
2. Spécifications fonctionnelles de la canne de marche sur roues.....	176
3. Adaptations	176
4. Conditions spécifiques	176

4.1 Délai de renouvellement	176
4.2 Cumuls autorisés :	177
4.3 Intervention	177
4.4 Demande d'intervention	178
6° Groupe cible : bénéficiaires dont le handicap est survenu avant l'âge de 65 ans ...	178
Sous-groupe 1 : Entretien et réparation des aides à la mobilité	178
1. Description des aides visées :	178
2. Spécifications techniques des prestations d'entretien et réparation des aides à la mobilité :	179
3. Modalités d'intervention :	180
4. Consultation du solde restant disponible et facturation des prestations :	180
Sous-groupe 2 : Intervention pour un système de commande avec contrôle environnemental intégré sur voiturette électronique.....	181
a) 414856 - 414867 : Système de commande avec contrôle environnemental intégré non amovible	181
1. Description de l'aide	181
2. Conditions spécifiques	182
2.1 Délais de renouvellement.....	182
2.2 Cumuls autorisés	182
2.3 Intervention	182
2.4 Demande d'intervention	183
b) 414878 - 414889 Système de commande avec contrôle environnemental intégré amovible	183
1. Description de l'aide	183
2. Conditions spécifiques	184
2.1 Délais de renouvellement.....	184
2.2 Cumuls autorisés	184
2.3 Intervention	185
2.4 Demande d'intervention	185
c) 414893 - 414904 : Module Bluetooth pour un système de commande avec un contrôle environnemental intégré.....	185
1. Description de l'aide	185
2. Conditions spécifiques	186
2.1 Délais de renouvellement.....	186
2.2 Cumuls autorisés	186
2.3 Intervention	186

2.4	Demande d'intervention	187
	d) 414915 - 414926 : Chargeur USB connecté à la batterie d'une voiturette électronique	187
1.	Description de l'aide	187
2.	Conditions spécifiques	187
2.1	Délais de renouvellement.....	187
2.2	Cumuls autorisés	187
2.3	Intervention.....	188
2.4	Demande d'intervention	188
III.	SPECIFICATIONS DES ADAPTATIONS DES AIDES A LA MOBILITE PREVUES DANS LE POINT II	189
1.	Membres inférieurs	189
2.	Membres supérieurs	192
3.	Positionnement (siège-dossier).....	193
4.	Sécurité.....	199
5.	Conduite / propulsion	201
6.	Adaptations spécifiques.....	204
IV.	FORFAIT MENSUEL DE LOCATION POUR LA LOCATION D'UNE AIDE A LA MOBILITE POUR LES BENEFICIAIRES ADMIS DANS UNE MAISON DE REPOS POUR PERSONNES AGEES OU UNE MAISON DE REPOS ET DE SOINS.....	206
1.	Dispositions générales	206
1.1	Généralités	206
1.2	Définition des concepts repris sous ce point IV	206
1.3	Dispositions spécifiques pour le forfait de location	207
1.3.1	Formule de location	207
1.3.2	Contrat de location prestataire-bénéficiaire	207
1.3.2.1	Modèle de contrat de location	207
1.3.2.2	Résiliation du contrat de location.....	208
1.4	Dispositions spécifiques pour le prestataire	209
1.5	Dispositions spécifiques pour la délivrance	210
2.	Définition des aides à la mobilité visées à la présente nomenclature.....	211
3.	Procédures pour l'obtention d'un forfait de location	211
3.1	Procédure lors d'une première délivrance d'une voiturette dans un système de location	212
3.1.1	Voiturette manuelle standard	212

3.1.2 Voiturette manuelle modulaire ou voiturette manuelle de maintien et de soins	212
3.2 Procédure lors du remplacement d'une voiturette dans le système de location.	212
3.2.1 Procédure lors du remplacement d'une voiturette délivrée dans le système de location.....	212
3.2.2 Procédure lors du remplacement d'une voiturette louée par un autre type de voiturette.....	212
3.3 Procédure en cas de renouvellement d'une aide à la mobilité, délivrée selon les dispositions du point I	213
3.3.1 Procédure en cas de renouvellement d'une voiturette.....	213
3.3.2 Procédure en cas de renouvellement anticipé d'une voiturette.....	213
3.3.3 Procédure en cas de demande d'adaptations anticipées à une voiturette déjà délivrée.....	213
3.4 Procédure de demande pour les bénéficiaires ne pouvant être correctement équipés avec les aides à la mobilité prévues pour ce groupe cible	214
3.5 Règles de cumul	214
4. Documents de la demande.....	214
4.1 La prescription médicale	214
4.2 Le rapport de motivation	214
4.3 La notification.....	214
5. Liste des produits admis au remboursement	214
6. Système de location d'aides à la mobilité et leurs adaptations	215

INTRODUCTION

Pour l'application de la présente nomenclature, il faut entendre par :

1. **Ordonnance du 23 mars 2017** : l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;
2. **Ordonnance du 21 décembre 2018** : l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes ;
3. **Iriscare** : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2 de l'ordonnance du 23 mars 2017 ;
4. **Conseil de gestion** : le Conseil de gestion d'Iriscare, tel que visé à l'article 22 de l'ordonnance du 23 mars 2017 ;
5. **Commission d'experts** : la Commission d'experts créée par le Conseil de gestion pour l'examen de questions techniques relatives aux aides à la mobilité, telle que visée à l'article 23/1 de l'ordonnance du 23 mars 2017 ;
6. **Collège Multidisciplinaire** : le Collège Multidisciplinaire tel que visé à l'article 27/1 de l'ordonnance du 23 mars 2017 ;
7. **Prestataire** : un prestataire au sens de l'article 2, 9°, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 qui, en sa qualité de technologue orthopédique en aides à la mobilité tel que visé à l'article 2, de l'arrêté royal du 7 avril 2023, relatif aux professions de technologue orthopédique en aides à la mobilité, de technologue orthopédique en bandagisterie et orthésilogie, de technologue orthopédique en prothésilogie et de technologue orthopédique en technologie de la chaussure, dispense des prestations de soins de manière professionnelle dans le cadre de la politique des personnes handicapées ; ;
8. **Organisme assureur bruxellois** : un organisme assureur bruxellois tel que visée à l'article 2, 7°, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 ;
9. **Bénéficiaire** : l'assuré bruxellois tel que visé à l'article 2, 6° a), b) et c) de l'ordonnance du 21 décembre 2018 ;
10. **Guichet unique** : le guichet unique tel que visé à l'article 1^{er}, 4°, de l'accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au guichet unique pour les aides à la mobilité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

11. **Médecin-conseil** : le médecin-conseil visé à l'article 153, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou l'instance qui sera désignée par ordonnance pour poursuivre les tâches de ces médecins-conseils ;
12. **Règlement (UE) 2017/745** : le Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n°178/2002 et le règlement (CE) n°1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, modifié par le Règlement (UE) 2020/561 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant le règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux en ce qui concerne les dates d'application de certaines de ses dispositions ;
13. **Equipe multidisciplinaire** : l'équipe composée d'au moins un médecin tel que visé à l'article 2, § 1^{er}, alinéa premier, de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, spécialiste en médecine physique et réhabilitation ou spécialiste disposant d'un certificat complémentaire en réhabilitation pour les affections locomotrices, neuromotrices et neurologiques et un ergothérapeute ou kinésithérapeute tel que visé à l'article 1^{er} de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales ou une profession des soins de santé visée par l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, pouvant être étendue de manière facultative au médecin de famille, infirmier(e), assistant(e) social(e) ou experts faisant partie de l'entourage du bénéficiaire ou encore au prestataire.
14. **Intervention** : une intervention financière dans le coût des prestations d'aide à la mobilité, telle que visée à l'article 2, 18°, a), de l'ordonnance du 21 décembre 2018 ;
15. **Utilisateur** : la personne qui utilise une aide à la mobilité.

I. DISPOSITIONS GENERALES, CRITERES D'ADMISSION ET DE REMBOURSEMENT

1. Dispositions générales

1.1 Généralités

Entrent en ligne de compte pour une intervention :

- a) les bénéficiaires appartenant aux groupes cibles 1° à 5° (point II) qui présentent une limitation de la mobilité ;

Cette limitation de la mobilité découle d'une déficience physique, mentale, cognitive ou psychologique. De ce fait, le bénéficiaire n'est pas capable d'accomplir des activités ou

des tâches de manière autonome ou sans aide, et des problèmes de participation à la vie communautaire se posent.

Les limitations de la mobilité peuvent découler de :

- problèmes pour marcher et se déplacer entre différents lieux, comme se déplacer à la maison, se déplacer dans des bâtiments autres que la maison, se déplacer à l'extérieur ;
- problèmes pour changer et maintenir la position du corps : problèmes au niveau de la position assise et debout et/ou l'exécution de transferts.

Les limitations de la mobilité ont un effet sur toutes sortes d'activités, comme l'entretien personnel, les travaux ménagers, l'éducation, le travail, les activités récréatives, en un mot, la vie communautaire.

Les limitations de la mobilité découlent de déficiences fonctionnelles de l'appareil locomoteur ou de déficiences des structures anatomiques quelle qu'en soit la cause.

Les déficiences fonctionnelles de l'appareil locomoteur peuvent aussi découler de déficiences fonctionnelles d'autres systèmes, comme le système cardio-vasculaire, le système nerveux, le système respiratoire, etc.

Les limitations de la mobilité doivent être de nature définitive ou d'une durée au moins égale au délai de renouvellement déterminé.

- b) les bénéficiaires appartenant au groupe cible 6° (point II) dont le handicap lié à la perte de mobilité est survenu avant l'âge de 65 ans. Le handicap étant défini comme la limitation des possibilités d'intégration sociale et professionnelle due à une insuffisance ou à une diminution d'au moins 30% de sa capacité physique ou d'au moins 20% de sa capacité mentale.

N'entrent pas en ligne de compte pour une intervention :

- les bénéficiaires qui séjournent dans un hôpital tel que visé à l'art. 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, à l'exception des séjours en hôpital psychiatrique tel que visé à l'article 3 de la même loi. Par dérogation, l'intervention pour une aide à la mobilité peut exceptionnellement être accordée dans un hôpital -après approbation du médecin-conseil- lorsque la date de sortie du bénéficiaire est connue ou dans le cadre d'un programme de rééducation préparant cette sortie. Par sortie, on entend : les accords concrets en ce qui concerne la préparation de cette sortie, la date de sortie supposée ainsi que les procédures qui entourent la sortie ;
- Pour les bénéficiaires admis dans une maison de soins psychiatriques et toutes les institutions pour personnes handicapées, le remboursement n'est possible que lorsque la voiturette est nécessaire pour un usage individuel et définitif.

- Pour les bénéficiaires admis dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins, comme prévu à l'article 34, 11° et 12° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les dispositions prévues sous le point IV sont d'application. Ces bénéficiaires entrent uniquement en ligne de compte pour une intervention selon les dispositions prévues sous les points I à III lorsque leurs besoins fonctionnels sont tels qu'ils ont besoin d'une autre aide à la mobilité que celles prévues sous le point IV, 6.

La terminologie utilisée est basée sur la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) établie par l'Organisation mondiale de la santé.

1.2 Dispositions spécifiques pour le prestataire

Le prestataire doit effectuer lui-même la délivrance des produits repris aux points II et III. Ces produits doivent être adaptés au bénéficiaire lors de la délivrance.

Toutes les indications relatives à l'utilisation et à l'entretien du produit doivent être fournies au bénéficiaire.

Le prestataire doit disposer de l'installation nécessaire et de l'outillage permettant l'adaptation des aides à la mobilité et l'exécution de petites réparations, tel que stipulé dans l'article 85bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Lorsque le bénéficiaire détenteur d'une prescription médicale et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ou éprouvant des difficultés graves à le faire, fait appel au prestataire, celui-ci peut se rendre à sa résidence.

Le prestataire ne peut offrir en vente, ni fournir ces produits sur les marchés, foires commerciales ou autres lieux publics, ni par colportage.

2. Définition des aides à la mobilité visées dans la nomenclature

Par aides à la mobilité, on entend : une voiturette, un cadre de marche, une canne de marche sur roues ou un tricycle orthopédique, et par extension, un système de station debout. Ces aides à la mobilité ont pour objet de soutenir la fonction locomotrice.

Une voiturette, un cadre de marche, une canne de marche sur roues ou un tricycle orthopédique est un appareil spécialement conçu pour aider les personnes à se déplacer à la maison ou à l'extérieur. Un système de station debout est un appareil qui permet aux personnes présentant une limitation grave ou totale au niveau de la station debout (le maintien de la position debout) de se tenir debout.

En application du Règlement (UE) 2017/745, les voiturettes, les cadres de marche, les cannes de marche sur roues, les tricycles orthopédiques ou les systèmes de station

debout sont à considérer comme des dispositifs médicaux, et d'après la norme ISO 9999 comme des aides techniques.

Les produits ou technologies qui assistent les personnes dans la vie quotidienne, les stimulateurs fonctionnels et les systèmes destinés à faciliter la communication ne relèvent pas de la définition des aides à la mobilité.

3. Procédure de demande

3.1 Guichet unique

Tous les documents sont conçus pour l'introduction d'une demande d'intervention.

Une aide à la mobilité ne peut faire l'objet de cumul d'interventions provenant d'instances différentes.

Le bénéficiaire qui est assuré auprès de la Protection sociale flamande déclare sur un document, approuvé par le Conseil de gestion, sur avis de la Commission d'experts, que la demande d'aides à la mobilité introduite auprès de l'organisme assureur bruxellois, n'a pas été introduite auprès d'une caisse d'assurance soins agréée conformément au décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

Le bénéficiaire déclare ne pas introduire une demande d'intervention pour laquelle le cumul est interdit et le délai de renouvellement n'est pas échu. Il s'engage à rembourser l'intervention perçue en cas de cumul.

La décision d'octroi d'une aide à la mobilité et ses adaptations est contraignante.

Une prestation ne peut faire l'objet de cumul d'interventions provenant d'instances différentes.

3.2 Demande d'une aide à la mobilité et/ou d'adaptations, à l'exception des cadres de marche

Les produits prévus aux points II et III, à l'exception des cadres de marche (voir point 3.3.10.), ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci. La prescription reste valable, à partir de la date de la prescription, pendant :

- deux mois s'il s'agit d'une première demande ;
- six mois s'il s'agit d'un renouvellement.

Le prestataire adresse la demande d'intervention pour une aide à la mobilité et/ou des adaptations au médecin-conseil.

Le prestataire informe le bénéficiaire qu'en cas de refus par le médecin-conseil pour l'appareil et/ou les accessoires demandés, ceux-ci sont à charge du bénéficiaire si la

délivrance a, à sa demande, eu lieu avant que la décision du médecin-conseil ne soit connue.

Le choix de l'aide à la mobilité et/ou des adaptations doit être clairement motivé dans les documents de demande, c'est-à-dire dans la prescription médicale, le rapport de motivation et/ou le rapport de fonctionnement multidisciplinaire, le cas échéant.

Selon la procédure requise, le médecin-conseil évalue la demande sur base de la prescription médicale, du rapport de fonctionnement, du rapport de motivation et de la demande d'intervention.

Il revient au médecin-conseil, sur base de tous les documents, de déterminer si le bénéficiaire entre en ligne de compte pour une intervention pour l'aide à la mobilité proposée et les éventuelles adaptations nécessaires. Pour ce faire, il réalise une appréciation globale de tous les éléments du dossier, c'est-à-dire l'objectif d'utilisation poursuivi et une appréciation globale de la description et des codes qualificatifs des différentes déficiences fonctionnelles et anatomiques du bénéficiaire et des limitations d'activités et de participation qui en découlent.

Le médecin-conseil réagit à la demande introduite dans les vingt jours ouvrables à dater de la réception du dossier par l'organisme assureur. Cette réaction peut contenir les décisions suivantes :

- la demande est approuvée ;
- la demande est refusée sur base d'une motivation circonstanciée ;
- la demande est incomplète ou exige des informations complémentaires. Dans ce cas le médecin-conseil a quinze jours ouvrables supplémentaires, à compter de la date à laquelle le dossier complété a été réceptionné, pour rendre sa décision ;
- le bénéficiaire est soumis à un examen physique. Le délai de décision du médecin-conseil est prolongé de vingt-cinq jours ouvrables.

À défaut d'une réponse du médecin-conseil endéans le délai susmentionné, la demande introduite est approuvée.

La délivrance doit avoir lieu dans un délai de septante-cinq jours ouvrables, à compter de la date de l'approbation du médecin-conseil, sauf cas de force majeure démontré.

Le modèle des documents requis est fixé par le Conseil de gestion, sur avis de la Commission d'experts.

3.3 Procédures de demande spécifiques

3.3.1 La procédure de base

La procédure de base est valable pour la demande d'une voiturette standard ou d'un tricycle orthopédique. L'intervention est octroyée sur base de la prescription médicale et de la demande d'intervention introduite par le prestataire.

Le médecin-conseil décide de l'approbation du dossier. Il peut toutefois demander des renseignements complémentaires aussi bien au médecin prescripteur qu'au prestataire, en en informant les deux parties.

La demande d'un tricycle orthopédique cumulé avec une voiturette doit se faire suivant les règles de la procédure étendue (voir point 3.3.2).

3.3.2 La procédure étendue

La procédure étendue est valable pour la demande d'une voiturette modulaire, d'une voiturette de maintien et de soins, d'un scooter électronique pour l'intérieur, d'un système d'assise, d'un tricycle orthopédique cumulé avec une voiturette, d'un coussin d'assise pour la prévention des escarres ou d'une canne de marche sur roues, à l'exception du cumul avec une voiturette active pour adultes auquel cas la procédure particulière reprise au point 3.3.3. doit être suivie. L'intervention est octroyée sur base de la prescription médicale, du rapport de motivation et de la demande d'intervention introduite par le prestataire.

Le rapport de motivation est rédigé par le prestataire.

Le médecin-conseil décide de l'approbation du dossier. Il peut toutefois demander des renseignements complémentaires aussi bien au médecin prescripteur qu'au prestataire, en en informant les deux parties.

La demande d'une voiturette pour enfants cumulée avec un tricycle orthopédique déjà délivré ou délivré simultanément doit se faire suivant les règles de la procédure particulière (voir point 3.3.3.).

3.3.3 La procédure particulière

La procédure particulière est valable pour la demande d'une voiturette pour enfants, d'une voiturette active, d'une voiturette active aux dimensions individualisées, d'une voiturette électronique, d'un scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur, d'un scooter électronique pour l'extérieur, d'un système de station debout, d'une unité d'assise modulaire adaptable, d'un châssis pour unité d'assise modulaire adaptable ou d'un tricycle orthopédique cumulé avec une voiturette manuelle active pour adultes ou avec une voiturette active aux dimensions individualisées, ou d'une voiturette pour enfants cumulée avec un tricycle orthopédique déjà délivré ou délivré simultanément. L'intervention est octroyée sur base de la prescription médicale, du rapport de fonctionnement, du rapport de motivation et de la demande d'intervention introduite par le prestataire.

Le rapport de fonctionnement doit être rédigé par l'équipe multidisciplinaire

Le prestataire rédige le rapport de motivation et est responsable du choix de l'aide à la mobilité sur base de l'évaluation fonctionnelle de l'équipe multidisciplinaire.

Le médecin-conseil décide de l'approbation du dossier. Il peut toutefois demander des renseignements complémentaires aussi bien au médecin prescripteur qu'à l'équipe multidisciplinaire et au prestataire, en informant les deux parties.

3.3.4 Procédure de renouvellement d'une aide à la mobilité

La procédure à suivre en cas de renouvellement est déterminée par la procédure applicable à l'aide à la mobilité principale visée au point I, 2 et non par les adaptations qui s'y attachent.

En cas de renouvellement d'une aide à la mobilité par une prestation du même groupe principal et du même sous-groupe, la procédure de base (voir point 3.3.1) est d'application, quelles que soient les éventuelles modifications dans les adaptations.

En cas de renouvellement de l'aide à la mobilité, à l'exception des voiturettes électroniques ou des scooters électroniques, par une prestation d'un autre groupe principal ou d'un autre sous-groupe, la procédure correspondant à l'aide à la mobilité demandée est d'application.

En cas de renouvellement d'une voiturette électronique ou d'un scooter électronique par, respectivement, une voiturette électronique ou un scooter d'un autre sous-groupe, la procédure étendue est d'application (voir point 3.3.2).

3.3.5 Procédure pour le renouvellement anticipé d'une voiturette

Si le bénéficiaire subit des modifications fonctionnelles imprévisibles et importantes au niveau de la fonction du déplacement ou des modifications importantes et imprévisibles au niveau des structures anatomiques, et donc qu'un renouvellement anticipé s'avère nécessaire, le prestataire peut adresser à cet effet une demande au médecin-conseil.

Une demande introduite dans le cadre d'un renouvellement anticipé doit être rédigée selon les règles de la procédure particulière (voir point 3.3.3).

Cette procédure de demande est uniquement permise lors de la délivrance d'une nouvelle voiturette. La voiturette et les adaptations doivent être reprises dans les prestations mentionnées dans le point II et doivent figurer sur la liste des produits admis au remboursement.

3.3.6 Procédure de demande d'adaptations anticipées sur une voiturette déjà délivrée

Si le bénéficiaire subit des modifications fonctionnelles de l'appareil locomoteur ou des déficiences au niveau des structures anatomiques et donc que des adaptations anticipées s'avèrent nécessaires, le prestataire peut adresser à cet effet une demande au médecin-conseil.

Une demande d'adaptations anticipées pour une voiturette déjà délivrée doit être rédigée selon les règles de la procédure particulière (voir point 3.3.3.) si cette demande survient endéans un délai de deux ans après la délivrance de la voiturette. Si la demande survient au-delà d'un délai de deux ans après la délivrance de la voiturette, la procédure étendue (voir point 3.3.2) est suivie.

Cette procédure est uniquement permise pour les adaptations apportées à une voiturette pour laquelle une intervention a été octroyée. Les adaptations doivent être reprises dans les prestations mentionnées dans le point II et doivent figurer sur la liste des produits admis au remboursement.

Les adaptations existantes ne peuvent jamais être renouvelées de manière anticipée. En aucun cas la réparation et l'entretien ne sont concernés ici.

3.3.7 Procédure pour les interventions forfaitaires

Le médecin-conseil peut décider de l'octroi d'une intervention forfaitaire au bénéficiaire pour lequel une aide à la mobilité autre que celle à laquelle il a droit selon ses critères fonctionnels, est demandée.

Si la demande pour une aide à la mobilité spécifique, pour laquelle le bénéficiaire ne remplit pas les critères fonctionnels, est faite suite à la demande explicite du bénéficiaire, le dispensateur de soins agréé devra le mentionner dans le rapport de motivation.

En cas de première demande pour une aide à la mobilité, la procédure prévue pour le type d'aide à la mobilité demandé doit être suivie.

S'il apparaît que le bénéficiaire ne satisfait pas aux indications fonctionnelles prévues pour l'aide à la mobilité de son choix, il peut être mentionné dans le rapport de motivation ou dans le rapport de fonctionnement qu'il accepte une intervention forfaitaire.

Si le bénéficiaire opte directement pour une intervention forfaitaire, la procédure prévue pour le type d'aide à la mobilité à laquelle il a droit selon ses critères fonctionnels doit être suivie.

Si l'aide à la mobilité pour laquelle l'intervention forfaitaire est demandée est une voiturette électronique, un scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur ou un scooter électronique pour l'extérieur, un test doit en outre être effectué, duquel il ressort que le bénéficiaire est apte à utiliser cette aide à la mobilité de manière judicieuse.

En cas de renouvellement d'une aide à la mobilité pour laquelle une intervention forfaitaire a été accordée, cette intervention forfaitaire peut être directement demandée par le prestataire, avec l'accord explicite du bénéficiaire. Cette demande doit être rédigée selon les règles de la procédure étendue (voir point 3.3.2). Si le bénéficiaire ne répond qu'aux spécifications fonctionnelles de la voiturette standard, la demande peut être rédigée selon la procédure de base (voir point 3.3.1).

L'intervention forfaitaire est déterminée selon le montant de l'intervention pour l'aide à la mobilité pour laquelle le bénéficiaire entre en ligne de compte. Les règles à suivre pour les interventions forfaitaires sont mentionnées, par aide à la mobilité, dans le point II.

En cas d'intervention forfaitaire, les délais de renouvellement et les cumuls autorisés prévus pour l'aide à la mobilité pour laquelle le bénéficiaire entre en ligne de compte selon ses critères fonctionnels sont d'application. Ces dispositions sont mentionnées, par aide à la mobilité, dans le point II.

L'aide à la mobilité qui est délivrée, doit être reprise dans les prestations mentionnées dans le point II et doit figurer sur la liste des produits admis au remboursement.

3.3.8 Procédure de demande pour les dossiers individuels relatifs aux voiturettes sur-mesure

Aides à la mobilité : intervention pour du sur-mesure individuel

Le technologue orthopédique introduit un dossier pour une demande sur-mesure auprès du médecin-conseil. Le médecin-conseil vérifie si le dossier relatif aux voiturettes sur mesure est complet et l'envoie, accompagné de son avis, au Collège Multidisciplinaire. Après consultation de la Commission d'experts au sujet de ce dossier individuel, le Collège Multidisciplinaire, décide de l'octroi ou non de l'intervention. Le Collège Multidisciplinaire transmet sa décision au médecin-conseil qui la notifie au bénéficiaire et au prestataire.

Ces dossiers sont des "dossiers individuels relatifs aux voiturettes sur mesure", au sens de l'article 27/1, § 2, alinéa 1er, 1°, a) de l'ordonnance du 23 mars 2017. Ils concernent :

a) les aides à la mobilité qui entrent dans le champ d'application de l'article 2, 3), du Règlement (UE) 2017/745 et ne sont pas définies dans la nomenclature quant à leurs spécifications fonctionnelles et techniques.

Il s'agit de tout dispositif fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d'un praticien dûment qualifié indiquant, sous la responsabilité de ce dernier, les caractéristiques de conception spécifiques, et destiné à n'être utilisé que pour un utilisateur déterminé.

Les dispositifs fabriqués suivant des méthodes de fabrication continue ou en série qui nécessitent une adaptation pour répondre à des besoins spécifiques du médecin ou d'un autre utilisateur professionnel ne peuvent pas être pris en considération.

Le recours à ce dispositif n'est possible que s'il n'existe aucune alternative dans les produits fabriqués en série.

La présente procédure de demande est uniquement permise lors de la délivrance d'une aide à la mobilité.

Les adaptations d'une commande électronique telles que reprises dans le point II, sous la rubrique "intervention forfaitaire conduite/propulsion" ne relèvent pas de la présente procédure.

Délai de renouvellement pour les aides à la mobilité octroyées par cette procédure :

- pour les utilisateurs jusqu'à leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 4 ans.
- pour les utilisateurs à partir de leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans.

Une intervention dans le cadre d'un dossier individuel relatif au point a) ne peut être introduit que s'il n'existe aucune alternative dans les produits fabriqués en série figurant sur la liste de produits.

Une demande effectuée dans le cadre de la procédure de demande pour un dossier individuel relatif au point a) doit être rédigée selon les règles de la procédure particulière (voir point 3.3.3).

b) les aides à la mobilité qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2, 3), du Règlement (UE) 2017/745 mais qui ne sont associées à aucun code de nomenclature visé au point II, mais permettant au bénéficiaire de bénéficier d'une autonomie accrue substantielle qu'une aide à la mobilité reprise au point II, ne pourrait offrir.

Il s'agit de tout dispositif fabriqué de série non repris dans la nomenclature répondant à un but spécifique et adapté à un utilisateur dont le handicap lié à sa perte de mobilité est survenu avant l'âge de 65 ans. L'octroi de cette intervention est conditionné au fait qu'aucune autre aide nomenclaturée n'offre les mêmes fonctionnalités et répond aux besoins du bénéficiaire, que l'aide demandée.

Toute aide visant les mêmes fonctionnalités qu'une aide prévue dans la nomenclature mais qui ne répond pas aux conditions et critères de qualité prévus dans la nomenclature est d'office exclue.

En outre, un test doit être effectué pour toute aide à la mobilité, duquel il ressort que le bénéficiaire est apte à utiliser cette aide à la mobilité de manière adéquate.

Les renseignements complets concernant le ou les produits d'aide à la mobilité concernés doivent être joints au dossier.

Délai de renouvellement pour les aides à la mobilité octroyées par cette procédure :

- pour les utilisateurs jusqu'à leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 4 ans.
- pour les utilisateurs à partir de leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans.

Une demande d'intervention reprise au point b) ne peut être introduit que s'il n'existe aucune alternative dans les produits fabriqués en série figurant sur la liste de produits.

Une demande effectuée dans le cadre de la procédure de demande reprise au point b) doit être rédigée selon les règles de la procédure particulière (voir point 3.3.3).

Le montant d'intervention maximal est de 15000€ à l'exception des aides à la propulsion pour lesquelles le montant maximal est de 5000€.

c) les aides à la mobilité reprises aux points II et III mais pour lesquelles aucun produit ne figure sur la liste de produits admis au remboursement.

S'il apparaît qu'aucun produit n'est associé à une aide à la mobilité définie dans la nomenclature et qu'il n'y a donc pas de produit dans la liste des produits admis au remboursement, le bénéficiaire peut demander une intervention en suivant la présente procédure.

Toute aide visant les mêmes fonctionnalités qu'une aide prévue dans la nomenclature mais qui ne répond pas aux conditions et critères de qualité prévus dans la nomenclature est d'office exclue.

En outre, un test doit être effectué pour toute aide à la mobilité, duquel il ressort que le bénéficiaire est apte à utiliser cette aide à la mobilité de manière judicieuse.

Le code de nomenclature d'application et les délais de renouvellement sont identiques à ceux des aides à la mobilité reprises aux points II et III mais pour lesquelles aucun produit ne figure sur la liste de produits admis au remboursement.

Les renseignements complets concernant le ou les produits d'aide à la mobilité concernés doivent être joints au dossier.

Le montant d'intervention correspond au montant prévu dans la nomenclature pour ce type d'aide et ses adaptations.

La procédure pour une demande d'intervention reprise au point c) figure au point 4.4 du groupe principal dans lequel se trouve l'aide à la mobilité.

d) l'octroi d'une seconde aide à la mobilité et ses adaptations reprise aux points II et III pour laquelle un cumul est autorisé.

Il s'agit de tout dispositif fabriqué de série repris dans la liste des produits admis au remboursement répondant à un but spécifique et adapté à un utilisateur dont le handicap lié à sa perte de mobilité est survenu avant l'âge de 65 ans. L'octroi de la seconde aide est conditionné au fait que le bénéficiaire, est déjà équipé d'une aide à la mobilité visée aux points II et III.

Les secondes aides visées concernent :

- Voiturette manuelle standard (410015 - 410026)
- Voiturette manuelle modulaire (410037 - 410048)
- Voiturette de maintien et de soins (410059 - 410063)
- Voiturette manuelle active (410074 - 410085)
- Voiturette de promenade standard (410199 - 410203)
- Voiturette de promenade modulaire (410214 - 410225)
- Voiturette manuelle standard pour enfants (410236 - 410247)
- Voiturette manuelle active pour enfants (410258 - 410269)
- Châssis pour siège coquille (410597 - 410608)

Le montant d'intervention de la seconde aide à la mobilité et de ses adaptations correspond au montant prévu dans la nomenclature pour le type d'aide repris ci-avant et ses adaptations.

Délai de renouvellement pour les aides à la mobilité octroyées par cette procédure :

- pour les utilisateurs jusqu'à leur 18ième anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans.
- pour les utilisateurs à partir de leur 18ième anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 9 ans.

Les cumuls qui ne sont pas mentionnés dans le tableau sont interdits.

	Voiturette manuelle standard adulte	Voiturette manuelle modulaire adulte	Voiturette de maintien et de soins adulte	Voiturette manuelle active	Voiturette manuelle active aux dimensions individualisées	Voiturette électronique adulte	Scooter électronique	Voiturette de promenade standard enfants	Voiturette de promenade modulaire enfants	Voiturette manuelle standard enfants	Voiturette active enfants	Voiturette électronique enfants	Voiturette de station debout	Chassis pour siège coquille	Voiturette sur- mesure
2 ^{nde} Voiturette manuelle standard adulte	X		X	X	X	X	X	X					X		X
2 ^{nde} voiturette manuelle modulaire adulte		X	X			X	X						X		X
2 ^{nde} voiturette de maintien et de soins adulte			X			X									X
2 ^{nde} voiturette manuelle active				X											X
2 ^{nde} voiturette manuelle active aux dimensions individualisées					X										X
2 ^{nde} voiturette de promenade standard enfants								X		X		X			X
2 ^{nde} voiturette de promenade modulaire enfants		X							X	X		X			X
2 ^{nde} voiturette manuelle standard enfants									X	X	X	X	X		X
2 ^{nde} voiturette manuelle active enfants											X	X			X
2 nd châssis pour siège coquille														X	X

Une intervention peut être obtenue pour une seconde voiturette, mentionnée plus haut, si l'utilisateur a déjà bénéficié d'une intervention pour une voiturette et répond à l'une des conditions suivantes ;

- lorsque l'utilisateur séjourne dans un établissement semi-résidentiel ou résidentiel et qu'il ne peut transporter sa voiturette depuis son domicile ;
- lorsque la structure du logement du bénéficiaire fait qu'il a besoin d'une seconde aide sur un autre étage et qu'il ne dispose pas d'un ascenseur accessible aux voiturettes ;
- lorsque dans le cadre d'une formation, d'un travail ou d'une activité, l'utilisateur ne peut pas emporter sa voiturette de manière autonome et a besoin d'une seconde voiturette ;
- lorsque l'utilisateur a reçu une intervention pour un scooter intérieur/extérieur ou un scooter extérieur et que l'utilisateur est complètement limité à l'intérieur pour tous ses mouvements.

La procédure de demande d'intervention est reprise dans le point 4.4 du groupe principal dans lequel se trouve l'aide à la mobilité.

e)l'octroi d'un second coussin anti-escarre repris aux points II pour lequel un cumul est autorisé.

Il s'agit de tout dispositif fabriqué de série repris dans la liste des produits admis au remboursement répondant à un but spécifique et adapté à un utilisateur dont le handicap lié à sa perte de mobilité est survenu avant l'âge de 65 ans. L'octroi du second coussin est conditionné au fait que le bénéficiaire, est déjà équipé d'une seconde aide à la mobilité visée aux points II et III.

Les seconds coussins anti-escarre visés concernent :

- Coussin anti-escarres non adaptable individuellement (410516- 410527)
- Coussin anti-escarres adaptable individuellement (410553 - 410564)
- Coussin anti-escarres adaptable individuellement du type coussin à air à structure cellulaire ou coussin-gel de type Flow-Fluid (410575 - 410586)

Délai de renouvellement pour les coussins octroyés par cette procédure :

- Pour un second coussin anti-escarres non adaptable individuellement, le délai de renouvellement est fixé à 3 ans.
- Pour un second coussin anti-escarres adaptable individuellement, le délai de renouvellement est fixé à :
 - 4 ans pour les utilisateurs jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire ;
 - 6 ans pour les utilisateurs à partir de leur 18^{ième} anniversaire.
- Pour un second coussin anti-escarres adaptable individuellement du type coussin à air à structure cellulaire ou coussin-gel de type Flow-Fluid, le délai de renouvellement est fixé à :
 - 4 ans pour les utilisateurs jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire ;
 - 6 ans pour les utilisateurs à partir de leur 18^{ième} anniversaire.

Le second coussin anti-escarres doit être cumulé :

- pour les utilisateurs à partir de leur 18^{ième} anniversaire, avec les aides à la mobilité suivantes prévues sous 1° :
 - Seconde voiturette manuelle modulaire ;
 - Seconde voiturette manuelle de maintien et de soins pour les utilisateurs souffrant d'une maladie neuromusculaire évolutive, d'une myopathie évolutive, de sclérose en plaques, d'une polyarthrite inflammatoire auto-immune selon les définitions acceptées par la Société royale belge de Rhumatologie (arthrite rhumatoïde, spondylarthropathie, arthrite rhumatoïde juvénile, lupus érythémateux et sclérodermie) ou pour les utilisateurs avec tétraparésie ou quadriparésie ;
 - Seconde voiturette manuelle active ;
 - Seconde voiturette manuelle active aux dimensions individualisées ;
- pour les utilisateurs jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire, avec les aides à la mobilité suivantes prévues sous 2° :
 - Seconde voiturette manuelle active pour enfants.

Le montant d'intervention du second coussin anti-escarres correspond au montant prévu dans la nomenclature pour ce type de coussin.

Une intervention peut être obtenue pour un second coussin anti-escarres, à condition que le second coussin anti-escarres figure dans la liste des produits admis au remboursement et à condition que l'utilisateur demande une intervention pour une seconde voiturette ou lors d'un renouvellement d'un coussin déjà accordé pour une seconde voiturette ou dispose d'une voiturette pour laquelle il a bénéficié d'une intervention dans le passé et que le second coussin demandé figure dans la même catégorie que le premier coussin.

La procédure de demande d'intervention est reprise dans le point 4.4 du groupe principal dans lequel se trouve le coussin anti-escarres.

3.3.9 Procédure de demande pour les bénéficiaires ne pouvant être correctement équipés avec les aides à la mobilité prévues pour leur groupe-cible

Pour les bénéficiaires jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire qui satisfont aux indications fonctionnelles des voiturettes pour enfants, mais pour lesquels une voiturette avec une largeur d'assise de plus de 36 cm est nécessaire, une intervention forfaitaire peut être octroyée à condition que la voiturette soit reprise sur les listes des voiturettes prévues sous le point II, 1° Groupe cible bénéficiaires à partir du 18^{ième} anniversaire et que le besoin, pour des raisons techniques ou fonctionnelles, soit attesté par le rapport de motivation du prestataire et/ou le rapport de fonctionnement multidisciplinaire.

Les conditions spécifiques pour les délais de renouvellement, cumuls autorisés et renouvellements anticipés pour les voiturettes pour enfants restent toutefois valables.

Pour les bénéficiaires à partir de leur 18^{ième} anniversaire qui satisfont aux indications fonctionnelles des voitures prévues sous le point II, 1°, mais pour lesquels une voiturette avec une largeur d'assise de moins de 36 cm est nécessaire, une intervention peut être octroyée à condition que la voiturette soit reprise sur les listes des voitures prévues sous le point II, 2° Groupe cible bénéficiaires jusqu'au 18^{ième} anniversaire.

Les conditions spécifiques pour les délais de renouvellement, cumuls autorisés et renouvellements anticipés ainsi que les montants d'intervention pour les voitures correspondantes prévues sous le point II, 1°, restent toutefois valables.

3.3.10 Procédure pour le remboursement d'un cadre de marche

Pour bénéficier d'une intervention pour un cadre de marche, aucun accord du médecin-conseil n'est nécessaire. L'intervention est octroyée sur base de la prescription médicale et de l'attestation de délivrance, introduites par le prestataire.

Le cadre de marche qui est délivré doit être repris dans les prestations mentionnées sous le point II et doit figurer sur la liste des produits admis au remboursement. Les cadres de marche ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci. La prescription reste valable, à partir de la date de la prescription, pendant :

- deux mois s'il s'agit d'une première délivrance ;
- six mois s'il s'agit d'un renouvellement.

La délivrance doit avoir lieu dans un délai de septante-cinq jours ouvrables, à compter de la date de remise de la prescription au prestataire, sauf cas de force majeure démontré.

3.3.11 Délais de renouvellement et règles de cumuls

Les délais de renouvellement et les règles de cumul sont définis, par aides à la mobilité, dans le point II.

Le délai de renouvellement est toujours calculé à partir de la date de la prestation précédente et suivant l'âge du bénéficiaire à cette date.

Il ne peut être délivré plus d'une voiturette, un cadre de marche, une canne de marche sur roues, un système de station debout ou un tricycle orthopédique endéans un délai de renouvellement déterminé, à l'exception des cumuls autorisés au point II et de la seconde aide visée au point II, 6°, sous-groupes 2 et 3.

3.3.12. Procédure de renouvellement anticipé d'un coussin anti-escarres

Si le bénéficiaire subit des modifications fonctionnelles imprévisibles et importantes au niveau du fonctionnement ou des structures anatomiques du bassin ou du coccyx par lesquelles le bénéficiaire change de groupe-cible et par lesquelles une modification du

sous-groupe de coussin anti-escarres est nécessaire endéans le délai de renouvellement, le prestataire peut adresser à cet effet une demande au médecin-conseil.

Une demande introduite dans le cadre du renouvellement anticipé d'un coussin anti-escarres doit être rédigée selon les règles de la procédure étendue (voir point 3.3.2). Il doit ressortir de la prescription médicale que le patient satisfait aux conditions susmentionnées.

3.3.13 Procédure pour le forfait annuel d'adaptation d'une unité d'assise modulaire adaptable

Aucune prescription médicale n'est exigée pour le forfait annuel d'adaptation d'une unité d'assise modulaire adaptable (prestations 413736 - 413747 et 413758 - 413769).

Cette prestation peut être attestée une fois par an maximum, à partir du treizième mois après la date de délivrance de l'unité d'assise modulaire adaptable, et couvre tant les heures de travail que les pièces. Les montants portés en compte doivent être en rapport avec les travaux d'adaptation exécutés.

L'intervention peut uniquement être octroyée sur base de l'attestation de délivrance complétée par le prestataire.

3.3.14. Procédure pour les entretiens et réparations des aides à la mobilité pour les personnes dont le handicap lié à la perte de mobilité est survenu avant l'âge de 65 ans (point II, 6°)

Cette prestation ne requiert pas l'accord du médecin-conseil. L'intervention est octroyée sur base de l'attestation de délivrance signée par le bénéficiaire et de l'état récapitulatif et/ou de la facture introduits par le prestataire et jusqu'à concurrence du montant restant disponible. L'état récapitulatif et/ou la facture mentionnent les interventions détaillées effectuées sur l'aide à la mobilité. La réparation peut également être exécutée par un fabricant ou un technicien. Une copie de la facture doit être transmise au bénéficiaire.

3.4 Documents de la demande

3.4.1 La prescription médicale

Dans la prescription médicale, le médecin prescripteur décrit, sur base du diagnostic, l'ampleur des déficiences fonctionnelles et anatomiques du bénéficiaire ainsi que les limitations d'activités et les restrictions de participation qui en découlent.

A cet effet, il décrit de manière détaillée un certain nombre de fonctions de l'appareil locomoteur sur base du système de codes de la CIF. Sur base de cela, il détermine, pour chaque fonction, le code qualificatif.

Codes qualificatifs (c.à.d. l'ampleur des limitations fonctionnelles) :

- 0** PAS de limitation ou problème de participation (aucun, absent, négligeable 0-4%)
- 1** LEGERE limitation ou problème de participation (minime, faible 5-24%)
- 2** MODERE limitation ou problème de participation (assez important 25-49%)
- 3** GRAVE limitation ou problème de participation (élevé, fort, considérable 50-95%)
- 4** COMPLETE limitation ou problème de participation (total 96-100%)
- 8** limitation ou problème de participation non spécifié
- 9** pas d'application

Le modèle fixé par le Conseil de gestion, sur avis de la Commission d'experts, doit être utilisé pour la rédaction de la prescription.

3.4.2 Le rapport de fonctionnement

Le rapport de fonctionnement doit être rédigé de manière multidisciplinaire par l'équipe multidisciplinaire et fait partie des documents requis pour la procédure particulière (voir point 3.3.3). C'est dans ce document que sont décrites en détails les limitations fonctionnelles du bénéficiaire.

Le modèle fixé par le Conseil de gestion, sur avis de la Commission d'experts, doit être utilisé pour la rédaction du rapport de fonctionnement.

3.4.3 Le rapport de motivation

L'aide à la mobilité et les adaptations individuelles demandées sont décrites et motivées dans le rapport de motivation, sur base des déficiences fonctionnelles du bénéficiaire. Ce document doit toujours être rédigé par le prestataire.

Le modèle fixé par le Conseil de gestion, sur avis de la Commission d'experts, doit être utilisé pour la rédaction du rapport de motivation.

3.4.4 La demande d'intervention

Dans la demande d'intervention, le prestataire décrit l'aide à la mobilité et les adaptations individuelles demandées. Cette proposition décrit aussi bien les prestations qui sont reprises dans la nomenclature que les adaptations ou les éléments qui ne peuvent pas être remboursés.

Cette proposition doit être conforme aux données figurant sur la fiche informative dans la liste des produits admis au remboursement. En aucun cas, des coûts autres que ceux figurant sur cette proposition ne peuvent être portés en compte au bénéficiaire.

Le modèle fixé par le Conseil de gestion, sur avis de la Commission d'experts, doit être utilisé pour la rédaction de la demande d'intervention.

3.4.5 L'attestation de délivrance

L'attestation de délivrance est rédigée en deux exemplaires par le prestataire. Les deux documents sont signés, lors de la délivrance, par le bénéficiaire ou son représentant légal. Le numéro de série du produit de base doit être mentionné sur ce formulaire. Ceci n'est pas d'application pour les coussins d'assise pour la prévention des escarres et pour les systèmes modulaires adaptables pour le soutien de la position assise.

Le modèle fixé par le Conseil de gestion, sur avis de la Commission d'experts, doit être utilisé pour la rédaction de l'attestation de délivrance.

L'intervention ne peut jamais être plus élevée que le prix public du produit et des adaptations tel que repris sur la fiche informative prévue au 4, 4.1., 6).

Le numéro de série du produit de base délivré doit être conservé par le prestataire et transmis à Iriscare selon les modalités fixées par le Conseil de gestion, sur avis de la Commission d'experts. Cette règle n'est pas d'application pour les coussins d'assise pour la prévention des escarres et pour les systèmes modulaires adaptables pour le soutien de la position assise.

3.4.6 Test de la voiturette électronique ou du scooter électronique

Pour la voiturette électronique, le scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur ou le scooter électronique pour l'extérieur, un test doit être introduit. Ce test démontre que le bénéficiaire est apte à utiliser l'appareil électronique de manière judicieuse. L'aptitude à un usage judicieux doit ressortir d'un rapport approfondi rédigé par le prestataire à propos des résultats du test qui doit être effectué au domicile du bénéficiaire. Le test évalue les capacités du bénéficiaire à utiliser la voiturette ou le scooter, et ce d'un point de vue physique et cognitif, ainsi que les possibilités d'utilisation de la voiturette ou du scooter dans la pratique d'un point de vue local.

Le rapport de ce test de la voiturette est transmis, avec les autres documents prévus au point 3.3.3 ou 3.3.2 par le prestataire au médecin-conseil.

4. Liste des produits admis au remboursement

Les aides à la mobilité doivent figurer sur la liste de produits admis au remboursement afin d'entrer en ligne de compte pour une intervention pour une aide à la mobilité. Cette liste est établie par le Conseil de gestion, sur avis de la Commission d'experts.

Une exception est faite pour les prestations 412918 - 412929, 412933 - 412944, 412955 - 412966, 412977 - 412988, 413014 - 413025, 413036 - 413047, 413338 - 413349, 413353 - 413364, 413655 - 413666, 413677 - 413688 et 413699 - 413703 car il s'agit d'interventions forfaitaires pour le surcoût engendré par l'adaptation d'accessoires prévus dans la nomenclature.

Etant donné qu'il s'agit à chaque fois de prestations individuelles en fonction des besoins du bénéficiaire, elles ne doivent pas être reprises sur la liste des produits admis au remboursement. Pour ces prestations, il n'y a donc pas de code par aide à la mobilité.

4.1 Critères d'admission

- 1) Pour être repris sur la liste des produits admis au remboursement, le fabricant - demandeur ou mandataire, ci-dessous dénommés demandeur, doit introduire une déclaration dûment complétée et signée, auprès d'Iriscare. Le modèle de la déclaration est fixé par le Conseil de gestion, sur avis de la Commission d'experts.

La déclaration établit, le cas échéant :

- la relation entre le fabricant et le mandataire et
 - que le fabricant garantit que les produits pour lesquels il introduit une demande d'enregistrement sur la liste sont distribués dans l'Espace économique européen et que l'approvisionnement en pièces détachées, à partir d'un dépôt situé dans l'Espace économique européen, est possible pendant toute la durée de l'inscription de ses produits sur la liste précitée et pendant au moins six ans après leur suppression de cette liste.
- 2) Pour introduire une demande d'enregistrement sur la liste susmentionnée, le demandeur doit faire usage du dossier de demande électronique, disponible auprès d'Iriscare. Le programme est mis à disposition du demandeur, après que celui-ci ait introduit la déclaration dûment complétée et signée par support électronique auprès d'Iriscare.
 - 3) La demande motivée et structurée est introduite par voie électronique via la plateforme d'Iriscare prévue à cet effet.

Toute demande pour une voiturette, un châssis pour siège-coquille ou un scooter extérieur ou intérieur/extérieur est accompagnée des éléments et documents suivants :

- la déclaration de conformité CE ;
- l'attestation d'essai valide délivrée par un institut de test européen tel que défini au point d) des critères d'admission de laquelle il ressort que le produit répond à la norme EN12183 ou EN12184 ;
- la documentation relative au produit, en français, en néerlandais et en allemand, conformément à l'article 9, §1^{er}, de la loi du 22 décembre 2020 relative aux dispositifs médicaux (Annexe I, point 23, du Règlement (UE) 2017/745), qui contient au moins une description, des illustrations claires ou des photos ;
- une photo électronique du produit de base demandé ;
- le mode d'emploi complet, en français, en néerlandais et en allemand, conformément à l'article 9, §1^{er}, de la loi du 22 décembre 2020 relative aux dispositifs médicaux (Annexe I, point 23, du Règlement (UE) 2017/745) ;
- le prix public (TVAc) pour le produit de base ;
- la liste de prix complète du produit pour lequel la demande est introduite, et de ses adaptations.

Toute demande pour un scooter électronique pour l'intérieur ou une voiturette électronique est accompagnée des éléments et documents suivants :

- la déclaration de conformité CE ;
- le certificat de résistance au feu pour le matériau de recouvrement délivré par un organisme européen ;
- la déclaration CE de conformité conformément à l'annexe IV de la Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique ;
- la documentation relative au produit, en français, en néerlandais et en allemand, conformément à l'article 9, §1^{er}, de la loi du 22 décembre 2020 relative aux dispositifs médicaux (Annexe I, point 23, du Règlement (UE) 2017/745), qui contient au moins une description, des illustrations claires ou des photos ;
- une photo électronique du produit de base demandé ;
- le mode d'emploi complet, en français, en néerlandais et en allemand, conformément à l'article 9, §1^{er}, de la loi du 22 décembre 2020 relative aux dispositifs médicaux (Annexe I, point 23, du Règlement (UE) 2017/745) ;
- le prix public (TVAc) pour le produit de base.

Toute demande d'une voiturette de promenade pour enfants est accompagnée des éléments ou documents suivants :

- la déclaration de conformité CE ;
- le certificat de résistance au feu pour le matériau de recouvrement délivré par un organisme européen ;
- la documentation relative au produit, en français, en néerlandais et en allemand, conformément à l'article 9, §1^{er}, de la loi du 22 décembre 2020 relative aux dispositifs médicaux (Annexe I, point 23, du Règlement (UE) 2017/745), qui contient au moins une description, des illustrations claires ou des photos ;
- une photo électronique du produit de base demandé ;
- le mode d'emploi complet, en français, en néerlandais et en allemand, conformément à l'article 9, §1^{er}, de la loi du 22 décembre 2020 relative aux dispositifs médicaux (Annexe I, point 23, du Règlement (UE) 2017/745) ;
- le prix public (TVAc) pour le produit de base ;
- la liste de prix complète du produit pour lequel la demande est introduite, et de ses adaptations.

Toute demande d'adaptation pour une aide à la mobilité est accompagnée des éléments et documents suivants :

- une documentation claire de l'adaptation en français, en néerlandais et en allemand, conformément à l'article 9, §1^{er}, de la loi du 22 décembre 2020 relative aux dispositifs médicaux (Annexe I, point 23, du Règlement (UE) 2017/745) ;
- une photo électronique de l'adaptation demandée ;
- le prix public (TVAc).

Pour les demandeurs qui n'introduisent que des demandes pour des adaptations, une déclaration de conformité CE doit également être jointe.

Toute demande pour un tricycle orthopédique ou une table de station debout électrique est accompagnée des éléments et documents suivants :

- la déclaration de conformité CE ;
- la documentation relative au produit, en français, en néerlandais et en allemand, conformément à l'article 9, §1^{er}, de la loi du 22 décembre 2020 relative aux dispositifs médicaux (Annexe I, point 23, du Règlement (UE) 2017/745), qui contient au moins une description, des illustrations claires ou des photos ;
- une photo électronique du produit de base demandé ;
- le mode d'emploi complet, en français, en néerlandais et en allemand, conformément à l'article 9, §1^{er}, de la loi du 22 décembre 2020 relative aux dispositifs médicaux (Annexe I, point 23, du Règlement (UE) 2017/745) ;
- le prix public (TVAc) pour le produit de base ;
- la liste de prix complète du produit pour lequel la demande est introduite, et de ses adaptations

Toute demande pour un cadre de marche et une canne de marche sur roues est accompagnée des éléments et documents suivants :

- l'attestation de conformité CE ;
- la documentation relative au produit, en français, en néerlandais et en allemand, conformément à l'article 9, §1^{er}, de la loi du 22 décembre 2020 relative aux dispositifs médicaux (Annexe I, point 23, du Règlement (UE) 2017/745), qui contient au minimum une description, des illustrations précises ou des photos ;
- une photo électronique de l'aide demandée ;
- le mode d'emploi complet, en français, en néerlandais et en allemand, conformément à l'article 9, §1^{er}, de la loi du 22 décembre 2020 relative aux dispositifs médicaux (Annexe I, point 23, du Règlement (UE) 2017/745) ;
- le prix public (TVAc).

Toute demande pour un coussin anti-escarres ou un système de dossier adaptable est accompagnée des éléments et documents suivants :

- la déclaration de conformité CE ;
- le certificat de résistance au feu pour le revêtement, délivré par un organisme européen ;
- les tests scientifiques de mesure de compression et/ou évaluations cliniques publiés dans une revue scientifique reconnue (uniquement pour un coussin anti-escarres) ;
- la documentation relative au produit, en français, en néerlandais et en allemand, conformément à l'article 9, §1^{er}, de la loi du 22 décembre 2020 relative aux dispositifs médicaux (Annexe I, point 23, du Règlement (UE) 2017/745), qui contient au moins une description, des illustrations claires ou des photos ;
- une photo électronique du produit demandé ;
- le mode d'emploi complet, en français, en néerlandais et en allemand, conformément à l'article 9, §1^{er}, de la loi du 22 décembre 2020 relative aux dispositifs médicaux (Annexe I, point 23, du Règlement (UE) 2017/745) ;
- le prix public (TVAc).

La demande doit être dûment complétée, datée et signée, et doit contenir tous les renseignements et documents demandés. Iriscare vérifie si la demande est complète. Si

tel n'est pas le cas, le demandeur est informé des éléments manquants dans un délai raisonnable. Ce n'est que lorsque le dossier est complet qu'il est transmis à Iriscare.

Iriscare est en tout temps habilité à solliciter tout complément d'informations qu'il estime nécessaire.

Si le produit n'est plus fabriqué, le demandeur doit prévenir Iriscare dans les plus brefs délais. Le produit concerné figurera dans ce cas encore six mois sur la liste.

- 4) L'attestation d'essai doit être délivrée par un institut de test européen reconnu pour tester les produits conformément aux normes EN12183 et/ou EN12184.
- 5) Sur base des caractéristiques fonctionnelles telles que décrites dans le dossier de demande, la Commission d'experts examine si l'aide à la mobilité ou les adaptations sont reprises sous le numéro de nomenclature demandé. Les spécifications fonctionnelles par type de voitures telles que fixées au point II, et par adaptation telles que fixées au point III, sont d'application pour l'évaluation. La Commission d'experts rend un avis au Conseil de gestion, en vue d'une inscription éventuelle du produit sur la liste des produits admis au remboursement.
- 6) Si l'aide à la mobilité (le produit de base) et ses adaptations sont admises au remboursement, une fiche informative est établie par le Conseil de gestion sur avis de la Commission d'experts. Cette fiche reprend les informations suivantes : le nom du produit de base (marque/type) et de ses adaptations, l'identification des produits par le fabricant, le numéro d'agrément des produits, le prix public (TVAc), l'intervention et le supplément éventuel pour le bénéficiaire.
- 7) Mise à jour annuelle de la liste des produits admis au remboursement

Iriscare peut demander au demandeur d'actualiser la liste de ses produits. Pour conserver l'agrément de ses produits et de leurs adaptations standards, il doit actualiser le dossier de demande électronique. Ce faisant, il tient compte de l'influence de la radiation des adaptations sur l'agrément des produits de base. Ce dossier (support électronique) doit être introduit au plus tard un mois après que la demande en ait été faite. En l'absence de réaction du demandeur à la demande d'actualisation de la liste de ses produits dans le délai susmentionné, un rappel écrit lui est envoyé. En l'absence de réaction du demandeur à ce rappel dans un délai de dix jours ouvrables, ses produits sont supprimés de la liste.

- 8) En cas de modification de la nomenclature, le demandeur doit introduire le dossier complet ou, le cas échéant, la révision des dossiers existants au plus tard un mois après la publication de l'arrêté du Collège réuni établissant la nomenclature des aides à la mobilité au Moniteur belge, et ce afin d'entrer en ligne de compte pour la première liste suivante.

II. PRESTATIONS CONCERNANT LES AIDES A LA MOBILITE ET LEURS ADAPTATIONS

Pour les aides à la mobilité et leurs adaptations décrites ci-dessous, une intervention peut être octroyée à condition que les indications fonctionnelles et les conditions spécifiques soient remplies.

1° Groupe cible : bénéficiaires à partir du 18^{ième} anniversaire :

Dans ce point, le bénéficiaire à partir de son 18^{ième} anniversaire est appelé "l'utilisateur".

GROUPE PRINCIPAL 1 : Voiturettes manuelles

Sous-groupe 1 : 410015 - 410026 : Voiturette manuelle standard 774,69€

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur

1.1 Objectif d'utilisation

La voiturette manuelle standard est destinée à un usage quotidien restreint. Elle est utilisée pour se déplacer de manière restreinte à l'intérieur ou à l'extérieur. La voiturette permet de prendre part à la vie familiale et sociale.

1.2. Indications spécifiques

La voiturette manuelle standard est uniquement remboursable pour les utilisateurs présentant des problèmes de déplacement prouvés et définitifs, mais gardant une fonction assise satisfaisante. L'utilisateur peut uniquement se déplacer de manière autonome à l'intérieur à l'aide d'un appui (code qualificatif minimal 2) ou il se déplace très difficilement sur de longues distances à l'extérieur sans la voiturette (code qualificatif 3).

2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette

2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs

La voiturette manuelle standard est équipée de repose-pieds ou de repose-jambes qui peuvent être retirés ou escamotés par l'utilisateur ou l'accompagnateur afin de permettre à l'utilisateur de se lever et de s'asseoir plus facilement ou de faciliter le transfert vers et hors de la voiturette. Les repose-pieds ou repose-jambes doivent pouvoir être ajustés individuellement en fonction de la longueur de la jambe de l'utilisateur et de la position générale d'assise. Si la voiturette est équipée de repose-pieds, une sangle pour mollet ou un arrête-talon ou un système alternatif doit être prévu sur chaque repose-pied. Si la voiturette est équipée de repose-jambes, chaque repose-jambe doit être pourvu d'un repose-mollet.

2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs

La voiturette manuelle standard est équipée d'accoudoirs qui peuvent être retirés ou escamotés par l'utilisateur ou l'accompagnateur, afin de permettre à l'utilisateur de se lever et de s'asseoir plus facilement ou de faciliter le transfert vers et hors de la voiturette. Les accoudoirs constituent un soutien pour les avant-bras de l'utilisateur et sont pourvus de plaques latérales servant à protéger les vêtements.

2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement

La voiturette manuelle standard est au moins pourvue d'un siège et d'un dossier souples. Pour la voiturette d'une largeur de siège comprise entre 38 cm et 48 cm inclus, aucun frais supplémentaire lié à cette dimension ne peut être porté en compte.

2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite

La voiturette manuelle standard peut être du type voiturette à pousser ou du type voiturette avec propulsion par cerceaux. Les deux types doivent être pourvus de poignées de conduite pour l'accompagnateur.

2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation

La voiturette manuelle standard est réductible pour pouvoir être emportée dans la voiture. La voiturette doit être pliable, les repose-pieds ou repose-jambes sont amovibles, ou escamotables.

2.6 Spécifications fonctionnelles – aspects techniques

La voiturette manuelle standard possède des roues avant et arrière équipées de pneus gonflables ou de pneus pleins ; les roues avant sont pivotantes. La voiturette est équipée d'un système de freinage sur les deux roues arrière pouvant être actionné par l'utilisateur ou l'accompagnateur. Des monte-trottoir ou aide-bascule sont prévus à gauche et/ou à droite afin que l'accompagnateur puisse plus facilement basculer la voiturette vers l'arrière.

3. Adaptations

3.1 Membres inférieurs

410619 - 410623 Repose-jambe (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale, par repose-jambe)	124,82€
410656 - 410667 Repose-jambe de confort (mécanique - correction de la longueur, par repose-jambe)	143,54€

412594 - 412605 Repose-jambes d'une pièce (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale) 249,64€

412616 - 412627 Repose-jambes d'une pièce avec côtés latéraux (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale) 287,08€

Les prestations 410619 - 410623, 410656 - 410667, 412594 - 412605 et 412616 - 412627 ne sont pas cumulables entre elles.

3.2 Membres supérieurs

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

3.3 Positionnement (siège-dossier)

411194 - 411205 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 48 cm à 52 cm inclus 230,91

411216 - 411227 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 52 cm à 58 cm inclus 499,27€

3.4 Sécurité

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

3.5 Conduite / propulsion

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- pour les utilisateurs jusqu'à leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 4 ans.
- pour les utilisateurs à partir de leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans.

4.2 Cumuls autorisés

La voiturette manuelle standard peut être cumulée avec :

- un tricycle orthopédique. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.2.;
- un cadre de marche ;

- une canne de marche sur roues.

Pour les utilisateurs d'une orthèse d'assise, une voiturette manuelle standard peut être remboursée afin d'être utilisée comme châssis. Cependant, pour toute demande d'une orthèse d'assise combinée à une voiturette, un cumul d'adaptations reprises dans l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités avec des adaptations reprises dans le point II et III, qui ont le même objectif d'utilisation, n'est pas autorisé.

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour la voiturette manuelle standard (prestation 410015 - 410026), à condition qu'elle figure dans la liste des produits admis au remboursement. Les utilisateurs qui satisfont aux conditions de la voiturette manuelle standard mais qui optent pour un autre type de voiturette, peuvent obtenir une intervention forfaitaire, à condition que la voiturette figure dans la liste des voiturettes manuelles, des voiturettes électroniques ou des scooters électroniques ou des voiturettes de station debout admis au remboursement. A cet effet, la procédure décrite au point I., 3.3.7. doit être suivie.

- Intervention forfaitaire pour une voiturette manuelle
411695 - 411706 – 774,69€
- Intervention forfaitaire pour une voiturette électronique
411717 - 411728 – 774,69€
- Intervention forfaitaire pour un scooter électronique
411739 - 411743 – 774,69€
- Intervention forfaitaire pour une voiturette de station debout
411754 - 411765 – 774,69€

Pour les utilisateurs qui satisfont aux conditions de la voiturette manuelle standard mais pour lesquels une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm est nécessaire, une intervention peut être octroyée à condition que la voiturette soit reprise sur :

- Liste 410236 - 410247 – Voiturette manuelle standard pour enfants
Intervention forfaitaire pour une voiturette manuelle standard pour les utilisateurs pour lesquels une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm est nécessaire 412159 - 412163 – 1248,18€
- Liste 410199 - 410203 - Voiturette de promenade standard
Intervention forfaitaire de l'assurance pour une voiturette de promenade standard pour les utilisateurs pour lesquels une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm est nécessaire 414075 - 414086 - 1310,59€

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur base :

- de la prescription médicale remplie par le médecin prescripteur ;
- de la demande d'intervention remplie par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I., 3.3.1.

Pour la demande du renouvellement anticipé d'une voiturette ou d'adaptations supplémentaires à la voiturette déjà délivrée, la procédure de demande reprise au point I., 3.3.5. ou I., 3.3.6. est d'application.

Sous-groupe 2 : 410037 - 410048 : Voiturette manuelle modulaire 855€

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur

1.1 Objectif d'utilisation

La voiturette manuelle modulaire est destinée à un usage quotidien définitif et pendant une grande partie de la journée. Cette voiturette est adaptable de façon modulaire en fonction de l'utilisateur, de sa fonction assise et de ses besoins démontrés en ce qui concerne ses activités. Les adaptations en vue de soutenir la fonction des bras, des jambes, de la position assise, de la propulsion et de la sécurité de l'utilisateur ont pour unique objectif de soutenir ou remplacer les fonctions perdues ou dégradées. La voiturette permet de participer à la vie familiale et sociale.

1.2 Indications spécifiques

La voiturette manuelle modulaire est uniquement remboursable pour les utilisateurs présentant de graves problèmes de déplacement, démontrés et définitifs (code qualificatif minimal 3). L'utilisateur ne peut pas se tenir debout ou marcher à l'intérieur ou peut uniquement le faire en utilisant une aide à la marche ou en étant aidé par une personne, les mains de l'utilisateur n'étant alors pas disponibles pour effectuer des activités (code qualificatif minimal 3). Les déplacements à l'extérieur sans voiturette sont extrêmement limités, voire impossibles (code qualificatif minimal 3). Les adaptations apportées à la voiturette doivent être nécessaires d'un point de vue fonctionnel et cette nécessité doit toujours être motivée de manière circonstanciée.

Adaptations

Une adaptation de la voiturette manuelle modulaire à l'aide de coussin(s) d'accoudoir (prestation 413014 - 413025 ou 413036 - 413047) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la fonction d'un ou des deux membres supérieurs (code qualificatif 4).

2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette

2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs

La voiturette manuelle modulaire est équipée de repose-pieds ou de repose-jambes qui peuvent être retirés ou escamotés par l'utilisateur ou l'accompagnateur afin de permettre à l'utilisateur de se lever et de s'asseoir plus facilement ou de faciliter le transfert vers et hors la voiturette. Les repose-pieds ou repose-jambes doivent pouvoir être ajustés individuellement en fonction de la longueur de la jambe de l'utilisateur et de la position générale d'assise. Si la voiturette est équipée de repose-pieds, une sangle pour mollet ou un arrête-talon ou un système alternatif doit être prévu sur chaque repose-pied. Si la voiturette est équipée de repose-jambes, chaque repose-jambe doit être pourvu d'un repose-mollet.

2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs

La voiturette manuelle modulaire est équipée d'accoudoirs qui doivent pouvoir être retirés ou escamotés par l'utilisateur ou l'accompagnateur, afin de permettre à l'utilisateur de se lever et de s'asseoir plus facilement ou de faciliter le transfert vers et hors de la voiturette. Les accoudoirs constituent un soutien pour les avant-bras de l'utilisateur et sont pourvus de plaques latérales servant à protéger les vêtements.

2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement

La voiturette manuelle modulaire est au moins pourvue d'un siège et d'un dossier souples. Pour la voiturette d'une largeur de siège comprise entre 38 cm et 48 cm inclus, aucun frais supplémentaire lié à cette dimension ne peut être porté en compte.

La voiturette manuelle modulaire doit pouvoir être équipée d'un siège préformé amovible, d'un dossier préformé amovible, d'un appui-tête réglable, de pelotes de dossier, d'une selle d'abduction et d'une ceinture de sécurité. Les adaptations ne sont pas nécessairement propres au produit.

2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite

La voiturette manuelle modulaire peut être du type voiturette à pousser ou du type voiturette avec propulsion par cerceaux. Les deux types doivent être pourvus de poignées de conduite pour l'accompagnateur.

2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation

La voiturette manuelle modulaire est réductible pour pouvoir être emportée dans la voiture. La voiturette doit être pliable, les repose-pieds ou repose-jambes sont amovibles ou escamotables, et sur une voiturette avec cerceaux de propulsion, les roues arrière sont amovibles au moyen de demi-essieux (système quick release).

2.6 Spécifications fonctionnelles – aspects techniques

La voiturette manuelle modulaire possède des roues avant et arrière équipées de pneus gonflables ou de pneus pleins ; les roues avant sont pivotantes. La voiturette est équipée d'un système de freinage sur les deux roues arrière pouvant être actionné par l'utilisateur ou l'accompagnateur. Des monte-trottoir ou aide-bascule sont prévus à gauche et/ou à droite afin que l'accompagnateur puisse facilement basculer la voiturette vers l'arrière.

3. Adaptations

3.1 Membres inférieurs

410619 - 410623 Repose-jambes (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale, par repose-jambe)	124,82€
410656 - 410667 Repose-jambes de confort (mécaniques - correction de la longueur, par repose-jambe)	143,54€
412594 - 412605 Repose-jambes d'une pièce (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale)	249,64€
412616 - 412627 Repose-jambes d'une pièce avec côtés latéraux (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale)	287,08€

Les prestations 410619 - 410623, 410656 - 410667, 412594 - 412605 et 412616 - 412627 ne sont pas cumulables entre elles.

410737 - 410748 Palettes pose-pieds ajustables en inclinaison (la paire) (ou plaque pose-pieds en une pièce ajustable en inclinaison)	112,34
412896 - 412907 Coussin pour genou sur repose-jambe (par paire)	51,25€
412933 - 412944 Intervention forfaitaire pour système de fixation pour les deux genoux	253,88€
412955 - 412966 Intervention forfaitaire pour repose-pied renforcé (par pièce)	44,26€
412977- 412988 Intervention forfaitaire pour repose-jambe renforcé (par pièce)	126,17€

3.2 Membres supérieurs

410833 - 410844 Accoudoirs (ajustables en hauteur) (la paire)	300,81€
---	---------

413014 - 413025 Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière, renforcé ou élargi (par pièce) 138,34€

413036 - 413047 Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière et articulé (par pièce) 179,83€

3.3 Positionnement (siège-dossier)

410877 - 410888 Plaque de base réglable pour coussin anti-escarres 108,59€

410899 - 410903 Siège préformé 218,43€

Les prestations 410877 - 410888 et 410899 - 410903 ne sont pas cumulables entre elles.

410914 - 410925 Dossier préformé 230,91€

412859 - 412863 Siège réglable par sangles 149,78€

412874 - 412885 Dossier réglable par sangles 149,78€

410936 - 410947 Réglage de l'inclinaison du dossier (angle du dossier ajustable ou réglable jusqu'à minimum 30°) 312,04€

410958 - 410969 Réglage de l'inclinaison du dossier (angle du dossier ajustable ou réglable jusqu'à 90°) 706,47€

Les prestations 410936 - 410947 et 410958 - 410969 ne sont pas cumulables entre elles.

410995 - 411006 Réglage de l'inclinaison du siège (angle du siège ajustable) 152,28€

411113 - 411124 Appui-tête (réglable en hauteur, en profondeur et en Inclinaison) 187,23€

411135 - 411146 Pelote du dossier (par pelote) 101,10€

411157 - 411168 Selle d'abduction 77,39€

411194 - 411205 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 48 cm à 52 cm inclus 230,91€

411216 - 411227 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 52 cm à 58 cm inclus 499,27€

412734 - 412745 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 58 cm à 62 cm inclus	1067,19€
412756 - 412767 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 62 cm à 70 cm inclus	2601,21€
412778 - 412789 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 70 cm à 75 cm inclus	3559,81€
411253 - 411264 Adaptation dans le cadre d'une amputation	108,59€
La prestation 411253 - 411264 n'est pas cumulable avec la prestation 411378 - 411389.	
411275 - 411286 Tablette ou demi-tablette	199,71€

3.4 Sécurité

411319 - 411323 Arrête-talon ou sangle cale-pied (pièce)	13,73€
413375 - 413386 Coquille pour pied (par pièce)	36,52€
411334 - 411345 Ceinture de sécurité	37,45€
413434 - 413445 Ceinture de sécurité à quatre ou cinq points pour voiturette manuelle	102,01€
411356 - 411367 Siège-culotte	86,12€
Les prestations 411334 - 411345, 413434 - 413445 et 411356 - 411367 ne sont pas cumulables entre elles.	
411378 - 411389 Système anti-bascule	62,41€

La prestation 411378 - 411389 n'est pas cumulable avec la prestation 411253 - 411264.

3.5 Conduite / propulsion

411415 - 411426 Système de propulsion et de conduite à "double cerceau"	873,73€
411437 - 411448 Système de propulsion et de conduite "à levier de propulsion"	1248,18€
411459 - 411463 Abaissement de la hauteur du siège (voiturette à propulsion podale)	195,96€

Les prestations 411415 - 411426, 411437 - 411448 et 411459 - 411463 ne sont pas cumulables entre elles.

411474 - 411485 Adaptation des cerceaux en cas de diminution	93,61€
411673 - 411684 Prolongeurs de frein (la paire)	18,72€

3.6 Adaptations spécifiques

413618 - 413629 Porte-sérum	109,57€
413633 - 413644 Support pour bouteille à oxygène	215,81€

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- pour les utilisateurs jusqu'à leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 4 ans.
- pour les utilisateurs à partir de leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans.

4.2 Cumuls autorisés

La voiturette manuelle modulaire peut être cumulée avec :

- un cadre de marche ;
- une table de station debout électrique ;
- un dossier modulaire adaptable ;
- un tricycle orthopédique. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.2. ;
- un coussin anti-escarres ;
- une canne de marche sur roues.

Pour les utilisateurs d'une orthèse d'assise, une voiturette manuelle modulaire peut être remboursée afin de l'utiliser comme châssis. Cependant, pour toute demande d'une orthèse d'assise combinée à une voiturette, un cumul d'adaptations reprises dans l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités avec des adaptations reprises dans le point II et III, qui ont le même objectif d'utilisation, n'est pas autorisé.

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour la voiturette manuelle modulaire (prestation 410037 - 410048) ainsi que les adaptations individuelles demandées, à condition que la voiturette figure dans la liste des produits admis au remboursement.

Les utilisateurs qui satisfont aux conditions de la voiturette manuelle modulaire mais qui optent pour un autre type de voiturette, peuvent obtenir une intervention forfaitaire, à condition que la voiturette figure sur la liste des voiturettes manuelles, des voiturettes électroniques, des scooters électroniques ou des voiturettes de station debout admis au remboursement. A cet effet, la procédure décrite au point I., 3.3.7. doit être suivie.

- Intervention forfaitaire pour une voiturette manuelle
411776 - 411787 – 855€
- Intervention forfaitaire pour une voiturette électronique
411798 - 411809 – 855€
- Intervention forfaitaire pour un scooter électronique
411813 - 411824 – 855€
- Intervention forfaitaire pour une voiturette de station debout
411835 - 411846 – 855€

Pour les utilisateurs qui satisfont aux conditions de la voiturette manuelle modulaire mais pour lesquels une voiturette avec une largeur d'assise de moins de 36 cm est nécessaire, une intervention peut être octroyée à condition que la voiturette soit reprise sur :

- Liste 410236 - 410247 – Voiturette manuelle standard pour enfants

Intervention forfaitaire de l'assurance pour une voiturette manuelle standard pour les utilisateurs pour lesquels une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm est nécessaire
412174 - 412185 – 1248,18€
- Liste 410214 - 410225 - Voiturette de promenade modulaire

Intervention forfaitaire de l'assurance pour une voiturette de promenade modulaire pour les utilisateurs pour lesquels une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm est nécessaire
414119 - 414123 - 2184,31€

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de motivation rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention remplie par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I., 3.3.2.

Pour la demande du renouvellement anticipé d'une voiturette ou d'adaptations supplémentaires à la voiturette déjà délivrée, la procédure de demande reprise au point I., 3.3.5. ou I., 3.3.6. est d'application.

Sous-groupe 3 : 410059 - 410063 : Voiturette manuelle de maintien et de soins 2702,31€

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur

1.1 Objectif d'utilisation

La voiturette manuelle de maintien et de soins est destinée aux utilisateurs qui présentent une dépendance permanente vis-à-vis de soins dispensés par des tierces personnes et auxquels l'utilisation de cette voiturette permet de participer à la vie familiale et sociale. La voiturette est destinée à un usage quotidien définitif et pendant une grande partie de la journée. La voiturette est destinée à des utilisateurs nécessitant des soins, chez lesquels la perte ou la déficience des fonctions ou des structures anatomiques de la tête, des membres supérieurs et inférieurs, du dos et de l'assise nécessite un soutien approprié. La voiturette est conçue pour offrir à l'utilisateur des modifications de position, de la position assise jusqu'à une position semi-couchée, notamment en vue de prévenir les escarres (position semi-Fowler).

1.2 Indications spécifiques

La voiturette manuelle de maintien et de soins est uniquement remboursable pour les utilisateurs présentant des problèmes de déplacement démontrés, définitifs et complets (code qualificatif 4). Les déplacements sans voiturette sont impossibles. En outre, l'utilisateur a une position assise complètement passive (code qualification 4), qui doit être compensée par des réglages spécifiques de la voiturette. Il y a une perte élevée de la fonction des membres supérieurs (code qualificatif minimal 3), qui rend impossible, pendant toute la durée d'utilisation, l'appui, le changement de position, le fait de se lever et la conduite et la propulsion personnelles de la voiturette. Un transfert autonome vers et hors de la voiturette est tout à fait impossible (code qualificatif 4).

Adaptations

Une adaptation de la voiturette manuelle de maintien et de soins à l'aide de coussin(s) d'accoudoir (prestation 413014 - 413025 ou 413036 - 413047) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la fonction d'un ou des deux membres supérieurs (code qualificatif 4).

2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette

2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs

La voiturette manuelle de maintien et de soins est équipée de repose-jambes qui peuvent être retirés ou escamotés par l'utilisateur ou l'accompagnateur afin de faciliter le transfert par l'accompagnateur vers et hors de la voiturette. Les repose-jambes sont réglables en hauteur par l'accompagnateur. Les repose-jambes permettent de corriger la longueur, c.-à-

d. de compenser les différences de longueur des jambes qui apparaissent lors de la flexion et de l'extension de l'articulation du genou. Les repose-jambes sont pourvus de repose-mollets réglables en hauteur et en largeur, et de palettes pose-pieds (ou d'une plaque pose-pieds) réglables en hauteur et inclinables selon l'angle de la cheville.

2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs

La voiturette de maintien et de soins est équipée d'accoudoirs qui peuvent être retirés ou escamotés par l'utilisateur ou l'accompagnateur afin de permettre à l'utilisateur de se lever et de s'asseoir plus facilement ou de faciliter le transfert vers et hors de la voiturette. Les accoudoirs sont ajustables en hauteur. Ils soutiennent au maximum l'utilisateur dans le déplacement du dos. Les accoudoirs sont pourvus de plaques latérales servant à protéger les vêtements.

2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement

La voiturette manuelle de maintien et de soins est équipée d'un siège et d'un dossier rigides, d'accoudoirs, de repose-jambes, d'un appui-tête et d'une tablette. Le siège et le dossier doivent offrir à l'utilisateur un soutien latéral, une stabilité et une sécurité suffisants. La largeur et la profondeur d'assise du siège sont ajustables en fonction de l'utilisateur. Le siège et le dossier peuvent être basculés progressivement dans leur entièreté au moyen d'un vérin pneumatique ou d'un système comparable afin de modifier la position assise de l'utilisateur. L'inclinaison du dossier est réglable individuellement et de manière progressive par l'accompagnateur jusqu'à un minimum de 30° au moyen d'un vérin pneumatique ou d'un système comparable. L'inclinaison du siège est réglable progressivement par l'accompagnateur jusqu'à minimum 15° au moyen d'un vérin pneumatique ou d'un système comparable. L'appui-tête est ajustable en hauteur et en profondeur et est en outre inclinable et amovible.

Pour la voiturette d'une largeur de siège comprise entre 38 cm et 48 cm inclus, aucun frais supplémentaire lié à cette dimension ne peut être porté en compte.

2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite

La voiturette manuelle de maintien et de soins peut être du type voiturette à pousser ou du type voiturette avec propulsion par cerceaux, Les deux types doivent être pourvus de poignées ou d'un poussoir pour l'accompagnateur. Ces poignées ou ce poussoir doivent être réglables en hauteur en fonction de l'accompagnateur.

2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation

Il n'y a pas de spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation.

2.6 Spécifications fonctionnelles – aspects techniques

La voiturette manuelle de maintien et de soins possède des roues avant et arrière équipées de pneus gonflables ou de pneus pleins ; les roues avant sont pivotantes. La voiturette est équipée d'un système de freinage sur les deux roues arrière, pouvant être actionné par l'utilisateur ou l'accompagnateur. Le montage d'une tablette doit être possible.

3. Adaptations

3.1 Membres inférieurs

412896 - 412907 Coussin pour genou sur repose-jambe (par paire)	51,25€
412933 - 412944 Intervention forfaitaire pour système de fixation pour les deux genoux	253,88€
412955 - 412966 Intervention forfaitaire pour repose-pied renforcé (par pièce)	44,26€
412977 - 412988 Intervention forfaitaire pour repose-jambe renforcé (par pièce)	126,17€

3.2 Membres supérieurs

413014 - 413025 Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière, renforcé ou élargi (par pièce)	138,34€
413036 - 413047 Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière et articulé (par pièce)	179,83€

3.3 Positionnement (siège-dossier)

411135 - 411146 Pelotes du dossier (par pelote)	101,10€
411194 - 411205 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 48 cm à 52 cm inclus.	230,91€
411216 - 411227 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 52 cm à 58 cm inclus.	499,27€

3.4 Sécurité

411334 - 411345 Ceinture de sécurité	37,45€
413375 - 413386 Coquille pour pied (par pièce)	36,52€
411356 - 411367 Siège-culotte	86,12€

Les prestations 411334 - 411345 et 411356 - 411367 ne sont pas cumulables entre elles.

3.5 Conduite / propulsion

411474 - 411485 Adaptation des cerceaux en cas de diminution de la fonction de préhension (la paire)	93,61€
--	--------

3.6 Adaptations spécifiques

413618 - 413629 Porte-sérum	109,57€
413633 - 413644 Support pour bouteille à oxygène	215,81€

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- pour les utilisateurs jusqu'à leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 4 ans.
- pour les utilisateurs à partir de leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans.

4.2 Cumuls autorisés

La voiturette manuelle de maintien et de soins ne peut être cumulée qu'avec un coussin anti-escarres du sous-groupe 1, 3 ou 4 pour les utilisateurs souffrant d'une maladie neuromusculaire évolutive, d'une myopathie évolutive, de sclérose en plaques, d'une polyarthrite inflammatoire auto-immune selon la définition acceptée par la Société Royale Belge de Rhumatologie (arthrite rhumatoïde, spondylarthropathie, arthrite chronique juvénile, lupus érythémateux et sclérodermie) ou pour les utilisateurs atteints de tétraparésie ou quadriparésie.

La voiturette manuelle de maintien et de soins ne peut pas être cumulée si la personne bénéficie déjà de prestations orthèse d'assise (654754, 654776, 654791, 654813, 654835 et 654850) de l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour la voiturette manuelle de maintien et de soins (prestation 410059 - 410063) ainsi que les adaptations individuelles demandées à condition que la voiturette figure dans la liste des produits admis au remboursement.

Les utilisateurs qui répondent aux conditions de la voiturette manuelle de maintien et de soins mais qui optent pour un autre type de voiturette, peuvent obtenir une intervention forfaitaire, à condition que la voiturette figure dans les listes des voiturettes électroniques agréées. A cet effet, la procédure décrite au point I., 3.3.7. doit être suivie.

- Intervention forfaitaire pour une voiturette électronique
411857 - 411868 - 2702,31€

Pour les utilisateurs qui satisfont aux conditions de la voiturette manuelle de maintien et de soins, mais pour lesquels une voiturette avec une largeur d'assise de moins de 36 cm est nécessaire, une intervention peut être octroyée à condition que la voiturette soit reprise sur :

- Liste 410214 - 410225 – Voiturette manuelle modulaire pour enfants
Intervention forfaitaire de l'assurance pour une voiturette manuelle modulaire pour les utilisateurs pour lesquels une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm est nécessaire
412196 - 412207 – 2184,31€

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de motivation rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention remplie par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I., 3.3.2.

Pour la demande du renouvellement anticipé d'une voiturette ou d'adaptations supplémentaires à la voiturette déjà délivrée, la procédure de demande reprise au point I., 3.3.5. ou I., 3.3.6. est d'application.

Sous-groupe 4 : 410074 - 410085 : Voiturette manuelle active 2285,42€

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur

1.1 Objectif d'utilisation

La voiturette manuelle active est destinée aux utilisateurs de voiturette, actifs et autonomes. Cette voiturette doit permettre des déplacements multiples, actifs et autonomes à l'intérieur et à l'extérieur à des utilisateurs qui participent intensément à leur entretien personnel, aux travaux ménagers, à l'éducation, au travail et à d'autres activités sur le plan économique ou social. Cette voiturette est destinée à un usage quotidien et pendant une grande partie de la journée.

1.2 Indications spécifiques

a) La voiturette manuelle active est uniquement remboursable pour les utilisateurs présentant des difficultés de déplacement totales, démontrées et définitives (code qualificatif 4). L'utilisateur ne peut pas se tenir debout ni marcher à l'intérieur (code

qualificatif 4). Les déplacements à l'extérieur sans voiturette sont impossibles (code qualificatif 4).

L'utilisateur dispose de facultés intellectuelles et cognitives suffisantes ainsi que d'assez d'endurance pour utiliser la voiturette d'une façon sûre et judicieuse tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'utilisateur a un comportement de conduite actif. Il dispose de suffisamment de force, de coordination et d'endurance dans les membres supérieurs pour propulser et conduire la voiturette de manière active et autonome (code qualificatif maximal 3).

b) Pour les utilisateurs souffrant d'une maladie neuromusculaire évolutive, d'une myopathie évolutive, de sclérose en plaques, d'une polyarthrite chronique inflammatoire d'origine immunitaire selon les définitions acceptées par la Société Royale Belge de Rhumatologie (arthrite rhumatoïde, spondylarthropathie, arthrite rhumatoïde juvénile, lupus érythémateux et sclérodermie) ou pour les utilisateurs avec tétraparésie ou quadriparésie, les codes qualificatifs du déplacement, de la station debout ou de la marche à l'intérieur et du déplacement à l'extérieur sans voiturette sont réduites au code qualificatif minimal 3. Pour ces utilisateurs, il faut apporter une preuve qu'ils peuvent effectivement utiliser cette voiturette.

Adaptations

Une adaptation de la voiturette manuelle active à l'aide de coussin(s) d'accoudoir (prestation 413014 - 413025 ou 413036 - 413047) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la fonction d'un ou des deux membres supérieurs (code qualificatif 4).

2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette

2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs

La voiturette manuelle active est équipée de repose-pieds ou de palettes pose-pieds ajustables en inclinaison ou d'une plaque pose-pieds en une pièce ajustable en inclinaison ou d'un repose-pieds étrier. Ceux-ci doivent tous pouvoir être ajustés individuellement en fonction de la longueur de la jambe de l'utilisateur et de la position générale d'assise.

2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs

La voiturette manuelle active est équipée de protège-vêtements ou d'accoudoirs.

2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement

La voiturette manuelle active est au moins pourvue d'un recouvrement souple du siège et du dossier. La tension du recouvrement du dossier est réglable.

Pour les voiturettes manuelles actives, la position assise doit être ajustable afin de maximaliser les caractéristiques de la conduite e.a. la propulsion, la conduite et la

maniabilité de la voiturette. La voiturette est équipée d'un axe des roues arrière dont la position peut être ajustée horizontalement et verticalement en fonction de la position assise souhaitée par l'utilisateur ; à cet effet, les têtes de fourche des roues avant sont ajustables. La voiturette peut également être pourvue d'un siège qui est ajustable séparément, horizontalement et verticalement par rapport à l'essieu des roues arrière. Pour les voiturettes manuelles actives, il existe la possibilité d'ajuster le dossier dans un angle positif et négatif en fonction de l'utilisateur.

Le réglage de l'inclinaison des roues arrière doit être possible lors de la délivrance.

Pour la voiturette d'une largeur de sièges comprise entre 38 cm et 48 cm inclus, aucun frais supplémentaire lié à cette dimension ne peut être porté en compte.

2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite

La voiturette manuelle active est du type voiturette à propulsion par cerceaux.

2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation

La voiturette manuelle active est réductible pour pouvoir être emportée dans la voiture. La voiturette doit être pliable ou le dossier doit être repliable ou amovible. La voiturette manuelle active est équipée de roues arrière amovibles au moyen de demi-essieux (système quick release).

2.6 Spécifications fonctionnelles – aspects techniques

La voiturette manuelle active possède des roues avant et arrière équipées de pneus gonflables ou pneus pleins. Les roues avant sont pivotantes. La voiturette est équipée d'un système de freinage sur les deux roues de propulsion. Les freins doivent pouvoir être actionnés par l'utilisateur lui-même. La voiturette manuelle active doit peser maximum 13 kg afin de conserver ses caractéristiques de conduite active, e.a. la propulsion, la conduite et la maniabilité de la voiturette.

3. Adaptations

3.1 Membres inférieurs

410619 - 410623	Repose-jambes (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale, par repose-jambe)	124,82€
410656 - 410667	Repose-jambes de confort (mécaniques - correction de la longueur, par repose-jambe)	143,54€
410737 - 410748	Palettes pose-pieds ajustables en inclinaison (la paire) (ou plaque pose-pieds en une pièce ajustable en inclinaison)	112,34€
412896 - 412907	Coussin pour genou sur repose-jambe (par paire)	51,25€

412933 - 412944 Intervention forfaitaire pour système de fixation pour les deux genoux.	253,88€
412955 - 412966 Intervention forfaitaire pour repose-pied renforcé (par pièce)	44,26€
412977 - 412988 Intervention forfaitaire pour repose-jambe renforcé (par pièce)	126,17€

3.2 Membres supérieurs

410833 - 410844 Accoudoirs (ajustables en hauteur, la paire)	300,81€
413014 - 413025 Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière, renforcé ou élargi (par pièce).	138,34€
413036 - 413047 Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière et articulé (par pièce).	179,83€

3.3 Positionnement (siège-dossier)

410877 - 410888 Plaque de base réglable pour coussin anti-escarres	108,59€
410936 - 410947 Réglage de l'inclinaison du dossier (angle du dossier ajustable ou réglable jusqu'à minimum 30°).	312,04€
411157 - 411168 Selle d'abduction	77,39€

3.4 Sécurité

413375 - 413386 Coquille pour pied (par pièce)	36,52€
411334 - 411345 Ceinture de sécurité	37,45€
411356 - 411367 Siège-culotte	86,12€

Les prestations 411334 - 411345 et 411356 - 411367 ne peuvent être remboursées que pour les utilisateurs mentionnés au point 1.2, b).

Les prestations 411334 - 411345 et 411356 - 411367 ne sont pas cumulables entre elles.

411378 - 411389 Système anti-basculé	62,41€
412793 - 412804 Système anti-basculé escamotable ou système anti-basculé central amovible, pour voiturette active	171€

3.5 Conduite / propulsion

413537 - 413548 Système de propulsion et de conduite à "double cerceau "pour voiturette active	873,73€
411474 - 411485 Adaptation des cerceaux en cas de diminution de la fonction de préhension (la paire)	93,61€
412815 - 412826 Adaptation des cerceaux de la voiturette active en cas de diminution de la fonction de préhension (la paire)	177,87€
411673 - 411684 Prolongeurs de frein (la paire)	18,72€

3.6 Adaptations spécifiques

413618 - 413629 Porte-sérum	109,57€
-----------------------------	---------

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- pour les utilisateurs jusqu'à leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 4 ans.
- pour les utilisateurs à partir de leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans.

4.2 Cumuls autorisés

La voiturette manuelle active peut être cumulée avec :

- une table de station debout électrique ;
- un tricycle orthopédique. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.3.;
- un cadre de marche. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.3.;
- un coussin anti-escarres du sous-groupe 1, 3 ou 4 ;
- un système de dossier modulaire adaptable ;
- une canne de marche sur roues.

Pour les utilisateurs d'une orthèse d'assise, une voiturette manuelle active peut être remboursée afin de l'utiliser comme châssis. Cependant, pour toute demande d'une orthèse d'assise combinée à une voiturette, un cumul d'adaptations reprises dans l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités avec des

adaptations reprises dans le point II et III, qui ont le même objectif d'utilisation, n'est pas autorisé.

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour la voiturette manuelle active (prestation 410074 - 410085) et les adaptations individuelles demandées, à condition que la voiturette figure dans la liste des produits admis au remboursement.

Les utilisateurs qui répondent aux conditions de la voiturette manuelle active mais qui optent pour un autre type de voiturette, peuvent obtenir une intervention forfaitaire, à condition que la voiturette figure dans les listes des voiturettes électroniques ou des scooters électroniques agréés. A cet effet, la procédure décrite au point I., 3.3.7. doit être suivie.

- Intervention forfaitaire pour une voiturette électronique
411879 - 411883 – 2285,42€
- Intervention forfaitaire pour un scooter électronique
411894 - 411905 – 2285,42€

Pour les utilisateurs qui répondent aux conditions de la voiturette manuelle active mais pour lesquels une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm est nécessaire, une intervention peut être octroyée à condition que la voiturette soit reprise sur :

- Liste 410258 - 410269 – Voiturettes manuelles actives pour enfants
412218 - 412229 – 2285,42€

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de fonctionnement élaboré de manière multidisciplinaire ;
- du rapport de motivation rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention remplie par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I., 3.3.3.

Pour la demande du renouvellement anticipé d'une voiturette ou d'adaptations supplémentaires à la voiturette déjà délivrée, la procédure de demande reprise aux points I., 3.3.5. ou I., 3.3.6. est d'application.

Sous-groupe 5 : 412837- 412848 : Voiturette manuelle active aux dimensions individualisées 2285,42€

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur

1.1 Objectifs d'utilisation

La voiturette manuelle active aux dimensions individualisées est destinée aux utilisateurs de voiturette manuelle active expérimentés, actifs et autonomes. Cette voiturette doit permettre des déplacements multiples, actifs et autonomes à l'intérieur et à l'extérieur, à des utilisateurs qui participent intensément à leur entretien personnel, aux travaux ménagers, à l'éducation, au travail et à d'autres activités sur le plan économique ou social. A cet effet, cette voiturette doit être confectionnée individuellement et être légère, rigide et maniable, rapidement et facilement emportable. Cette voiturette est destinée à un usage quotidien et pendant une grande partie de la journée.

1.2 Indications spécifiques

a) La voiturette manuelle aux dimensions individualisées est uniquement remboursable pour les utilisateurs ayant déjà bénéficié d'une intervention pour une voiturette manuelle active (prestation 410074 - 410085 et prestation 410258 - 410269), dont le délai de renouvellement est atteint.

La voiturette manuelle aux dimensions individualisées est uniquement remboursable pour les utilisateurs présentant des difficultés de déplacement totales, démontrées et définitives (code qualificatif 4). L'utilisateur ne peut pas se tenir debout ni marcher à l'intérieur (code qualificatif 4). Les déplacements à l'extérieur sans voiturette sont impossibles (code qualificatif 4). L'utilisateur dispose de facultés intellectuelles et cognitives suffisantes ainsi que d'assez d'endurance pour utiliser la voiturette d'une façon sûre et judicieuse tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'utilisateur a un comportement de conduite actif. Il dispose de suffisamment de force, de coordination et d'endurance dans les membres supérieurs pour propulser et conduire la voiturette de manière active et autonome (code qualificatif maximal 3).

b) Pour les utilisateurs souffrant d'une maladie neuromusculaire évolutive, d'une myopathie évolutive, de sclérose en plaques, d'une polyarthrite chronique inflammatoire d'origine immunitaire selon les définitions acceptées par la Société royale belge de Rhumatologie (arthrite rhumatoïde, spondylarthropathie, arthrite rhumatoïde juvénile, lupus érythémateux et sclérodermie) ou pour les utilisateurs avec tétraparésie ou quadriparésie, les codes qualificatifs du déplacement, de la station debout ou de la marche à l'intérieur et du déplacement à l'extérieur sans voiturette sont réduits au code qualificatif minimal 3.

Adaptations

Une adaptation de la voiturette manuelle active aux dimensions individualisées à l'aide de coussin(s) d'accoudoir (prestation 413014 - 413025 ou 413036 - 413047) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la fonction d'un ou des deux membres supérieurs (code qualificatif 4).

2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette

2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs

La voiturette manuelle active aux dimensions individualisées est équipée d'une plaque pose-pieds en une pièce ou d'un repose-pieds étrier. Ceux-ci doivent pouvoir être ajustés individuellement en fonction de la longueur de la jambe de l'utilisateur et de la position générale d'assise.

2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs

La voiturette manuelle active aux dimensions individualisées est équipée de protège-vêtements ou d'accoudoirs.

2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement

La voiturette manuelle active aux dimensions individualisées est au moins pourvue d'un recouvrement souple du siège et du dossier. La tension du recouvrement du dossier est réglable.

Les hauteur, profondeur et largeur d'assise sont fixes et déterminées de manière individuelle. Les têtes de fourche des roues avant sont fixes. Le dossier peut être fixe, réglable ou rabattable. L'axe des roues arrière est fixe ou ajustable d'avant en arrière.

2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite

La voiturette manuelle active aux dimensions individualisées est du type voiturette à propulsion par cerceaux.

2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation

La voiturette manuelle active aux dimensions individualisées est équipée de roues arrière amovibles au moyen de demi-essieux (système quick release).

2.6 Spécifications fonctionnelles - aspects techniques

La voiturette manuelle active aux dimensions individualisées est fabriquée sur base des mensurations de l'utilisateur. La voiturette manuelle active aux dimensions individualisées possède des roues avant et arrière équipées de pneus gonflables ou pneus pleins. Les roues avant sont pivotantes. La voiturette est équipée d'un système de freinage sur les deux roues de propulsion. Les freins doivent pouvoir être actionnés par l'utilisateur lui-même. La voiturette manuelle active aux dimensions individualisées doit peser maximum 11 kg afin de conserver ses caractéristiques de conduite active, e.a. la propulsion, la conduite et la maniabilité de la voiturette.

3. Adaptations

3.1 Membres inférieurs

410619 - 410623	Repose-jambe (mécanique – ajustable en hauteur et réglable jusqu'à l'horizontale, par repose-jambe)	124,82€
410656 - 410667	Repose-jambe de confort (mécanique – correction de la longueur, par repose-jambe)	143,54€
410737 - 410748	Palettes pose-pieds ajustables en inclinaison (la paire) (ou plaque pose-pieds en une pièce ajustable en inclinaison)	112,34€
412896 - 412907	Coussin pour genou sur repose-jambe (par paire)	51,25€
412933 - 412944	Intervention forfaitaire pour système de fixation pour les deux genoux	253,88€
412955 - 412966	Intervention forfaitaire pour repose-pied renforcé (par pièce)	44,26€
412977 - 412988	Intervention forfaitaire pour repose-jambe renforcé (par pièce)	126,17€

3.2 Membres supérieurs

410833 - 410844	Accoudoirs (ajustables en hauteur, la paire)	300,81€
413014 - 413025	Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme	138,34€
413036 - 413047	Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière et articulé (par pièce)	179,83€

3.3 Positionnement (siège-dossier)

410877 - 410888	Plaque de base réglable pour coussin anti-escarres	108,59€
410936 - 410947	Réglage de l'inclinaison du dossier (angle du dossier ajustable ou réglable jusqu'à minimum 30°)	312,04€
411157 - 411168	Selle d'abduction	77,39€

3.4 Sécurité

413375 - 413386	Coquille pour pied (par pièce)	36,52€
-----------------	--------------------------------	--------

411334 - 411345 Ceinture de sécurité	37,45€
411356 - 411367 Siège-culotte	86,12€

Les prestations 411334 - 411345 et 411356 - 411367 ne peuvent être remboursées que pour les utilisateurs mentionnés au point 1.2, b).

Les prestations 411334 - 411345 et 411356 - 411367 ne sont pas cumulables entre elles.

411378 - 411389 Système anti-bascule	62,41€
412793 - 412804 Système anti-bascule escamotable ou système anti-bascule central amovible, pour voiturette active	171€

3.5 Conduite/propulsion

413537 - 413548 Système de propulsion et de conduite à "double cerceau" pour voiturette active	873,73€
411474 - 411485 Adaptation des cerceaux en cas de diminution de la fonction de préhension (la paire)	93,61€
412815 - 412826 Adaptation des cerceaux de la voiturette active en cas de diminution de la fonction de préhension (la paire)	177,87€
411673 - 411684 Prolongeurs de frein (la paire)	18,72€

3.6 Adaptations spécifiques

413618 - 413629 Porte-sérum	109,57€
-----------------------------	---------

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- pour les utilisateurs jusqu'à leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 4 ans ;
- pour les utilisateurs à partir de leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans.

4.2 Cumuls autorisés

La voiturette manuelle active aux dimensions individualisées peut être cumulée avec :

- une table de station debout électrique ;

- un tricycle orthopédique. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I., 3.3.3. ;
- un cadre de marche. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I., 3.3.3. ;
- un coussin anti-escarres du sous-groupe 1, 3 ou 4 ;
- un système de dossier modulaire adaptable ;
- une canne de marche sur roues.

Pour les utilisateurs d'une orthèse d'assise, une voiturette manuelle active aux dimensions individualisées peut être remboursée afin d'être utilisée comme châssis. Cependant, pour toute demande d'une orthèse d'assise combinée à une voiturette, un cumul d'adaptations reprises dans l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités avec des adaptations reprises dans le point II et III, qui ont le même objectif d'utilisation, n'est pas autorisé.

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour la voiturette manuelle active aux dimensions individualisées (prestation 412837 - 412848) et les adaptations individuelles demandées, à condition que la voiturette figure dans la liste des produits admis au remboursement.

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de fonctionnement élaboré de façon multidisciplinaire ;
- du rapport de motivation détaillé rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I.; 3.3.3.

Pour la demande du renouvellement anticipé d'une voiturette ou d'adaptations supplémentaires à la voiturette déjà délivrée, la procédure de demande reprise aux points I., 3.3.5. ou I., 3.3.6. est d'application.

GRUPE PRINCIPAL 2 : Voiturettes électroniques

Sous-groupe 1 : 410096 - 410107 : Voiturette électronique pour l'intérieur

5616,81€

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur

1.1 Objectif d'utilisation

La voiturette électronique pour l'intérieur est destinée aux utilisateurs qui se déplacent essentiellement à l'intérieur au moyen de cette voiturette et qui ne peuvent se déplacer avec une voiturette manuelle. L'utilisation de la voiturette électronique pour l'intérieur doit aider l'utilisateur, quelle que soit sa limitation d'activité, à être le plus autonome et actif possible sur le plan e.a. de l'entretien personnel, des travaux ménagers et de la participation à la vie sociale. Un usage quotidien définitif et pendant une grande partie de la journée s'impose.

1.2 Indications spécifiques

a) La voiturette électronique pour l'intérieur est uniquement remboursable pour les utilisateurs présentant des difficultés de déplacement complètes, démontrées et définitives (code qualificatif 4). L'utilisateur ne peut se tenir debout ou marcher (code qualificatif 4). Un transfert autonome de la voiturette vers une chaise, un fauteuil ou le lit et inversement est extrêmement limité sans l'aide d'une tierce personne (code qualificatif minimal 3). L'utilisateur ne dispose pas au niveau des membres supérieurs, de la force, la coordination ou l'endurance nécessaire pour propulser et conduire une voiturette manuelle (code qualificatif 4). La conduite d'une voiturette électronique est par contre possible. L'utilisateur dispose de facultés intellectuelles et cognitives suffisantes ainsi que d'assez d'endurance pour utiliser la voiturette d'une façon sûre et judicieuse tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

b) La voiturette électronique pour l'intérieur est également remboursable pour l'utilisateur satisfaisant aux indications fonctionnelles spécifiques d'une voiturette manuelle modulaire à condition qu'il fréquente l'école, suive une formation professionnelle ou une rééducation professionnelle, qu'il travaille ou exerce une activité professionnelle indépendante. Ces activités ne sont pas possibles sans l'utilisation d'une voiturette électronique. Le rapport d'avis multidisciplinaire doit l'attester.

c) Pour les utilisateurs souffrant d'une maladie neuromusculaire évolutive, d'une myopathie évolutive, de sclérose en plaques, d'une polyarthrite chronique inflammatoire d'origine immunitaire selon les définitions acceptées par la Société Royale Belge de Rhumatologie (arthrite rhumatoïde, spondylarthropathie, arthrite rhumatoïde juvénile, lupus érythémateux et sclérodermie) et pour les utilisateurs avec tétraparésie ou quadriparésie, les codes qualificatifs du trouble du déplacement, de la station debout ou de la marche à l'intérieur et du déplacement à l'extérieur sans voiturette sont réduits au code qualificatif minimal 3. Pour ces utilisateurs, il faut apporter une preuve qu'ils peuvent effectivement utiliser cette voiturette.

d) La voiturette électronique pour l'intérieur est également remboursable pour un utilisateur qui a reçu une intervention aux conditions mentionnées sous le point b), lors de la délivrance antérieure d'une voiturette électronique et pour laquelle le délai de renouvellement de la voiturette précédente est écoulé.

Adaptations

Une adaptation de la voiturette électronique pour l'intérieur à l'aide de repose-jambes réglables électriquement ou d'un siège basculant électriquement ou d'un dossier électrique inclinable n'est autorisée que soit si l'utilisateur dispose d'une position d'assise déficiente

(code qualificatif minimal 3), qui doit être soutenue par un ajustement spécifique de la voiturette soit si un changement de la position générale d'assise s'impose sur le plan médical ou est indiqué pour prévenir les escarres qui apparaissent lorsque l'utilisateur reste longtemps assis dans la même position.

Une adaptation de la voiturette électronique pour l'intérieur à l'aide d'une unité d'assise électrique réglable en hauteur (prestation 411054 - 411065) ou d'une fonction électrique de station debout (prestation 411098 - 411109) n'est autorisée que pour les utilisateurs qui habitent dans un domicile non adapté, qui vivent de manière autonome ou qui ont besoin de cette adaptation sur le lieu de travail ou au bureau pour pouvoir accéder aux différents éléments de l'aménagement intérieur du domicile ou du lieu de travail (armoires, etc.).

Une adaptation de la voiturette électronique pour l'intérieur à l'aide de coussin(s) d'accoudoir (prestation 413014 - 413025 ou 413036 - 413047) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la fonction d'un ou des deux membres supérieurs (code qualificatif 4). Une adaptation de la voiturette électronique pour l'intérieur à l'aide d'un dossier biomécanique (prestation 413095 - 413106) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la stabilité du tronc et éventuellement aussi de la nuque et de la tête (code qualificatif 4).

Une adaptation de la voiturette électronique pour l'intérieur à l'aide d'un appui-tête avec positionnement fonctionnel (prestation 413139 - 413143) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la stabilité de la ceinture scapulaire, de la tête et du cou (code qualificatif 4), si bien qu'il est impossible de maintenir la tête dans une position correcte pendant la station assise. L'adaptation s'adresse aux utilisateurs qui ne sont pas capables de tenir leur tête droite pour une période longue ou aux utilisateurs présentant des spasmes et n'arrivant pas à bien contrôler la position de la tête.

Une adaptation de la voiturette électronique pour l'intérieur à l'aide d'un élément chauffant pour le bras ou la main (prestation 413559 - 413563) n'est autorisée que si l'utilisateur présente un trouble de la thermorégulation. Cette adaptation est nécessaire pour conduire la voiturette de manière autonome.

2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette

2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs

La voiturette électronique pour l'intérieur est équipée de repose-pieds ou de repose-jambes, qui peuvent être retirés ou escamotés par l'utilisateur ou l'accompagnateur afin de permettre à l'utilisateur de se lever et de s'asseoir plus facilement ou de faciliter le transfert dans et hors de la voiturette. Les repose-pieds ou repose-jambes doivent pouvoir être ajustés individuellement en fonction de la longueur de la jambe de l'utilisateur et de la position générale d'assise. Si la voiturette est équipée de repose-pieds, une sangle pour mollet ou un arrête-talon ou un système alternatif doit être prévu sur chaque repose-pied. Si la voiturette est équipée de repose-jambes, chaque repose-jambe doit être pourvu d'un repose-mollet.

2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs

La voiturette électronique pour l'intérieur est équipée d'accoudoirs ajustables en hauteur, de telle sorte que les bras de l'utilisateur puissent être adéquatement soutenus. Les accoudoirs sont amovibles ou escamotables, de sorte que l'accompagnateur puisse effectuer un transfert accompagné avec l'utilisateur.

2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement

La voiturette électronique pour l'intérieur est au moins équipée d'un siège et d'un dossier souples.

2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite

La voiturette électronique pour l'intérieur est propulsée par 2 moteurs électriques pourvus d'un système de freinage électromagnétique. La voiturette est équipée d'une unité de commande avec un joystick. La voiturette est équipée d'une unité de commande comprenant les boutons qui doivent permettre à l'utilisateur de commander et de conduire la voiturette dans son ensemble. L'électronique doit être programmable individuellement en fonction de l'utilisateur, e.a. la vitesse de réaction du joystick, la vitesse de la voiturette, l'accélération progressive, etc. L'unité de commande est amovible (avec l'accoudoir ou non), de sorte que l'utilisateur puisse prendre place à table ou à un bureau. De série, l'unité de commande électronique est placée à droite ou à gauche à hauteur des accoudoirs de façon à ce que l'utilisateur puisse s'en servir en position assise, adossé au dossier et avec l'avant-bras appuyé sur l'accoudoir.

2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation

La voiturette électronique pour l'intérieur est conçue spécifiquement pour être utilisée à l'intérieur et convient à un usage très limité à l'extérieur sur sol dur. Grâce à la propulsion au moyen de deux moteurs électriques, la voiturette est particulièrement maniable. La voiturette est compacte et le rayon de braquage est inférieur à 100 cm. La voiturette électronique pour l'intérieur est pliable ou fortement réductible, de telle sorte que l'utilisateur puisse aisément l'emporter en voiture.

La vitesse de la voiturette électronique pour l'intérieur est programmable et réglable, au moins de 0 à 6 km/heure, de telle sorte que la vitesse peut être adaptée pour des déplacements à l'intérieur. Le rayon d'action ou autonomie de la voiturette est de minimum 20 km, si bien que l'utilisateur peut se déplacer de façon continue, sûre et autonome. La voiturette est pourvue d'une ceinture de sécurité.

2.6 Spécifications fonctionnelles – aspects techniques

La voiturette électronique pour l'intérieur est équipée de roues avant et arrière équipées de pneus gonflables ou de pneus pleins avec un système de freinage électromagnétique. La voiturette dispose d'un point mort, afin qu'elle puisse être déplacée manuellement par l'accompagnateur. La voiturette électronique pour l'intérieur doit être livrée avec des batteries et un chargeur.

3. Adaptations

3.1 Membres inférieurs

410619 - 410623 Repose-jambe (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale, par repose-jambe)	124,82€
410656 - 410667 Repose-jambe de confort (mécanique - correction de la longueur, par repose-jambe)	143,54€
412594 - 412605 Repose-jambes d'une pièce (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale)	249,64€
412616 - 412627 Repose-jambes d'une pièce avec côtés latéraux (mécanique ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale)	287,08€
410693 - 410704 Repose-jambes de confort réglables électriquement (avec correction de la longueur, la paire)	1248,18€

Les prestations 410619 - 410623, 410656 - 410667, 410693 - 410704, 412594 - 412605 et 412616 - 412627 ne sont pas cumulables entre elles.

410737 - 410748 Palettes pose-pieds ajustables en inclinaison (la paire) (ou plaque pose-pieds en une pièce ajustable en inclinaison)	112,34€
412896 - 412907 Coussin pour genou sur repose-jambe (par paire)	51,25€
412918 - 412929 Intervention forfaitaire pour repose-mollet pour repose-jambe central (par pièce)	71,46€
412933 - 412944 Intervention forfaitaire pour système de fixation pour les deux genoux	253,88€
412955 - 412966 Intervention forfaitaire pour repose-pied renforcé (par pièce)	44,26€
412977 - 412988 Intervention forfaitaire pour repose-jambe renforcé (par pièce)	126,17€

3.2 Membres supérieurs

413014 - 413025 Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière, renforcé ou élargi (par pièce)	138,34€
413036 - 413047 Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière et articulé (par pièce)	179,83€

3.3 Positionnement (siège-dossier)

410877 - 410888 Plaque de base réglable pour coussin anti-escarres	108,59€
410899 - 410903 Siège préformé	218,43€

Les prestations 410877 - 410888 et 410899 - 410903 ne sont pas cumulables entre elles.

410914 - 410925 Dossier préformé	230,91€
412859 - 412863 Siège réglable par sangles	149,78€
412874 - 412885 Dossier réglable par sangles	149,78€
413073 - 413084 Support fémoral (par paire)	276,68€
413095 - 413106 Dossier biomécanique	265,62€
413117 - 413128 Support coxal (par paire)	276,68€

Les prestations 413073 - 413084 et 413117 - 413128 ne sont pas cumulables entre elles.

410936 - 410947 Réglage de l'inclinaison du dossier (angle du dossier ajustable ou réglable jusque 30° minimum)	312,04€
411017 - 411028 Siège basculant électriquement	1185,77€
411039 - 411043 Réglage électrique de l'inclinaison du dossier (angle du dossier réglable)	1185,77€
411054 - 411065 Unité d'assise réglable en hauteur	2745,99€
411098 - 411109 Fonction électrique de station debout	2745,99€
411113 - 411124 Appui-tête (réglable en hauteur, en profondeur, et en inclinaison)	187,23€

413139 - 413143 Appui-tête avec positionnement fonctionnel	1706,83€
411135 - 411146 Pelotes du dossier (par pelote)	101,10€
411157 - 411168 Selle d'abduction	77,39€
413338 - 413349 Intervention forfaitaire pour selle d'abduction sur-mesure	137,24€

Les prestations 411157 - 411168 et 413338 - 413349 ne sont pas cumulables entre elles.

411194 - 411205 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de 48 cm à 52 cm inclus	230,91€
411216 - 411227 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 52 cm à 58 cm inclus	499,27€
411275 - 411286 Tablette ou demi-tablette (sans commande incorporée)	199,71€
413353 - 413364 Intervention forfaitaire pour support de thorax pour tablette	82,94€

3.4 Sécurité

413375 - 413386 Coquille pour pied (par pièce)	36,52€
413397 - 413408 Ceinture de sécurité à quatre ou cinq points, avec auto-clip	193,22€
413419 - 413423 Ceinture de sécurité à quatre ou cinq points pour voiturette électronique	68,80€
413456 - 413467 Ceinture à enrouleur automatique	68,80€
411356 - 411367 Siège-culotte	86,12€

Les prestations 413397 - 413408, 413419 - 413423, 413456 - 413467 et 411356 - 411367 ne sont pas cumulables entre elles.

411393 - 411404 Monte-trottoir	418,14€
413515 - 413526 Interrupteur d'arrêt d'urgence	285,27€

3.5 Conduite / propulsion

411496 - 411507 Commande dans la tablette (incorporée dans la tablette – tablette comprise)	1934,68€
---	----------

411518 - 411529 Joystick externe supplémentaire	742,67€
411533 - 411544 Commande au menton	1622,63€
411555 - 411566 Commande au menton (pivotant électriquement)	2090,70€
411577 - 411588 Commande centrale	619,10€
411599 - 411603 Commande au doigt	2621,18€
411614 - 411625 Commande à la tête	2496,36€
411636 - 411647 Commande au pied	1872,27€
411658 - 411669 Remboursement forfaitaire pour une commande de voiturette au moyen d'interrupteurs particuliers adaptés à l'utilisateur	2496,36€

Les prestations 411496 - 411507, 411518 - 411529, 411533 - 411544, 411555 - 411566, 411577 411588, 411599 - 411603, 411614 - 411625, 411636 - 411647 et 411658 - 411669 ne sont pas cumulables entre elles.

413559 - 413563 Elément chauffant pour le bras ou la main de commande	846,55€
---	---------

La prestation 413559 - 413563 ne peut être remboursée qu'en cumul avec une commande dans la tablette (411496 - 411507) ou une commande au doigt (411599 - 411603) ou une commande au moyen d'interrupteurs particuliers (411658 - 411669).

413574 - 413585 Système de commande pour l'accompagnateur	675,36€
---	---------

La prestation 413574 - 413585 ne peut être remboursée qu'en cumul avec un système de commande spécial : commande au menton (411533 - 411544), commande au menton (pivotant électriquement) (411555 - 411566), commande au doigt (411599 - 411603), commande à la tête (411614 - 411625), commande au pied (411636 - 411647), commande au moyen d'interrupteurs particuliers (411658 - 411669), commande centrale (411577 - 411588) ou commande dans la tablette (incorporée dans la tablette – tablette comprise) (411496 - 411507).

413596 - 413607 Bras de fixation pivotant – à commande mécanique	254,55€
--	---------

3.6 Adaptations spécifiques

413618 - 413629 Porte-sérum	109,57€
413633 - 413644 Support pour bouteille à oxygène	215,81€

413655 - 413666	Intervention forfaitaire pour plate-forme pour appareillage médical	377,46€
413677 - 413688	Intervention forfaitaire pour plate-forme articulée pour appareillage médical	520,79€
413699 - 413703	Intervention forfaitaire pour batterie supplémentaire	441,59€

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- pour les utilisateurs jusqu'à leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 4 ans
- pour les utilisateurs à partir de leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans et sous condition d'une motivation détaillée sur base d'un rapport de fonctionnement.

4.2. Cumuls autorisés

La voiturette électronique pour l'intérieur peut être cumulée avec :

- un cadre de marche, pour les utilisateurs souffrant d'une maladie neuromusculaire évolutive, d'une myopathie évolutive, de sclérose en plaques, d'une polyarthrite chronique inflammatoire d'origine immunitaire selon les définitions acceptées par la Société Royale Belge de Rhumatologie (arthrite rhumatoïde, spondylarthropathie, arthrite rhumatoïde juvénile, lupus érythémateux et sclérodermie) et pour les utilisateurs avec tétraparésie ou quadriparésie ;
- une table de station debout électrique ;
- un coussin anti-escarres du sous-groupe 1, 3 ou 4 ;
- une canne de marche sur roues.

Pour les utilisateurs d'une orthèse d'assise, une voiturette électronique pour l'intérieur peut être remboursée afin d'être utilisée comme châssis. Cependant, pour toute demande d'une orthèse d'assise combinée à une voiturette, un cumul d'adaptations reprises dans l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités avec des adaptations reprises dans le point II et III, qui ont le même objectif d'utilisation, n'est pas autorisé.

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour la voiturette électronique pour l'intérieur (prestation 410096 - 410107) et les adaptations individuelles, à condition que la voiturette figure dans la liste des produits admis au remboursement.

Les utilisateurs qui satisfont aux conditions de la voiturette électronique pour l'intérieur mais pour lesquels une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm est nécessaire, peuvent obtenir une intervention, à condition que la voiturette soit reprise dans :

- Liste 410273 - 410284 – Voiturette électronique pour l'intérieur pour enfants
412233 - 412244 – 5616,81€

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de fonctionnement élaboré de manière multidisciplinaire ;
- du rapport de motivation rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I., 3.3.3.

Pour la demande de renouvellement anticipé d'une voiturette ou d'adaptations supplémentaires à la voiturette déjà délivrée, la procédure de demande reprise au point I., 3.3.5. ou I., 3.3.6. est d'application.

Sous-groupe 2 : 410118 - 410129 : Voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur 6727,68€

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur

1.1 Objectif d'utilisation

La voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur est destinée aux utilisateurs qui se déplacent essentiellement au moyen de cette voiturette à l'intérieur et à l'extérieur et qui ne peuvent se déplacer à l'aide d'une voiturette manuelle. L'utilisation de la voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur doit aider l'utilisateur, quelle que soit sa limitation d'activité, à être le plus autonome et actif possible sur le plan e.a. de l'entretien personnel, des travaux ménagers et de la participation à la vie sociale. Un usage quotidien définitif et pendant une grande partie de la journée s'impose.

1.2 Indications spécifiques

a) La voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur est uniquement remboursable pour les utilisateurs présentant des difficultés de déplacement complètes, démontrées et définitives (code qualificatif 4). L'utilisateur ne peut se tenir debout ou marcher (code qualificatif 4). Un transfert autonome de la voiturette vers une chaise, un fauteuil ou le lit et inversement est extrêmement limité sans l'aide d'une tierce personne (code qualificatif minimal 3).

L'utilisateur ne dispose pas au niveau des membres supérieurs, de la force, la coordination ou l'endurance nécessaires pour propulser et conduire une voiturette manuelle (code qualificatif 4). La conduite d'une voiturette électronique est par contre possible.

L'utilisateur dispose de facultés intellectuelles et cognitives suffisantes ainsi que d'assez d'endurance pour utiliser la voiturette d'une façon sûre et judicieuse tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

b) La voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur est également remboursable pour un utilisateur répondant aux indications fonctionnelles spécifiques d'une voiturette manuelle modulaire à condition qu'il fréquente l'école, suive une formation professionnelle ou une rééducation professionnelle, qu'il travaille ou exerce une activité professionnelle indépendante. Ces activités ne sont pas possibles sans l'utilisation d'une voiturette électronique. Le rapport d'avis multidisciplinaire doit l'attester.

c) Pour les utilisateurs souffrant d'une maladie neuromusculaire évolutive, d'une myopathie évolutive, de sclérose en plaques, d'une polyarthrite chronique inflammatoire d'origine immunitaire selon les définitions acceptées par la Société Royale Belge de Rhumatologie (arthrite rhumatoïde, spondylarthropathie, arthrite rhumatoïde juvénile, lupus érythémateux et sclérodermie) et pour les utilisateurs avec tétraparésie ou quadriparésie, les codes qualificatifs du trouble du déplacement, de la station debout ou de la marche à l'intérieur et du déplacement à l'extérieur sans voiturette sont réduits au code qualificatif minimal 3. Pour ces utilisateurs, il faut apporter une preuve qu'ils peuvent effectivement utiliser cette voiturette.

d) La voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur est également remboursable pour un utilisateur qui a reçu une intervention aux conditions mentionnées sous le point b), lors de la délivrance antérieure d'une voiturette électronique et pour laquelle le délai de renouvellement de la voiturette précédente est écoulé.

Adaptations

Une adaptation de la voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur à l'aide de repose-jambes réglables électriquement ou d'un siège basculant électriquement ou d'un dossier électrique inclinable n'est autorisée que soit si l'utilisateur dispose d'une position d'assise déficiente (code qualificatif minimal 3), qui doit être soutenue par un ajustement spécifique de la voiturette soit si un changement de la position générale d'assise s'impose sur le plan médical ou est indiqué pour prévenir les escarres qui apparaissent lorsque l'utilisateur reste longtemps assis dans la même position.

Une adaptation de la voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur à l'aide d'une unité d'assise électrique réglable en hauteur (prestation 411054 - 411065) ou d'une fonction électrique de station debout (prestation 411098 - 411109) n'est autorisée que pour les utilisateurs qui habitent dans un domicile non adapté, qui vivent de manière autonome ou qui ont besoin de cette adaptation sur le lieu de travail ou au bureau pour pouvoir accéder aux différents éléments de l'aménagement intérieur du domicile ou du lieu de travail (armoires, etc.).

Une adaptation de la voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur à l'aide de coussin(s) d'accoudoir (prestation 413014 - 413025 ou 413036 - 413047) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la fonction d'un ou des deux membres supérieurs (code qualificatif 4).

Une adaptation de la voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur à l'aide d'un dossier biomécanique (prestation 413095 - 413106) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la stabilité du tronc et éventuellement aussi de la nuque et de la tête (code qualificatif 4).

Une adaptation de la voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur à l'aide d'un appui-tête avec positionnement fonctionnel (prestation 413139 - 413143) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la stabilité de la ceinture scapulaire, de la tête et du cou (code qualificatif 4), si bien qu'il est impossible de maintenir la tête dans une position correcte pendant la station assise. L'adaptation s'adresse aux utilisateurs qui ne sont pas capables de tenir leur tête droite pour une période longue ou aux utilisateurs présentant des spasmes et n'arrivant pas à bien contrôler la position de la tête.

Une adaptation de la voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur à l'aide d'un rétroviseur (prestation 413493 - 413504) n'est autorisée que si l'utilisateur présente des troubles graves (code qualificatif minimal 3) des caractéristiques anatomiques de la colonne vertébrale ou des muscles du tronc, de la ceinture scapulaire ou de la tête et de la nuque.

Une adaptation de la voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur à l'aide d'un élément chauffant pour le bras ou la main (prestation 413559 - 413563) n'est autorisée que si l'utilisateur présente un trouble de la thermorégulation. Cette adaptation est nécessaire pour conduire la voiturette de manière autonome.

2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette

2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs

La voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur est équipée de repose-pieds ou de repose-jambes qui peuvent être retirés ou escamotés par l'utilisateur ou l'accompagnateur afin de permettre à l'utilisateur de se lever et de s'asseoir plus facilement ou de faciliter le transfert dans et hors de la voiturette. Les repose-pieds ou repose-jambes doivent pouvoir être ajustés ou réglés individuellement en fonction de la longueur de la jambe de l'utilisateur et de la position générale d'assise. Si la voiturette est équipée de repose-pieds, une sangle pour mollet ou un arrête-talon ou un système alternatif doit être prévu sur chaque repose-pied. Si la voiturette est équipée de repose-jambes, chaque repose-jambe doit être pourvu d'un repose-mollet.

2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs

La voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur est équipée d'accoudoirs ajustables en hauteur, de telle sorte que les bras de l'utilisateur puissent être adéquatement soutenus.

Les accoudoirs sont amovibles ou escamotables, de sorte que l'accompagnateur puisse effectuer un transfert accompagné avec l'utilisateur.

2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement

L'angle du dossier de la voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur doit être ajustable en fonction de l'utilisateur. La voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur est au moins équipée d'un siège et d'un dossier souples."

2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite

La voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur est propulsée par un ou deux moteurs électriques pourvus d'un système de freinage électromagnétique. La voiturette est équipée d'une unité de commande avec un joystick. La voiturette est équipée d'une unité de commande comprenant les boutons, qui doivent permettre à l'utilisateur de commander et de conduire la voiturette dans son ensemble. L'électronique doit être programmable individuellement en fonction de l'utilisateur, e.a. la vitesse de réaction du joystick, la vitesse de la voiturette, l'accélération progressive, etc. L'unité de commande est amovible (avec l'accoudoir ou non) de sorte que l'utilisateur puisse prendre place à table ou à un bureau. De série, l'unité de commande électronique est placée à droite ou à gauche à hauteur des accoudoirs de façon à ce que l'utilisateur puisse s'en servir en position assise, adossé au dossier et avec l'avant-bras appuyé sur l'accoudoir.

2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation

La voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur est spécialement conçue pour un usage à l'intérieur et un usage sur sol plat à l'extérieur. La vitesse de la voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur est programmable et réglable, au moins de 0 à 6 km/heure, de telle sorte que la vitesse peut être adaptée pour des déplacements à l'intérieur ou à l'extérieur. Le rayon d'action ou autonomie de la voiturette est de minimum 30 km, si bien que l'utilisateur peut se déplacer de façon sûre et autonome dans un rayon conséquent autour de son domicile ou de l'établissement. La voiturette est pourvue d'une ceinture de sécurité.

2.6 Spécifications fonctionnelles – aspects techniques

La voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur est équipée de roues avant et arrière équipées de pneus gonflables ou de pneus pleins avec un système de freinage électromagnétique. La voiturette dispose d'un point mort, de telle sorte que la voiturette peut être déplacée manuellement par un accompagnateur. La voiturette doit être pourvue de clignotants et de feux avant et arrière pour assurer la visibilité de l'utilisateur dans la circulation, conformément à la législation belge relative à la circulation routière. La voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur doit être délivrée avec batteries et chargeur.

3. Adaptations

3.1 Membres inférieurs

410619 - 410623 Repose-jambe (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale, par reposer-jambe)	124,82€
410656 - 410667 Repose-jambe de confort (mécanique - correction de la longueur, par reposer-jambe)	143,54€
412594 - 412605 Repose-jambes d'une pièce (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale)	249,64€
412616 - 412627 Repose-jambes d'une pièce avec côtés latéraux (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale)	287,08€
410693 - 410704 Repose-jambes de confort réglables électriquement (avec correction de la longueur, la paire)	1248,18€

Les prestations 410619 - 410623, 410656 - 410667, 410693 - 410704, 412594 - 412605 et 412616 - 412627 ne sont pas cumulables entre elles.

410737 - 410748 Palettes pose-pieds ajustables en inclinaison (la paire) (ou plaque pose-pieds en une pièce ajustable en inclinaison)	112,34€
412896 - 412907 Coussin pour genou sur reposer-jambe (par paire)	51,25€
412918 - 412929 Intervention forfaitaire pour reposer-mollet pour reposer-jambe central (par pièce)	71,46€
412933 - 412944 Intervention forfaitaire pour système de fixation pour les deux genoux	253,88€
412955 - 412966 Intervention forfaitaire pour reposer-pied renforcé (par pièce)	44,26€
412977 - 412988 Intervention forfaitaire pour reposer-jambe renforcé (par pièce)	126,17€

3.2 Membres supérieurs

413014 - 413025 Intervention forfaitaire pour coussin d'accouder en forme de gouttière, renforcé ou élargi (par pièce)	138,34€
--	---------

413036 - 413047 Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière et articulé (par pièce)	179,83€
---	---------

3.3 Positionnement (siège-dossier)

410899 - 410903 Siège préformé	218,43€
410914 - 410925 Dossier préformé	230,91€
412859 - 412863 Siège réglable par sangles	149,78€
412874 - 412885 Dossier réglable par sangles	149,78€
413073 - 413084 Support fémoral (par paire)	276,68€
413095 - 413106 Dossier biomécanique	265,62€
413117 - 413128 Support coxal (par paire)	276,68€

Les prestations 413073 - 413084 et 413117 - 413128 ne sont pas cumulables entre elles.

411017 - 411028 Siège basculant électriquement	1185,77€
411039 - 411043 Réglage électrique de l'inclinaison du dossier (angle du dossier réglable)	1185,77€
411054 - 411065 Unité d'assise électrique réglable en hauteur	2745,99€
411098 - 411109 Fonction électrique de station debout	2745,99€

Les prestations 411054 - 411065 et 411098 - 411109 ne sont pas cumulables entre elles.
La prestation 411098 - 411109 n'est pas cumulable avec la prestation 410317 - 410328 (table de station debout électrique).

411113 - 411124 Appui-tête (réglable en hauteur, en profondeur, et en inclinaison)	187,23€
413139 - 413143 Appui-tête avec positionnement fonctionnel	1706,83€
411135 - 411146 Pelotes du dossier (par pelote)	101,10€
411157 - 411168 Selle d'abduction	77,39€
413338 - 413349 Intervention forfaitaire pour selle d'abduction sur mesure	137,24€

Les prestations 411157 - 411168 et 413338 - 413349 ne sont pas cumulables entre elles.

411194 - 411205 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 48 cm à 52 cm inclus	230,91€
411216 - 411227 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 52 cm à 58 cm inclus	499,27€
411275 - 411286 Tablette ou demi-tablette (sans commande incorporée)	199,71€
413353 - 413364 Intervention forfaitaire pour support de thorax pour tablette	82,94€

3.4 Sécurité

413375 - 413386 Coquille pour pied (par pièce)	36,52€
413397 - 413408 Ceinture de sécurité à quatre ou cinq points, avec auto-clip	193,22€
413419 - 413423 Ceinture de sécurité à quatre ou cinq points pour voiturette électronique	68,80€
413456 - 413467 Ceinture à enrouleur automatique	68,80€
411356 - 411367 Siège-culotte	86,12€

Les prestations 413397 - 413408, 413419 - 413423, 413456 - 413467 et 411356 - 411367 ne sont pas cumulables entre elles.

411393 - 411404 Monte-trottoir	418,14€
413493 - 413504 Rétroviseur (1 pièce)	22,13€
413515 - 413526 Interrupteur d'arrêt d'urgence	285,27€

3.5 Conduite / propulsion

411496 - 411507 Commande dans la tablette (incorporée dans la tablette- tablette comprise)	1934,68€
411518 - 411529 Joystick externe supplémentaire	742,67€

411533 - 411544	Commande au menton	1622,63€
411555 - 411566	Commande au menton (pivotant électriquement)	2090,70€
411577 - 411588	Commande centrale	619,10€
411599 - 411603	Commande au doigt	2621,18€
411614 - 411625	Commande à la tête	2496,36€
411636 - 411647	Commande au pied	1872,27€
411658 - 411669	Remboursement forfaitaire pour une commande de voiturette au moyen d'interrupteurs particuliers adaptés à l'utilisateur	2496,36€

Les prestations 411496 - 411507, 411518 - 411529, 411533 - 411544, 411555 - 411566, 411577 - 411588, 411599 - 411603, 411614 - 411625, 411636 - 411647 et 411658 - 411669 ne sont pas cumulables entre elles.

413559 - 413563	Elément chauffant pour le bras ou la main de commande	846,55€
-----------------	---	---------

La prestation 413559 - 413563 ne peut être remboursée qu'en cumul avec une commande dans la tablette (411496 - 411507) ou une commande au doigt (411599 - 411603) ou une commande au moyen d'interrupteurs particuliers (411658 - 411669).

413574 - 413585	Système de commande pour l'accompagnateur	675,36€
-----------------	---	---------

La prestation 413574 - 413585 ne peut être remboursée qu'en cumul avec un système de commande spécial : commande au menton (411533 - 411544), commande au menton (pivotant électriquement) (411555 - 411566), commande au doigt (411599 - 411603), commande à la tête (411614 - 411625), commande au pied (411636 - 411647), commande au moyen d'interrupteurs particuliers (411658 - 411669), commande centrale (411577 - 411588) ou commande dans la tablette (incorporée dans la tablette – tablette comprise) (411496 - 411507).

413596 - 413607	Bras de fixation pivotant – à commande mécanique	254,55€
-----------------	--	---------

3.6 Adaptations spécifiques

413618 - 413629	Porte-sérum	109,57€
413633 - 413644	Support pour bouteille à oxygène	215,81€
413655 - 413666	Intervention forfaitaire pour plate-forme pour appareillage médical	377,46€

413677 - 413688 Intervention forfaitaire pour plate-forme articulée pour appareillage médical 520,79€

413699 - 413703 Intervention forfaitaire pour batterie supplémentaire 441,59€

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- pour les utilisateurs jusqu'à leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 4 ans.
- pour les utilisateurs à partir de leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans et à condition de fournir une motivation détaillée sur base d'un rapport de fonctionnement.

4.2 Cumuls autorisés

La voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur peut être cumulée avec :

- un cadre de marche, pour les utilisateurs souffrant d'une maladie neuromusculaire évolutive, d'une myopathie évolutive, de sclérose en plaques, d'une polyarthrite chronique inflammatoire d'origine immunitaire selon les définitions acceptées par la Société Royale Belge de Rhumatologie (arthrite rhumatoïde, spondylarthropathie, arthrite rhumatoïde juvénile, lupus érythémateux et sclérodermie) et pour les utilisateurs avec tétraparésie ou quadriparésie ;
- une table de station debout électrique ;
- un coussin anti-escarres du sous-groupe 1, 3 ou 4 ;
- une canne de marche sur roues.

Pour les utilisateurs d'une orthèse d'assise, une voiturette électronique pour l'intérieur et extérieur peut être remboursée afin d'être utilisée comme châssis.

Cependant, pour toute demande d'une orthèse d'assise combinée à une voiturette, un cumul d'adaptations reprises dans l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités avec des adaptations reprises dans le point II et III, qui ont le même objectif d'utilisation, n'est pas autorisé

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour la voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur (prestation 410118 - 410129) et les adaptations individuelles demandées, à condition que la voiturette figure dans la liste des produits admis au remboursement.

Les utilisateurs qui satisfont aux conditions de la voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur mais pour lesquels une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm

est nécessaire, peuvent obtenir une intervention, à condition que la voiturette soit reprise dans :

- Liste 410295 - 410306 – Voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur pour enfants 412255 - 412266 – 7177,03€

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de fonctionnement détaillé élaboré de manière multidisciplinaire ;
- du rapport de motivation détaillé rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I., 3.3.3.

Pour la demande du renouvellement anticipé d'une voiturette ou d'adaptations supplémentaires à la voiturette déjà délivrée, la procédure de demande reprise au point I., 3.3.5 ou I., 3.3.6. est d'application.

Sous-groupe 3 : 410133 - 410144 : Voiturette électronique pour l'extérieur 9985,43€

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur

1.1 Objectif d'utilisation

La voiturette électronique pour l'extérieur est destinée aux utilisateurs qui se déplacent essentiellement à l'extérieur au moyen de cette voiturette et qui ne peuvent se déplacer à l'aide d'une voiturette manuelle. La voiturette est donc principalement destinée à permettre des déplacements utiles, actifs et plus longs à l'extérieur.

L'utilisation de la voiturette électronique pour l'extérieur doit aider l'utilisateur, quelle que soit sa limitation d'activité, à être le plus autonome et actif possible sur le plan e.a. de l'entretien personnel, des travaux ménagers et de la participation à la vie sociale.

Un usage quotidien définitif et pendant une grande partie de la journée s'impose.

1.2 Indications spécifiques

a) La voiturette électronique pour l'extérieur est uniquement remboursable pour les utilisateurs présentant des difficultés de déplacement complètes, démontrées et définitives (code qualificatif 4). L'utilisateur ne peut se tenir debout ou marcher (code qualificatif 4). Un transfert autonome de la voiturette vers une chaise, un fauteuil ou le lit et inversement est extrêmement limité sans l'aide d'une tierce personne (code qualificatif minimal 3).

L'utilisateur ne dispose pas au niveau des membres supérieurs, de la force, de la coordination et ou de l'endurance nécessaire pour propulser et conduire de manière

autonome une voiturette manuelle (code qualificatif 4). La conduite d'une voiturette électronique est en revanche possible.

L'utilisateur dispose de facultés intellectuelles et cognitives suffisantes ainsi que d'assez d'endurance pour utiliser la voiturette d'une façon sûre et judicieuse à l'extérieur dans la circulation.

Eventuellement après des adaptations à la position d'assise, l'utilisateur possède un équilibre en position assise suffisant pour pouvoir effectuer des déplacements autonomes plus longs et sur de plus grandes distances.

b) La voiturette électronique pour l'extérieur est également remboursable pour un utilisateur répondant aux indications fonctionnelles spécifiques d'une voiturette manuelle modulaire à condition qu'il fréquente l'école, suive une formation professionnelle ou une rééducation professionnelle, qu'il travaille ou exerce une activité professionnelle indépendante. Ces activités ne sont pas possibles sans l'utilisation d'une voiturette électronique. Le rapport d'avis multidisciplinaire doit l'attester.

c) Pour les utilisateurs souffrant d'une maladie neuromusculaire évolutive, d'une myopathie évolutive, de sclérose en plaques, d'une polyarthrite chronique inflammatoire d'origine immunitaire selon les définitions acceptées par la Société Royale Belge de Rhumatologie (arthrite rhumatoïde, spondylarthropathie, arthrite rhumatoïde juvénile, lupus érythémateux et sclérodermie) et pour les utilisateurs avec tétraparésie ou quadriparésie, les codes qualificatifs du trouble du déplacement, de la station debout ou de la marche à l'intérieur et du déplacement à l'extérieur sans voiturette sont réduits au code qualificatif minimal 3. Pour ces utilisateurs, il faut apporter une preuve qu'ils peuvent effectivement utiliser cette voiturette.

d) La voiturette électronique pour l'extérieur est également remboursable pour un utilisateur qui a reçu une intervention aux conditions mentionnées sous le point b), lors de la délivrance antérieure d'une voiturette électronique et pour laquelle le délai de renouvellement de la voiturette précédente est écoulé.

Adaptations

Une adaptation de la voiturette électronique pour l'extérieur à l'aide de repose-jambes réglables électriquement ou d'un siège basculant électriquement ou d'un dossier électrique inclinable n'est autorisée que soit si l'utilisateur présente une assise déficiente (code qualificatif minimal 3), qui doit être soutenue par un ajustement spécifique de la voiturette soit si un changement de la position générale d'assise s'impose sur le plan médical ou est indiqué pour prévenir les escarres qui apparaissent lorsque l'utilisateur reste longtemps assis dans la même position.

Une adaptation de la voiturette électronique pour l'extérieur à l'aide de coussin(s) d'accoudoir (prestation 413014 - 413025 ou 413036 - 413047) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la fonction d'un ou des deux membres supérieurs (code qualificatif 4). Une adaptation de la voiturette électronique pour l'extérieur à l'aide d'un dossier biomécanique (prestation 413095 - 413106) n'est autorisée que si l'utilisateur

présente une perte totale de la stabilité du tronc et éventuellement aussi de la nuque et de la tête (code qualificatif 4).

Une adaptation de la voiturette électronique pour l'extérieur à l'aide d'un appui-tête avec positionnement fonctionnel (prestation 413139 - 413143) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la stabilité de la ceinture scapulaire, de la tête et du cou (code qualificatif 4), si bien qu'il est impossible de maintenir la tête dans une position correcte pendant la station assise. L'adaptation s'adresse aux utilisateurs qui ne sont pas capables de tenir leur tête droite pour une période longue ou aux utilisateurs présentant des spasmes et n'arrivant pas à bien contrôler la position de la tête.

Une adaptation de la voiturette électronique pour l'extérieur à l'aide d'un rétroviseur (prestation 413493 - 413504) n'est autorisée que si l'utilisateur présente des troubles graves (code qualificatif minimal 3) des caractéristiques anatomiques de la colonne vertébrale ou des muscles du tronc, de la ceinture scapulaire ou de la tête et de la nuque.

Une adaptation de la voiturette électronique pour l'extérieur à l'aide d'un élément chauffant pour le bras ou la main (prestation 413559 - 413563) n'est autorisée que si l'utilisateur présente un trouble de la thermorégulation. Cette adaptation est nécessaire pour conduire la voiturette de manière autonome.

2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette

2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs

La voiturette électronique pour l'extérieur est équipée de repose-pieds ou de repose-jambes qui peuvent être retirés ou escamotés par l'utilisateur ou l'accompagnateur afin de permettre à l'utilisateur de se lever et de s'asseoir plus facilement et/ou de faciliter le transfert dans et hors de la voiturette. Les repose-pieds ou repose-jambes doivent pouvoir être ajustés individuellement en fonction de la longueur de la jambe de l'utilisateur et de la position générale d'assise. Si la voiturette est équipée de repose-pieds, une sangle pour le mollet ou un arrête-talon ou un système alternatif doit pouvoir être prévue à chaque repose-pied. Si la voiturette est équipée de repose-jambes, chaque repose-jambe doit être pourvu d'un repose-mollet.

2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs

La voiturette électronique pour l'extérieur est équipée d'accoudoirs ajustables en hauteur, de telle sorte que les bras de l'utilisateur puissent être adéquatement soutenus. Les accoudoirs sont amovibles ou escamotables, de sorte que l'accompagnateur puisse effectuer un transfert accompagné avec l'utilisateur.

2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement

L'angle du dossier de la voiturette électronique pour l'extérieur doit être ajustable en fonction de l'utilisateur. La position assise est soutenue au moyen d'un siège et d'un dossier préformés.

2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite

La voiturette électronique pour l'extérieur est propulsée par un ou deux moteurs électriques pourvus d'un système de freinage électromagnétique. La façon selon laquelle la voiturette est propulsée doit permettre à la voiturette de rouler sur tous les terrains. La voiturette est équipée d'une unité de commande avec un joystick. La voiturette est équipée d'une unité de commande comprenant les boutons qui doivent permettre à l'utilisateur de commander et de conduire la voiturette dans son ensemble. L'électronique doit être programmable individuellement en fonction de l'utilisateur, e.a. la vitesse de réaction du joystick, la vitesse de la voiturette, l'accélération progressive, etc. L'unité de commande est amovible (avec l'accoudoir ou non) de sorte que l'utilisateur puisse prendre place à table ou à un bureau. De série, l'unité de commande électronique est placée à droite ou à gauche à hauteur des accoudoirs de façon à ce que l'utilisateur puisse s'en servir en position assise, adossé au dossier et avec l'avant-bras appuyé sur l'accoudoir.

2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation

La voiturette électronique pour l'extérieur est spécialement conçue pour un usage à l'extérieur. La voiturette est équipée de roues suffisamment grandes pour pouvoir franchir un trottoir ou un obstacle de minimum 9 cm. Les pneus sont suffisamment larges pour pouvoir être utilisés sur différents types de sols à l'extérieur. La voiturette est au moins pourvue d'une suspension. La vitesse de la voiturette électronique pour l'extérieur est programmable et réglable, au moins de 0 à 6 km/heure, de telle sorte que la vitesse peut être adaptée pour des déplacements à l'intérieur ou à l'extérieur. Le rayon d'action ou autonomie de la voiturette est de minimum 50 km, si bien que l'utilisateur peut se déplacer de façon sûre et autonome dans un rayon conséquent autour de son domicile ou de l'établissement. La voiturette est pourvue d'une ceinture de sécurité.

2.6 Spécifications fonctionnelles – aspects techniques

La voiturette électronique pour l'extérieur est équipée de roues avant et arrière équipées de pneus gonflables ou de pneus pleins avec un système de freinage. La voiturette dispose d'un point mort, de telle sorte que la voiturette peut être déplacée manuellement par un accompagnateur. La voiturette doit être pourvue de clignotants et de feux avant et arrière pour assurer la visibilité de l'utilisateur dans la circulation, conformément à la législation belge relative à la circulation routière. La voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur doit être livrée avec batteries et chargeur.

3. Adaptations

3.1 Membres inférieurs

410619 - 410623 Repose-jambes (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale, par repose-jambe)	124,82€
410656 - 410667 Repose-jambes de confort (mécanique - correction de la longueur, par repose-jambe)	143,54€
412594 - 412605 Repose-jambes d'une pièce (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale)	249,64€
412616 - 412627 Repose-jambes d'une pièce avec côtés latéraux (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale)	287,08€
410693 - 410704 Repose-jambes de confort réglables électriquement (avec correction de la longueur, la paire)	1248,18€

Les prestations 410619 - 410623, 410656 - 410667, 410693 - 410704, 412594 - 412605 et 412616 - 412627 ne sont pas cumulables entre elles.

410737 - 410748 Palettes pose-pieds ajustables en inclinaison (la paire) (ou plaque pose-pieds en une pièce ajustable en inclinaison)	112,34€
412896 - 412907 Coussin pour genou sur repose-jambe (par paire)	51,25€
412918 - 412929 Intervention forfaitaire pour repose-mollet pour repose-jambe central (par pièce)	71,46€
412933 - 412944 Intervention forfaitaire pour système de fixation pour les deux genoux	253,88€
412955 - 412966 Intervention forfaitaire pour repose-pied renforcé (par pièce)	44,26€
412977 - 412988 Intervention forfaitaire pour repose-jambe renforcé (par pièce)	126,17€

3.2 Membres supérieurs

413014 - 413025 Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière, renforcé ou élargi (par pièce)	138,34€
413036 - 413047 Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière et articulé (par pièce)	179,83€

3.3 Positionnement (siège-dossier)

413073 - 413084 Support fémoral (par paire)	276,68€
---	---------

413095 - 413106 Dossier biomécanique 265,62€

413117 - 413128 Support coxal (par paire) 276,68€

Les prestations 413073 - 413084 et 413117 - 413128 ne sont pas cumulables entre elles.

411017 - 411028 Siège basculant électriquement 1185,77€

411039 - 411043 Réglage électrique de l'inclinaison du dossier (angle du dossier réglable) 1185,77€

411113 - 411124 Appui-tête (réglable en hauteur, en profondeur, et en inclinaison) 187,23€

413139 - 413143 Appui-tête avec positionnement fonctionnel 1706,83€

411135 - 411146 Pelotes du dossier (par pelote) 101,10€

411157 - 411168 Selle d'abduction 77,39€

413338 - 413349 Intervention forfaitaire pour selle d'abduction sur-mesure 137,24€

Les prestations 411157 - 411168 et 413338 - 413349 ne sont pas cumulables entre elles.

411194 - 411205 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 48 cm à 52 cm inclus 230,91€

411216 - 411227 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 52 cm à 58 cm inclus 499,27€

3.4 Sécurité

413375 - 413386 Coquille pour pied (par pièce) 36,52€

413397 - 413408 Ceinture de sécurité à quatre ou cinq points, avec auto-clip 193,22€

413419 - 413423 Ceinture de sécurité à quatre ou cinq points pour voiturette électronique 68,80€

411356 - 411367 Siège-culotte 86,12€

Les prestations 413397 - 413408, 413419 - 413423, 413456 - 413467 et 411356 - 411367 ne sont pas cumulables entre elles.

413493 - 413504 Rétroviseur (1 pièce)	22,13€
413515 - 413526 Interrupteur d'arrêt d'urgence	285,27€

3.5 Conduite / propulsion

411496 - 411507 Commande dans la tablette (incorporée dans la tablette – tablette comprise)	1934,68€
411518 - 411529 Joystick externe supplémentaire	742,67€
411533 - 411544 Commande au menton	1622,63€
411555 - 411566 Commande au menton (pivotant électriquement)	2090,70€
411577 - 411588 Commande centrale	619,10€
411599 - 411603 Commande au doigt	2621,18€
411614 - 411625 Commande à la tête	2496,36€
411636 - 411647 Commande au pied	1872,27€
411658 - 411669 Remboursement forfaitaire pour une commande de voiturette au moyen d'interrupteurs particuliers adaptés à l'utilisateur	2496,36€

Les prestations 411496 - 411507, 411518 - 411529, 411533 - 411544, 411555 - 411566, 411577 - 411588, 411599 - 411603, 411614 - 411625, 411636 - 411647 et 411658 - 411669 ne sont pas cumulables entre elles.

413559 - 413563 Élément chauffant pour le bras ou la main de commande	846,55€
---	---------

La prestation 413559 - 413563 ne peut être remboursée qu'en cumul avec une commande dans la tablette (411496 - 411507) ou une commande au doigt (411599 - 411603) ou une commande au moyen d'interrupteurs particuliers (411658 - 411669).

413574 - 413585 Système de commande pour l'accompagnateur	675,36€
---	---------

La prestation 413574 - 413585 ne peut être remboursée qu'en cumul avec un système de commande spécial : commande au menton (411533 - 411544), commande au menton (pivotant électriquement) (411555 - 411566), commande au doigt (411599 - 411603), commande à la tête (411614 - 411625), commande au pied (411636 - 411647) commande au moyen d'interrupteurs particuliers (411658 - 411669), commande centrale (411577 -

411588) ou commande dans la tablette (incorporée dans la tablette – tablette comprise) (411496 - 411507).

413596 - 413607 Bras de fixation pivotant – à commande mécanique	254,55€
--	---------

3.6 Adaptations spécifiques

413618 - 413629 Porte-sérum	109,57€
-----------------------------	---------

413633 - 413644 Support pour bouteille à oxygène	215,81€
--	---------

413655 - 413666 Intervention forfaitaire pour plate-forme pour appareillage médical	377,46€
---	---------

413677 - 413688 Intervention forfaitaire pour plate-forme articulée pour appareillage médical	520,79€
---	---------

413699 - 413703 Intervention forfaitaire pour batterie supplémentaire	441,59€
---	---------

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- pour les utilisateurs jusqu'à leur 65^{ème} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 4 ans.
- pour les utilisateurs à partir de leur 65^{ème} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans et à condition d'une motivation détaillée sur base d'un rapport de fonctionnement.

4.2 Cumuls autorisés

La voiturette électronique pour l'extérieur peut être cumulée avec :

- un cadre de marche, pour les utilisateurs souffrant d'une maladie neuromusculaire évolutive, d'une myopathie évolutive, de sclérose en plaques, d'une polyarthrite chronique inflammatoire d'origine immunitaire selon les définitions acceptées par la Société Royale Belge de Rhumatologie (arthrite rhumatoïde, spondylarthropathie, arthrite rhumatoïde juvénile, lupus érythémateux et sclérodermie) et pour les utilisateurs avec tétraparésie ou quadriparésie ;
- une table de station debout électrique ;
- un coussin anti-escarres du sous-groupe 1, 3 ou 4 ;
- une canne de marche sur roues.

Pour les utilisateurs d'une orthèse d'assise, une voiturette électronique pour l'extérieur peut être remboursée afin d'être utilisée comme châssis. Cependant, pour toute demande d'une orthèse d'assise combinée à une voiturette, un cumul d'adaptations reprises dans l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités avec des adaptations reprises dans le point II et III, qui ont le même objectif d'utilisation, n'est pas autorisé.

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour la voiturette électronique pour l'extérieur (prestation 410133 - 410144) et les adaptations individuelles demandées, à condition que la voiturette figure dans la liste des produits admis au remboursement.

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de fonctionnement détaillé élaboré de manière multidisciplinaire ;
- du rapport de motivation détaillé rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I., 3.3.3.

Pour la demande du renouvellement anticipé d'une voiturette ou d'adaptations supplémentaires à la voiturette déjà délivrée, la procédure de demande reprise au point I., 3.3.5 ou I., 3.3.6. est d'application.

GROUPE PRINCIPAL 3 : Scooters électroniques

Sous-groupe 1 : 412675 - 412686 : Scooter électronique pour l'intérieur 855€

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur

1.1 Objectifs d'utilisation

Le scooter électronique pour l'intérieur est destiné à être utilisé principalement à l'intérieur et sur de courtes distances à l'extérieur. Ce scooter, par les déplacements qu'il rend possible, permet de prendre part activement à la vie sociale et familiale et de conserver son autonomie. L'utilisation est définitive.

1.2 Indications spécifiques

Le scooter électronique pour l'intérieur est remboursable pour les utilisateurs présentant des limitations de la marche démontrées et définitives. La marche sur de courtes distances (moins d'un km) est gravement limitée (code qualificatif minimum 3). La marche sur de longues distances (plus d'un km) est complètement limitée (code qualificatif 4).

L'utilisateur ne dispose pas de la force et de l'endurance nécessaires pour se déplacer à l'intérieur et sur de courtes distances à l'extérieur à l'aide d'une voiturette manuelle (code qualificatif 4). La conduite d'un scooter électronique est par contre possible.

La position assise de l'utilisateur est suffisamment stable pour conduire le scooter en toute sécurité.

La fonction des membres supérieurs est tout au plus modérément limitée (code qualificatif maximum 2). Si un des membres supérieurs n'est pas fonctionnel, le membre encore fonctionnel est tout au plus légèrement limité (code qualificatif maximum 1).

L'utilisateur dispose de facultés intellectuelles, sensorielles et cognitives suffisantes pour utiliser le scooter d'une façon sûre et judicieuse, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur sur la voie publique, le cas échéant.

Adaptations

Une adaptation du scooter électronique pour l'intérieur à l'aide de coussin(s) d'accoudoir (prestation 413014 - 413025 ou 413036 - 413047) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la fonction d'un ou des deux membres supérieurs (code qualificatif 4).

2. Spécifications fonctionnelles du scooter

2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs

Le scooter électronique pour l'intérieur est muni d'un plateau horizontal ou de 2 plaques cale-pieds individuelles, qui soutient/soutiennent les pieds et sur lequel/lesquelles est fixée une unité d'assise indéformable.

2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs

La colonne de direction du scooter électronique pour l'intérieur doit être réglable en profondeur, afin que l'utilisateur puisse se servir du guidon de manière confortable et qu'il puisse effectuer un transfert aisé vers et hors du scooter.

2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement

Le scooter électronique pour l'intérieur est équipé d'une unité d'assise indéformable ajustable en hauteur. L'unité d'assise doit être équipée d'accoudoirs escamotables ou amovibles. Afin de permettre à l'utilisateur de prendre place sur le scooter facilement et en toute sécurité ou d'effectuer un transfert, l'unité d'assise peut tourner au minimum de 180° sur l'axe de fixation et est pourvue d'un système de verrouillage.

2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite

La propulsion du scooter électronique pour l'intérieur est assurée au moyen d'un ou de deux moteurs électriques pourvus d'un système de freinage électromagnétique. La conduite est mécanique et est assurée au moyen d'une colonne de direction. Le scooter est équipé d'une unité de commande, sur laquelle sont placés les boutons de commande. L'unité de commande est fixée sur ou intégrée dans le guidon. La vitesse du scooter doit être réglable en fonction de l'utilisateur. Le scooter électronique pour l'intérieur est équipé d'au moins 3 roues.

2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation

Le scooter électronique pour l'intérieur est spécialement conçu pour être utilisé à l'intérieur. Le scooter électronique pour l'intérieur doit pouvoir être scindé en 2 éléments ou davantage pour pouvoir être emporté. La vitesse du scooter est réglable, au moins de 0 à 6 km/heure, de telle sorte que la vitesse peut être adaptée pour des déplacements à l'intérieur. Le scooter pour l'intérieur est équipé de batteries de minimum 12 Ah. Le rayon d'action ou d'autonomie atteint au minimum 10 km, afin que l'utilisateur puisse se déplacer d'une manière autonome et sécurisante.

2.6 Spécifications fonctionnelles - aspects techniques

Le scooter électronique pour l'intérieur dispose d'un point mort. Le scooter électronique pour l'intérieur doit être livré avec batteries et chargeur.

3. Adaptations

3.1 Membres inférieurs

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

3.2 Membres supérieurs

413014 - 413025 Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière, renforcé ou élargi (par pièce)	138,34€
---	---------

413036 - 413047 Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière et articulé (par pièce)	179,83€
---	---------

3.3 Positionnement (siège-dossier)

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

3.4 Sécurité

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

3.5 Conduite/propulsion

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

3.6 Adaptations spécifiques

413633 - 413644 Support pour bouteille à oxygène 215,81€

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- pour les utilisateurs jusqu'à leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 4 ans ;
- pour les utilisateurs à partir de leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans.

4.2 Cumuls autorisés

Le scooter électronique pour l'intérieur peut être cumulé avec :

- un cadre de marche ;
- un coussin anti-escarres du sous-groupe 3 ou 4 ;
- une table de station debout ;
- une canne de marche sur roues.

Le scooter électronique pour l'intérieur ne peut pas être cumulé avec les prestations 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 et 654850 de l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour le scooter électronique pour l'intérieur (prestation 412675 - 412686), à condition que le scooter figure dans la liste des produits admis au remboursement.

Les utilisateurs qui satisfont aux conditions du scooter électronique pour l'intérieur mais qui optent pour un autre type de scooter, peuvent obtenir une intervention forfaitaire, à condition que le scooter figure dans la liste des scooters électroniques admis au remboursement. A cet effet, la procédure décrite au point I., 3.3.7. doit être suivie.

- Intervention forfaitaire pour un scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur 413773 - 413784 – 855€

- Intervention forfaitaire pour un scooter électronique pour l'extérieur
413795 - 413806 – 855€

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de motivation détaillé rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I., 3.3.2.

Pour la demande de renouvellement anticipé d'un scooter, la procédure de demande reprise dans le point I., 3.3.5. est d'application.

Sous-groupe 2 : 410155 - 410166 : Scooter électronique pour l'intérieur et pour l'extérieur 2371,54€

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur

1.1 Objectif d'utilisation

Le scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur est destiné à être utilisé sur de courtes à moyennes distances à l'extérieur. Ce scooter, par les déplacements qu'il rend possible, permet de prendre part activement à la vie sociale et familiale et de conserver son autonomie. L'utilisation est définitive.

1.2 Indications spécifiques

a) Le scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur est remboursable pour les utilisateurs présentant des limitations de la marche démontrées et définitives. La marche sur de courtes distances (moins d'un km) est gravement limitée (code qualificatif minimum 3). La marche sur de longues distances (plus d'un km) est complètement limitée (code qualificatif 4).

L'utilisateur ne dispose pas de la force et de l'endurance nécessaires pour se déplacer sur de moyennes distances à l'aide d'une voiturette manuelle (code qualificatif 4). La conduite d'un scooter électronique est par contre possible.

La position assise de l'utilisateur est suffisamment stable pour conduire le scooter en toute sécurité et cela est confirmé par le rapport de fonctionnement multidisciplinaire et le test pratique.

La fonction des membres supérieurs est tout au plus modérément limitée (code qualificatif maximal 2). Si un des membres supérieurs n'est pas fonctionnel, le membre encore fonctionnel est tout au plus légèrement limité (code qualificatif maximum 1).

L'utilisateur dispose de facultés intellectuelles, sensorielles et cognitives suffisantes pour utiliser le scooter d'une façon sûre et judicieuse tant à l'intérieur qu'à l'extérieur sur la voie publique, le cas échéant.

L'utilisateur se déplace fréquemment et principalement à l'intérieur ou sur de courtes à moyennes distances à l'extérieur. La nature, la nécessité et la fréquence des déplacements doivent être clairement motivées dans le rapport de fonctionnement multidisciplinaire.

b) Le scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur est également remboursable pour un utilisateur répondant aux indications fonctionnelles spécifiques d'une voiturette manuelle modulaire à condition qu'il fréquente l'école, suive une formation professionnelle ou une rééducation professionnelle, qu'il travaille ou exerce une activité professionnelle indépendante. Ces activités ne sont pas possibles sans l'utilisation d'un scooter électronique. Le rapport d'avis multidisciplinaire doit l'attester.

Adaptations

Une adaptation du scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur à l'aide de coussin(s) d'accoudoir (prestation 413014 - 413025 ou 413036 - 413047) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la fonction d'un ou des deux membres supérieurs (code qualificatif 4). Une adaptation du scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur à l'aide d'un rétroviseur (prestation 413493 - 413504) n'est autorisée que si l'utilisateur présente des troubles graves (code qualificatif minimal 3) des caractéristiques anatomiques de la colonne vertébrale ou des muscles du tronc, de la ceinture scapulaire ou de la tête et de la nuque.

2. Spécifications fonctionnelles du scooter

2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs

Le scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur est muni d'un plateau horizontal qui soutient les pieds et sur lequel est fixée une unité d'assise indéformable.

2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs

La colonne de direction du scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur doit être réglable en profondeur, afin que l'utilisateur puisse se servir du guidon de manière confortable et qu'il puisse effectuer un transfert aisé vers et hors du scooter.

2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement

Le scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur est équipé d'une unité d'assise indéformable ajustable en hauteur. L'unité d'assise doit être équipée d'accoudoirs escamotables ou amovibles. Afin de permettre à l'utilisateur de prendre place sur le scooter facilement et en toute sécurité ou d'effectuer un transfert, l'unité d'assise peut tourner au minimum de 180° sur l'axe de fixation et est pourvue d'un système de verrouillage.

2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite

La propulsion du scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur est assurée au moyen d'un ou de deux moteurs électriques pourvus d'un système de freinage électromagnétique. La conduite est mécanique et est assurée au moyen d'une colonne de direction. Le scooter est équipé d'une unité de commande, sur laquelle sont fixés les boutons de commande. L'unité de commande est fixée sur le guidon ou incorporée dans le guidon. La vitesse du scooter doit être réglable en fonction de l'utilisateur. Le scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur est équipé d'au moins 3 roues.

2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation

Le scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur est spécialement conçu pour être utilisé à l'intérieur, et principalement à l'extérieur sur des surfaces plates. Le scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur doit pouvoir être scindé en 2 éléments ou davantage ou être réduit pour pouvoir être emporté dans le coffre d'une voiture. Le scooter est équipé de roues anti-basculement et d'une protection à l'avant et à l'arrière ou d'un bord de protection. Le scooter est équipé d'un panier à provisions. La vitesse du scooter est réglable, au moins de 0 à 6 km/heure, de telle sorte que la vitesse peut être adaptée pour des déplacements à l'intérieur ou à l'extérieur. Le rayon d'action ou d'autonomie atteint au minimum 20 km, afin que l'utilisateur puisse se déplacer d'une manière autonome et sécurisante.

2.6 Spécifications fonctionnelles - aspects techniques

Le scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur dispose d'un point mort. Le scooter doit être pourvu de clignotants et de feux avant et arrière pour assurer la visibilité de l'utilisateur dans la circulation, conformément à la législation belge relative à la circulation routière. Le scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur doit être livré avec batteries et chargeur.

3. Adaptations

3.1 Membres inférieurs

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

3.2 Membres supérieurs

413014 - 413025 Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière, renforcé ou élargi (par pièce)	138,34€
---	---------

413036 - 413047 Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière et articulé (par pièce)	179,83€
---	---------

3.3 Positionnement (siège-dossier)

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

3.4 Sécurité

413493 - 413504 Rétroviseur (1 pièce) 22,13€

3.5 Conduite/propulsion

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

3.6 Adaptations spécifiques

413633 - 413644 Support pour bouteille à oxygène 215,81€

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- pour les utilisateurs jusqu'à leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans.
- pour les utilisateurs à partir de leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans moyennant une motivation détaillée sur base du rapport de fonctionnement.

4.2 Cumuls autorisés

Le scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur peut être cumulé avec :

- un cadre de marche ;
- un coussin anti-escarres du sous-groupe 3 ou 4 ;
- une table de station debout ;
- une canne de marche sur roues.

Le scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur ne peut pas être cumulé avec les prestations 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 et 654850 de l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour le scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur (prestation 410155 - 410166), à condition que le scooter figure dans la liste des produits admis au remboursement.

Les utilisateurs qui répondent aux conditions du scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur mais qui optent pour un autre type de scooter ou de voiturette, peuvent obtenir une intervention forfaitaire, à condition que le scooter ou la voiturette figure dans les listes

des scooters ou des voitures électroniques agréés. A cet effet, la procédure de demande décrite au point I.,

3.3.7. doit être suivie.

- Intervention forfaitaire pour une voiturette électronique
411916 - 411927 – 2371,54€
- Intervention forfaitaire pour un scooter électronique pour l'extérieur
413817 - 413828 – 2371,54€

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de fonctionnement élaboré de manière multidisciplinaire ;
- du rapport de motivation détaillé rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I, 3.3.3.

Pour la demande de renouvellement anticipé d'un scooter, la procédure de demande reprise dans le point I, 3.3.5 est d'application.

Sous-groupe 3 : 410177 - 410188 : Scooter électronique pour l'extérieur 3744,54€

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur

1.1 Objectif d'utilisation

Le scooter électronique pour l'extérieur est destiné à être utilisé sur de longues distances. Ce scooter, par les déplacements qu'il rend possible, permet de prendre part activement à la vie sociale et familiale et de conserver son autonomie. L'utilisation est définitive.

1.2 Indications spécifiques

a) Le scooter électronique pour l'extérieur est remboursable pour les utilisateurs présentant des limitations de la marche démontrées et définitives. La marche sur de courtes distances (moins d'un km) est gravement limitée, (code qualificatif minimum 3). La marche sur de longues distances (plus d'un km) est complètement limitée (code qualificatif 4).

L'utilisateur ne dispose pas de la force et de l'endurance nécessaires pour se déplacer sur de longues distances à l'aide d'une voiturette manuelle (code qualificatif 4). La conduite d'un scooter électronique est par contre possible.

La position assise de l'utilisateur est suffisamment stable pour conduire le scooter en toute sécurité et cela est confirmé par le rapport de fonctionnement multidisciplinaire et le test pratique.

La fonction des membres supérieurs est tout au plus modérément limitée (code qualificatif maximal 2). Si un des membres supérieurs n'est pas fonctionnel, le membre encore fonctionnel est tout au plus légèrement limité (code qualificatif maximum 1).

L'utilisateur dispose de facultés intellectuelles, sensorielles et cognitives suffisantes pour utiliser le scooter d'une façon sûre et judicieuse tant à l'intérieur qu'à l'extérieur sur la voie publique, le cas échéant.

L'utilisateur se déplace fréquemment à l'extérieur et sur de longues distances. La nature, la nécessité et la fréquence des déplacements doivent être clairement motivées dans le rapport de fonctionnement multidisciplinaire.

b) Le scooter électronique pour l'extérieur est également remboursable pour un utilisateur répondant aux indications fonctionnelles spécifiques d'une voiturette manuelle modulaire à condition qu'il fréquente l'école, suive une formation professionnelle ou une rééducation professionnelle, qu'il travaille ou exerce une activité professionnelle indépendante. Ces activités ne sont pas possibles sans l'utilisation d'un scooter électronique. Le rapport d'avis multidisciplinaire doit l'attester.

Adaptations

Une adaptation scooter électronique pour l'extérieur à l'aide de coussin(s) d'accoudoir (prestation 413014 - 413025 ou 413036 - 413047) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la fonction d'un ou des deux membres supérieurs (code qualificatif 4).

Une adaptation du scooter électronique pour l'extérieur à l'aide d'un rétroviseur (prestation 413493 - 413504) n'est autorisée que si l'utilisateur présente des troubles graves (code qualificatif minimal 3) des caractéristiques anatomiques de la colonne vertébrale ou des muscles du tronc, de la ceinture scapulaire ou de la tête et de la nuque.

2. Spécifications fonctionnelles du scooter

2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs

Le scooter électronique pour l'extérieur est muni d'un plateau horizontal qui soutient les pieds et sur lequel est fixée une unité d'assise indéformable.

2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs

La colonne de direction du scooter électronique pour l'extérieur doit être réglable en profondeur, afin que l'utilisateur puisse se servir du guidon de manière confortable et qu'il puisse effectuer un transfert vers et hors du scooter.

2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement

Le scooter électronique pour l'extérieur est équipé d'une unité d'assise indéformable, ajustable en hauteur. L'unité d'assise doit être équipée d'accoudoirs escamotables ou amovibles. Afin de permettre à l'utilisateur de prendre place sur le scooter facilement et en toute sécurité ou d'effectuer un transfert, l'unité d'assise peut tourner au minimum de 180° sur l'axe de fixation et est pourvue d'un système de verrouillage.

2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite

La propulsion du scooter électronique pour l'extérieur est assurée au moyen d'un ou de deux moteurs électriques pourvus d'un système de freinage électromagnétique. La conduite est mécanique et est assurée au moyen d'une colonne de direction. Le scooter est équipé d'une unité de commande, sur laquelle sont placés les boutons de commande. L'unité de commande est fixée sur ou intégrée dans le guidon. La vitesse du scooter doit être réglable en fonction de l'utilisateur. Le scooter électronique pour l'extérieur est équipé d'au moins 3 roues.

2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation

Le scooter électronique pour l'extérieur est spécialement conçu pour être utilisé à l'extérieur sur différents types de sols. Le scooter doit être réductible pour pouvoir être emporté. La garde au sol est de minimum 10 cm pour surmonter les obstacles lors des déplacements à l'extérieur. Le scooter est équipé de roues anti-basculement et d'une protection à l'avant et à l'arrière ou d'un bord de protection.

Le scooter est équipé d'un panier à provisions. La vitesse du scooter est réglable, au moins de 0 à 12 km par heure, afin que la vitesse puisse être adaptée aux déplacements à l'extérieur. Le rayon d'action ou l'autonomie est d'au moins 30 km afin que l'utilisateur puisse se déplacer de manière autonome et en toute sécurité.

2.6 Spécifications fonctionnelles - aspects techniques

Le scooter électronique pour l'extérieur dispose d'un point mort. Le scooter doit être pourvu de clignotants et de feux avant et arrière pour assurer la visibilité de l'utilisateur dans la circulation, conformément à la législation belge relative à la circulation routière. Le scooter électronique pour l'extérieur doit être livré avec batteries et chargeur.

3. Adaptations

3.1 Membres inférieurs

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

3.2 Membres supérieurs

413014 - 413025 Intervention forfaitaire pour cousin d'accoudoir en forme de gouttière, renforcé ou élargi (par pièce) 138,34€

413036 - 413047 Intervention forfaitaire pour cousin d'accoudoir en forme de gouttière et articulé (par pièce) 179,83€

3.3 Positionnement (siège-dossier)

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

3.4 Sécurité

413493 - 413504 Rétroviseur (1 pièce) 22,13€

3.5 Conduite/propulsion

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

3.6 Adaptations spécifiques

413633 - 413644 Support pour bouteille à oxygène 215,81€

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- pour les utilisateurs jusqu'à leur 65^{ème} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans.
- pour les utilisateurs à partir de leur 65^{ème} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans moyennant une motivation détaillée sur base du rapport de fonctionnement.

4.2 Cumuls autorisés

Le scooter électronique pour l'extérieur peut être cumulé avec :

- un cadre de marche ;
- un coussin anti-escarres du sous-groupe 3 ou 4 ;
- une table de station debout ;
- Une canne de marche sur roues.

Le scooter électronique pour l'extérieur ne peut pas être cumulé avec les prestations 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 et 654850 de l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour le scooter électronique pour l'extérieur (prestation 410177 - 410188), à condition que la voiturette figure dans la liste des produits admis au remboursement.

Les utilisateurs qui répondent aux conditions du scooter électronique pour l'extérieur mais qui optent pour un autre type de voiturette, peuvent obtenir une intervention forfaitaire, à condition que la voiturette figure dans les listes des voiturettes électroniques agréées. A cet effet, la procédure décrite au point I., 3.3.7. doit être suivie.

- Intervention forfaitaire pour une voiturette électronique
411938 - 411949 – 3744,54€

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de fonctionnement élaboré de manière multidisciplinaire ;
- du rapport de motivation rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est décrite au point I, 3.3.3.

Pour la demande de renouvellement anticipé d'un scooter, la procédure de demande reprise dans le point I, 3.3.5. est d'application.

2° Groupe cible : bénéficiaires jusqu'au 18^{ième} anniversaire :

Dans ce point, le bénéficiaire jusqu'à son 18^{ième} anniversaire est appelé "l'enfant".

GROUPE PRINCIPAL 4 : Voiturettes manuelles pour enfants

Sous-groupe 1 : 410199 - 410203 Voiturette de promenade standard 1310,59€

1. Indications fonctionnelles pour l'enfant

1.1 Objectif d'utilisation

La voiturette de promenade standard est destinée aux enfants à partir de 3 ans et jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire. Elle est nécessaire pour tous les déplacements à l'extérieur avec l'enfant.

1.2 Indications spécifiques

La voiturette de promenade standard est uniquement remboursable pour les enfants présentant un retard de développement psychomoteur, avec pour conséquence que la

fonction de la marche n'est pas suffisamment acquise ou pour les enfants présentant un trouble du déplacement démontré, grave et définitif (code qualificatif minimal 3).

La fonction de déplacement à l'intérieur est modérément déficiente (code qualificatif minimal 2). La fonction de déplacement à l'extérieur est gravement déficiente (code qualificatif minimal 3).

Il est impossible de déplacer l'enfant sur de longues distances à l'extérieur sans la voiturette de promenade.

2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette

2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs

La voiturette de promenade standard est équipée d'un repose-pied. Le repose-pied doit être ajustable en hauteur en fonction de la longueur de la jambe de l'enfant et de la position générale d'assise.

2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs

Il n'y a pas de spécifications fonctionnelles des membres supérieurs.

2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement

La voiturette de promenade standard est au moins équipée d'un siège souple et d'un dossier indéformable. La voiturette de promenade standard doit être délivrable en différentes dimensions (largeur du siège, profondeur du siège, hauteur du dossier), afin qu'elle puisse être adaptée à l'enfant. Le dossier est au moins ajustable jusqu'à 15°. Le siège et le dossier soutiennent toute la longueur du thorax (minimum jusqu'à hauteur des épaules) et offrent à l'enfant un soutien latéral, une stabilité et une sécurité suffisants. Le siège et le dossier doivent être recouverts d'un matériau doux ou être équipés de coussins de protection. Les côtés latéraux soutiennent toute la longueur du thorax (minimum jusqu'à hauteur des épaules).

2.4 Spécifications fonctionnelles pour la propulsion/conduite

La voiturette de promenade standard est équipée de poignées de conduite ou d'un poussoir.

2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation

La voiturette de promenade standard doit être pliable ou réductible afin de pouvoir être emportée le plus facilement possible. La voiturette de promenade standard est équipée d'une ceinture de sécurité à quatre points afin de fixer l'enfant de manière sûre, et d'un système de freinage qui peut être actionné par l'accompagnateur.

2.6 Spécifications fonctionnelles - aspects techniques

La voiturette de promenade standard possède des roues avant et arrière équipées de pneus gonflables ou de pneus pleins. La charge maximum (kg) doit être clairement indiquée dans la brochure d'information.

3. Adaptations

3.1 Membres inférieurs

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

3.2 Membres supérieurs

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

3.3 Positionnement (siège et dossier)

411157 - 411168 Selle d'abduction 77,39€

3.4 Sécurité

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

3.5 Conduite / propulsion

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- Pour tous les enfants jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 3 ans.

4.2 Cumuls autorisés

La voiturette de promenade standard peut être cumulée avec :

- un cadre de marche ;
- un tricycle orthopédique. La procédure de demande à suivre est reprise au point I, 3.3.2. si la voiturette a été délivrée avant le tricycle orthopédique. La procédure de demande à suivre est reprise au point I., 3.3.3. si le tricycle orthopédique a été délivré avant la voiturette ou si la voiturette et le tricycle orthopédique sont délivrés simultanément.

La voiturette de promenade standard ne peut pas être cumulée avec les prestations 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 et 654850 de l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

4.3 Intervention

Les enfants à partir de leur 3^{ième} anniversaire jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire entrent en ligne de compte pour une intervention pour une voiturette de promenade standard.

Une intervention peut être obtenue pour la voiturette de promenade standard (prestation 410199 - 410203) à condition que la voiturette figure dans la liste des produits admis au remboursement.

Les enfants qui répondent aux conditions de la voiturette de promenade standard et qui optent pour un autre type de voiturette peuvent obtenir une intervention forfaitaire, à condition que la voiturette figure dans la liste des voiturettes manuelles pour enfants ou des voiturettes électroniques pour enfants admises au remboursement. A cet effet, la procédure décrite au point I., 3.3.7. doit être suivie.

- Intervention forfaitaire pour une voiturette manuelle pour enfants
411953 - 411964 1310,59€
- Intervention forfaitaire pour une voiturette électronique pour enfants
411975 - 411986 1310,59€

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de fonctionnement élaboré de manière multidisciplinaire ;
- du rapport de motivation rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I, 3.3.3.

Pour la demande d'adaptations supplémentaires à la voiturette déjà délivrée ou de renouvellement anticipé de la voiturette, la procédure de demande reprise sous le point I, 3.3.5 ou I, 3.3.6 est d'application.

Sous-groupe 2 : 410214 - 410225 : Voiturette de promenade modulaire 2184,31€

1. Indications fonctionnelles pour l'enfant

1.1 Objectif d'utilisation

La voiturette de promenade modulaire est destinée aux enfants à partir de 2 ans et jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire. Elle est nécessaire pour tous les déplacements à l'extérieur avec l'enfant. Cette voiturette de promenade est spécifiquement équipée d'un système d'assise adaptable qui permet de soutenir la position d'assise de l'enfant.

1.2 Indications spécifiques

La voiturette de promenade modulaire est uniquement remboursable pour les enfants présentant un trouble du déplacement démontré, grave et définitif (code qualificatif minimal 3). La fonction de déplacement à l'intérieur est gravement déficiente (code qualificatif minimal 3). La fonction de déplacement à l'extérieur est tout à fait déficiente (code qualificatif 4). Il présente une fonction assise gravement déficiente, qui doit être soutenue au moyen d'adaptations (code qualificatif minimal 3).

2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette

2.1 Spécifications fonctionnelles pour les membres inférieurs

La voiturette de promenade modulaire est équipée d'un repose-pied. Le repose-pied doit être ajustable mécaniquement en hauteur et inclinable progressivement jusqu'à l'horizontale (inclinaison du genou) en fonction de la longueur de la jambe de l'enfant et de la position générale d'assise. L'angle de la palette pose-pieds doit être ajustable, aussi bien de manière plantaire qu'en dorsiflexion sur minimum 10°, afin de pouvoir compenser ou corriger un état déviant de l'articulation de la cheville.

2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs

Il n'y a pas de spécifications fonctionnelles des membres supérieurs.

2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement

La voiturette de promenade modulaire est équipée d'un dossier et d'un siège indéformables. Les côtés latéraux du système d'assise sont indéformables pour offrir à l'enfant un soutien latéral, une stabilité et une sécurité suffisants. Les côtés latéraux du siège et du dossier sont recouverts d'un matériau doux ou équipés de coussins de protection. Pour suivre la croissance de l'enfant, la profondeur du siège (minimum 5 cm), la largeur du siège (minimum 8 cm) et la hauteur du dossier doivent être réglables. La voiturette de promenade est équipée d'un dossier allongé qui soutient la tête ou d'un appui-tête séparé. Le système d'assise est inclinable dans son ensemble pour pouvoir varier la position d'assise de l'enfant jusque minimum 15°. L'inclinaison du dossier est réglable séparément par l'accompagnateur jusque minimum 30°.

2.4 Spécifications fonctionnelles pour la propulsion/conduite

La voiturette de promenade modulaire est équipée de poignées de conduite ou d'un poussoir, ajustables en hauteur ou réglables en fonction de l'accompagnateur.

2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation

La voiturette de promenade modulaire doit être pliable ou réductible afin de pouvoir être emportée le plus facilement possible. La voiturette de promenade est équipée d'une ceinture de sécurité à quatre points afin de fixer l'enfant d'une manière sûre, et d'un système de freinage pouvant être actionné par l'accompagnateur.

2.6 Spécifications fonctionnelles - aspects techniques

La voiturette de promenade modulaire possède des roues avant et arrière équipées de pneus gonflables ou de pneus pleins. Les roues avant sont pivotantes. La charge maximale (kg) doit être clairement indiquée dans la brochure d'information.

3. Adaptations

3.1 Membres inférieurs

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

3.2 Membres supérieurs

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

3.3 Positionnement (siège-dossier)

411135 - 411146	Pelotes du dossier (par pelote)	101,10€
411157 - 411168	Selle d'abduction	77,39€
411275 - 411286	Tablette ou demi-tablette	199,71€
411238 - 411249	Adaptation de la largeur du siège (plus de 36 cm) et de la profondeur du siège	449,34€

3.4 Sécurité

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

3.5 Conduite/propulsion

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

Pour tous les enfants jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 3 ans.

4.2 Cumuls autorisés

La voiturette de promenade modulaire ne peut être cumulée avec aucune autre aide à la mobilité.

La voiturette de promenade modulaire ne peut pas être utilisée comme châssis pour une orthèse d'assise, mais peut être octroyée comme moyen de transport alternatif pour des enfants positionnés dans une orthèse d'assis. (prestations 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 et 654850 de l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités).

Dans ce cas, le rapport multidisciplinaire doit spécifier que l'enfant a besoin de cumuler l'orthèse et la voiturette de promenade modulaire (transport ou pour des raisons d'accessibilité).

4.3 Intervention

Les enfants à partir de leur 2^{ième} anniversaire jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire entrent en ligne de compte pour une intervention pour une voiturette de promenade modulaire.

Une intervention peut être obtenue pour la voiturette de promenade modulaire (prestation 410214 - 410225) à condition que la voiturette figure dans la liste des produits admis au remboursement.

Les enfants qui répondent aux conditions de la voiturette de promenade modulaire et qui optent pour un autre type de voiturette peuvent obtenir une intervention forfaitaire, à condition que la voiturette figure dans la liste des voiturettes manuelles pour enfants ou des voiturettes électroniques pour enfants admises au remboursement. A cet effet, la procédure décrite au point I., 3.3.7. doit être suivie.

- Intervention forfaitaire pour une voiturette manuelle standard pour enfants
411997 - 412008 – 1248,18€
- Intervention forfaitaire pour une voiturette manuelle active pour enfants
412019 - 412023 – 2285,42€
- Intervention forfaitaire pour une voiturette électronique pour enfants
412034 - 412045 – 2184,31€

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;

- du rapport de fonctionnement élaboré de manière multidisciplinaire ;
- du rapport de motivation rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I, 3.3.3.

Pour la demande d'adaptations supplémentaires à la voiturette déjà délivrée ou la demande de renouvellement anticipé de la voiturette, la procédure de demande reprise sous le point I, 3.3.5 ou I, 3.3.6 est d'application.

Sous-groupe 3 : 410236 - 410247 : Voiturette manuelle standard pour enfants 1248,18€

1. Indications fonctionnelles pour l'enfant

1.1 Objectif d'utilisation

La voiturette manuelle standard pour enfants à partir de leur 2^{ième} anniversaire et jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire, est destinée à un usage quotidien restreint. Elle est utilisée pour se déplacer de manière restreinte à l'intérieur ou à l'extérieur. La voiturette permet de prendre part à la vie familiale et sociale.

1.2 Indications spécifiques

La voiturette manuelle standard pour enfants est uniquement remboursable pour les enfants entre leur 2^{ième} et leur 18^{ième} anniversaire présentant des problèmes de déplacement, démontrés, graves et définitifs mais gardant une fonction assise satisfaisante.

L'enfant peut uniquement se déplacer à l'intérieur de manière autonome avec un appui (code qualificatif minimal 2) ou il se déplace très difficilement sur de longues distances à l'extérieur sans la voiturette (code qualificatif minimal 3).

Toutes les adaptations apportées à la voiturette doivent être nécessaires d'un point de vue fonctionnel et cette nécessité doit toujours être motivée de manière circonstanciée.

Les adaptations aux cerceaux de la voiturette ne sont autorisées que dans le cas d'une fonction de préhension diminuée (code qualificatif minimal 3).

Adaptations

Une adaptation de la voiturette manuelle standard pour enfants à l'aide de coussin(s) d'accoudoir (prestation 413014 - 413025 ou 413036 - 413047) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la fonction d'un ou des deux membres supérieurs (code qualificatif 4).

2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette

2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs

La voiturette manuelle standard pour enfants est équipée de repose-pieds ou de repose-jambes qui peuvent être retirés ou escamotés par l'enfant ou l'accompagnateur afin de permettre à l'enfant de se lever et de s'asseoir plus facilement ou de faciliter le transfert vers et hors la voiturette. Les repose-pieds ou repose-jambes doivent pouvoir être ajustés individuellement en fonction de la longueur de la jambe de l'enfant et de la position générale d'assise.

Si la voiturette est équipée de repose-pieds, une sangle pour mollet ou un arrête-talon ou un système alternatif doit être prévu sur chaque repose-pied. Si la voiturette est équipée de repose-jambes, chaque repose-jambe doit être pourvu d'un repose-mollet.

2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs

La voiturette manuelle standard pour enfants est équipée d'accoudoirs qui doivent pouvoir être retirés ou escamotés par l'enfant ou l'accompagnateur, afin de permettre à l'enfant de se lever et de s'asseoir plus facilement ou de faciliter le transfert vers et hors de la voiturette. Les accoudoirs constituent un soutien pour les avant-bras de l'enfant et sont pourvus de plaques latérales servant à protéger les vêtements. Les accoudoirs doivent être ajustables en hauteur.

2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement

La voiturette manuelle standard pour enfants est au moins pourvue d'un siège et d'un dossier souples.

La voiturette manuelle standard pour enfants doit pouvoir être équipée d'un siège préformé amovible, d'un dossier préformé amovible, d'un appui-tête réglable, de pelotes de dossier, d'une selle d'abduction et d'une ceinture de sécurité. Les adaptations ne sont pas nécessairement propres au produit.

2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite

La voiturette manuelle standard pour enfants peut être du type voiturette à pousser ou du type voiturette avec propulsion par cerceaux. Les deux types doivent être pourvus de poignées de conduite ajustables en hauteur pour l'accompagnateur.

2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation

La voiturette manuelle standard pour enfants est réductible pour pouvoir être emportée dans la voiture. La voiturette doit être pliable, les repose-pieds ou repose-jambes sont amovibles ou escamotables, et sur une voiturette avec cerceaux de propulsion, les roues arrière sont amovibles au moyen de demi-essieux (système quick release).

2.6 Spécifications fonctionnelles - aspects techniques

La voiturette manuelle standard pour enfants possède des roues avant et arrière équipées de pneus gonflables ou de pneus pleins ; les roues avant sont pivotantes. La voiturette est équipée d'un système de freinage sur les deux roues arrière pouvant être actionné par l'enfant ou l'accompagnateur. Des monte-trottoir ou aide-bascule sont prévus à gauche et/ou à droite afin que l'accompagnateur puisse facilement basculer la voiturette vers l'arrière.

3. Adaptations

3.1 Membres inférieurs

410634 - 410645	Repose-jambe (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale, par repose-jambe)	149,78€
410678 - 410689	Repose-jambe de confort (mécanique - avec correction de la longueur, par repose-jambe)	168,50€
412638 - 412649	Repose-jambes d'une pièce (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale) pour bénéficiaires jusqu'à leur 18 ^{ème} anniversaire	299,56€
412653 - 412664	Repose-jambes d'une pièce avec côtés latéraux (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale) pour bénéficiaires jusqu'à leur 18 ^{ème} anniversaire	337,01€

Les prestations 410634 - 410645, 410678 - 410689, 412638 - 412649 et 412653 - 412664 ne sont pas cumulables entre elles.

412896 - 412907	Coussin pour genou sur repose-jambe (par paire)	51,25€
412933 - 412944	Intervention forfaitaire pour système de fixation pour les deux genoux	253,88€
412955 - 412966	Intervention forfaitaire pour repose-pied renforcé (par pièce)	44,26€
412977 - 412988	Intervention forfaitaire pour repose-jambe renforcé (par pièce)	126,17€

3.2 Membres supérieurs

413014 - 413025	Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière, renforcé ou élargi (par pièce)	138,34€
-----------------	---	---------

413036 - 413047 Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière et articulé (par pièce)	179,83€
---	---------

3.3 Positionnement (siège-dossier)

410877 - 410888 Plaque de base réglable pour coussin anti-escarres	108,59€
--	---------

410899 - 410903 Siège préformé	218,43€
--------------------------------	---------

Les prestations 410877 - 410888 et 410899 - 410903 ne sont pas cumulables entre elles.

410914 - 410925 Dossier préformé	230,91€
----------------------------------	---------

410973 - 410984 Réglage de l'inclinaison du dossier (angle du dossier ajustable ou réglable)	312,04€
--	---------

410995 - 411006 Réglage de l'inclinaison du siège (angle du siège ajustable)	152,28€
---	---------

411113 - 411124 Appui-tête (ajustable ou réglable de façon permanente en hauteur et en profondeur et inclinable)	187,23€
--	---------

411135 - 411146 Pelotes du dossier (par pelote)	101,10€
---	---------

411157 - 411168 Selle d'abduction	77,39€
-----------------------------------	--------

411179 - 411183 Cadre d'abduction	224,67€
-----------------------------------	---------

411275 - 411286 Tablette ou demi-tablette	199,71€
---	---------

3.4 Sécurité

411319 - 411323 Arrête-talon ou sangle cale-pied (pièce)	13,73€
--	--------

413375 - 413386 Coquille pour pied (par pièce)	36,52€
--	--------

411334 - 411345 Ceinture de sécurité	37,45€
--------------------------------------	--------

413434 - 413445 Ceinture de sécurité à quatre ou cinq points pour voiturette manuelle	102,01€
---	---------

411356 - 411367 Siège-culotte	86,12€
-------------------------------	--------

Les prestations 411334 - 411345, 413434 - 413445 et 411356 - 411367 ne sont pas cumulables entre elles.

411378 - 411389 Système anti-bascule 62,41€

3.5 Conduite / propulsion

411415 - 411426 Système de propulsion et de conduite à "double cerceau " 873,73€

411437 - 411448 Système de propulsion et de conduite "à levier de propulsion" 1248,18€

Les prestations 411415 - 411426 et 411437 - 411448 ne sont pas cumulables entre elles.

411474 - 411485 Adaptation des cerceaux en cas de diminution de la fonction de préhension (la paire) 93,61€

411673 - 411684 Prolongeurs de frein (la paire) 18,72€

3.6 Adaptations spécifiques

413618 - 413629 Porte-sérum 109,57€

413633 - 413644 Support pour bouteille à oxygène 215,81€

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- Pour tous les enfants jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 3 ans.

4.2 Cumuls autorisés

La voiturette manuelle standard pour enfants peut être cumulée avec :

- un cadre de marche ;
- un tricycle orthopédique. La procédure de demande à suivre est reprise au point I, 3.3.2. si la voiturette a été délivrée avant le tricycle orthopédique. La procédure de demande à suivre est reprise au point I., 3.3.3. si le tricycle orthopédique a été délivré avant la voiturette ou si la voiturette et le tricycle orthopédique sont délivrés simultanément.

Pour les utilisateurs d'une orthèse d'assise, une voiturette standard pour enfants peut être remboursée afin d'être utilisée comme châssis.

Cependant, pour toute demande d'une orthèse d'assise combinée à une voiturette, un cumul d'adaptations reprises dans l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance

obligatoire soins de santé et indemnités avec des adaptations reprises dans le point II et III, qui ont le même objectif d'utilisation, n'est pas autorisé.

4.3 Intervention

Les enfants à partir de leur 2^{ième} anniversaire jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire au moment de la livraison entrent en ligne de compte pour une intervention pour une voiturette manuelle standard pour enfants.

Une intervention peut être obtenue pour la voiturette manuelle standard pour enfants (prestation 410236 - 410247) à condition que la voiturette figure dans la liste des produits admis au remboursement.

Pour les enfants qui répondent aux indications fonctionnelles des voiturettes pour enfants, mais pour lesquels une voiturette avec une largeur de siège de plus de 36 cm est nécessaire, une intervention peut être accordée à condition que la voiturette soit reprise sur :

- Liste 410037 - 410048 – voiturette manuelle modulaire pour adultes
Intervention forfaitaire de l'assurance pour une voiturette manuelle modulaire pour adultes, mais pour enfants pour lesquels une voiturette avec une largeur de siège de plus de 36 cm est nécessaire
412277 - 412288 – 855€
- Liste 410059 - 410063 – voiturette manuelle de maintien et de soins pour adultes
Intervention forfaitaire de l'assurance pour une voiturette manuelle de maintien et de soins pour adultes, mais pour enfants pour lesquels une voiturette avec une largeur de siège de plus de 36 cm est nécessaire
412299 - 412303 – 2702,31€
- Liste 410074 - 410085 – voiturette manuelle active pour adultes
Intervention forfaitaire de l'assurance pour une voiturette manuelle active adultes, mais pour enfants pour lesquels une voiturette avec une largeur de siège de plus de 36 cm est nécessaire
412314 - 412325 – 2285,42€

Les conditions spécifiques aux voiturettes pour enfants en ce qui concerne les délais de renouvellement, les cumuls autorisés et le renouvellement anticipé restent cependant valables.

Les enfants qui répondent aux conditions de la voiturette manuelle standard pour enfants et qui optent pour un autre type de voiturette peuvent obtenir une intervention forfaitaire, à condition que la voiturette figure dans la liste des voiturettes électroniques pour enfants ou des voiturettes électroniques pour adultes admises au remboursement. A cet effet, la procédure décrite au point I., 3.3.7 doit être suivie.

- Intervention forfaitaire pour une voiturette manuelle active pour enfants
412697- 412708 – 1248,18€
- Intervention forfaitaire pour les enfants pour une voiturette électronique
412056 - 412067 – 1248,18€

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de fonctionnement élaboré de manière multidisciplinaire ;
- du rapport de motivation rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I, 3.3.3.

Pour la demande d'adaptations supplémentaires à la voiturette déjà délivrée ou la demande de renouvellement anticipé de la voiturette, la procédure de demande reprise sous le point I, 3.3.5 ou I, 3.3.6 est d'application.

Sous-groupe 4 : 410258 - 410269 : Voiturette manuelle active pour enfants 2285,42€

1. Indications fonctionnelles pour l'enfant

1.1 Objectif d'utilisation

La voiturette manuelle active pour enfants à partir de 2 ans et jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire, est destinée à un usage quotidien définitif et pendant une grande partie de la journée.

La voiturette est adaptable en fonction de l'enfant, de sa fonction assise et de ses besoins démontrés en ce qui concerne ses activités.

Les adaptations en vue de soutenir la fonction des bras, des jambes, de la position assise, de la propulsion et de la sécurité de l'enfant ont pour unique objectif de soutenir ou remplacer les fonctions perdues ou dégradées.

1.2 Indications spécifiques

La voiturette manuelle active pour enfants est uniquement remboursable pour les enfants entre leur 2^{ième} et leur 18^{ième} anniversaire présentant un trouble du déplacement démontré, grave et définitif (code qualificatif minimal 3)

L'enfant peut se déplacer à l'intérieur de manière autonome uniquement avec un appui (code qualificatif minimal 3) ou il est incapable de parcourir de longues distances à l'extérieur sans la voiturette (code qualificatif 4).

Toutes les adaptations apportées à la voiturette doivent être nécessaires d'un point de vue fonctionnel et cette nécessité doit toujours être motivée de manière circonstanciée.

Les adaptations aux cerceaux de la voiturette ne sont autorisées que dans le cas d'une fonction de préhension diminuée (code qualificatif minimal 3).

Adaptations

Une adaptation de la voiturette manuelle active pour enfants à l'aide de coussin(s) d'accoudoir (prestation 413014 - 413025 ou 413036 - 413047) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la fonction d'un ou des deux membres supérieurs (code qualificatif 4).

2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette

2.1 Spécifications fonctionnelles pour les membres inférieurs

La voiturette manuelle active pour enfants est équipée de repose-pieds ou de palettes pose-pieds ajustables en inclinaison ou d'une plaque pose-pieds en une pièce ajustable en inclinaison ou d'un repose-pieds étrier ou de repose-jambes. Ceux-ci doivent tous pouvoir être ajustés individuellement en fonction de la longueur de la jambe de l'enfant et de la position générale d'assise. Si la voiturette est équipée de repose-pieds ou de palettes pose-pieds ajustables en inclinaison ou d'une plaque pose-pieds en une pièce ajustable en inclinaison ou d'un repose-pieds étrier, chaque repose-pied doit être pourvu d'une sangle pour mollet, d'un arrête-talon ou d'un système alternatif. Si la voiturette est équipée de repose-jambes, chaque repose-jambe doit être pourvu d'un repose-mollet.

2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs

La voiturette manuelle active pour enfants est équipée d'accoudoirs ou de protège-vêtements. Les accoudoirs doivent être ajustables en hauteur.

2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement

La voiturette manuelle active pour enfants est pourvue au moins d'un recouvrement souple du siège et du dossier. La tension du dossier est réglable.

La position assise doit être ajustable afin que les caractéristiques de la conduite : la propulsion, la conduite et la maniabilité de la voiturette soient maximales.

La voiturette est équipée d'un axe des roues arrière qui peut être réglé horizontalement et verticalement en fonction de la position assise de l'enfant qui est souhaitée et les têtes de fourche des roues avant sont à cet effet réglables. La voiturette peut aussi être équipée d'un siège ajustable horizontalement et verticalement par rapport à l'essieu des roues arrière.

2.4 Spécifications fonctionnelles pour la propulsion/conduite

La voiturette manuelle active pour enfants est du type voiturette avec propulsion par cerceaux. La voiturette est équipée de poignées de conduite ou d'un poussoir, ajustable(s) en hauteur ou réglable(s) en fonction de l'accompagnateur.

2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation

La voiturette manuelle active pour enfants est réductible pour pouvoir être emportée dans la voiture. La voiturette doit par conséquent être pliable verticalement ou horizontalement. Elle est équipée de roues arrière amovibles au moyen de demi-essieux (système quick release).

2.6 Spécifications fonctionnelles - aspects techniques

La voiturette manuelle active pour enfants est pourvue de roues avant et arrière avec pneus gonflables ou pneus plein. La voiturette est équipée d'un système de freinage sur les deux roues de propulsion. Les freins doivent pouvoir être actionnés par l'enfant lui-même.

3. Adaptations

3.1 Membres inférieurs

410634 - 410645	Repose-jambes (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale, par repose-jambe)	149,78€
410678 - 410689	Repose-jambe de confort (mécanique - avec correction de la longueur, par repose-jambe)	168,50€
412638 - 412649	Repose-jambes d'une pièce (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale) pour bénéficiaires jusqu'à leur 18 ^{ème} anniversaire	299,56€
412653 - 412664	Repose-jambes d'une pièce avec côtés latéraux (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale) pour bénéficiaires jusqu'à leur 18 ^{ème} anniversaire	337,01€

Les prestations 410634 - 410645, 410678 - 410689, 412638 - 412649 et 412653 - 412664 ne sont pas cumulables entre elles.

412896 - 412907	Coussin pour genou sur repose-jambe (par paire)	51,25€
412933 - 412944	Intervention forfaitaire pour système de fixation pour les deux genoux	253,88€
412955 - 412966	Intervention forfaitaire pour repose-pied renforcé (par pièce)	44,26€
412977 - 412988	Intervention forfaitaire pour repose-jambe renforcé (par pièce)	126,17€

3.2 Membres supérieurs

413014 - 413025 Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière, renforcé ou élargi (par pièce) 138,34€

413036 - 413047 Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière et articulé (par pièce) 179,83€

3.3 Positionnement (siège-dossier)

410877 - 410888 Plaque de base réglable pour coussin anti-escarres 108,59€

410899 - 410903 Siège préformé 218,43€

Les prestations 410877 - 410888 et 410899 - 410903 ne sont pas cumulables entre elles.

410914 - 410925 Dossier préformé 230,91€

410973 - 410984 Réglage de l'inclinaison du dossier (angle du dossier ajustable ou réglable) 312,04€

410995 - 411006 Réglage de l'inclinaison du siège (angle du siège ajustable) 152,28€

411113 - 411124 Appui-tête (ajustable ou réglable de façon permanente en hauteur et en profondeur et inclinable) 187,23€

411135 - 411146 Pelotes du dossier (par pelote) 101,10€

411157 - 411168 Selle d'abduction 77,39€

411179 - 411183 Cadre d'abduction 224,67€

411275 - 411286 Tablette ou demi-tablette 199,71€

3.4 Sécurité

411319 - 411323 Arrête-talon ou sangle cale-pied (pièce) 13,73€

413375 - 413386 Coquille pour pied (par pièce) 36,52€

411334 - 411345 Ceinture de sécurité 37,45€

411356 - 411367 Siège-culotte 86,12€

Les prestations 411334 - 411345 et 411356 - 411367 ne sont pas cumulables entre elles.

411378 - 411389 Système anti-basculé	62,41€
412793 - 412804 Système anti-basculé escamotable ou système anti-basculé central amovible, pour voiturette active	171€

3.5 Conduite / propulsion

411415 - 411426 Système de propulsion et de conduite à "double cerceau"	873,73€
411437 - 411448 Système de propulsion et de conduite "à levier de propulsion"	1248,18€

Les prestations 411415 - 411426 et 411437 - 411448 ne sont pas cumulables entre elles.

411474 - 411485 Adaptation des cerceaux en cas de diminution de la fonction de préhension (la paire)	93,61€
412815 - 412826 Adaptation des cerceaux de la voiturette active en cas de diminution de la fonction de préhension (la paire)	177,87€
411673 - 411684 Prolongeurs de frein (la paire)	18,72€

3.6 Adaptations spécifiques

413618 - 413629 Porte-sérum	109,57€
-----------------------------	---------

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- Pour tous les enfants jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 3 ans.

4.2 Cumuls autorisés

La voiturette manuelle active pour enfants peut être cumulée avec :

- un cadre de marche ;
- un tricycle orthopédique. La procédure de demande à suivre est reprise au point I, 3.3.2. si la voiturette a été délivrée avant le tricycle orthopédique. La procédure

de demande à suivre est reprise au point I., 3.3.3. si le tricycle orthopédique a été délivré avant la voiturette ou si la voiturette et le tricycle orthopédique sont délivrés simultanément ;

- un coussin anti-escarres du sous-groupe 1, 3 ou 4 ;
- un système de dossier modulaire adaptable.

Pour les enfants avec une taille à partir d'1,50 m, la voiturette manuelle active pour enfants peut également être cumulée avec une table de station debout électrique.

Pour les utilisateurs d'une orthèse d'assise, une voiturette manuelle active pour enfants peut être remboursée afin d'être utilisée comme châssis. Cependant, pour toute demande d'une orthèse d'assise combinée à une voiturette, un cumul d'adaptations reprises dans l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités avec des adaptations reprises dans le point II et III, qui ont le même objectif d'utilisation, n'est pas autorisé.

4.3 Intervention

Les enfants à partir de leur 2^{ième} anniversaire jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire au moment de la livraison entrent en ligne de compte pour une intervention pour une voiturette manuelle active.

Une intervention peut être obtenue pour la voiturette manuelle active (prestation 410258 - 410269), à condition que la voiturette figure dans la liste des produits admis au remboursement.

Pour les enfants qui répondent aux indications fonctionnelles des voiturettes pour enfants, mais pour lesquels une voiturette avec une largeur de siège de plus de 36 cm est nécessaire, une intervention peut être octroyée à condition que la voiturette soit reprise sur :

- Liste 410037 - 410048 – voiturette manuelle modulaire pour adultes
412336 - 412347 – 855€
- Liste 410059 - 410063 – voiturette manuelle de maintien et de soins pour adultes
412358 - 412369 – 2702,31€
- Liste 410074 - 410085 – voiturette manuelle active pour adultes
412373 - 412384 – 2285,42€

Les conditions spécifiques aux voiturettes pour enfants en ce qui concerne les délais de renouvellement, les cumuls autorisés et le renouvellement anticipé restent cependant valables.

Les enfants qui répondent aux conditions de la voiturette manuelle active et qui optent pour un autre type de voiturette peuvent obtenir une intervention forfaitaire, à condition que la voiturette figure dans la liste des voiturettes électroniques pour enfants ou des voiturettes électroniques pour adultes admises au remboursement. A cet effet, la procédure décrite au point I., 3.3.7. doit être suivie.

- Intervention forfaitaire pour les enfants pour une voiturette électronique
412093 - 412104 – 2285,42€

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de fonctionnement élaboré de manière multidisciplinaire ;
- du rapport de motivation rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I, 3.3.3.

Pour la demande d'adaptations supplémentaires à la voiturette déjà délivrée ou la demande de renouvellement anticipé de la voiturette, la procédure de demande reprise sous le point I, 3.3.5 ou I, 3.3.6 est d'application.

GROUPE PRINCIPAL 5 : Voiturettes électroniques pour enfants

Sous-groupe 1 : 410273 - 410284 : Voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur 5616,81€

1. Indications fonctionnelles pour l'enfant

1.1 Objectif d'utilisation

La voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur est destinée aux enfants entre leur 2^e et leur 18^e anniversaire, qui se déplacent essentiellement à l'intérieur au moyen de cette voiturette et qui ne peuvent se déplacer avec une voiturette manuelle.

L'utilisation de la voiturette électronique pour l'intérieur doit aider l'enfant, quelle que soit sa limitation d'activités, à être le plus autonome et actif possible.

Un usage quotidien définitif et pendant une grande partie de la journée s'impose.

1.2 Indications spécifiques

a) La voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur est uniquement remboursable pour les enfants présentant un trouble du déplacement complet, prouvé et définitif (code qualificatif 4). L'enfant ne peut pas marcher (code qualificatif 4).

L'enfant ne dispose pas de la force, de la coordination ou de l'endurance nécessaires au niveau des membres supérieurs pour propulser et conduire de manière autonome une voiturette manuelle (code qualificatif 4). La conduite d'une voiturette électronique est en revanche possible.

L'enfant dispose de facultés intellectuelles, sensorielles et cognitives suffisantes ainsi que d'assez d'endurance pour utiliser la voiturette d'une façon sûre et judicieuse.

La voiturette électronique pour l'intérieur est également remboursable pour un enfant présentant un trouble du déplacement définitif (code qualificatif minimal 3), qui ne peut pas

marcher sur de longues distances (code qualificatif minimal 3) et à condition qu'il fréquente l'école ou suive une formation professionnelle et que ces activités ne sont pas possibles sans l'utilisation d'une voiturette électronique. Le rapport d'avis multidisciplinaire doit l'attester.

b) La voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur est également remboursable pour un enfant qui a reçu une intervention aux conditions mentionnées sous le point a), quatrième alinéa, lors de la délivrance antérieure d'une voiturette électronique et pour laquelle le délai de renouvellement de la voiturette précédente est écoulé.

Adaptations

Une adaptation de la voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur à l'aide de coussin(s) d'accoudoir (prestation 413014 - 413025 ou 413036 - 413047) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la fonction d'un ou des deux membres supérieurs (code qualificatif 4).

Une adaptation de la voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur à l'aide d'un dossier biomécanique (prestation 413095 - 413106) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la stabilité du tronc et éventuellement aussi de la nuque et de la tête (code qualificatif 4).

Une adaptation de la voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur à l'aide d'un appui-tête avec positionnement fonctionnel (prestation 413139 - 413143) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la stabilité de la ceinture scapulaire, de la tête et du cou (code qualificatif 4), si bien qu'il est impossible de maintenir la tête dans une position correcte pendant la station assise. L'adaptation s'adresse aux utilisateurs qui ne sont pas capables de tenir leur tête droite pour une période longue ou aux utilisateurs présentant des spasmes et n'arrivant pas à bien contrôler la position de la tête.

Une adaptation de la voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur à l'aide d'un élément chauffant pour le bras ou la main (prestation 413559 - 413563) n'est autorisée que si l'utilisateur présente un trouble de la thermorégulation. Cette adaptation est nécessaire pour conduire la voiturette de manière autonome.

2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette

2.1 Spécifications fonctionnelles pour les membres inférieurs

La voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur est équipée de repose-pieds ou de repose-jambes qui peuvent être retirés ou escamotés par l'enfant ou l'accompagnateur afin de permettre à l'enfant de se lever et de s'asseoir plus facilement et/ou de faciliter le transfert vers et hors de la voiturette. Les repose-pieds ou repose-jambes doivent pouvoir être ajustés individuellement en fonction de la longueur de la jambe de l'enfant et de la position générale d'assise. Si la voiturette est équipée de repose-pieds, une sangle pour le mollet ou un arrête-talon ou un système alternatif doit pouvoir être prévu à chaque repose-

ped. Si la voiturette est équipée de repose-jambes, chaque repose-jambe doit être pourvu d'un repose-mollet.

2.2 Spécifications fonctionnelles pour les membres supérieurs

La voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur est équipée d'accoudoirs réglables en hauteur, de telle sorte que les bras de l'enfant peuvent être adéquatement soutenus. Les accoudoirs sont amovibles et escamotables, de sorte que l'accompagnateur peut effectuer un transfert accompagné avec l'enfant.

2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement

La voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur est équipée au minimum d'un siège et d'un dossier souples.

2.4 Spécifications fonctionnelles pour la propulsion/conduite

La voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur est commandée au moyen de 2 moteurs électriques pourvus d'un système de freinage électromagnétique. La voiturette est équipée d'une unité de commande joystick comprenant les boutons de commande qui doivent permettre à l'enfant de commander et de conduire la voiturette dans son ensemble. L'électronique doit être programmable individuellement en fonction de l'enfant, e.a. la vitesse de réaction du joystick, la vitesse de la voiturette, l'accélération progressive. L'unité de commande est amovible (avec l'accoudoir ou non) de sorte que l'enfant peut prendre place à table ou à son bureau. De série, l'unité de commande électronique est placée à droite ou à gauche à hauteur des accoudoirs de façon à ce que l'enfant puisse s'en servir en position assise, adossé au dossier et avec l'avant-bras appuyé sur l'accoudoir. La voiturette doit être équipée de poignées de conduite pour l'accompagnateur.

2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation

La voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur est conçue spécifiquement pour être utilisée à l'intérieur et convient à un usage très limité à l'extérieur sur un sol dur. Grâce à la propulsion au moyen de deux moteurs électriques, la voiturette est particulièrement maniable. La voiturette est compacte et le rayon de braquage est inférieur à 100 cm. La voiturette électronique pour l'intérieur est pliable ou fortement réductible, de telle sorte qu'elle peut aisément être emportée en voiture. La vitesse de la voiturette électronique pour l'intérieur est programmable, et réglable, au moins de 0 à 6 km/heure, de telle sorte que la vitesse peut être adaptée pour des déplacements à l'intérieur. Le rayon d'action ou autonomie de la voiturette est de minimum 20 km, si bien que l'enfant peut se déplacer de façon continue, sûre et autonome. La voiturette est pourvue d'une ceinture de sécurité.

2.6 Spécifications fonctionnelles - aspects techniques

La voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur est équipée de roues avant et arrière équipées de pneus gonflables ou de pneus pleins et d'un système de freinage électromagnétique. La voiturette dispose d'un point mort, de telle sorte que la voiturette peut être déplacée manuellement par un accompagnateur. La voiturette électronique pour l'intérieur doit être livrée avec batteries et chargeur.

3. Adaptations

3.1 Membres inférieurs

410634 - 410645	Repose-jambe (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale, par repose-jambe)	149,78€
410678 - 410689	Repose-jambes de confort (mécanique - correction de la longueur, par repose-jambe)	168,50€
412638 - 412649	Repose-jambes d'une pièce (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale) pour bénéficiaires jusqu'à leur 18 ^{ème} anniversaire	299,56€
412653 - 412664	Repose-jambes d'une pièce avec côtés latéraux (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale) pour bénéficiaires jusqu'à leur 18 ^{ème} anniversaire	337,01€
410715 - 410726	Repose-jambes de confort réglables électriquement (avec correction de la longueur, la paire)	1373€

Les prestations 410634 - 410645, 410678 - 410689, 410715 - 410726, 412638 - 412649 et 412653 - 412664 ne sont pas cumulables entre elles.

410737 - 410748	Palettes pose-pieds ajustables en inclinaison (la paire) (ou plaque pose-pieds en une pièce ajustable en inclinaison)	112,34€
412896 - 412907	Coussin pour genou sur repose-jambe (par paire)	51,25€
412918 - 412929	Intervention forfaitaire pour repose-mollet pour repose-jambe central (par pièce)	71,46€
412933 - 412944	Intervention forfaitaire pour système de fixation pour les deux genoux	253,88€
412955 - 412966	Intervention forfaitaire pour repose-pied renforcé (par pièce)	44,26€

412977 - 412988 Intervention forfaitaire pour repose-jambe renforcé (par pièce) 126,17€

3.2 Membres supérieurs

413014 - 413025 Intervention forfaitaire pour cousin d'accoudoir en forme de gouttière, renforcé ou élargi (par pièce) 138,34€

413036 - 413047 Intervention forfaitaire pour cousin d'accoudoir en forme de gouttière et articulé (par pièce) 179,83€

3.3 Positionnement (siège-dossier)

410899 - 410903 Siège préformé 218,43€

410914 - 410925 Dossier préformé 230,91€

413073 - 413084 Support fémoral (par paire) 276,68€

413095 - 413106 Dossier biomécanique 265,62€

413117 - 413128 Support coxal (par paire) 276,68€

Les prestations 413073 - 413084 et 413117 - 413128 ne sont pas cumulables entre elles.

410973 - 410984 Réglage de l'inclinaison du dossier (angle du dossier ajustable ou réglable) 312,04€

411113 - 411124 Appui-tête (ajustable ou réglable en hauteur et en profondeur, et inclinable) 187,23€

413139 - 413143 Appui-tête avec positionnement fonctionnel 1706,83€

411135 - 411146 Pelotes du dossier (par pelote) 101,10€

411157 - 411168 Selle d'abduction 77,39€

413338 - 413349 Intervention forfaitaire pour selle d'abduction sur-mesure 137,24€

Les prestations 411157 - 411168 et 413338 - 413349 ne sont pas cumulables entre elles.

411275 - 411286 Tablette ou demi-tablette (sans conduite incorporée) 199,71€

413353 - 413364 Intervention forfaitaire pour support de thorax pour tablette 82,94€

3.4 Sécurité

413375 - 413386 Coquille pour pied (par pièce)	36,52€
413397 - 413408 Ceinture de sécurité à quatre ou cinq points, avec autoclip	193,22€
413419 - 413423 Ceinture de sécurité à quatre ou cinq points pour voiturette électronique	68,80€
411356 - 411367 Siège-culotte	86,12€

Les prestations 413397 - 413408, 413419 - 413423, 413456 - 413467 et 411356 - 411367 ne sont pas cumulables entre elles.

411393 - 411404 Monte-trottoir	418,14€
413515 - 413526 Interrupteur d'arrêt d'urgence	285,27€

3.5 Conduite/propulsion

411496 - 411507 Commande dans la tablette (incorporée dans la tablette - tablette comprise)	1934,68€
411518 - 411529 Joystick externe supplémentaire	742,67€
411533 - 411544 Commande au menton	1622,63€
411555 - 411566 Commande au menton (pivotant électriquement)	2090,70€
411577 - 411588 Commande centrale	619,10€
411599 - 411603 Commande au doigt	2621,18€
411614 - 411625 Commande à la tête	2496,36€
411636 - 411647 Commande au pied	1872,27€
411658 - 411669 Remboursement forfaitaire pour une commande de voiturette au moyen d'interrupteurs particuliers adaptés à l'enfant	2496,36€

Les prestations 411496 - 411507, 411518 - 411529, 411533 - 411544, 411555 - 411566, 411577 - 411588, 411599 - 411603, 411614 - 411625, 411636 - 411647 et 411658 - 411669 ne sont pas cumulables entre elles.

413559 - 413563 Elément chauffant pour le bras ou la main de commande 846,55€

La prestation 413559 - 413563 ne peut être remboursée qu'en cumul avec une commande dans la tablette (411496 - 411507) ou une commande au doigt (411599 - 411603) ou une commande au moyen d'interrupteurs particuliers (411658 - 411669).

413574 - 413585 Système de commande pour l'accompagnateur 675,36€

La prestation 413574 - 413585 ne peut être remboursée qu'en cumul avec un système de commande spécial : commande au menton (411533 - 411544), commande au menton (pivotant électriquement) (411555 - 411566), commande au doigt (411599 - 411603), commande à la tête (411614 - 411625), commande au pied (411636 - 411647) commande au moyen d'interrupteurs particuliers (411658 - 411669), commande centrale (411577 - 411588) ou commande dans la tablette (incorporée dans la tablette – tablette comprise) (411496 - 411507).

413596 - 413607 Bras de fixation pivotant – à commande mécanique 254,55€

3.6 Adaptations spécifiques

413618 - 413629 Porte-sérum 109,57€

413633 - 413644 Support pour bouteille à oxygène 215,81€

413655 - 413666 Intervention forfaitaire pour plate-forme pour appareillage médical 377,46€

413677 - 413688 Intervention forfaitaire pour plate-forme articulée pour appareillage médical 520,79€

413699 - 413703 Intervention forfaitaire pour batterie supplémentaire 441,59€

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- Pour tous les enfants jusqu'à leur dix-huitième anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 3 ans.

4.2 Cumuls autorisés

La voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur peut être cumulée avec :

- un tricycle orthopédique. La procédure de demande à suivre est reprise au point I, 3.3.2. si la voiturette a été délivrée avant le tricycle orthopédique. La procédure

de demande à suivre est reprise au point I., 3.3.3. si le tricycle orthopédique a été délivré avant la voiturette ou si la voiturette et le tricycle orthopédique sont délivrés simultanément ;

- un coussin anti-escarres du sous-groupe 1, 3 ou 4.

Pour les enfants avec une taille à partir d'1,50 m, la voiturette électronique pour l'intérieur peut également être cumulée avec une table de station debout électrique.

Pour les utilisateurs d'une orthèse d'assise, une voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur peut être remboursée afin d'être utilisée comme châssis. Cependant, pour toute demande d'une orthèse d'assise combinée à une voiturette, un cumul d'adaptations reprises dans l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités avec des adaptations reprises dans le point II et III, qui ont le même objectif d'utilisation, n'est pas autorisé.

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour la voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur (prestation 410273 - 410284) et les adaptations individuelles demandées, à condition que la voiturette figure dans la liste des produits admis au remboursement.

Pour les enfants qui répondent aux indications fonctionnelles des voiturettes pour enfants mais qui ont besoin d'une voiturette avec une largeur de siège de plus de 36 cm, une intervention peut être obtenue à condition que la voiturette figure dans :

- Liste 410096 - 410107 - voiturette électronique pour l'intérieur pour adultes
412395 - 412406 – 5616,81€
- Liste 410118 - 410129 - voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur pour adultes
412417 - 412428 – 7177,03€
- Liste 410133 - 410144 - voiturette électronique pour l'extérieur pour adultes
412439 - 412443 – 9985,43€

Les conditions spécifiques pour les délais de renouvellement, le cumul et les renouvellements anticipés pour les voiturettes électroniques pour enfants restent cependant d'application.

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de fonctionnement élaboré de manière multidisciplinaire ;
- du rapport de motivation rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.3.

Pour la demande d'adaptations supplémentaires à la voiturette déjà délivrée ou d'un renouvellement anticipé de la voiturette, la procédure de demande reprise au point I.3.3.5 ou I, 3.3.6 est d'application.

Sous-groupe 2 : 410295 - 410306 : Voiturette électronique pour enfants pour usage intérieur et extérieur 7489,07€

1. Indications fonctionnelles pour l'enfant

1.1 Objectif d'utilisation

La voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur est destinée aux enfants entre leur 2^e et leur 18^e anniversaire, qui se déplacent essentiellement au moyen de cette voiturette à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, et qui ne peuvent se déplacer à l'aide d'une voiturette manuelle.

L'utilisation de la voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur doit aider l'enfant, quelle que soit sa limitation d'activité, à être le plus autonome et actif possible.

Un usage quotidien définitif et pendant une grande partie de la journée s'impose.

1.2 Indications spécifiques

a) La voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur est uniquement remboursable pour les enfants présentant un trouble du déplacement complet, prouvé et définitif (code qualificatif 4). L'enfant ne peut pas marcher (code qualificatif 4).

L'enfant ne dispose pas de la force, de la coordination ou de l'endurance nécessaire au niveau des membres supérieurs pour propulser et conduire de manière autonome une voiturette manuelle (code qualificatif 4). La conduite d'une voiturette électronique est en revanche possible.

L'enfant dispose de facultés intellectuelles, sensorielles et cognitives suffisantes ainsi que d'assez d'endurance pour utiliser la voiturette d'une façon sûre et judicieuse.

La voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur est également remboursable pour un enfant présentant un trouble définitif du déplacement (code qualificatif minimal 3), qui ne peut pas marcher sur de longues distances (code qualificatif minimal 3), et à condition qu'il fréquente l'école ou suive une formation professionnelle et que ces activités ne sont pas possibles sans l'utilisation d'une voiturette électronique. Le rapport d'avis multidisciplinaire doit l'attester.

b) La voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur est également remboursable pour un enfant qui a reçu une intervention aux conditions mentionnées sous le point a), quatrième alinéa, lors de la délivrance antérieure d'une voiturette électronique et pour laquelle le délai de renouvellement de la voiturette précédente est écoulé.

Adaptations

Une adaptation de la voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur à l'aide de repose-jambes réglables électriquement ou d'un siège basculant électriquement ou d'un dossier électrique inclinable n'est autorisée que soit si l'enfant dispose d'une position d'assise perturbée (code qualificatif minimal 3), qui doit être soutenue par un réglage spécifique de la voiturette soit si un changement permanent de la position générale d'assise s'impose sur le plan médical notamment pour diminuer la douleur, prévenir les escarres ou permettre des changements de position nécessaires en fonction des activités.

Une adaptation de la voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur à l'aide d'une unité d'assise électrique réglable en hauteur (prestation 411054 - 411065) n'est autorisée que pour les enfants qui habitent dans un domicile non adapté ou qui ont besoin de cette adaptation à l'école, pour pouvoir accéder aux différents éléments de l'aménagement intérieur du domicile ou de l'école (armoires, etc.).

Une adaptation de la voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur à l'aide d'une unité d'assise électrique réglable en hauteur et jusqu'au sol (prestation 411076 - 411087) n'est autorisée que pour les enfants qui habitent dans un domicile non adapté ou qui ont besoin de cette adaptation à l'école, pour pouvoir accéder aux différents éléments de l'aménagement intérieur du domicile ou de l'école (armoires, etc.).

Une adaptation de la voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur à l'aide de coussin(s) d'accoudoir (prestation 413014 - 413025 ou 413036 - 413047) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la fonction d'un ou des deux membres supérieurs (code qualificatif 4).

Une adaptation de la voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur à l'aide d'un dossier biomécanique (prestation 413095 - 413106) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la stabilité du tronc et éventuellement aussi de la nuque et de la tête (code qualificatif 4).

Une adaptation de la voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur à l'aide d'un appui-tête avec positionnement fonctionnel (prestation 413139 - 413143) n'est autorisée que si l'utilisateur présente une perte totale de la stabilité de la ceinture scapulaire, de la tête et du cou (code qualificatif 4), si bien qu'il est impossible de maintenir la tête dans une position correcte pendant la station assise. L'adaptation s'adresse aux utilisateurs qui ne sont pas capables de tenir leur tête droite pour une période longue ou aux utilisateurs présentant des spasmes et n'arrivant pas à bien contrôler la position de la tête.

Une adaptation de la voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur à l'aide d'un rétroviseur (prestation 413493 - 413504) n'est autorisée que si l'utilisateur présente des troubles graves (code qualificatif minimal 3) des caractéristiques anatomiques de la colonne vertébrale ou des muscles du tronc, de la ceinture scapulaire ou de la tête et de la nuque.

Une adaptation de la voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur à l'aide d'un élément chauffant pour le bras ou la main (prestation 413559 - 413563) n'est

autorisée que si l'utilisateur présente un trouble de la thermorégulation. Cette adaptation est nécessaire pour conduire la voiturette de manière autonome.

2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette

2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs

La voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur est équipée de repose-pieds ou de repose-jambes qui peuvent être retirés ou escamotés par l'enfant ou l'accompagnateur afin de permettre à l'enfant de se lever et de s'asseoir plus facilement et/ou de faciliter le transfert vers et hors de la voiturette. Les repose-pieds ou repose-jambes doivent pouvoir être ajustés en fonction de la longueur de la jambe de l'enfant et de la position générale d'assise. Si la voiturette est équipée de repose-pieds, une sangle pour le mollet ou un arrête-talon ou un système alternatif doit pouvoir être prévu à chaque repose-pied. Si la voiturette est équipée de repose-jambes, chaque repose-jambe doit être pourvu d'un repose-mollet.

2.2 Spécifications fonctionnelles pour les membres supérieurs

La voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur est équipée d'accoudoirs ajustables en hauteur, de telle sorte que les bras de l'enfant peuvent être adéquatement soutenus. Les accoudoirs sont amovibles ou escamotables, de sorte que l'accompagnateur peut effectuer un transfert accompagné avec l'enfant.

2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement

L'angle du dossier de la voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur doit être ajustable en fonction de l'enfant. La position assise est soutenue au moyen d'un siège et d'un dossier préformés.

2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion / conduite

La voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur est propulsée par un ou deux moteurs électriques pourvus d'un système de freinage électromagnétique. La voiturette est équipée d'une unité de commande joystick comprenant les boutons, les leviers, les interrupteurs de commande qui doivent permettre à l'enfant de commander et de conduire la voiturette dans son ensemble. L'électronique doit être programmable individuellement en fonction de l'enfant, e.a. la vitesse de réaction du joystick, la vitesse de la voiturette, l'accélération progressive. L'unité de commande est escamotable de sorte que l'enfant peut prendre place à table ou à son bureau. De série, l'unité de commande est placée à droite ou à gauche à hauteur des accoudoirs de façon à ce que l'enfant puisse s'en servir en position assise, adossé au dossier et avec l'avant-bras appuyé sur l'accoudoir.

2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation

La voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur est spécialement conçue pour un usage à l'intérieur et un usage sur sol plat à l'extérieur. La vitesse de la voiturette est programmable et réglable, de 0 à 6 km/heure, de telle sorte que la vitesse peut être adaptée pour des déplacements à l'intérieur ou à l'extérieur. Le rayon d'action ou autonomie de la voiturette est de minimum 30 km, si bien que l'enfant peut se déplacer de façon sûre et autonome. La voiturette est pourvue d'une ceinture de sécurité.

2.6 Spécifications fonctionnelles - aspects techniques

La voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur est équipée de roues avant et arrière équipées de pneus gonflables ou de pneus pleins avec un système de freinage électromagnétique. La voiturette dispose d'un point mort, de telle sorte qu'elle peut être déplacée manuellement par un accompagnateur. La voiturette doit être pourvue de clignotants et de feux avant et arrière pour assurer la visibilité de l'enfant dans la circulation, conformément à la législation belge relative à la circulation routière. La voiturette doit être livrée avec batteries et chargeur.

3. Adaptations

3.1 Membres inférieurs

410634 - 410645	Repose-jambe (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale, par repose-jambe)	149,78€
410678 - 410689	Repose-jambe de confort (mécanique - avec correction de la longueur, par repose-jambe)	168,50€
412638 - 412649	Repose-jambes d'une pièce (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale) pour bénéficiaires jusqu'à leur 18 ^{ème} anniversaire	299,56€
412653 - 412664	Repose-jambes d'une pièce avec côtés latéraux (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale) pour bénéficiaires jusqu'à leur 18 ^{ème} anniversaire	337,01€
410715 - 410726	Repose-jambes de confort réglables électriquement (avec correction de la longueur, la paire)	1373€
Les prestations 410634 - 410645, 410678 - 410689, 410715 - 410726, 412638 - 412649 et 412653 - 412664 ne sont pas cumulables entre elles.		
410737 - 410748	Palettes pose-pieds ajustables en inclinaison (la paire) (ou plaque pose-pieds en une pièce ajustable en inclinaison)	112,34€
412896 - 412907	Coussin pour genou sur repose-jambe (par paire)	51,25€

412918 - 412929 Intervention forfaitaire pour repose-mollet pour repose-jambe central (par pièce)	71,46€
412933 - 412944 Intervention forfaitaire pour système de fixation pour les deux genoux	253,88€
412955 - 412966 Intervention forfaitaire pour repose-pied renforcé (par pièce)	44,26€
412977 - 412988 Intervention forfaitaire pour repose-jambe renforcé (par pièce)	126,17€

3.2 Membres supérieurs

413014 - 413025 Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière, renforcé ou élargi (par pièce)	138,34€
413036 - 413047 Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière et articulé (par pièce)	179,83€

3.3 Positionnement (siège-dossier)

413073 - 413084 Support fémoral (par paire)	276,68€
413095 - 413106 Dossier biomécanique	265,62€
413117 - 413128 Support coxal (par paire)	276,68€

Les prestations 413073 - 413084 et 413117 - 413128 ne sont pas cumulables entre elles.

411017 - 411028 Siège basculant électriquement	1185,77€
411039 - 411043 Réglage électrique de l'inclinaison du dossier	1185,77€
411054 - 411065 Unité d'assise électrique réglable en hauteur	2745,99€
411076 - 411087 Unité d'assise électrique réglable en hauteur et jusqu'au sol	2745,99€

Les prestations 411054 - 411065 et 411076 - 411087 ne sont pas cumulables entre elles.

411113 - 411124 Appui-tête (ajustable ou réglable en hauteur et en profondeur, et inclinable)	187,23€
413139 - 413143 Appui-tête avec positionnement fonctionnel	1706,83€

411135 - 411146 Pelotes de dossier (la pelote)	101,10€
411157 - 411168 Selle d'abduction	77,39€
413338 - 413349 Intervention forfaitaire pour selle d'abduction sur-mesure	137,24€

Les prestations 411157 - 411168 et 413338 - 413349 ne sont pas cumulables entre elles.

411275 - 411286 Tablette ou demi-tablette (sans conduite incorporée)	199,71€
413353 - 413364 Intervention forfaitaire pour support de thorax pour tablette	82,94€

3.4 Sécurité

413375 - 413386 Coquille pour pied (par pièce)	36,52€
413397 - 413408 Ceinture de sécurité à quatre ou cinq points, avec auto-clip	193,22€
413419 - 413423 Ceinture de sécurité à quatre ou cinq points pour voiturette électronique	68,80€
413456 - 413467 Ceinture à enrouleur automatique	68,80€
411356 - 411367 Siège-culotte	86,12€

Les prestations 413397 - 413408, 413419 - 413423, 413456 - 413467 et 411356 - 411367 ne sont pas cumulables entre elles.

411393 - 411404 Monte-trottoir	418,14€
413493 - 413504 Rétroviseur (1 pièce)	22,13€
413515 - 413526 Interrupteur d'arrêt d'urgence	285,27€

3.5 Conduite/propulsion

411496 - 411507 Commande dans la tablette (incorporée dans la tablette - tablette comprise)	1934,68€
411518 - 411529 Joystick externe supplémentaire	742,67€
411533 - 411544 Commande au menton	1622,63€
411555 - 411566 Commande au menton (pivotant électriquement)	2090,70€

411577 - 411588 Commande centrale	619,10€
411599 - 411603 Commande au doigt	2621,18€
411614 - 411625 Commande à la tête	2496,36€
411636 - 411647 Commande au pied	1872,27€
411658 - 411669 Remboursement forfaitaire pour une commande de voiturette au moyen d'interrupteurs particuliers adaptés à l'enfant	2496,36€

Les prestations 411496 - 411507, 411518 - 411529, 411533 - 411544, 411555 - 411566, 411577 - 411588, 411599 - 411603, 411614 - 411625, 411636 - 411647 et 411658 - 411669 ne sont pas cumulables entre elles.

413559 - 413563 Élément chauffant pour le bras ou la main de commande	846,55€
---	---------

La prestation 413559 - 413563 ne peut être remboursée qu'en cumul avec une commande dans la tablette (411496 - 411507) ou une commande au doigt (411599 - 411603) ou une commande au moyen d'interrupteurs particuliers (411658 - 411669).

413574 - 413585 Système de commande pour l'accompagnateur	675,36€
---	---------

La prestation 413574 - 413585 ne peut être remboursée qu'en cumul avec un système de commande spécial : commande au menton (411533 - 411544), commande au menton (pivotant électriquement) (411555 - 411566), commande au doigt (411599 - 411603), commande à la tête (411614 - 411625), commande au pied (411636 - 411647) commande au moyen d'interrupteurs particuliers (411658 - 411669), commande centrale (411577 - 411588) ou commande dans la tablette (incorporée dans la tablette – tablette comprise) (411496 - 411507).

413596 - 413607 Bras de fixation pivotant – à commande mécanique	254,55€
--	---------

3.6 Adaptations spécifiques

413618 - 413629 Porte-sérum	109,57€
413633 - 413644 Support pour bouteille à oxygène	215,81€
413655 - 413666 Intervention forfaitaire pour plate-forme pour appareillage médical	377,46€
413677 - 413688 Intervention forfaitaire pour plate-forme articulée pour appareillage médical	520,79€

413699 - 413703 Intervention forfaitaire pour batterie supplémentaire 441,59€

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- Pour tous les enfants jusqu'à leur dix-huitième anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 3 ans.

4.2 Cumuls autorisés

La voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur peut être cumulée avec :

- un tricycle orthopédique. La procédure de demande à suivre est reprise au point I, 3.3.2. si la voiturette a été délivrée avant le tricycle orthopédique. La procédure de demande à suivre est reprise au point I., 3.3.3. si le tricycle orthopédique a été délivré avant la voiturette ou si la voiturette et le tricycle orthopédique sont délivrés simultanément ;
- un coussin anti-escarres du sous-groupe 1, 3 ou 4.

Pour les enfants avec une taille à partir d'1,50 m, la voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur peut également être cumulée avec une table de station debout électrique.

Pour les utilisateurs d'une orthèse d'assise une voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur peut être remboursée afin d'être utilisée comme châssis. Cependant, pour toute demande d'une orthèse d'assise combinée à une voiturette, un cumul d'adaptations reprises dans l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités avec des adaptations reprises dans le point II et III, qui ont le même objectif d'utilisation, n'est pas autorisé.

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour la voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur (prestation 410295 - 410306) et les adaptations individuelles demandées, à condition que la voiturette figure dans la liste des produits admis au remboursement.

Pour les enfants qui répondent aux indications fonctionnelles des voiturettes pour enfants, mais qui ont besoin d'une voiturette avec une largeur de siège de plus de 36 cm, une intervention peut être obtenue à condition que la voiturette figure dans la :

- Liste 410096 - 410107 - voiturette électronique pour l'intérieur pour adultes
412395 - 412406 – 5616,81€
- Liste 410118 - 410129 - voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur pour adultes

- 412417 - 412428 – 7177,03€
- Liste 410133 - 410144 - voiturette électronique pour l'extérieur pour adultes
412439 - 412443 – 9985,43€

Les conditions spécifiques pour les délais de renouvellement, le cumul et les renouvellements anticipés pour les voiturettes pour enfants restent cependant d'application.

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- De la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de fonctionnement élaboré de manière multidisciplinaire ;
- du rapport de motivation rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.3.

Pour la demande d'adaptations supplémentaires à la voiturette déjà délivrée ou la demande d'un renouvellement anticipé de la voiturette, la procédure de demande reprise au point I.3.3.5 ou I, 3.3.6 est d'application.

3° Groupe cible : bénéficiaires visés sous 1° et 2° :

Dans ce point, le bénéficiaire est appelé "l'utilisateur".

GROUPE PRINCIPAL 6 : Systèmes de station debout

Sous-groupe 1 : 410317 - 410328 : Table de station debout électrique 2808,40€

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur

1.1 Objectif d'utilisation

La table de station debout électrique est destinée aux utilisateurs à partir de leur 18^{ième} anniversaire ou avec une taille à partir d'1,50 m. Elle soutient l'utilisateur de façon stable et sûre pendant la station debout. La table de station debout électrique est destinée à un usage quotidien au domicile.

1.2 Indications spécifiques

La fonction des membres inférieurs est tout à fait perturbée (code qualificatif 4). L'utilisateur ne peut pas se tenir debout ni marcher de manière autonome et il se déplace de façon continue avec une voiturette.

Une table de station debout électrique est une nécessité pour des motifs médicaux. La table de station debout électrique est destinée à améliorer les problèmes qui apparaissent quand

l'utilisateur reste longtemps en position assise. Les contractures de l'utilisateur peuvent être réprimées. La sensation d'équilibre peut être exercée ou les fonctions corporelles physiologiques de l'utilisateur peuvent être stimulées : p. ex. la stimulation de la circulation sanguine, la stimulation de la digestion et de la fonction rénale ou la facilitation de la respiration. En outre, la pression du squelette permet de contrer l'ostéoporose. La nécessité doit ressortir de la prescription médicale.

2. Spécifications fonctionnelles de la table de station debout électrique

Une table de station debout électrique doit être adaptable individuellement et doit offrir à l'utilisateur un soutien maximal pendant la station debout, en fixant le corps en de nombreux endroits avec des soutiens.

La table de station debout électrique doit de ce fait être équipée des éléments suivants :

- une tablette et un appui thoracique, réglables en hauteur et en profondeur ;
- une ceinture abdominale ou ceinture pelvienne, réglable en hauteur et en profondeur ;
- un repose-genou en une ou deux parties, réglable en hauteur et en profondeur. Le repose-genou empêche l'adduction ou l'abduction des hanches.
- un repose-pied, réglable en largeur et en profondeur.

La table de station debout électrique dispose d'un releveur électrique permettant à l'utilisateur de se lever de façon entièrement autonome ou avec un minimum d'effort physique.

La table de station debout électrique est équipée d'un marchepied presque sans seuil, afin d'aider l'utilisateur à se lever de la voiturette de façon autonome.

3. Adaptations

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

Pour les utilisateurs à partir de leur 18^{ième} anniversaire ou avec une taille à partir d'1,50 m, le délai de renouvellement est fixé à 10 ans.

4.2 Cumuls autorisés

La table de station debout électrique peut être cumulée avec les aides à la mobilité suivantes prévues sous le :

- 1° Groupe cible : voiturette manuelle modulaire, voiturette manuelle active, voiturette manuelle active aux dimensions individualisées, voiturette électronique ou scooter électronique ;
- 2° Groupe cible : voiturette manuelle active pour enfants ou voiturette électronique pour enfants, pour les enfants avec une taille à partir d'1,50 m.

La table de station debout électrique n'est pas cumulable avec la prestation 411098 - 411109 (Fonction électrique de station debout).

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour une table de station debout électrique (prestation 410317 - 410328), à condition que la table de station debout figure dans la liste des produits admis au remboursement.

Les tables de station debout électriques peuvent uniquement être fournies lorsque la personne reste au domicile. Les tables de station debout électriques ne peuvent être fournies dans un établissement de soins.

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de fonctionnement élaboré de manière multidisciplinaire ;
- du rapport de motivation rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I., 3.3.3.

Sous-groupe 2 : 410339 - 410343 : Voiturette de station debout mécanique	4555,85€
Sous-groupe 3 : 410354 - 410365 : Voiturette de station debout électrique	4867,90€

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur

1.1 Objectif d'utilisation

La voiturette de station debout est destinée aux utilisateurs de voiturette actifs et autonomes, à partir de leur 15^{ième} anniversaire.

Cette voiturette doit permettre des déplacements fréquents et autonomes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La voiturette doit pouvoir être facilement emportée.

La fonction de station debout est nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'effectuer ses activités ménagères de façon autonome ou d'exercer une activité professionnelle ou de

suivre une formation professionnelle ou d'aller à l'école. Cette voiturette est utilisée quotidiennement pendant une grande partie de la journée.

La voiturette de station debout est équipée d'un système élévateur mécanique ou électrique permettant à l'utilisateur de passer de la position assise à la position debout dans la voiturette, dans le but d'offrir à l'utilisateur un plus grand champ d'action au domicile ou au travail, notamment lui permettre d'atteindre des armoires et des étagères situées en hauteur.

1.2 Indications spécifiques

La voiturette de station debout est uniquement remboursable pour les utilisateurs présentant un trouble du déplacement complet, prouvé et définitif (code qualificatif 4), tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'utilisateur ne peut ni se tenir debout, ni marcher.

L'orientation dans le temps et l'espace, les fonctions cognitives, le comportement et la fonction des sens ne sont pas troublés (code qualificatif 0). L'utilisateur a un comportement de conduite actif.

Il dispose de suffisamment de force, de coordination et d'endurance dans les membres supérieurs pour propulser et conduire la voiturette de manière active et autonome (code qualificatif maximal 2).

2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette

2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs

La voiturette de station debout est équipée de repose-pieds. Les repose-pieds doivent pouvoir être ajustés individuellement en fonction de la longueur de la jambe de l'utilisateur et de la position générale d'assise.

2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs

La voiturette de station debout est équipée d'accoudoirs ou de protège-vêtements.

2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement

La voiturette de station debout est équipée d'un système élévateur mécanique ou électrique. La voiturette est équipée d'un repose-genou réglable et d'un appui ou d'une ceinture thoracique.

La voiturette de station debout est équipée au moins d'un recouvrement souple du siège et du dossier. La tension du recouvrement du dossier est réglable.

Pour la voiturette de station debout, la position d'assise doit être ajustable afin de maximaliser les caractéristiques de la conduite e.a. la propulsion, la conduite et la maniabilité de la voiturette. La voiturette est équipée d'un axe des roues arrière de la voiturette dont la position peut être ajustée horizontalement et verticalement afin d'obtenir

la position assise souhaitée par l'utilisateur ; à cet effet les têtes de fourche des roues avant sont ajustables.

2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite

La voiturette de station debout est du type voiturette à propulsion par cerceaux.

2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation

La voiturette de station debout est réductible pour pouvoir être emportée dans la voiture. La voiturette doit être pliable ou le dossier doit être repliable ou amovible. La voiturette de station debout est équipée de roues arrière amovibles au moyen de demi-essieux (système quick release).

2.6 Spécifications fonctionnelles - aspects techniques

La voiturette de station debout possède des roues avant et arrière équipées de pneus gonflables ou de pneus pleins. Les roues avant sont pivotantes. La voiturette est équipée d'origine de freins sur les deux roues arrière. Les freins doivent pouvoir être actionnés par l'utilisateur lui-même.

3. Adaptations

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- pour les utilisateurs jusqu'à leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 4 ans.
- pour les utilisateurs à partir de leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans.

Une motivation approfondie sur base du rapport de motivation est toujours exigée pour le renouvellement d'une voiturette de station debout.

4.2 Cumuls autorisés

La voiturette de station debout peut uniquement être cumulée avec le coussin anti-escarres appartenant au sous-groupe 1, 3 ou 4.

La voiturette de station debout ne peut pas être cumulée avec les prestations 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 et 654850 de l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour une voiturette de station debout mécanique (prestation 410339 - 410343) ou électrique (prestation 410354 - 410365), à condition que la voiturette de station debout figure dans la liste des produits admis au remboursement.

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de fonctionnement élaboré de manière multidisciplinaire ;
- du rapport de motivation rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I, 3.3.3.

GRUPE PRINCIPAL 7 : Tricycles orthopédiques

Sous-groupe 1 : 410376 - 410387 : Tricycle orthopédique pour les utilisateurs avec hauteur d'entrejambe jusque 70 cm inclus. 1216,97€

Sous-groupe 2 : 410398 - 410409 Tricycle orthopédique pour les utilisateurs avec hauteur d'entrejambe de plus de 70 cm 1404,20€

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur

1.1 Objectif d'utilisation

Le tricycle orthopédique est prévu pour les déplacements à l'extérieur et est destiné aux utilisateurs à partir de 3 ans présentant des problèmes de déplacements avérés suite auxquels ils ne peuvent se déplacer sur de longues distances qu'au moyen du tricycle orthopédique.

1.2 Indications spécifiques

L'utilisateur présente un trouble de l'équilibre ou un trouble de la position assise (code qualificatif minimal 2) ou a besoin d'un tricycle orthopédique adapté aux troubles des membres inférieurs ou supérieurs (code qualificatif minimal 2).

Les adaptations supplémentaires doivent être justifiées par les troubles des membres inférieurs et supérieurs et par les troubles de la position assise.

L'utilisateur dispose de facultés intellectuelles, sensorielles et cognitives suffisantes pour utiliser le tricycle orthopédique, éventuellement avec un accompagnement.

2. Spécifications fonctionnelles du tricycle orthopédique

Le tricycle orthopédique doit être pourvu d'un système de propulsion mécanique. Si ce système de propulsion est pourvu d'une chaîne ou d'une courroie, la tension de la chaîne ou de la courroie doit être réglable.

Le tricycle orthopédique est équipé de deux roues à l'avant ou à l'arrière. La seconde roue arrière est libre ou l'axe est muni d'un différentiel.

Le tricycle orthopédique doit être pourvu de pédales, d'un porte-bagages, d'un guidon et d'un siège réglables.

Le tricycle orthopédique est construit de manière standard, soit avec un pignon fixe, soit avec un appareil de changement de vitesse.

Le tricycle orthopédique doit satisfaire à la législation belge relative à la circulation routière.

3. Adaptations

3.1 Membres inférieurs

410759 - 410763 Système de fixation du pied (la pièce)	13,73€
410774 - 410785 Plaque cale-pied (la pièce)	41,19€
410796 - 410807 Attelle-cheville-pied (la pièce)	430,62€
410818 - 410829 Adaptation de la longueur de la manivelle des pédales	24,96€

3.2 Membres supérieurs

410855 - 410866 Guidon adapté	66,15€
-------------------------------	--------

3.3 Positionnement (siège-dossier)

411297 - 411308 Support dorsolombaire	178,49€
---------------------------------------	---------

3.4 Sécurité

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

3.5 Conduite/propulsion

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- pour les utilisateurs jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 3 ans.
- pour les utilisateurs à partir de leur 18^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 8 ans.

4.2 Cumuls autorisés

Le tricycle orthopédique peut être cumulé :

- avec un cadre de marche ou une canne de marche sur roues ;
 - pour les utilisateurs à partir de leur 18^{ième} anniversaire, avec les aides à la mobilité suivantes prévues sous 1^o Groupe cible :
 - Voiturette manuelle standard. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.2.;
 - Voiturette manuelle modulaire. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.2.;
 - Voiturette manuelle active. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.3.;
 - Voiturette manuelle active aux dimensions individualisées. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.3.;
- pour les utilisateurs jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire, avec les aides à la mobilité suivantes prévues sous 2^o Groupe cible :
 - Voiturette de promenade standard. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.2. si la voiturette a été délivrée avant le tricycle orthopédique. La procédure de demande à suivre est reprise au point I., 3.3.3. si le tricycle orthopédique a été délivré avant la voiturette ou si la voiturette et le tricycle orthopédique sont délivrés simultanément ;
 - Voiturette standard pour enfants. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.2. si la voiturette a été délivrée avant le tricycle orthopédique. La procédure de demande à suivre est reprise au point I., 3.3.3. si le tricycle orthopédique a été délivré avant la voiturette ou si la voiturette et le tricycle orthopédique sont délivrés simultanément ;
 - Voiturette manuelle active pour enfants. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.2. si la voiturette a été délivrée avant le tricycle orthopédique. La procédure de demande à suivre est reprise au point I., 3.3.3. si le tricycle orthopédique a été délivré avant la voiturette ou si la voiturette et le tricycle orthopédique sont délivrés simultanément ;
 - Voiturette électronique pour enfants. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.2. si la voiturette a été délivrée avant le tricycle orthopédique. La procédure de demande à suivre est reprise au point I., 3.3.3. si le tricycle orthopédique a été délivré avant la voiturette ou si la voiturette et le tricycle orthopédique sont délivrés simultanément.

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour un tricycle orthopédique (prestation 410376 - 410387 ou 410398 - 410409), à condition que le tricycle orthopédique figure dans la liste des produits admis au remboursement.

4.4 Demande de remboursement

L'intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I, 3.3.1.

GROUPE PRINCIPAL 8 : Cadres de marche

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur

1.1 Objectif d'utilisation

Un cadre de marche soutient l'utilisateur de manière stable et sûre pendant la station debout ou la marche. Un cadre de marche est destiné à un usage quotidien fréquent et est utilisé pour les déplacements limités à l'intérieur ou à l'extérieur. Le cadre de marche est destiné aux utilisateurs à partir de 3 ans.

1.2 Indications spécifiques

L'utilisateur ne peut pas se tenir debout ni marcher de manière autonome et sûre à l'intérieur. Il peut se déplacer de manière autonome à l'intérieur uniquement à l'aide d'un soutien (code qualificatif minimal 2) ou il se déplace difficilement à l'extérieur sans le cadre de marche (code qualificatif minimal 2). L'utilisateur a besoin d'un soutien stable et sûr lors de la station debout ou de la marche.

2. Spécifications fonctionnelles du cadre de marche

Sous-groupe 1 : 410413 - 410424 : Cadre de marche avec 4 appuis fixes 112,34€

Cadre de marche avec appuis fixes (sans roues) destiné aux déplacements à l'intérieur. Le cadre de marche est équipé de poignées. Les appuis ou la hauteur des poignées du cadre de marche doivent être réglables en hauteur, afin que l'utilisateur puisse s'appuyer au maximum sur le cadre de marche. Le poids du cadre de marche est minimal de sorte que l'utilisateur puisse le déplacer et l'emporter le plus facilement possible. Pendant la marche ou le mouvement vers l'avant des jambes, le cadre de marche doit rester stable sur le sol. Le cadre de marche est déplacé par l'utilisateur en le soulevant et le déposant.

Sous-groupe 2 : 410435 - 410446 : Cadre de marche avec 2 appuis fixes et 2 roues, sans siège 134,80€

Cadre de marche du type rollator avec 2 roues avant et 2 appuis fixes à l'arrière, sans siège. Le cadre de marche est destiné aux déplacements à l'intérieur. Le cadre de marche est pourvu de poignées. Les appuis ou la hauteur des poignées du cadre de marche doivent être réglables, afin que l'utilisateur puisse s'appuyer au maximum sur le cadre de marche. Le poids du cadre de marche est minimal de sorte que l'utilisateur puisse le déplacer et l'emporter le plus facilement possible. Pendant la marche ou le mouvement vers l'avant des jambes, le cadre de marche doit rester stable sur le sol. Le cadre de marche est déplacé par l'utilisateur au moyen des roues et du soulèvement des appuis fixes du sol.

Sous-groupe 3 : 410457 - 410468 : Cadre de marche avec 2 appuis fixes et 2 roues, avec siège 180,99€

Cadre de marche du type rollator avec 2 roues avant et 2 appuis fixes à l'arrière, avec siège. Le cadre de marche est destiné aux déplacements à l'intérieur. Le cadre de marche est pourvu de poignées. Les appuis ou la hauteur des poignées du cadre de marche doivent être réglables, afin que l'utilisateur puisse s'appuyer au maximum sur le cadre de marche. Le poids du cadre de marche est minimal de sorte que l'utilisateur puisse le déplacer et l'emporter le plus facilement possible. Pendant la marche ou le mouvement vers l'avant des jambes, le cadre de marche doit rester stable sur le sol. Le cadre de marche est déplacé par l'utilisateur au moyen des roues et du soulèvement des appuis fixes du sol.

Sous-groupe 4 : 410479 - 410483 : Cadre de marche avec 3 ou 4 roues 177,87€

Cadre de marche du type rollator avec minimum 3 roues, avec ou sans siège, pour l'intérieur ou l'extérieur. Le cadre de marche est pourvu de poignées. Les appuis ou la hauteur des poignées du cadre de marche doivent être réglables, afin que l'utilisateur puisse s'appuyer au maximum sur le cadre de marche. Le poids du cadre de marche est minimal de sorte que l'utilisateur puisse le déplacer et l'emporter le plus facilement possible. Le cadre de marche doit être muni de freins. L'utilisateur doit pouvoir utiliser les freins lorsque ses deux mains sont sur le cadre de marche. Pendant la marche ou le mouvement vers l'avant des jambes, le cadre de marche doit rester stable sur le sol. Le cadre de marche est déplacé au moyen des roues. S'il est équipé d'un siège, le cadre de marche doit disposer d'un frein de stationnement afin d'assurer la sécurité de l'utilisateur. Lors des déplacements à l'extérieur, l'utilisateur doit pouvoir surmonter les obstacles et les différences de niveau, par exemple les pas de porte ou les bordures de trottoirs.

Sous-groupe 5 : 410494 - 410505 : Cadre de marche avec soutien de la station debout 449,34€

Cadre de marche pourvu d'appuis fixes ou de roues avec soutien de la station debout. L'utilisateur ne peut pas se tenir debout en sécurité de manière autonome et a besoin d'un soutien pour la station debout et la marche. L'utilisateur est soutenu lors de la station debout ou pendant la marche par un soutien pour l'assise, les avant-bras ou les aisselles. Le cadre de marche est prévu pour l'intérieur.

3. Adaptations

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- pour les utilisateurs jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 3 ans.
- pour les utilisateurs à partir de leur 18^{ième} anniversaire et jusqu'à leur 65^e anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 4 ans.
- pour les utilisateurs à partir de leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans.

4.2 Cumuls autorisés

Le cadre de marche peut être cumulé :

- avec un tricycle orthopédique ;
 - pour les utilisateurs à partir de leur 18^{ième} anniversaire, avec les aides à la mobilité suivantes prévues sous 1^o Groupe cible:
 - Voiturette manuelle standard ;
 - Voiturette manuelle modulaire ;
 - Scooter électronique ;
 - Voiturette manuelle active. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I., 3.3.3.;

Voiturette manuelle active aux dimensions individualisées. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.3.;

- Voiturette électronique, pour les utilisateurs souffrant d'une maladie neuromusculaire évolutive, d'une myopathie évolutive, de sclérose en plaques, d'une polyarthrite chronique inflammatoire d'origine immunitaire selon les définitions acceptées par la Société Royale Belge de Rhumatologie (arthrite rhumatoïde, spondylarthropathie, arthrite rhumatoïde juvénile, lupus érythémateux et sclérodermie) et pour les utilisateurs avec tétraparésie ou quadriparésie ;
- pour les utilisateurs jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire, avec les aides à la mobilité suivantes prévues sous 2^o Groupe cible :
 - Voiturette de promenade standard. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.2.;
 - Voiturette manuelle standard pour enfants. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.2.;

- Voiturette manuelle active pour enfants. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.2.;
- avec un forfait de location pour la voiturette manuelle standard, prévu au point IV., 6.;
- avec un forfait de location pour la voiturette manuelle modulaire, prévu au point IV., 6.

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour un cadre de marche (prestation 410413 - 410424, 410435 - 410446, 410457 - 410468, 410479 - 410483 ou 410494 - 410505), à condition que le cadre de marche figure dans la liste des produits admis au remboursement.

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- de l'attestation de délivrance complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I, 3.3.10.

4° groupe cible : bénéficiaires visés sous 1° et 2° pour lesquels un système d'assise particulier est nécessaire :

Dans ce point, le bénéficiaire est appelé "l'utilisateur".

GROUPE PRINCIPAL 9 : Coussin d'assise pour la prévention des escarres

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur

1.1 Objectif d'utilisation

Coussin d'assise pour la prévention des escarres chez les utilisateurs, à partir de leur deuxième anniversaire, qui restent assis dans la voiturette de manière prolongée et ininterrompue. L'utilisateur dépend totalement de la voiturette pour tous les déplacements aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La position assise prolongée dans la voiturette entraîne pour l'utilisateur un risque modéré ou élevé d'escarres ou l'utilisateur a été traité dans le passé pour des lésions de compression ou présente des lésions de compression.

1.2 Indications spécifiques

Un coussin d'assise pour la prévention des escarres en combinaison avec une voiturette est uniquement indiqué pour :

Groupe cible 1 : les utilisateurs présentant un risque modéré d'escarres

- L'utilisateur dépend de sa voiturette mais peut se relever de façon autonome et à intervalles réguliers (toutes les 15 min.) pour soulager son siège. L'utilisateur dispose encore d'un certain tonus dans les muscles fessiers (même en raison d'une spasticité) et l'utilisateur présente un trouble ou une limitation grave relatif(ve) à un des items suivants : trouble de l'alimentation, incontinence (urinaire ou fécale), non-perception de la pression sur la peau qui permet de réagir pour prévenir l'inconfort, trouble de la fonction cardiaque et vasculaire.
- Ou en cas de constatation d'escarres à partir du premier degré : rougeur persistante de la peau intacte. Ceci peut aller de pair avec une coloration de la peau, de la chaleur, un œdème ou un durcissement des tissus.

Groupe cible 2 : les utilisateurs présentant un risque élevé d'escarres

- Ces utilisateurs sont dans l'impossibilité de se relever de façon autonome et à intervalles réguliers (toutes les 15 min.) pour soulager leur siège. Ceci peut être causé par des troubles ou des limitations fonctionnelles des membres supérieurs ou inférieurs ou par des troubles mentaux ou cognitifs.
- Ou entrent également en ligne de compte : les utilisateurs présentant une paralysie flasque ou une atrophie grave des muscles fessiers, les utilisateurs présentant un problème épidermique avéré au niveau du siège : e.a. cicatrices étendues, brûlures, radiodermites, etc.
- Ou les utilisateurs qui ont déjà souffert d'une escarre du 3^e degré ou plus.

Groupe cible 3 : les utilisateurs présentant un risque élevé d'escarres et un trouble grave des structures anatomiques de la ceinture pelvienne.

- Les utilisateurs présentant un risque élevé d'escarres
- L'utilisateur rencontre en outre un des problèmes suivants : il y a un trouble grave (code qualificatif minimal 3) des structures anatomiques des os, des articulations ou des muscles de la ceinture pelvienne, de sorte que le bassin peut difficilement garder une position correcte lors d'une position d'assise prolongée, e.a. à cause d'une adduction ou abduction anormale, d'une rotation interne ou externe anormale, d'une flexion ou extension anormale de la hanche, d'une inclinaison du bassin vers l'avant ou l'arrière, d'une déviation du bassin, d'une rotation du bassin, etc. Ou ces problèmes de la position d'assise sont à prévoir à court terme suite à une affection évolutive spécifique.

2. Spécifications fonctionnelles du coussin anti-escarres

Le coussin anti-escarres doit réduire, chez l'utilisateur de voiturette, la pression mais également les glissements qui peuvent entraîner des escarres.

Le coussin anti-escarres doit être adapté pour l'usage dans la voiturette. La forme et les dimensions du coussin doivent correspondre avec celles de la voiturette : le coussin doit être adapté à la largeur et à la profondeur de siège de la voiturette. Le coussin doit être disponible en différentes tailles. Le coussin anti-escarres ne peut pas entraîner d'effet de bottoming-out, y compris chez les utilisateurs obèses ou maigres. Le "bottoming out" signifie que lorsqu'on passe la main sous le coussin anti-escarres, les extrémités osseuses

saillantes (ex : le coccyx) de l'utilisateur peuvent être senties ; si tel est le cas, l'efficacité du matériel utilisé est compromise.

Le recouvrement doit être élastique afin de prévenir l'effet "hamac". Une combinaison avec une housse pour incontinence élastique et antiallergique doit pouvoir être possible. Le coussin anti-escarres est livré avec tous les accessoires nécessaires.

Le coussin anti-escarres peut uniquement être inscrit sur la liste des produits admis au remboursement si la demande est étayée par des tests scientifiques de mesure de compression et/ou par des évaluations cliniques publiées dans une revue scientifique reconnue. Les propriétés préventives du coussin d'assise lors de son usage dans la voiturette doivent y être démontrées.

Sous-groupe 1 : 410516 - 410527 : Coussin anti-escarres non adaptable individuellement 124,82€

Groupe cible 1 : les utilisateurs présentant un risque modéré d'escarres.

Les matériaux utilisés garantissent une bonne répartition de la pression. Le coussin d'assise est posé ou fixé sur le siège souple ou la plaque de base de la voiturette.

Le matériau de base du coussin anti-escarres se compose :

- de mousse viscoélastique ;
- ou d'air. Le coussin anti-escarres est composé d'unités indépendantes ou de bandes qui communiquent entre elles ou de cellules ;
- ou de gel polymère ou élastomère ;
- ou d'une combinaison des matériaux avec un des matériaux de base cités ci-dessus, qui constitue en outre la surface de contact avec les parties du corps.

Sous-groupe 2 : 410538 - 410549 : Coussin anti-escarres anatomique non adaptable individuellement (intégré dans la voiturette) 349,49€

Groupe cible 1 : les utilisateurs présentant un risque modéré d'escarres.

Siège intégré ou incorporé dans la voiturette en remplacement du siège souple ou plat préformé. Le coussin anti-escarres est composé de matériaux garantissant une bonne répartition de la pression. Le matériau de base du coussin anti-escarres se compose :

- de mousse viscoélastique ;
- d'air. Le coussin anti-escarres est composé d'unités indépendantes ou de bandes qui communiquent entre elles ou de cellules ;
- ou de gel polymère ou élastomère ;
- ou d'une combinaison des matériaux avec un des matériaux de base cités ci-dessus, qui constitue en outre la surface de contact avec les parties du corps.

**Sous-groupe 3 : 410553 - 410564 : Coussin anti-escarres adaptable 436,86€
individuellement**

Groupe cible 2 : les utilisateurs présentant un risque élevé d'escarres.

Les matériaux utilisés doivent garantir une bonne répartition de la pression et une protection adéquate contre les glissements qui causent les escarres. Le coussin anti-escarres doit pouvoir être adapté individuellement à l'utilisateur, par ex. en enlevant ou ajoutant du matériau de base régulant la pression ou des éléments de soutien supplémentaires.

Le matériau de base du coussin anti-escarres se compose :

- d'air. Le coussin anti-escarres est composé d'unités indépendantes ou de bandes qui communiquent entre elles ou de cellules ;
- ou de gel polymère ou élastomère ;
- ou d'une combinaison des matériaux avec un des matériaux de base cités ci-dessus, qui constitue en outre la surface de contact avec les parties du corps.

**Sous-groupe 4 : 410575 - 410586 : Coussin anti-escarres adaptable 499,27€
individuellement de type coussin à air à structure cellulaire ou
coussin-gel de type Flow-Fluid**

Groupe cible 3 : les utilisateurs présentant un risque élevé d'escarres et un trouble grave des structures anatomiques de la ceinture pelvienne.

Les matériaux utilisés doivent garantir une bonne répartition de la pression et une protection adéquate contre les glissements qui causent les escarres. Le coussin anti-escarres doit pouvoir être adapté individuellement à l'utilisateur, par ex. en enlevant ou ajoutant du matériau de base régulant la pression ou des éléments de soutien supplémentaires.

Le matériau de base du coussin anti-escarres se compose :

- d'air. Le coussin anti-escarres est composé d'unités indépendantes ou de bandes qui communiquent entre elles ou de cellules ;
- ou de gel type Flow-Fluid ;
- ou d'une combinaison des matériaux avec un des matériaux de base cités ci-dessus, qui constitue en outre la surface de contact avec les parties du corps.

Pour les coussins à air, il s'agit de coussins à structure cellulaire avec au moins deux chambres de sorte qu'un soutien adéquat de la position d'assise est possible. Le coussin anti-escarres sert également à soutenir la position d'assise de l'utilisateur aussi bien par devant et derrière que latéralement (gauche / droite). Le coussin anti-escarres doit, s'il est :

- prémoulé de manière anatomique, disposer de différentes hauteurs ou formes cellulaires et de minimum deux chambres ;
- non prémoulé de manière anatomique, disposer au minimum de 3 chambres, afin de garantir le soutien décrit ci-dessus.

Le coussin-gel est composé d'une base en mousse profilée d'une hauteur suffisante, pourvue d'un compartiment dans lequel se trouve une épaisse poche de Flow-Fluid. Cette poche de Flow-Fluid est divisée en compartiments. La base soutient le bassin tandis que la

poche de Flow-Fluid constitue la surface de contact avec les extrémités osseuses saillantes et la surface d'assise de l'utilisateur.

3. Adaptations

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- pour un coussin anti-escarres non adaptable individuellement (prestation 410516 - 410527), le délai de renouvellement est fixé à 2 ans.
- pour un coussin anti-escarres anatomique non adaptable individuellement (intégré dans la voiturette) (prestation 410538 - 410549), le délai de renouvellement suit celui de la voiturette.
- pour un coussin anti-escarres adaptable individuellement (prestation 410553 - 410564), le délai de renouvellement est fixé à :
 - 3 ans pour les utilisateurs jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire ;
 - 4 ans pour les utilisateurs à partir de leur 18^{ième} anniversaire.
- pour un coussin anti-escarres adaptable individuellement du type coussin à air à structure cellulaire ou coussin-gel de type Flow-Fluid (prestation 410575 - 410586), le délai de renouvellement est fixé à :
 - 3 ans pour les utilisateurs jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire ;
 - 4 ans pour les utilisateurs à partir de leur 18^{ième} anniversaire.

4.2 Cumuls autorisés

Le coussin anti-escarres (prestation 410516 - 410527, 410553 - 410564 ou 410575 - 410586) peut être cumulé :

- pour les utilisateurs à partir de leur 18^{ième} anniversaire, avec les aides à la mobilité suivantes prévues sous 1^o Groupe cible :
 - Voiturette manuelle modulaire ;
 - Voiturette manuelle de maintien et de soins pour les utilisateurs souffrant d'une maladie neuromusculaire évolutive, d'une myopathie évolutive, de sclérose en plaques, d'une polyarthrite inflammatoire auto-immune selon les définitions acceptées par la Société royale belge de Rhumatologie (arthrite rhumatoïde, spondylarthropathie, arthrite rhumatoïde juvénile, lupus érythémateux et sclérodermie) ou pour les utilisateurs avec tétraparésie ou quadriparésie ;
 - Voiturette manuelle active ;
 - Voiturette manuelle active aux dimensions individualisées ;
 - Voiturette électronique ;
 - Voiturette de station debout ;
- pour les utilisateurs jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire, avec les aides à la mobilité suivantes prévues sous 2^o Groupe cible :
 - Voiturette manuelle active pour enfants ;
 - Voiturette électronique pour enfants ;

- Voiturette de station debout ;
- avec un forfait de location pour la voiturette manuelle modulaire, prévu au point IV., 6.;
- avec un forfait de location pour la voiturette manuelle de maintien et de soins, prévu au point IV., 6., pour les utilisateurs souffrant d'une maladie neuromusculaire évolutive, d'une myopathie évolutive, de sclérose en plaques, d'une polyarthrite inflammatoire auto-immune selon les définitions acceptées par la Société royale belge de Rhumatologie (arthrite rhumatoïde, spondylarthropathie, arthrite rhumatoïde juvénile, lupus érythémateux et sclérodermie) ou pour les utilisateurs avec tétraparésie ou quadriparésie.

Le coussin anti-escarres (prestation 410538 - 410549) peut être cumulé :

- pour les utilisateurs à partir de leur 18^{ième} anniversaire, avec les aides à la mobilité suivantes prévues sous 1^o Groupe cible:
 - Voiturette manuelle modulaire ;
- avec un forfait de location pour la voiturette manuelle modulaire, prévu au point IV., 6.

Le coussin anti-escarres (prestation 410553 - 410564 ou 410575 - 410586) peut être cumulé avec un scooter électronique.

Le coussin anti-escarres ne peut être cumulé avec les prestations 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 et 654850 de l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour un coussin anti-escarres (prestation 410516 - 410527, 410538 - 410549, 410553 - 410564 ou 410575 - 410586), à condition que le coussin anti-escarres figure dans la liste des produits admis au remboursement et à condition que l'utilisateur demande une intervention pour une nouvelle voiturette ou dispose d'une voiturette pour laquelle il a bénéficié d'une intervention dans le passé.

Les utilisateurs présentant un risque modéré d'escarres peuvent bénéficier d'une intervention forfaitaire pour un "coussin anti-escarres adaptable individuellement" (prestation 410553 - 410564) ou un "coussin anti-escarres adaptable individuellement du type coussin à air à structure cellulaire" (prestation 410575 - 410586), à condition que le coussin figure dans la liste des coussins anti-escarres :

- Intervention forfaitaire pour un coussin anti-escarres adaptable individuellement
412115 - 412126 124,82€
- Intervention forfaitaire pour un coussin anti-escarres adaptable individuellement
du type coussin à air à structure cellulaire
412137 - 412148 124,82€

Les utilisateurs présentant un risque élevé d'escarres (groupe-cible 2) peuvent bénéficier d'une intervention forfaitaire pour un "coussin anti-escarres adaptable individuellement du

type coussin à air à structure cellulaire" (prestation 410575 - 410586), à condition que le coussin figure dans la liste des coussins anti-escarres :

- Intervention forfaitaire pour un coussin anti-escarres adaptable individuellement du type coussin à air à structure cellulaire
412719 - 412723 – 436,86€

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de motivation rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I., 3.3.2.

GROUPE PRINCIPAL 10 : Système modulaire adaptable pour le soutien de la position d'assise

Sous-groupe 1 : Système de dossier modulaire adaptable

a) **413839 - 413843 Soutien lombaire modèle souple** 230,91€

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur

1.1 Objectif d'utilisation

Système assurant le soutien de la position assise de l'utilisateur qui reste assis de manière prolongée et ininterrompue dans la voiturette. L'utilisateur a une assise instable dans la voiturette, avec des risques élevés de problèmes d'équilibre. L'utilisateur a également besoin d'un degré de liberté de mouvement à hauteur de la ceinture scapulaire pour réaliser ses activités.

Le système de dossier a pour but de stabiliser le tronc de l'utilisateur, de le soutenir ainsi que de minimiser les forces de pression et de glissement. En soutenant la position assise, le système est conçu pour favoriser effectivement l'usage actif de la voiturette.

1.2 Indications spécifiques

L'utilisateur est totalement dépendant de la voiturette pour tous les déplacements et fait usage durant la majeure partie de la journée d'une voiturette manuelle modulaire ou d'une voiturette électronique. Les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur sont complètement limités (code qualificatif 4 au minimum).

L'utilisateur présente un trouble sévère (code qualificatif 3 au minimum) des caractéristiques anatomiques et/ou fonctionnelles de la colonne vertébrale ou des muscles du tronc de telle sorte qu'il est impossible que le tronc garde une position correcte pendant les stations assises prolongées sans soutien latéral. Un dossier prémoulé, en combinaison ou non avec des pelotes dorsales, n'offre pas une correction suffisante.

2. Spécifications fonctionnelles du système de dossier

Le système de dossier lombaire modulaire adaptable souple se compose d'un matériau souple, suffisamment rembourré et qui apporte en même temps un soutien suffisant à la partie lombaire de la colonne vertébrale. L'ensemble peut être monté sur une voiturette existante et aisément être retiré au moment de replier la voiturette. Le soutien lombaire est réglable individuellement en hauteur et en profondeur.

Le système de dossier doit offrir un soutien lombaire en cas d'anomalies anatomiques du tronc. Le système de dossier peut être adapté individuellement à la forme du dos et à la position de l'utilisateur sur la base des matériaux et techniques utilisés. Le but est d'obtenir un soutien correct du dos dans la voiturette, en veillant au confort de l'utilisateur et à la prévention des escarres. Le système de dossier doit pouvoir être intégré dans la voiturette et remplace le dossier normal (souple, plat ou rigide prémoulé) de la voiturette.

3. Adaptations

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

4. Conditions spécifiques

Voir sous c).

b) 413854 - 413865	Soutien lombaire modèle rigide	374,45€
--------------------	--------------------------------	---------

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur

1.1 Objectif d'utilisation

Système assurant le soutien de la position assise de l'utilisateur qui reste assis de manière prolongée et ininterrompue dans la voiturette. L'utilisateur a une assise instable dans la voiturette, avec des risques élevés de problèmes d'équilibre. L'utilisateur a également besoin d'un degré de liberté de mouvement à hauteur de la ceinture scapulaire pour réaliser ses activités.

Le système de dossier a pour but de stabiliser le tronc de l'utilisateur, de le soutenir ainsi que de minimiser les forces de pression et de glissement. En soutenant la position assise, le système est conçu pour favoriser effectivement l'usage actif de la voiturette.

1.2 Indications spécifiques

L'utilisateur est totalement dépendant de la voiturette pour tous les déplacements et fait usage durant la majeure partie de la journée d'une voiturette manuelle modulaire ou d'une voiturette électronique. Les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur sont complètement limités (code qualificatif 4 au minimum).

L'utilisateur présente un trouble sévère (code qualificatif 3 au minimum) des caractéristiques anatomiques et/ou fonctionnelles de la colonne vertébrale ou des muscles du tronc de telle sorte qu'il est impossible que le tronc garde une position correcte pendant les stations assises prolongées sans soutien latéral. Un dossier prémoulé, en combinaison ou non avec des pelotes dorsales, n'offre pas une correction suffisante.

2. Spécifications fonctionnelles du système de dossier

Le système de dossier lombaire modulaire adaptable rigide se compose d'une plaque indéformable, suffisamment rembourrée, afin de soutenir la partie lombaire de la colonne vertébrale. Le système de dossier n'empêche toutefois pas la marge de mouvement au niveau de la ceinture scapulaire. L'ensemble peut être monté sur une voiturette existante et aisément être retiré au moment de replier la voiturette. Le soutien lombaire est réglable individuellement en hauteur et en profondeur.

Le système de dossier doit offrir un soutien lombaire en cas d'anomalies anatomiques du tronc. Le système de dossier peut être adapté individuellement à la forme du dos et à la position de l'utilisateur sur la base des matériaux et techniques utilisés. Le but est d'obtenir un soutien correct du dos dans la voiturette, en veillant au confort et à la fonctionnalité pour l'utilisateur ainsi qu'à la prévention des escarres. Le système de dossier doit pouvoir être intégré dans la voiturette et remplace le dossier normal (souple, plat ou rigide prémoulé) de la voiturette.

3. Adaptations

413213 - 413224 Soutien latéral bilatéral intégré sur le soutien lombaire 124,82€
rigide (par paire) – au maximum 1 set

4. Conditions spécifiques

Voir sous c).

c) 413876 - 413887 Soutien lombo-thoracique modèle rigide 436,86€

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur

1.1 Objectif d'utilisation

Système assurant le soutien de la position assise de l'utilisateur qui reste assis de manière prolongée et ininterrompue dans la voiturette. L'utilisateur a une assise instable dans la voiturette, avec des risques élevés de problèmes d'équilibre.

Le système de dossier a pour but de stabiliser le tronc et/ou la ceinture scapulaire et/ou la tête et le cou de l'utilisateur, de le(s) soutenir ainsi que de minimiser les forces de pression et de glissement. En soutenant la position assise, le système est conçu pour favoriser effectivement l'usage actif de la voiturette.

1.2 Indications spécifiques

L'utilisateur est totalement dépendant de la voiturette pour tous les déplacements et fait usage durant la majeure partie de la journée d'une voiturette manuelle modulaire ou d'une voiturette électronique. Les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur sont complètement limités (code qualificatif 4 au minimum).

L'utilisateur présente un trouble sévère (code qualificatif 3 au minimum) des caractéristiques anatomiques et/ou fonctionnelles de la colonne vertébrale ou des muscles du tronc et/ou de la ceinture scapulaire et/ou de la tête et du cou de telle sorte qu'il est impossible de garder une position correcte pendant les stations assises prolongées sans soutien latéral. Un dossier prémoulé, en combinaison ou non avec des pelotes dorsales, n'offre pas une correction suffisante.

2. Spécifications fonctionnelles du système de dossier

Le système de dossier lombo-thoracique modulaire adaptable rigide se compose d'une plaque indéformable, suffisamment rembourrée, afin de soutenir la partie lombo-thoracique de la colonne vertébrale. L'ensemble peut être monté sur une voiturette existante et aisément être retiré au moment de replier la voiturette. Le soutien lombo-thoracique est réglable individuellement en hauteur, en profondeur et en inclinaison.

Le système de dossier doit offrir un soutien lombo-thoracique en cas d'anomalies anatomiques du tronc, de la ceinture scapulaire et/ou de la tête et du cou. Le système de dossier peut être adapté individuellement à la forme du dos et à la position de l'utilisateur sur la base des matériaux et techniques utilisés. Le but est d'obtenir un soutien correct du dos et de la ceinture scapulaire dans la voiturette, en veillant au confort pour l'utilisateur et à la prévention des escarres. Le système de dossier doit pouvoir être intégré dans la voiturette et remplace le dossier normal (souple, plat ou rigide prémoulé) de la voiturette.

3. Adaptations

413154 - 413165 Appui-tête pour soutien lombo-thoracique rigide	187,23€
413235 - 413246 Soutien latéral bilatéral intégré sur soutien lombo-thoracique rigide (par paire) – au maximum 1 set	124,82€
413257 - 413268 Soutien latéral bilatéral sur le soutien lombo-thoracique rigide	187,23€

Les prestations 413235 - 413246 et 413257 - 413268 sont cumulables entre elles.

413279 - 413283 Soutien répartiteur de pression des vertèbres spinales pour le soutien lombo-sacré	62,41€
--	--------

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

Le délai de renouvellement des systèmes de dossier modulaires adaptables et de leurs adaptations suit le délai de renouvellement de la voiturette.

4.2 Cumuls autorisés

Le système de dossier modulaire adaptable (prestations 413839 - 413843, 413854 - 413865, 413876 - 413887) peut être cumulé avec :

- pour les utilisateurs à partir de leur 18^{ième} anniversaire, avec les aides à la mobilité suivantes prévues sous 1^o Groupe cible :
 - Voiturette manuelle modulaire ;
 - Voiturette manuelle active ;
 - Voiturette électronique ;
- pour les utilisateurs jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire, avec les aides à la mobilité suivantes prévues sous 2^o Groupe cible :
 - Voiturette manuelle active pour enfants ;
 - Voiturette électronique pour enfants.

Une voiturette équipée du système de dossier modulaire adaptable peut également être cumulée avec un coussin anti-escarres prévu sous la prestation 410516 - 410527, 410553 - 410564 ou 410575 - 410586.

Les systèmes de dossiers modulaires adaptables ne peuvent pas être cumulés avec les prestations 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 et 654850 de l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour un système de dossier modulaire adaptable uniquement à condition que le système de dossier figure dans la liste des produits admis au remboursement et à condition que l'utilisateur demande une intervention pour une nouvelle voiturette ou qu'il dispose d'une voiturette pour laquelle une intervention a été accordée précédemment.

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de motivation complété par le prestataire, accompagné de la motivation pour laquelle il est spécifiquement opté pour le système de dossier modulaire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre figure au point I, 3.3.2..

Sous-groupe 2 : Unité d'assise modulaire adaptable

- | | |
|--|-----------------|
| a) 413898 - 413909 Unité d'assise modulaire adaptable, en ce compris le recouvrement, la selle d'abduction, la charnière dorsale réglable et sur ressort, pour l'utilisateur jusqu'au 12^{ième} anniversaire | 1876,86€ |
| b) 413913 - 413924 Unité d'assise modulaire adaptable, en ce compris le recouvrement, la selle d'abduction, la charnière dorsale réglable et sur ressort, pour l'utilisateur à partir du 12^{ième} anniversaire jusqu'au 21^{ième} anniversaire | 2194,82€ |

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur**1.1 Objectif d'utilisation**

Système assurant le soutien de la position complète (assise et dos) de l'utilisateur qui est assis dans la voiturette pendant une longue période ininterrompue. L'utilisateur a une position d'assise tout à fait instable caractérisée par une instabilité du tronc et un déséquilibre en position assise entraînant un risque élevé de problèmes d'équilibre et de malformations.

Le système d'assise a pour but de stabiliser le bassin et le tronc de l'utilisateur, de les soutenir ainsi que de minimiser les forces de pression et de glissement.

1.2 Indications spécifiques

L'utilisateur est totalement dépendant de la voiturette pour tous les déplacements. Les déplacements fonctionnels à l'intérieur et à l'extérieur sont complètement limités (code qualificatif minimal 4).

L'utilisateur présente une déficience grave (code qualificatif minimal 3) des structures anatomiques et/ou fonctionnelles de la colonne vertébrale ou des muscles du tronc, de la ceinture scapulaire et de la ceinture pelvienne – éventuellement aussi de la tête et du cou – de telle sorte qu'il est impossible que le tronc et le bassin gardent une position correcte lors de l'assise prolongée, même en utilisant un dossier et un siège rigides préformés en combinaison avec des pelotes dorsales et/ou une selle d'abduction.

2. Spécifications fonctionnelles de l'unité d'assise

L'unité d'assise modulaire adaptable donne un soutien actif de la position d'assise de l'utilisateur. Elle se compose d'un dossier modulaire et d'un siège modulaire combinés qui constituent un ensemble indissociable dont l'inclinaison est réglable. Ce soutien actif de la position peut être individualisé grâce à divers modules d'extension et accessoires avec comme objectif final le soutien et la stabilisation de la position complète.

Le système d'assise doit soutenir l'utilisateur en cas de déviations anatomiques et/ou fonctionnelles du corps complet (tronc, ceinture scapulaire et ceinture pelvienne). L'unité d'assise complète est réglable dans différentes dimensions et peut toujours être ajustée

progressivement en cas de changements anatomiques tels que la croissance, la prise ou la perte de poids, ou en cas d'intervention ou de changements fonctionnels et neurologiques et ainsi elle se développera et évoluera en fonction de l'utilisateur. Pour ce faire, le dossier et le siège doivent pouvoir être réglés progressivement en hauteur, profondeur et largeur et permettre le repositionnement du recouvrement. Le système d'assise doit exister en différentes mesures afin de pouvoir concilier les diverses tailles, de celle de l'enfant jusqu'à celle de l'adulte (largeur de siège, profondeur de siège, hauteur du dossier, largeur du dossier, inclinaison du dossier de minimum -5° à $+30^{\circ}$ et angle d'abduction pour les jambes de minimum 0° à 15°).

Le but est d'obtenir une position correcte en veillant au confort et à la fonctionnalité pour l'utilisateur ainsi qu'à la prévention des escarres. L'unité d'assise modulaire adaptable doit pouvoir être intégrée dans une voiturette ou remplace l'unité d'assise normale (dossier et siège) de la voiturette électronique ou doit soutenir la position complète lors du montage sur un châssis et être équipée d'un segment de jambe avec planche repose-pied, d'un segment de tête et d'accoudoirs ajustables.

3. Adaptations

3.1 Membres inférieurs

412999 - 413003 Segment de pied/jambe, en ce compris la fixation réglable en hauteur et en inclinaison (la paire ou d'une seule pièce)	519,39€
--	---------

3.2 Membres supérieurs

413058 - 413069 Accoudoirs, réglables en hauteur, en largeur et en inclinaison (la paire)	355,69€
---	---------

3.3 Positionnement (siège-dossier)

411113 - 411124 Appui-tête (réglable en hauteur, en profondeur, et en inclinaison)	187,23€
--	---------

413176 - 413187 Appui-tête/nuque réglable, modèle anatomique, ajustable progressivement	446,10€
---	---------

413198 - 413209 Système de bandeau pour un appui-tête/ nuque anatomique	184,39€
---	---------

La prestation 413198 - 413209 ne peut être remboursée qu'en cumul avec un appui-tête/nuque anatomique (prestation 413176 - 413187)

413294 - 413305 Pelotes du dossier (la paire)	124,82€
---	---------

413316 - 413327 Soutien pelvien escamotable (la paire)	452,05€
--	---------

411275 - 411286 Tablette ou demi-tablette	199,71€
---	---------

3.4 Sécurité

411334 - 411345 Ceinture de sécurité	37,45€
--------------------------------------	--------

413478 - 413489 Veste de type harnais ou ceinture en H à 4 ou 5 points, avec ou sans fermeture à glissière ou sangles	193,90€
---	---------

411356 - 411367 Siège-culotte	86,12€
-------------------------------	--------

411319 - 411323 Arrête-talon ou sangle cale-pied (la pièce)	13,73€
---	--------

413375 - 413386 Coquille pour pied (par pièce)	36,52€
--	--------

3.5 Conduite/Propulsion

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

3.6 Adaptations spécifiques

413714 - 413725 Adaptateur de montage pour châssis ou voiturette	541,97€
--	---------

413736 - 413747 Forfait d'adaptation, par an et pour un utilisateur jusqu'au 12 ^{ème} anniversaire	466,31€
---	---------

413758 - 413769 Forfait d'adaptation, par an et pour un utilisateur à partir du 12 ^{ème} anniversaire	529,83€
--	---------

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

Le délai de renouvellement de l'unité d'assise modulaire adaptable suit le délai de renouvellement de la voiturette ou du châssis.

En cas de modifications anatomiques importantes ou de modifications fonctionnelles neurologiques importantes et imprévisibles, le médecin-conseil peut accorder un renouvellement anticipé, sur base d'une motivation détaillée par le médecin traitant. En cas de renouvellement anticipé, la procédure de demande particulière telle que prévue au point I., 3.3.3. est toujours d'application.

Endéans le délai de renouvellement, le médecin-conseil peut autoriser une seule fois le remboursement d'une orthèse d'assise sur base d'une motivation détaillée par le médecin prescripteur qui décrit clairement les arguments médicaux en fonction desquels il juge le passage à une orthèse d'assise nécessaire.

En cas de remplacement anticipé d'une unité d'assise modulaire par une orthèse d'assise, il convient de suivre la procédure prévue à l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour une première demande d'une orthèse d'assise.

4.2 Cumuls autorisés

L'unité d'assise modulaire adaptable peut être cumulée avec les prestations suivantes :

- une voiturette électronique ;
- un châssis pour unité d'assise modulaire adaptable ;
- un coussin anti-escarres du sous-groupe 1,3 ou 4.

L'unité d'assise modulaire adaptable ne peut pas être cumulée avec les prestations 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 et 654850 de l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour une unité d'assise modulaire adaptable uniquement à condition que l'unité d'assise figure dans la liste des produits admis au remboursement.

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur base :

- de la prescription médicale remplie par le médecin prescripteur ;
- du rapport de fonctionnement élaboré de manière multidisciplinaire ;
- du rapport de motivation remplie par le prestataire ;
- de la demande d'intervention remplie par le prestataire.

La procédure de demande à suivre tant pour la première demande que pour le renouvellement figure au point I, 3.3.3.

Aucune prescription médicale n'est exigée pour les forfaits annuels d'adaptation (prestations 413736 - 413747 et 413758 - 413769). L'intervention peut uniquement être octroyée sur base de l'attestation de délivrance complétée par le prestataire. La procédure à suivre, tant pour la première prestation que pour le renouvellement, est reprise au point I., 3.3.13.

GRUPE PRINCIPAL 11 : Châssis

Sous-groupe 1 : 410597 - 410608 : Châssis pour siège-coquille

1088,41€

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur

1.1 Objectif d'utilisation

Le châssis est destiné à la fixation d'un siège-coquille et est utilisé pour se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur.

1.2 Indications spécifiques

Le châssis pour la fixation d'un siège-coquille est uniquement remboursable pour les utilisateurs qui ont besoin d'un siège-coquille et qui ne peuvent se déplacer sans ce châssis.

2. Spécifications fonctionnelles du châssis

2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs

Le châssis pour la fixation d'un siège-coquille peut être équipé de repose-jambes ou de repose-jambes escamotables avec une planche repose-pied réglable en inclinaison, fixés à la partie inclinable du châssis, qui peuvent être retirés ou escamotés par l'accompagnateur afin de faciliter le transfert vers et hors de la voiturette. Les repose-jambes doivent pouvoir être ajustés ou réglés individuellement en fonction de la longueur de la jambe de l'utilisateur et de la position générale d'assise.

2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs

Le châssis pour la fixation d'un siège-coquille est équipé d'accoudoirs qui peuvent être retirés par l'utilisateur ou l'accompagnateur, afin de faciliter le transfert vers et hors de la voiturette. Les accoudoirs constituent un soutien pour les avant-bras de l'utilisateur. Ils sont réglables en hauteur et en largeur.

2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement

Le châssis pour la fixation d'un siège-coquille est pourvu d'un système de fixation fiable qui permet le couplage et découplage de la coquille par l'accompagnateur sans utiliser d'outils. L'assise est inclinable au moins jusqu'à 15° au moyen d'un vérin pneumatique ou d'un système comparable. Le dossier est ajustable au moins jusqu'à 30°.

2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite

Le châssis pour la fixation d'un siège-coquille peut être du type voiturette à pousser ou du type voiturette avec propulsion par cerceaux. Les deux types doivent être pourvus de poignées de conduite ou d'une barre de poussée réglable en hauteur pour l'accompagnateur.

2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation

Le châssis pour la fixation d'un siège-coquille est réductible pour pouvoir être emportée dans la voiture.

2.6 Spécifications fonctionnelles - aspects techniques

Le châssis pour la fixation d'un siège-coquille possède des roues avant et arrière équipées de pneus gonflables ou de pneus pleins ; les roues avant sont pivotantes. Il est équipé d'un système de freinage sur les deux roues arrière pouvant être actionné par l'utilisateur ou l'accompagnateur.

3. Adaptations

3.1 Membres inférieurs

410619 - 410623	Repose-jambes (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale, par repose-jambe)	124,82€
410656 - 410667	Repose-jambes de confort (mécanique - correction de la longueur, par repose-jambe)	143,54€
412594 - 412605	Repose-jambes d'une pièce (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale)	249,64€
412616 - 412627	Repose-jambes d'une pièce avec côtés latéraux (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale)	287,08€

Les prestations 410619 - 410623, 410656 - 410667, 412594 - 412605 et 412616 - 412627 ne sont pas cumulables entre elles.

410737 - 410748	Palettes pose-pieds ajustables en inclinaison (la paire) (ou plaque pose-pieds en une pièce ajustable en inclinaison)	112,34€
-----------------	---	---------

3.2 Membres supérieurs

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

3.3 Positionnement (siège-dossier)

411275 - 411286	Tablette ou demi-tablette	199,71€
-----------------	---------------------------	---------

3.4 Sécurité

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

3.5 Conduite/propulsion

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- pour les utilisateurs jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 3 ans.
- pour les utilisateurs à partir de leur 18^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 5 ans.

4.2 Cumuls autorisés

Le châssis pour siège-coquille ne peut être cumulé avec une voiturette.

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour le châssis pour siège-coquille (prestation 410597-410608) à condition qu'il figure dans la liste des produits admis au remboursement.

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale remplie par le médecin prescripteur ;
- du rapport de motivation rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I., 3.3.2.

Pour la demande du renouvellement anticipé d'une voiturette ou d'adaptations supplémentaires à la voiturette déjà délivrée, la procédure de demande reprise au point I., 3.3.5. ou I., 3.3.6. est d'application.

Sous-groupe 2 : 413935 - 413946 : Châssis pour unité d'assise modulaire adaptable 2218,01€

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur

1.1 Objectif d'utilisation

Le châssis est destiné à la fixation d'une unité d'assise modulaire adaptable et est utilisé pour se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur.

1.2 Indications spécifiques

Le châssis pour la fixation d'une unité d'assise modulaire adaptable est uniquement remboursable pour les utilisateurs qui ont besoin d'une unité d'assise modulaire adaptable et qui ne peuvent se déplacer sans ce châssis.

2. Spécifications fonctionnelles du châssis

2.1 Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs

Aucune.

2.2 Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs

Aucune.

2.3 Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement

Le châssis est spécialement conçu pour le montage d'une unité d'assise modulaire adaptable lesquels constituent ensemble une unité fonctionnelle. Ce montage est réalisé à l'aide d'un système de fixation fiable qui permet le couplage et découplage de l'unité d'assise par l'accompagnateur sans utiliser d'outils. L'assise est inclinable au moins jusqu'à 30° au moyen d'un vérin pneumatique ou d'un système comparable.

2.4 Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite

Le châssis pour la fixation d'une unité d'assise modulaire adaptable peut être du type voiturette à pousser ou du type voiturette avec propulsion par cerceaux. Les deux types doivent être pourvus de poignées de conduite ou d'une barre de poussée réglable en hauteur pour l'accompagnateur.

2.5 Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation

La combinaison "unité d'assise modulaire adaptable" et "châssis pour unité d'assise modulaire adaptable" a été testée au crash-test comme unité fonctionnelle (donc pas uniquement le châssis et l'unité d'assise modulaire adaptable séparément mais les deux ensemble). Cela implique que la combinaison des deux ensemble doit satisfaire à la norme de transport sécurisé "ISO 7176-19".

2.6 Spécifications fonctionnelles – aspects techniques

Le châssis pour la fixation d'une unité d'assise modulaire adaptable possède des roues avant et arrière équipées de pneus gonflables ou de pneus pleins ; les roues avant sont pivotantes. Il est équipé d'un système de freinage sur les deux roues arrière.

3. Adaptations

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- pour les utilisateurs jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 3 ans.
- pour les utilisateurs à partir de leur 18^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 4 ans.

4.2 Cumuls autorisés

Le châssis pour unité d'assise modulaire adaptable ne peut être cumulé avec une voiturette.

Le châssis pour unité d'assise modulaire adaptable ne peut pas être cumulé avec les prestations 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 et 654850 de l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour le châssis pour unité d'assise modulaire adaptable (prestation 413935 - 413946) à condition que le châssis figure dans la liste des produits admis au remboursement.

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de fonctionnement établi de manière multidisciplinaire ;
- du rapport de motivation rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I., 3.3.3.

5° Groupe cible : Aides à la mobilité pour bénéficiaires visés sous 1° et 2°

GROUPE PRINCIPAL 12 : "Canne de marche sur roues"

Sous-groupe 1 : 414539 - 414543 Canne de marche sur roues 177,87€

1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur

1.1. Objectif d'utilisation

La canne de marche sur roues est destinée à un utilisateur qui a perdu l'usage d'un de ses membres supérieurs. L'utilisation de cette canne comme moyen de déplacement doit être exercée et attestée dans un centre de revalidation spécialisé.

1.2. Indications spécifiques

L'utilisateur ne peut pas se tenir debout ni marcher de manière autonome et sûre à l'intérieur. Il peut se déplacer de manière autonome à l'intérieur uniquement à l'aide d'un soutien (code qualificatif minimal 2) ou il se déplace difficilement à l'extérieur sans la canne de marche sur roues (code qualificatif minimal 2). L'utilisateur présente une déficience fonctionnelle sévère de l'un de ses membres supérieurs l'empêchant d'utiliser un cadre de marche. L'utilisateur a besoin d'un soutien stable et sûr lors de la station debout ou de la marche.

2. Spécifications fonctionnelles de la canne de marche sur roues

La canne de marche sur roues est pourvue d'une poignée réglable en hauteur afin que l'utilisateur puisse avoir un appui continu. Le poids de la canne est minimal de sorte que l'utilisateur puisse la déplacer et l'emporter le plus facilement possible. Pendant la marche, la canne doit rester stable sur le sol. La canne de marche sur roues est déplacée au moyen de minimum 3 roues. Lors des déplacements à l'extérieur, l'utilisateur doit pouvoir surmonter les obstacles et les différences de niveau, par exemple les pas de porte ou les bordures de trottoirs.

3. Adaptations

Il n'y a pas d'adaptations prévues.

4. Conditions spécifiques

4.1 Délai de renouvellement

- pour les utilisateurs jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 3 ans.
- pour les utilisateurs à partir de leur 18^{ième} anniversaire et jusqu'à leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 4 ans.
- pour les utilisateurs à partir de leur 65^{ième} anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans.

4.2 Cumuls autorisés :

La canne de marche sur roues peut être cumulée :

- avec un tricycle orthopédique;
 - pour les utilisateurs à partir de leur 18^{ième} anniversaire, avec les aides à la mobilité suivantes prévues sous 1^o Groupe cible :
 - Voiturette manuelle standard;
 - Voiturette manuelle modulaire;
 - Scooter électronique;
 - Voiturette manuelle active. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I., 3.3.3.;
 - Voiturette manuelle active aux dimensions individualisées. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.3.;
 - Voiturette électronique, pour les utilisateurs souffrant d'une maladie neuromusculaire évolutive, d'une myopathie évolutive, de sclérose en plaques, d'une polyarthrite chronique inflammatoire d'origine immunitaire selon les définitions acceptées par la Société Royale Belge de Rhumatologie (arthrite rhumatoïde, spondylarthropathie, arthrite rhumatoïde juvénile, lupus érythémateux et sclérodermie) et pour les utilisateurs avec tétraparésie ou quadriparésie ;
 - pour les utilisateurs jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire, avec les aides à la mobilité suivantes prévues sous 2^o Groupe cible:
 - Voiturette de promenade standard. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.2.;
 - Voiturette manuelle standard pour enfants. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.2.;
 - Voiturette manuelle active pour enfants. La procédure de demande à suivre est reprise sous le point I, 3.3.2.;
- avec un forfait de location pour la voiturette manuelle standard, prévu au point IV., 6. ;
- avec un forfait de location pour la voiturette manuelle modulaire, prévu au point IV., 6.

4.3 Intervention

Une intervention peut être obtenue pour une canne de marche sur roues (prestation 414539 - 414543), à condition que la canne de marche sur roues figure dans la liste des produits admis au remboursement.

4.4 Demande d'intervention

L'intervention peut uniquement être octroyée sur base :

- de la prescription médicale remplie par le médecin prescripteur ;
- du rapport de motivation rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention remplie par le prestataire ;
- d'un rapport de motivation venant d'un thérapeute d'un centre de rééducation.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I., 3.3.2.

6° Groupe cible : bénéficiaires dont le handicap est survenu avant l'âge de 65 ans

Dans ce point, est appelé "bénéficiaire" la personne dont le handicap lié à la perte de mobilité est survenu avant l'âge de 65 ans. Le handicap étant défini comme la limitation des possibilités d'intégration sociale et professionnelle due à une insuffisance ou à une diminution d'au moins 30% de sa capacité physique ou d'au moins 20% de sa capacité mentale.

Sous-groupe 1 : Entretien et réparation des aides à la mobilité

414495 - 414506 Intervention dans les frais d'entretien et réparation à 40%

414517 - 414528 Intervention dans les frais d'entretien et réparation à 60 %

414834 - 414845 Intervention dans les frais d'entretien et réparation sur mesure

1. Description des aides visées :

Une intervention est prévue pour les prestations d'entretien et de réparation des aides à la mobilité et de leurs adaptations pour les personnes dont le handicap lié à la perte de mobilité est survenu avant l'âge de 65 ans.

Prestations pour lesquelles les organismes assureurs bruxellois interviennent à 40% :

- Voiturette manuelle standard (410015 - 410026)
- Voiturette manuelle modulaire (410037 - 410048)
- Voiturette de maintien et de soins (410059 - 410063)
- Scooter électronique pour l'intérieur (412675 - 412686)
- Scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur (410155 - 410166)
- Scooter électronique pour l'extérieur (410177 - 410188)
- Voiturette de promenade standard (410199 - 410203)
- Voiturette de promenade modulaire (410214 - 410225)
- Voiturette manuelle standard pour enfants (410236 - 410247)
- Voiturette de station debout mécanique (410339 - 410343)

- Voiturette de station debout électrique (410354 - 410365)
- Châssis pour siège coquille (410597 - 410608)
- Châssis pour unité d'assise modulaire adaptable (413935 - 413946)

Prestations pour lesquelles les organismes assureurs bruxellois interviennent à 60% :

- Voiturette manuelle active (410074 - 410085)
- Voiturette manuelle active aux dimensions individualisées (412837 - 412848)
- Voiturette électronique pour l'intérieur (410096 - 410107)
- Voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur (410118 - 410129)
- Voiturette électronique pour l'extérieur (410133 - 410144)
- Voiturette manuelle active pour enfants (410258 - 410269)
- Voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur (410273 - 410284)
- Voiturette électronique pour enfants pour l'intérieur et l'extérieur (410295 - 410306)

Toute aide à la mobilité et ses adaptations ayant fait l'objet d'une procédure de sur-mesure peut obtenir une intervention pour l'entretien et les réparations. Le Collège multidisciplinaire déterminera le pourcentage d'intervention en entretien et réparation : 40% s'il s'agit d'une aide et adaptations mécaniques, 60% s'il s'agit d'une aide et/ou adaptations électroniques.

L'intervention pour les prestations d'entretien et de réparation consiste en la mise à disposition d'un budget lié à la durée de vie de l'aide jusqu'à son renouvellement.

Les voiturettes qui font l'objet d'un forfait de location en MR/MRS ne sont pas concernées par cette mesure compte tenu que les prestations d'entretien et de réparation de ces voiturettes sont incluses dans le forfait.

2. Spécifications techniques des prestations d'entretien et réparation des aides à la mobilité :

Les frais d'entretien résultent d'une usure normale de la voiturette. L'entretien sous-entend les actes non-exhaustifs suivants : nettoyage, désinfection, dépoussiérage, graissage, vérifications d'usage (roulements, visserie, connectiques, électronique, usure des pneumatiques et des roues pivotantes, gonflage, freinage, ...). Ces actes ont pour but de maintenir la longévité de l'aide à la mobilité et de prévenir toute détérioration qui pourrait altérer la bonne utilisation de celle-ci.

Les frais de réparation résultent d'un bris ou d'un accident survenu à l'aide à la mobilité et ne sont pas couverts par la garantie légale. La réparation de l'aide à la mobilité sous-entend le remplacement ou la remise en état d'une pièce ou d'un élément de l'aide à la mobilité qui s'est détérioré ou brisé. Cette détérioration ou ce bris n'est pas couvert par la garantie légale.

Cette intervention peut être sollicitée depuis la date de délivrance de l'aide à la mobilité et des adaptations jusqu'à son renouvellement.

Le prestataire s'engage à appliquer la garantie légale si la dégradation ou le problème technique résulte d'un défaut de fabrication. Endéans le délai de garantie légale, si la garantie ne couvre pas le défaut, le prestataire devra le motiver dans son état récapitulatif.

3. Modalités d'intervention :

Le budget d'intervention en entretien et réparation est global et couvre l'ensemble des prestations d'entretien et de réparation.

Pour déterminer le budget d'intervention en entretien et réparation, il est tenu compte de la somme des interventions octroyées précédemment pour l'achat de l'aide à la mobilité et de ses adaptations.

Le budget est calculé en appliquant un pourcentage à la somme des interventions octroyées.

Ce pourcentage se monte à :

- 60% du total des interventions pour les voiturettes électroniques pour adultes et pour enfants, les voiturettes actives pour adultes et pour enfants, les voiturettes actives aux dimensions individualisées et les aides à la mobilité électroniques octroyées par la procédure du sur-mesure ;
- 40% du total des interventions pour les voiturettes manuelles standard, modulaires, de maintien et de soins, de promenade standard, de promenade modulaire, standard pour enfants, les voiturettes de station debout, les scooters électroniques, les châssis et les aides à la mobilité mécaniques octroyées par la procédure du sur-mesure.

La prestation d'entretien et réparation ne requiert pas l'accord du médecin conseil. L'intervention est octroyée automatiquement après transmission de :

- l'état récapitulatif qui mentionne les interventions réalisées et/ou la facture ;
- l'attestation de délivrance signée par le bénéficiaire.

L'intervention se monte jusqu'à concurrence du montant restant disponible dans l'enveloppe budgétaire déterminée.

L'enveloppe budgétaire prévue pour l'entretien et la réparation de l'aide à la mobilité et de ses adaptations n'est pas renouvelable. L'enveloppe budgétaire s'éteint lorsque le bénéficiaire reçoit une nouvelle aide à la mobilité qui remplace la précédente. Une nouvelle enveloppe pour l'entretien et réparation sera octroyée pour la nouvelle aide.

4. Consultation du solde restant disponible et facturation des prestations :

Le prestataire sollicite l'organisme assureur bruxellois du bénéficiaire afin de s'informer du solde disponible du budget d'entretien réparation pour informer le bénéficiaire des frais qui pourraient être à sa charge.

Pour ce faire, le prestataire introduit une demande de renseignement via une procédure définie par une circulaire du Conseil de gestion, sur avis de la Commission d'experts afin d'obtenir l'information relative au solde restant disponible. L'organisme assureur bruxellois répond à la demande du prestataire dans les cinq jours ouvrables.

Le prestataire transmet son état récapitulatif et/ou la facture comprenant le détail des interventions effectuées sur l'aide à la mobilité. Une copie de la facture est transmise au bénéficiaire.

Les organismes assureurs bruxellois s'engagent à mettre à jour le solde restant disponible dans les cinq jours ouvrables.

Sous-groupe 2 : Intervention pour un système de commande avec contrôle environnemental intégré sur voiturette électronique

a) 414856 - 414867 : Système de commande avec contrôle environnemental intégré non amovible 1861,25€

1. Description de l'aide

Le système de commande de la voiturette électronique, avec émetteur intégré pour le contrôle de l'environnement, est équipé d'un écran et d'une technologie intégrée pour la connexion ou la commande de dispositifs périphériques par infrarouge, ondes radioélectriques, Z-wave, Bluetooth ou Wifi, etc.

Le système de commande peut avoir une fonction GSM intégrée ou des fonctions limitées de smartphone, de tablette ou de PC ou peut être connecté à ces dispositifs via un module Bluetooth séparé ou intégré pour une commande depuis la voiturette.

Le système de commande permet au système de contrôle de la voiturette, y compris le joystick, la commande au menton, la commande à la tête..., de commander toutes les fonctions de la voiturette (conduite et réglage du siège, du dossier et des repose-jambes, éclairage...) ainsi que des équipements multimédias, des appareils électriques ou des systèmes domotiques.

Le système de commande de la voiturette électronique (écran d'interface utilisateur) n'est pas détachable et ne peut donc pas être utilisé séparément de la voiturette électronique et séparément du fonctionnement via le système de commande de la voiturette.

La prestation 414856 - 414867 système de commande avec contrôle environnemental intégré non amovible est destinée à l'utilisateur qui a besoin d'un système de commande spéciale pour sa voiturette électronique et qui est donc incapable d'utiliser l'écran et les boutons d'un boîtier de commande ordinaire pour piloter et contrôler les fonctions de la voiturette. L'utilisateur a besoin d'un système de commande pour naviguer dans le menu afin de contrôler les fonctions de la voiturette électronique.

Le système de contrôle doit également pouvoir être utilisé comme un contrôle environnemental, si cela s'avère nécessaire pour l'utilisateur.

2. Conditions spécifiques

2.1 Délais de renouvellement

Les délais de renouvellement de l'adaptation suivent les délais de renouvellement de la voiturette électronique concernée.

Les délais de renouvellement sont repris dans le point 4.1 des sous-groupes des groupes principaux 2 : voiturettes électroniques et 5 : voiturettes électroniques pour enfants.

2.2 Cumuls autorisés

Les prestations 414878 - 414889 système de commande avec contrôle environnemental intégré amovible et 414856 - 414867 système de commande avec contrôle environnemental intégré non amovible ne sont pas cumulables.

La prestation 414856 - 414867 système de commande avec contrôle environnemental intégré non amovible peut être cumulé avec les prestations suivantes :

411496 - 411507 Commande dans la tablette (incorporée dans la tablette - tablette comprise)

411518 - 411529 Joystick externe supplémentaire

411533 - 411544 Commande au menton

411555 - 411566 Commande au menton (pivotant électriquement)

411577 - 411588 Commande centrale

411599 - 411603 Commande au doigt

411614 - 411625 Commande à la tête

411636 - 411647 Commande au pied

411658 - 411669 Une commande de voiturette au moyen d'interrupteurs particuliers adaptés à l'utilisateur

414893 - 414904 Module Bluetooth pour un système de commande avec un contrôle environnemental intégré

414915 - 414926 Chargeur USB connecté à la batterie d'une voiturette électronique

2.3 Intervention

Une intervention pour un système de commande avec un contrôle environnemental intégré non amovible (prestation 414856 - 414867) peut être obtenue, à condition que le bénéficiaire demande une intervention pour une commande spéciale et que la commande figure dans la liste des produits admis au remboursement ou qu'elle ait été obtenue dans le cadre de la procédure sur mesure.

2.4 Demande d'intervention

Une intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de fonctionnement élaboré de manière multidisciplinaire ;
- du rapport de motivation rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I., 3.3.3.

Pour la demande de renouvellement anticipé d'un système de commande avec un contrôle environnemental intégré non amovible sur la voiturette électronique, la procédure de demande reprise au point I., 3.3.5. ou I., 3.3.6. est d'application.

b) 414878 - 414889 Système de commande avec contrôle environnemental intégré amovible 3556,25€

1. Description de l'aide

Le système de commande de la voiturette électronique, avec émetteur intégré pour le contrôle de l'environnement est équipé d'un écran et d'une technologie intégrée pour la connexion ou la commande de dispositifs périphériques par infrarouge, ondes radioélectriques, Z-wave, Bluetooth ou Wifi, etc.

Le système de commande peut avoir une fonction GSM intégrée ou des fonctions limitées de smartphone, de tablette ou de PC ou peut être connecté à ces dispositifs via un module Bluetooth séparé ou intégré pour une commande depuis la voiturette.

Le système de commande permet au système de contrôle de la voiturette, y compris le joystick, la commande au menton, la commande à la tête..., de commander toutes les fonctions de la voiturette (conduite et réglage du siège, du dossier et des repose-jambes, éclairage...) ainsi que des équipements multimédias, des appareils électriques ou des systèmes domotiques.

Le système de commande de la voiturette électronique (écran de l'interface utilisateur) est amovible pour une utilisation autonome et peut également être utilisé séparément de la voiturette, par exemple au lit.

L'écran est détachable séparément, c'est-à-dire qu'il n'est pas intégré au système de commande de la voiturette, par exemple avec le joystick standard. Le système peut être

commandé séparément de la voiturette électronique au moyen d'une commande ou d'un interrupteur supplémentaire personnalisé, par exemple via l'écran tactile, le scanning avec des interrupteurs ou un clavier USB.

La prestation 414878 - 414889 système de commande avec contrôle environnemental intégré amovible est destinée à l'utilisateur qui a besoin d'un système de commande spécial pour sa voiturette et qui est donc incapable d'utiliser l'écran et les boutons d'un boîtier de commande ordinaire pour piloter et contrôler les fonctions de la voiturette électronique. L'utilisateur a besoin d'un système de commande pour naviguer dans le menu afin de contrôler les fonctions de la voiturette.

Le système de contrôle doit également pouvoir être utilisé comme un contrôle environnemental, si cela s'avère nécessaire pour l'utilisateur.

2. Conditions spécifiques

2.1 Délais de renouvellement

Les délais de renouvellement de l'adaptation suivent les délais de renouvellement de la voiturette électronique concernée.

Les délais de renouvellement sont repris dans le point 4.1 des sous-groupes des groupes principaux 2 : voiturettes électroniques et 5 : voiturettes électroniques pour enfants.

2.2 Cumuls autorisés

Les prestations 414878 - 414889 Système de commande avec contrôle environnemental intégré amovible et 414856 - 414867 Système de commande avec contrôle environnemental intégré non amovible ne sont pas cumulables.

La prestation 414878 - 414889 système de commande avec contrôle environnemental intégré amovible peut être cumulée avec les prestations suivantes :

411496 - 411507 Commande dans la tablette (incorporée dans la tablette - tablette comprise)

411518 - 411529 Joystick externe supplémentaire

411533 - 411544 Commande au menton

411555 - 411566 Commande au menton (pivotant électriquement)

411577 - 411588 Commande centrale

411599 - 411603 Commande au doigt

411614 - 411625 Commande à la tête

411636 - 411647 Commande au pied

411658 - 411669 Une commande de voiturette au moyen d'interrupteurs particuliers adaptés à l'utilisateur

414893 - 414904 Module Bluetooth pour un système de commande avec un contrôle environnemental intégré

414915 - 414926 Chargeur USB connecté à la batterie d'une voiturette électronique

2.3 Intervention

Une intervention pour un système de commande avec un contrôle environnemental intégré amovible (prestation 414878 - 414889) peut être obtenue, à condition que le bénéficiaire demande une intervention pour une commande spéciale et que la commande figure dans la liste des produits admis au remboursement ou qu'elle ait été obtenue dans le cadre de la procédure sur mesure.

2.4 Demande d'intervention

Une intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de fonctionnement élaboré de manière multidisciplinaire ;
- du rapport de motivation rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I., 3.3.3.

Pour la demande de renouvellement anticipé d'un système de commande avec un contrôle environnemental intégré amovible sur la voiturette électronique, la procédure de demande reprise au point I., 3.3.5. ou I., 3.3.6. est d'application.

c) 414893 - 414904 : Module Bluetooth pour un système de commande avec un contrôle environnemental intégré 452,42€

1. Description de l'aide

Le module Bluetooth séparé, non intégré, permet de connecter et contrôler une souris de PC, un smartphone, une tablette ou un dispositif de communication via le système de commande de la voiturette électronique, par exemple un joystick, une commande au menton ou à la tête. Le module Bluetooth de la voiturette convient aux appareils fonctionnant sous iOS, Android ou Windows.

2. Conditions spécifiques

2.1 Délais de renouvellement

Les délais de renouvellement de l'adaptation suivent les délais de renouvellement de la voiturette électronique concernée.

Les délais de renouvellement sont repris dans le point 4.1 des sous-groupes des groupes principaux 2 : voiturettes électroniques et 5 : voiturettes électroniques pour enfants.

2.2 Cumuls autorisés

La prestation 414893 - 414904 module Bluetooth pour un système de commande avec contrôle environnemental intégré peut être cumulée avec les prestations suivantes :

411496 - 411507 Commande dans la tablette (incorporée dans la tablette - tablette comprise)

411518 - 411529 Joystick externe supplémentaire

411533 - 411544 Commande au menton

411555 - 411566 Commande au menton (pivotant électriquement)

411577 - 411588 Commande centrale

411599 - 411603 Commande au doigt

411614 - 411625 Commande à la tête

411636 - 411647 Commande au pied

411658 - 411669 Une commande de voiturette au moyen d'interrupteurs particuliers adaptés à l'utilisateur

414878 - 414889 Système de commande avec contrôle environnemental intégré amovible

414856 - 414867 Système de commande avec contrôle environnemental intégré non amovible

414915 - 414926 : Chargeur USB connecté à la batterie d'une voiturette électronique

2.3 Intervention

Une intervention pour un module Bluetooth pour un système de commande avec contrôle environnemental intégré (prestation 414893 - 414904) peut être obtenue, à condition que le bénéficiaire demande une intervention pour une commande spéciale et que la commande figure dans la liste des produits admis au remboursement ou qu'elle ait été obtenue dans le cadre de la procédure sur mesure.

2.4 Demande d'intervention

Une intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de fonctionnement élaboré de manière multidisciplinaire ;
- du rapport de motivation rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I., 3.3.3.

Pour la demande de renouvellement anticipé d'un module Bluetooth pour un système de commande avec contrôle environnemental intégré, la procédure de demande reprise au point I., 3.3.5. ou I., 3.3.6. est d'application.

**d) 414915 - 414926 : Chargeur USB connecté à la batterie d'une
voiturette électronique** 189,38€

1. Description de l'aide

Le chargeur USB permet l'alimentation électrique des périphériques (tablette, smartphone...) via la batterie de la voiturette.

2. Conditions spécifiques

2.1 Délais de renouvellement

Les délais de renouvellement de l'adaptation suivent les délais de renouvellement de la voiturette électronique concernée.

Les délais de renouvellement sont repris dans le point 4.1 des sous-groupes des groupes principaux 2 : voiturettes électroniques et 5 : voiturettes électroniques pour enfants.

2.2 Cumuls autorisés

La prestation 414915 - 414926 chargeur USB connecté à la batterie de la voiturette électronique peut être cumulée avec les prestations suivantes :

411496 - 411507 Commande dans la tablette (incorporée dans la tablette - tablette comprise)

411518 - 411529 Joystick externe supplémentaire

411533 - 411544 Commande au menton

411555 - 411566 Commande au menton (pivotant électriquement)

411577 - 411588 Commande centrale

411599 - 411603 Commande au doigt

411614 - 411625 Commande à la tête

411636 - 411647 Commande au pied

411658 - 411669 Une commande de voiturette au moyen d'interrupteurs particuliers adaptés à l'utilisateur

414893 - 414904 Module Bluetooth pour un Système de commande avec contrôle environnemental intégré

414878 - 414889 Système de commande avec contrôle environnemental intégré amovible

414856 - 414867 Système de commande avec contrôle environnemental intégré non amovible

2.3 Intervention

Une intervention pour un chargeur USB connecté à la batterie d'une voiturette électronique (prestation 414915 - 414926) peut être obtenue, à condition que le bénéficiaire demande une intervention pour une commande spéciale et que la commande figure dans la liste des produits admis au remboursement ou qu'elle ait été obtenue dans le cadre de la procédure sur mesure.

2.4 Demande d'intervention

Une intervention peut uniquement être octroyée sur la base :

- de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur ;
- du rapport de fonctionnement élaboré de manière multidisciplinaire ;
- du rapport de motivation rempli par le prestataire ;
- de la demande d'intervention complétée par le prestataire.

La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I., 3.3.3.

Pour la demande de renouvellement anticipé d'un Chargeur USB connecté à la batterie d'une voiturette électronique, la procédure de demande reprise au point I., 3.3.5. ou I., 3.3.6. est d'application.

III. SPECIFICATIONS DES ADAPTATIONS DES AIDES A LA MOBILITE PREVUES DANS LE POINT II

1. Membres inférieurs

410619 - 410623 Repose-jambe (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale, par repose-jambe) 124,82€

410634 - 410645 Repose-jambe (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale, par repose-jambe) pour bénéficiaires jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire 149,78€

Adaptation de la voiturette avec des repose-jambes. Les repose-jambes doivent pouvoir être retirés ou escamotés par l'utilisateur ou l'accompagnateur afin de permettre à l'utilisateur de se lever et de s'asseoir plus facilement ou de faciliter le transfert vers et hors de la voiturette. Chaque repose-jambe doit être pourvu d'un repose-mollet. Les repose-jambes doivent pouvoir être ajustés mécaniquement en longueur et réglés progressivement jusqu'à l'horizontale (inclinaison du genou).

410656 - 410667 Repose-jambe de confort (mécanique - correction de la longueur, par repose-jambe) 143,54€

410678 - 410689 Repose-jambes de confort (mécanique - correction de la longueur, par repose-jambe) pour bénéficiaires jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire 168,50€

Adaptation de la voiturette avec des repose-jambes de confort. Les repose-jambes de confort doivent pouvoir corriger la longueur, c.-à-d. qu'ils doivent pouvoir compenser automatiquement les différences de longueur des jambes qui apparaissent lors de la flexion et de l'extension de l'articulation du genou. Les repose-jambes de confort doivent pouvoir être retirés ou escamotés par l'utilisateur ou l'accompagnateur afin de permettre à l'utilisateur de se lever et de s'asseoir plus facilement ou de faciliter le transfert vers et hors de la voiturette. Les repose-jambes de confort doivent pouvoir être ajustés en fonction de la longueur de la jambe de l'utilisateur et de la position générale d'assise. Chaque repose-jambe de confort doit être pourvu d'un repose-mollet ajustable.

412594 - 412605 Repose-jambes d'une pièce (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale) 249,64€

412638 - 412649 Repose-jambes d'une pièce (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale) pour bénéficiaires jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire 299,56€

Adaptation de la voiturette avec un repose-jambe d'une pièce. Le repose-jambes doit pouvoir être retiré ou escamoté par l'utilisateur ou l'accompagnateur afin de permettre à l'utilisateur de se lever et de s'asseoir plus facilement ou de faciliter le transfert vers et hors de la voiturette. Le repose-jambes doit être pourvu d'un repose-mollet. Le repose-jambes doit pouvoir être ajusté mécaniquement en longueur et réglé progressivement jusqu'à l'horizontale (inclinaison du genou).

412616 - 412627 Repose-jambes d'une pièce avec côtés latéraux 287,08€
(mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale)

412653 - 412664 Repose-jambes d'une pièce avec côtés latéraux 337,01€
(mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale)
pour bénéficiaires jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire

Adaptation de la voiturette avec un repose-jambe d'une pièce avec cotés latéraux. Le repose-jambes doit pouvoir être retiré ou escamoté par l'utilisateur ou l'accompagnateur afin de permettre à l'utilisateur de se lever et de s'asseoir plus facilement ou de faciliter le transfert vers et hors de la voiturette. Le repose-jambe doit être pourvu d'un repose-mollet. Le repose-jambe doit pouvoir être ajusté mécaniquement en longueur et réglé progressivement jusqu'à l'horizontale (inclinaison du genou).

410693 - 410704 Repose-jambes de confort réglables électriquement 1248,18€
(avec correction de la longueur, la paire)

410715 - 410726 Repose-jambes de confort réglables 1373€
électriquement (avec correction de la longueur, la paire) pour
bénéficiaires jusqu'à leur 18^{ième} anniversaire

Adaptation de la voiturette avec des repose-jambes de confort pour les utilisateurs chez lesquels un changement régulier de la position des membres inférieurs est indiqué médicalement. Les repose-jambes de confort réglables électriquement doivent pouvoir corriger la longueur, c.-à-d. qu'ils doivent pouvoir compenser automatiquement les différences de longueur des jambes qui apparaissent lors de la flexion et de l'extension de l'articulation du genou.

Les repose-jambes de confort électriques doivent pouvoir être ajustés en fonction de la longueur de la jambe de l'utilisateur et de la position générale d'assise. Chaque repose-jambe doit être pourvu d'un repose-mollet, ajustable. Les repose-jambes de confort réglables électriquement doivent pouvoir être utilisés de façon indépendante par l'utilisateur au moyen de l'unité de commande.

410737 - 410748 Palettes pose-pieds ajustables en inclinaison (la paire) 112,34€
(ou plaque pose-pieds en une pièce ajustable en inclinaison)

Adaptation de la voiturette avec des palettes pose-pieds ajustables en inclinaison ou une plaque pose-pieds en une pièce, ajustable en inclinaison. Les palettes pose-pieds ou la

plaque pose-pieds en une seule pièce sont réglables en hauteur et ajustable en fonction de l'angle de l'articulation de la cheville.

412896 - 412907 Coussin pour genou sur repose-jambe (par paire) 51,25€

Adaptation du repose-jambe de la voiturette afin de prévenir les escarres latérales lors de l'abduction du genou. Lorsque le risque est modéré ou élevé, le coussin pour genou est fabriqué avec un matériau réducteur de pression.

412918 - 412929 Intervention forfaitaire pour repose-mollet pour repose-jambe central (par pièce) 71,46€

Intervention forfaitaire pour l'adaptation du repose-jambe central en une pièce de la voiturette. Le repose-mollet est en forme de gouttière et indéformable. Le repose-mollet doit être ajustable de façon tridimensionnelle en fonction de l'utilisateur, c'est-à-dire en hauteur, en largeur et en profondeur. Le repose-mollet est escamotable ou amovible en fonction du transfert de l'utilisateur dans et hors de la voiturette.

412933 - 412944 Intervention forfaitaire pour système de fixation pour les deux genoux 253,88€

Intervention forfaitaire pour l'adaptation du repose-jambe central en une pièce de la voiturette. Le système de fixation du genou est ergonomique et indéformable. Le système de fixation du genou doit être ajustable de façon tridimensionnelle, c'est-à-dire en hauteur, en largeur et en profondeur. Le système de fixation du genou, avec ou indépendamment du repose-jambe, doit être escamotable ou amovible en fonction du transfert de l'utilisateur dans et hors de la voiturette.

412955 - 412966 Intervention forfaitaire pour repose-pied renforcé (par pièce) 44,26€

Intervention forfaitaire pour l'adaptation de la palette pose-pieds pour un repose-pied en une pièce ou en deux pièces, dans le but d'absorber les forces de pression notamment en cas de spasticité chez l'utilisateur.

412977 - 412988 Intervention forfaitaire pour repose-jambe renforcé (par pièce) 126,17€

Intervention forfaitaire pour l'adaptation de la plaque pose-pieds, pour un repose-jambe en une pièce ou en deux pièces, dans le but d'absorber les forces de pression notamment en cas de spasticité chez l'utilisateur.

412999 - 413003 Segment de pied/jambe, en ce compris la fixation réglable en hauteur et en inclinaison (la paire ou d'une seule pièce) 519,39€

Adaptation de l'unité d'assise avec un segment de pied/jambe d'une pièce ou 2 segments de pied/jambe individuels. La plaque cale-pied d'une pièce ou les plaques cale-pied

individuelles doivent pouvoir être réglées progressivement en hauteur. L'angle de genou du segment de pied/jambe est simplement réglable de 90° à l'horizontale et peut être réglé sur plusieurs positions. La plaque cale-pied (d'une pièce ou individuelle) est réglable en inclinaison.

410759 - 410763 Système de fixation du pied (la pièce) 13,73€

Adaptation de la pédale du tricycle orthopédique avec un système de fixation pour le pied.

410774 - 410785 Plaque cale-pied (la pièce) 41,19€

Adaptation de la pédale du tricycle orthopédique avec une plaque cale-pied soutenant tout le pied. Le bord de la plaque cale-pied peut être relevé pour un meilleur soutien du pied. La plaque cale-pied est pourvue d'un contrepoids afin que la pédale reste toujours à l'horizontale, tournée vers le haut.

410796 - 410807 Attelle-cheville-pied (la pièce) 430,62€

Adaptation de la pédale du tricycle orthopédique avec une attelle-cheville-pied, pour fixer l'articulation de la cheville. La plaque cale-pied et le système de fixation du pied sont compris dans cette adaptation.

410818 - 410829 Adaptation de la longueur de la manivelle des pédales 24,96€

Adaptation de la longueur de la manivelle des pédales du tricycle orthopédique.

2. Membres supérieurs

410833 - 410844 Accoudoirs (ajustables en hauteur) (la paire) 300,81€

Adaptation de la voiturette avec des accoudoirs ajustables en hauteur. Les accoudoirs sont amovibles ou escamotables.

413014 - 413025 Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière, renforcé ou élargi (par pièce) 138,34€

Intervention forfaitaire pour l'adaptation du coussin d'accoudoir de la voiturette. Le coussin d'accoudoir est indéformable, en forme de gouttière ou de fabrication renforcée ou élargie. La fixation du coussin d'accoudoir doit être ajustable de façon tridimensionnelle en fonction de l'utilisateur, c'est-à-dire en hauteur, en largeur et en profondeur.

413036 - 413047 Intervention forfaitaire pour coussin d'accoudoir en forme de gouttière et articulé (par pièce) 179,83€

Intervention forfaitaire pour l'adaptation du coussin d'accoudoir de la voiturette. Le coussin d'accoudoir est indéformable, en forme de gouttière ou de fabrication renforcée ou élargie.

La fixation du coussin d'accoudoir doit être articulée et réglable de façon tridimensionnelle en fonction de l'utilisateur, c'est-à-dire en hauteur, en largeur et en profondeur.

413058 - 413069 Accoudoirs, réglables en hauteur, en largeur et en inclinaison (la paire) 355,69€

Adaptation de l'unité d'assise avec des accoudoirs réglables en hauteur, en largeur et en inclinaison, ce qui offre un soutien optimal des bras.

410855 - 410866 Guidon adapté 66,15€

Adaptation du tricycle orthopédique avec un guidon de forme particulière, spécialement adapté aux troubles des membres supérieurs.

3. Positionnement (siège-dossier)

410877 - 410888 Plaque de base réglable pour coussin anti-escarres 108,59€

Adaptation de la voiturette avec une plaque de base réglable pour coussin anti-escarres

410899 - 410903 Siège préformé 218,43€

Adaptation de la voiturette avec une plaque de base rigide rembourrée et recouverte, intégrée dans le coussin, ou avec une plaque de base rigide pourvue d'un coussin préformé qui y est fixé. Le siège préformé est délivré avec le matériel de fixation de sorte qu'il remplace le siège standard."

410914 - 410925 Dossier préformé 230,91€

Adaptation de la voiturette avec un dossier préformé amovible ou un dossier anatomique indéformable (avec une base rigide préformée ou un rembourrage indéformable).

412859 - 412863 Siège réglable par sangles 149,78€

Adaptation de la voiturette avec un siège à tension réglable (le siège souple doit être soutenu par minimum 4 sangles à tension réglable et un recouvrement).

412874 - 412885 Dossier réglable par sangles 149,78€

Adaptation de la voiturette avec un dossier à tension réglable (le dossier souple doit être soutenu par minimum 4 sangles à tension réglable et un recouvrement).

413073 - 413084 Support fémoral (par paire) 276,68€

Adaptation du siège de la voiturette au moyen de supports fémoraux. Le support fémoral est indéformable et soutient la position du fémur de l'utilisateur. Le support fémoral doit être

ajustable de façon tridimensionnelle en fonction de l'utilisateur, c'est-à-dire en hauteur, en largeur et en profondeur.

413095 - 413106 Dossier biomécanique 265,62€

Adaptation du dossier de la voiturette de sorte que le dossier suive le mouvement de l'utilisateur lorsqu'il utilise un réglage électrique. Lors du changement de position, le dossier doit s'adapter automatiquement au changement de posture, de sorte que l'appui-tête et le dossier offrent toujours le même appui à l'utilisateur (cervical, dorsal et lombaire).

413117 - 413128 Support coxal (par paire) 276,68€

Adaptation du siège ou du dossier de la voiturette au moyen de supports coxaux. Le support coxal est indéformable et soutient la position de la hanche de l'utilisateur. Le support coxal doit être ajustable de façon tridimensionnelle en fonction de l'utilisateur, c'est-à-dire en hauteur, en largeur et en profondeur.

410936 - 410947 Réglage de l'inclinaison du dossier (angle du dossier ajustable ou réglable jusqu'à minimum 30°) 312,04€

Adaptation de la voiturette avec un dossier à angle ajustable ou réglable jusqu'à minimum 30°.

410958 - 410969 Réglage de l'inclinaison du dossier (angle du dossier ajustable ou réglable jusqu'à 90°) 706,47€

Adaptation de la voiturette avec un angle du dossier ajustable ou réglable jusqu'à 90°.

410973 - 410984 Réglage de l'inclinaison du dossier (angle du dossier ajustable ou réglable) 312,04€

Adaptation de la voiturette pour enfants avec un angle du dossier ajustable jusqu'à minimum 10° ou avec un angle du dossier réglable jusqu'à minimum 30°.

410995 - 411006 Réglage de l'inclinaison du siège (angle du siège ajustable) 152,28€

Adaptation de la voiturette avec un siège à angle ajustable jusqu'à minimum 5°.

411017 - 411028 Siège basculant électriquement 1185,77€

Adaptation de la voiturette avec une assise fixe, inclinable électriquement et de manière progressive afin de varier la position assise de l'utilisateur. Le siège est indépendant du dossier et est inclinable électriquement et de manière progressive jusqu'à minimum 10°. L'inclinaison électrique de l'assise doit pouvoir être actionnée de manière autonome par l'utilisateur au moyen de l'unité de commande.

411039 - 411043 Réglage électrique de l'inclinaison du dossier (angle du dossier réglable) 1185,77€

Adaptation de la voiturette avec un dossier fixe réglable électriquement et progressivement afin de modifier la position d'assise de l'utilisateur. Le dossier est indépendant du siège et réglable de manière électrique et progressive jusqu'à minimum 30°. Le réglage électrique du dossier doit pouvoir être utilisé de manière autonome par l'utilisateur au moyen de l'unité de commande.

411054 - 411065 Unité d'assise électrique réglable en hauteur 2745,99€

Adaptation de la voiturette électronique avec une unité d'assise électrique réglable en hauteur de manière progressive : l'unité d'assise complète amène l'utilisateur en position assise grâce à un système élévateur, au moins 20 cm plus haut que la hauteur normale de l'unité d'assise. L'unité d'assise réglable de manière électrique en hauteur doit pouvoir être actionnée de manière autonome par l'utilisateur au moyen de l'unité de commande.

411076 - 411087 Unité d'assise électrique réglable en hauteur et jusqu'au sol 2745,99€

Adaptation de la voiturette électronique pour enfants avec une unité d'assise électrique réglable en hauteur de manière progressive : l'unité d'assise complète amène l'enfant en position assise grâce à un système élévateur, au moins 20 cm plus haut que la hauteur normale de l'unité d'assise ou amène l'enfant de la position assise dans la voiturette jusqu'au sol. L'unité d'assise réglable de manière électrique en hauteur doit pouvoir être actionnée de manière autonome par l'enfant au moyen de l'unité de commande.

411098 - 411109 Fonction électrique de station debout 2745,99€

Adaptation de la voiturette électronique avec une unité d'assise réglable électriquement de manière progressive avec fonction de mise en position debout : l'unité d'assise complète amène l'utilisateur de la position assise à la position debout dans la voiturette, grâce à un système élévateur. La fonction électrique de mise en position debout doit pouvoir être actionnée de manière autonome par l'utilisateur au moyen de l'unité de commande.

411113 - 411124 Appui-tête (réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison) 187,23€

Adaptation de la voiturette avec un appui-tête réglable en hauteur et en profondeur ; l'appui-tête est également réglable en inclinaison.

413139 - 413143 Appui-tête avec positionnement fonctionnel 1706,83€

Adaptation de la voiturette avec un appui-tête, y compris système de fixation escamotable, dans le but d'obtenir un positionnement stable et encore fonctionnel de la tête dans une position qui soit la plus normale possible. L'appui-tête est constitué d'un appui avant, arrière ou latéral (ou une combinaison de ceux-ci) ou d'un appui complet de la tête, du cou ou du

menton. Les réglages doivent être progressivement ajustables dans les 3 dimensions et finement réglables.

413154 - 413165 Appui-tête pour soutien lombo-thoracique rigide 187,23€

Adaptation du soutien lombo-thoracique rigide avec un appui-tête qui est fixé sur le soutien lombothoracique ou sur la voiturette et est réglable individuellement.

413176 - 413187 Appui-tête/nuque réglable, modèle anatomique, ajustable progressivement 446,10€

Adaptation de l'unité d'assise avec un appui-tête réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison. Cet appui-tête est un modèle anatomique afin d'offrir un soutien complet de la tête, c'est-à-dire tant occipital que cervical et latéral.

413198 - 413209 Système de bandeau pour un appui-tête/nuque anatomique 184,39€

Bandeau réglable progressivement pour l'appui tête/nuque anatomique, qui empêche la tête de tomber en avant.

411135 - 411146 Pelotes du dossier (la pelote) 101,10€

Adaptation de la voiturette avec des pelotes qui soutiennent le thorax de l'utilisateur. Les pelotes doivent pouvoir être fixées sur la voiturette.

413213 - 413224 Soutien latéral bilatéral intégré sur le soutien lombaire Rigide (par paire) – au maximum 1 set 124,82€

Adaptation du soutien lombaire rigide avec un soutien latéral bilatéral intégré qui offre une stabilité latérale suffisante de la position assise dans la voiturette.

413235 - 413246 Soutien latéral bilatéral intégré sur soutien lombo-thoracique rigide (par paire) – au maximum 1 set 124,82€

Adaptation du soutien lombo-thoracique rigide avec un soutien latéral bilatéral intégré qui offre un soutien latéral suffisant pour être assis de façon stable dans la voiturette.

413257 - 413268 Soutien latéral bilatéral sur le soutien lombo-thoracique rigide 187,23€

Adaptation du soutien lombo-thoracique rigide avec un soutien latéral bilatéral qui est fixé sur le soutien lombo-thoracique ou sur la voiturette. Cette adaptation offre un soutien latéral suffisant pour être assis de façon stable dans la voiturette et empêcher le tronc de s'incliner pour ainsi stabiliser la position assise dans la voiturette.

413279 - 413283 Soutien répartiteur de pression des vertèbres spinales pour le soutien lombo-sacré 62,41€

Adaptation du soutien lombo-thoracique rigide avec un soutien répartiteur de pression intégré ou ajouté au moyen d'une fixation correcte, d'utilisation aisée et s'intégrant dans l'ensemble.

413294 - 413305 Pelotes du dossier (la paire) 124,82€

Adaptation de l'unité d'assise modulaire avec des pelotes qui soutiennent le thorax de l'utilisateur. Les pelotes doivent pouvoir être fixées sur l'unité d'assise et sont réglables en hauteur et en largeur.

413316 - 413327 Soutien pelvien escamotable (la paire) 452,05€

Adaptation de l'unité d'assise avec un système de fixation du bassin composé de 2 soutiens pelviens indéformables individuels, qui sont réglables dans 3 dimensions et qui peuvent être escamotés pour les transferts. Les soutiens pelviens empêchent la rotation du bassin et positionnent la bascule du bassin vers l'avant ou vers l'arrière.

411157 - 411168 Selle d'abduction 77,39€

Adaptation de la voiturette avec une selle d'abduction soutenant ou corrigeant la position des jambes de l'utilisateur. La selle d'abduction doit pouvoir être fixée sur la voiturette.

413338 - 413349 Intervention forfaitaire pour selle d'abduction sur mesure 137,24€

Intervention forfaitaire pour l'adaptation de la selle d'abduction en fonction des caractéristiques anatomiques de l'utilisateur, système de fixation inclus.

411194 - 411205 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 48 cm à 52 cm inclus 230,91€

Adaptation du châssis de la voiturette pour une largeur de siège de plus de 48 cm jusque maximum 52 cm.

411216 - 411227 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 52 cm à 58 cm inclus 499,27€

Adaptation du châssis de la voiturette pour une largeur de siège de plus de 52 cm jusque maximum 58 cm.

412734 - 412745 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 58 cm à 62 cm inclus 1067,19€

Adaptation et renforcement du châssis de la voiturette pour une largeur de siège de plus de 58 cm et jusque maximum 62 cm, équipée de façon standard d'un siège et d'un dossier préformé et de freins pour l'accompagnateur, avec ou sans arrière amovibles à l'aide de demi-essieux (système quick release).

412756 - 412767 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 62 cm à 70 cm inclus 2601,21€

Adaptation et renforcement du châssis de la voiturette pour une largeur de siège de plus de 62 cm et jusque maximum 70 cm, équipée de façon standard d'un siège et d'un dossier préformé et de freins pour l'accompagnateur, avec ou sans arrière amovibles à l'aide de demi-essieux (système quick release).

412778 - 412789 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 70 cm à 75 cm inclus 3559,81€

Adaptation et renforcement du châssis de la voiturette pour une largeur de siège de plus de 70 cm et jusque maximum 75 cm, équipée de façon standard d'un siège et d'un dossier préformé et de freins pour l'accompagnateur, avec ou sans arrière amovibles à l'aide de demi-essieux (système quick release).

411253 - 411264 Adaptation dans le cadre d'une amputation 108,59€

Adaptation de la voiturette en fonction de l'équilibre de la position assise suite à l'amputation d'un ou des deux membres inférieurs de l'utilisateur. Cette adaptation permet un allongement de l'axe postérieur des roues d'au moins 4 cm.

411275 - 411286 Tablette ou demi-tablette 199,71€

Adaptation de la voiturette avec une tablette ou une demi-tablette qui peut être fixée sur la voiturette. Cette tablette doit être amovible ou escamotable.

413353 - 413364 Intervention forfaitaire pour support de thorax pour tablette 82,94€

Intervention forfaitaire pour l'adaptation de la tablette de la voiturette au moyen de supports de thorax. Le support de thorax est indéformable et soutient la position du thorax de l'utilisateur.

411238 - 411249 Adaptation de la largeur du siège (plus de 36 cm) et de la profondeur du siège 449,34€

Adaptation de la voiturette ou réalisation particulière afin d'obtenir une largeur de siège de plus de 36 cm.

411179 - 411183 Cadre d'abduction 224,67€

Adaptation de la voiturette avec un cadre d'abduction. L'angle d'abduction doit être réglable.

411297 - 411308 Support dorsolombaire 178,49€

Adaptation du tricycle orthopédique avec un soutien lombaire en vue de fixer ou de soutenir l'utilisateur. Le support dorsolombaire est équipé d'une sangle de fixation.

4. Sécurité

411319 - 411323 Arrête-talon ou sangle cale-pied (pièce) 13,73€

Adaptation de la voiturette avec un arrête-talon ou une sangle cale-pied pour fixer les pieds de l'utilisateur sur les repose-pieds.

413375 - 413386 Coquille pour pied (par pièce) 36,52€

Adaptation du repose-pied ou de la plaque repose-pieds avec des coquilles de pied afin de pouvoir fixer les pieds de l'utilisateur.

411334 - 411345 Ceinture de sécurité 37,45€

Adaptation de la voiturette avec une ceinture de sécurité.

413397 - 413408 Ceinture de sécurité à quatre ou cinq points, avec auto-clip 193,22€

Adaptation de la voiturette avec une ceinture à quatre ou cinq points de fixation, avec fermeture par auto-clip. La ceinture recouvre l'entièreté du thorax de l'utilisateur. La ceinture n'est pas conçue comme ceinture de fixation pour la voiturette ni comme ceinture de sécurité pour l'utilisateur en voiture.

413419 - 413423 Ceinture de sécurité à quatre ou cinq points pour voiturette électrique 68,80€

Adaptation de la voiturette au moyen d'une ceinture à quatre ou cinq points de fixation, en remplacement de la ceinture de sécurité prévue dans la configuration de base de la voiturette électronique. La ceinture recouvre l'entièreté du thorax de l'utilisateur. La ceinture n'est pas conçue comme ceinture de fixation pour la voiturette, pas plus qu'elle ne fait office de ceinture de sécurité pour l'utilisateur en voiture.

413434 - 413445 Ceinture de sécurité à quatre ou cinq points pour voiturette manuelle 102,01€

Adaptation de la voiturette au moyen d'une ceinture à quatre ou cinq points de fixation. La ceinture recouvre l'entièreté du thorax de l'utilisateur. La ceinture n'est pas conçue comme ceinture de fixation pour la voiturette, pas plus qu'elle ne fait office de ceinture de sécurité pour l'utilisateur en voiture.

413456 - 413467 Ceinture à enrouleur automatique 68,80€

Adaptation de la voiturette au moyen d'une ceinture de hanche pourvue d'un enrouleur automatique et d'une fermeture par auto-clip. La ceinture n'est pas conçue comme ceinture de fixation pour la voiturette, pas plus qu'elle ne fait office de ceinture de sécurité pour l'utilisateur en voiture.

413478 - 413489 Veste de type harnais ou ceinture en H à 4 ou 5 points, avec ou sans fermeture à glissière ou sangles 193,90€

Adaptation de l'unité d'assise avec une veste de fixation du buste ou harnais en H composé d'au moins 4 points de fixation réglables progressivement avec fixation par clips, qui assure le soutien de l'ensemble du thorax.

411356 - 411367 Siège-culotte 86,12€

Adaptation de la voiturette avec un siège-culotte pour empêcher le glissement vers l'avant.

411378 - 411389 Système anti-bascule 62,41€

Adaptation de la voiturette avec un système anti-bascule amovible ou escamotable. Il s'agit d'un système anti-bascule simple de 'tube à tube' et amovible.

412793 - 412804 Système anti-bascule escamotable ou système anti-bascule central amovible, pour voiturette active 171€

Adaptation de la voiturette active avec un système anti-bascule escamotable monté sur le côté du cadre ou avec un système anti-bascule central amovible (il s'agit d'un système anti-bascule fixé sur l'essieu central et qui est uniquement amovible mais pas escamotable).

411393 - 411404 Monte-trottoir 418,14€

Adaptation de la voiturette avec un monte-trottoir de façon à ce que l'utilisateur puisse surmonter de manière autonome et sûre des différences de niveau à l'extérieur.

413493 - 413504 Rétroviseur (1 pièce) 22,13€

Adaptation de la voiturette et du scooter au moyen d'un rétroviseur. Cette adaptation est conçue pour les utilisateurs qui ne sont pas en mesure de regarder derrière eux.

413515 - 413526 Interrupteur d'arrêt d'urgence 285,27€

Adaptation de la voiturette au moyen d'un système d'arrêt d'urgence, intégré comme interrupteur supplémentaire ou intégré dans le système de conduite pour l'accompagnateur ou par commande à distance. Le système est conçu pour pouvoir arrêter la voiturette dans des situations de nécessité extrême, en cas de dystonie par exemple.

5. Conduite / propulsion

411415 - 411426 Système de propulsion et de conduite à "double cerceau" 873,73€

Adaptation de la voiturette avec un système mécanique de propulsion et de conduite pour un actionnement unilatéral au moyen d'un double cerceau de propulsion placé sur les grandes roues arrière. Destiné à un utilisateur qui a perdu l'usage d'un des membres supérieurs et qui ne peut ni propulser ni conduire la voiturette avec les cerceaux de propulsion standard. Aussi bien la propulsion que la conduite unilatérale de la voiturette doivent être possibles avec le système. La voiturette est équipée, dans le cadre de cette adaptation, d'un système de freinage sur les deux roues arrière, pouvant être actionné d'une seule main par l'utilisateur.

413537 - 413548 Système de propulsion et de conduite à "double cerceau", pour voiturette active 873,73€

Adaptation de la voiturette active avec un système mécanique de propulsion et de conduite pour un actionnement unilatéral au moyen d'un double cerceau de propulsion placé sur les grandes roues arrière. Destiné à un utilisateur qui a perdu l'usage d'un des membres supérieurs et qui ne peut ni propulser ni conduire la voiturette avec les cerceaux de propulsion standard. Aussi bien la propulsion que la conduite unilatérale de la voiturette doivent être possibles avec le système.

411437 - 411448 Système de propulsion et de conduite "à levier de propulsion" 1248,18€

Adaptation de la voiturette avec un système mécanique de propulsion et de conduite pour la conduite unilatérale au moyen d'un levier de propulsion. Destiné à un utilisateur qui a perdu l'usage d'un des membres supérieurs et qui ne peut ni propulser ni conduire la voiturette au moyen des cerceaux de propulsion standard. Aussi bien la propulsion que la conduite unilatérale de la voiturette doivent être possibles avec le système de propulsion. La voiturette manuelle modulaire est équipée, dans le cadre de cette adaptation, d'un système de freinage sur les deux roues arrière, pouvant être actionné d'une seule main par l'utilisateur.

411459 - 411463 Abaissement de la hauteur de siège (voiturette à propulsion podale) 195,96€

Adaptation de la voiturette en abaissant la hauteur du siège afin de permettre la propulsion de la voiturette par l'utilisateur à l'aide du (des) pied(s). Cette adaptation est atteinte à l'aide de roues arrière plus petites (maximum 22") et de roues avant plus petites (maximum 7") ou à l'aide d'un cadre adapté sur lequel un axe fixe des roues arrière est placé plus haut (l'axe des roues ne peut pas être déplacé).

411474 - 411485 Adaptation des cerceaux en cas de diminution de la fonction de préhension (la paire) 93,61€

Adaptation de la voiturette avec des cerceaux de propulsion adaptés pour les utilisateurs dont la fonction de préhension est diminuée. Il s'agit d'une housse antidérapante amovible, qui recouvre le cerceau existant.

412815 - 412826 Adaptation des cerceaux de la voiturette active en cas de diminution de la fonction de préhension (la paire) 177,87€

Adaptation de la voiturette active avec des cerceaux de propulsion adaptés pour les utilisateurs dont la fonction de préhension est diminuée. La couche antidérapante et le cerceau forment un tout (donc la housse antidérapante n'est pas amovible).

411496 - 411507 Commande dans la tablette (incorporée dans la tablette - tablette comprise) 1934,68€

Adaptation de la commande afin que la voiturette électronique soit actionnée par l'utilisateur à l'aide d'un joystick intégré dans la tablette. L'unité de commande doit pouvoir être escamotée dans la tablette (sur ou sous la tablette) ou retirée de la tablette. Cette commande spécifique doit pouvoir être ajustée en fonction des besoins et des aptitudes de chaque utilisateur. La commande doit permettre à l'utilisateur d'actionner toutes les fonctions de la voiturette.

411518 - 411529 Joystick externe supplémentaire 742,67€

Adaptation de la commande afin que la voiturette électronique soit actionnée par l'utilisateur à l'aide d'un joystick externe supplémentaire lui permettant de conduire la voiturette malgré des fonctions musculaires minimales. Cette adaptation permet de convertir dans le contrôle de la voiturette les mouvements minimaux ou mal coordonnés de l'utilisateur. Le joystick supplémentaire peut être intégré dans la tablette ou dans l'accoudoir. La commande normale par joystick peut être conservée comme commande supplémentaire pour l'accompagnateur. Cette commande spécifique doit pouvoir être réglée en fonction des besoins et des aptitudes de chaque utilisateur. La commande doit permettre à l'utilisateur d'actionner toutes les fonctions de la voiturette.

411533 - 411544 Commande au menton 1622,63€

Adaptation de la commande afin que la voiturette électronique soit actionnée par l'utilisateur à l'aide d'un joystick monté sur un bras de fixation pivotant mécaniquement ou sur un harnais d'épaule adapté individuellement. La conduite doit pouvoir être commandée

aussi bien en position couchée qu'en position assise. Cette commande spécifique doit pouvoir être réglée en fonction des besoins et des aptitudes de chaque utilisateur. La commande doit permettre à l'utilisateur d'actionner toutes les fonctions de la voiturette.

411555 - 411566 Commande au menton (pivotant électriquement) 2090,70€

Adaptation de la commande afin que la voiturette électronique soit actionnée par l'utilisateur à l'aide d'un joystick monté sur un bras de fixation pivotant électriquement. La conduite doit pouvoir être commandée aussi bien en position couchée qu'en position assise. Cette commande spécifique doit pouvoir être réglée en fonction des besoins et des aptitudes de chaque utilisateur. La commande doit permettre à l'utilisateur d'actionner toutes les fonctions de la voiturette.

411577 - 411588 Commande centrale 619,10€

Adaptation de la commande afin que la voiturette électronique soit actionnée par l'utilisateur à l'aide d'un joystick monté sur un bras de fixation pivotant mécaniquement, positionnant l'unité de commande juste devant l'utilisateur. Cette commande spécifique doit pouvoir être réglée en fonction des besoins et des aptitudes de chaque utilisateur. La commande doit permettre à l'utilisateur d'actionner toutes les fonctions de la voiturette.

411599 - 411603 Commande au doigt 2621,18€

Adaptation de la commande afin que la voiturette électronique soit actionnée par l'utilisateur à l'aide d'un système de commande au doigt, grâce à des mouvements légers du bout du doigt de l'utilisateur. Cette commande spécifique doit pouvoir être réglée en fonction des besoins et des aptitudes de chaque utilisateur. La commande doit permettre à l'utilisateur d'actionner toutes les fonctions de la voiturette

411614 - 411625 Commande à la tête 2496,36€

Adaptation de la commande afin que la voiturette électronique soit actionnée par l'utilisateur à l'aide d'un système de commande par l'occiput. Cette commande, qui se fait à l'aide de capteurs incorporés dans ou sur l'appui-tête, convient aux utilisateurs ayant un bon contrôle de la tête. Cette adaptation permet de convertir les mouvements de la tête en commande et contrôle de la voiturette. Cette commande spécifique doit pouvoir être réglée en fonction des besoins et des aptitudes de chaque utilisateur. La commande doit permettre à l'utilisateur d'actionner toutes les fonctions de la voiturette.

411636 - 411647 Commande au pied 1872,27€

Adaptation de la commande afin que la voiturette électronique soit actionnée par l'utilisateur à l'aide d'un système de commande au pied. Cette commande convient aux utilisateurs ayant des problèmes au niveau de la fonction des mains ou des bras mais ayant un assez bon contrôle au niveau des pieds. Cette adaptation permet de convertir les mouvements du pied en commande et contrôle de la voiturette. Cette commande spécifique doit pouvoir être réglée en fonction des besoins et des aptitudes de chaque

utilisateur. La commande doit permettre à l'utilisateur d'actionner toutes les fonctions de la voiturette.

411658 - 411669 Remboursement forfaitaire pour une commande de voiturette au moyen d'interrupteurs particuliers adaptés à l'utilisateur 2496,36€

Adaptation de la commande afin que la voiturette électronique soit actionnée par l'utilisateur à l'aide d'interrupteurs particuliers. Cette commande spécifique doit pouvoir être réglée en fonction des besoins et des aptitudes de chaque utilisateur. La commande doit permettre à l'utilisateur d'actionner toutes les fonctions de la voiturette.

413559 - 413563 Élément chauffant pour le bras ou la main de commande 846,55€

Adaptation de la commande au moyen d'un élément chauffant électrique pour la fonction de main ou de bras de l'utilisateur. L'élément chauffant peut être intégré dans l'accoudoir ou sur la tablette. Lors de l'adaptation, il est prévu une protection (ex. tunnel en plexi). La connexion à la batterie est incluse.

413574 - 413585 Système de commande pour l'accompagnateur 675,36€

Adaptation de la voiturette au moyen d'un système de commande supplémentaire qui doit être utilisé par l'accompagnateur. Le système de commande est équipé d'un interrupteur prioritaire permettant à tout moment à l'accompagnateur de reprendre à l'utilisateur la commande de la voiturette.

413596 - 413607 Bras de fixation pivotant – à commande mécanique 254,55€

Adaptation de la voiturette au moyen d'un bras de fixation pour des objets légers, par exemple pour fixer l'embout du respirateur. Le bras de fixation est pivotant et doit être réglable de façon tridimensionnelle en fonction de l'utilisateur, c'est-à-dire en hauteur, en largeur et en profondeur.

411673 - 411684 Prolongeurs de frein (la paire) 18,72€

Adaptation de la voiturette avec des prolongeurs de freins.

6. Adaptations spécifiques

413618 - 413629 Porte-sérum 109,57€

Adaptation de la voiturette au moyen d'un porte-sérum.

413633 - 413644 Support pour bouteille à oxygène 215,81€

Adaptation de la voiturette au moyen d'un support pour bouteilles à oxygène.

413655 - 413666 Intervention forfaitaire pour plate-forme pour appareillage médical 377,46€

Intervention forfaitaire pour l'adaptation de la voiturette pour les utilisateurs nécessitant une ventilation continue ou une aspiration. La plate-forme est montée sur la voiturette.

413677 - 413688 Intervention forfaitaire pour plate-forme articulée pour appareillage médical 520,79€

Intervention forfaitaire pour l'adaptation de la voiturette pour les utilisateurs nécessitant une ventilation continue ou une aspiration. La plate-forme est montée sur la voiturette. La plate-forme de ventilation est articulée avec les réglages siège/dossier de la voiturette.

413699 - 413703 Intervention forfaitaire pour batterie supplémentaire 441,59€

Intervention forfaitaire pour l'adaptation de la voiturette au moyen d'une batterie supplémentaire (avec chargeur), cumulée à une plate-forme de connexion pour l'appareillage médical (413655 - 413666 ou 413677 - 413688). La capacité de la batterie s'élève au minimum à 36Ah.

413714 - 413725 Adaptateur de montage pour châssis ou voiturette 541,97€

Adaptation du châssis ou de la voiturette avec un adaptateur de montage.

413736 - 413747 Forfait d'adaptation, par an et pour un utilisateur jusqu'au 12^{ième} anniversaire 466,31€

Intervention forfaitaire pour l'adaptation d'une unité d'assise modulaire adaptable suite à la croissance de l'utilisateur, pour un utilisateur jusqu'au 12^{ième} anniversaire. Cette intervention peut être attestée une fois par an maximum et couvre tant les heures de travail que les pièces.

413758 - 413769 Forfait d'adaptation, par an et pour un utilisateur à partir du 12^{ième} anniversaire 529,83€

Intervention forfaitaire pour l'adaptation d'une unité d'assise modulaire adaptable suite à la croissance de l'utilisateur, pour un utilisateur à partir du 12^{ième} anniversaire et jusqu'au 21^{ième} anniversaire. Cette intervention peut être attestée une fois par an maximum et couvre tant les heures de travail que les pièces.

IV. FORFAIT MENSUEL DE LOCATION POUR LA LOCATION D'UNE AIDE A LA MOBILITE POUR LES BENEFICIAIRES ADMIS DANS UNE MAISON DE REPOS POUR PERSONNES AGEES OU UNE MAISON DE REPOS ET DE SOINS.

1. Dispositions générales

1.1 Généralités

Par forfait mensuel de location au sens du point IV, on entend : l'intervention forfaitaire mensuelle pour la location d'une aide à la mobilité aux bénéficiaires admis dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins.

Entrent en ligne de compte pour un forfait de location d'une aide à la mobilité figurant au point 6 : les bénéficiaires qui présentent une limitation de la mobilité, et qui sont admis dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins, comme stipulé à l'article 34, 11° et 12° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cette limitation de la mobilité découle d'une déficience physique, mentale, cognitive ou psychologique. De ce fait, le bénéficiaire n'est pas capable d'accomplir des activités ou des tâches de manière autonome ou sans aide, et des problèmes de participation à la vie sociale se posent.

Les limitations de la mobilité découlent de déficiences fonctionnelles de l'appareil locomoteur ou de déficiences des structures anatomiques quelle qu'en soit la cause.

Les déficiences fonctionnelles de l'appareil locomoteur peuvent aussi découler de déficiences fonctionnelles d'autres systèmes, comme le système cardio-vasculaire, le système nerveux, le système respiratoire, etc.

Les limitations de la mobilité doivent être de nature définitive.

Pour les bénéficiaires qui selon leurs besoins fonctionnels ont besoin d'une aide à la mobilité, autre que celle prévue au point 6, une demande peut être introduite selon les dispositions reprises sous les points I à III.

Pour avoir droit au forfait mensuel de location au sens du point IV, un contrat de location, qui répond aux dispositions du point 1.3.2., doit être conclu entre le prestataire et le bénéficiaire.

1.2 Définition des concepts repris sous ce point IV

Par "entretien, réparation et reconditionnement" de la voiturette au sens du point IV, on entend :

- **entretien** : la révision planifiée nécessaire et les interventions techniques assurant le fonctionnement optimal de la voiturette
- **réparation** : les interventions techniques nécessaires pour remédier au(x) problème(s), moyennant le remplacement éventuel des pièces défectueuses ou usées
- **reconditionnement** : la reprise de la voiturette et sa préparation afin de la mettre à disposition d'un autre patient (nettoyage, entretien, réparation et éventuellement désinfection)
- **nettoyage** : la suppression de la saleté visible et des matières organiques invisibles afin de prévenir le maintien, la multiplication et la dispersion des micro-organismes
- **désinfection** : la suppression, l'inactivation ou la réduction de micro-organismes nuisibles

1.3 Dispositions spécifiques pour le forfait de location

1.3.1 Formule de location

Le forfait de location de l'organisme assureur bruxellois au prestataire couvre la location mensuelle d'une voiturette manuelle pour un bénéficiaire qui séjourne dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins. Un forfait mensuel de location par type de voiturette est fixé au point 6.

Le forfait de location couvre tous les frais liés à la délivrance, à l'entretien, à la réparation et au reconditionnement de la voiturette, ainsi que les adaptations requises, telles que déterminées, par type de voitures, au point 6 et les frais de déplacement. Aucun supplément ne peut être porté en compte au bénéficiaire pour les coûts couverts par le forfait.

1.3.2 Contrat de location prestataire-bénéficiaire

1.3.2.1 Modèle de contrat de location

Un forfait de location pour la voiturette et les adaptations nécessaires peut être octroyé à condition qu'un contrat de location d'une durée indéterminée ait été établi entre le prestataire et le bénéficiaire.

Une copie du contrat de location prestataire-bénéficiaire est conservée dans le dossier du patient, dans la maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins.

Le modèle du contrat de location prestataire - bénéficiaire est fixé par le Conseil de gestion sur avis de la Commission d'experts.

Le contrat de location doit reprendre les conditions de délivrance suivantes :

- Obligations du prestataire :
 - pour chaque voiturette un entretien est effectué au moins une fois par an ;
 - la délivrance d'une voiturette s'effectue :
 - après avoir remis la prescription médicale au prestataire pour la voiturette manuelle standard ;
 - après accord du médecin-conseil pour la voiturette manuelle modulaire ou la voiturette manuelle de maintien et de soins ;
 - dans un délai de trente jours maximum pour une voiturette de mesure standard (largeur du siège entre 38 cm et 48 cm)
 - la réparation de la voiturette s'effectue dans les cinq jours ouvrables après que le problème ait été signalé par écrit ;
 - en cas de problèmes techniques ne pouvant être résolus dans les cinq jours ouvrables, le prestataire doit pouvoir immédiatement fournir au bénéficiaire une voiturette de remplacement adéquate ;
 - le prestataire est responsable de la délivrance de tous les types de voiturettes mentionnés au point 6. Il doit trouver la solution la plus adéquate qui satisfait à tous les besoins fonctionnels du bénéficiaire. Cette obligation est également d'application lorsqu'une modification de la situation du bénéficiaire se produit, nécessitant l'utilisation d'un autre type de voiturette ;
 - si le prestataire n'est pas en mesure de fournir la voiturette adaptée ou de garantir la continuité du service, il s'engage à en avertir le bénéficiaire et à désigner dans les cinq jours ouvrables un autre prestataire qui s'engage à délivrer ou adapter la voiturette ;
- Obligations du bénéficiaire :
 - faire un usage normal de la voiturette ;
 - veiller à la propreté de la voiturette ;
 - ne pas céder la voiturette ;
 - permettre l'entretien de la voiturette ;
 - pour les adaptations, l'entretien ou les réparations, ne contacter que le prestataire propriétaire de la voiturette.

1.3.2.2 Résiliation du contrat de location

Le contrat de location peut être résilié à tout moment par le bénéficiaire, au moyen d'une lettre recommandée, moyennant un préavis d'un mois qui prend cours le premier jour du mois qui suit le mois de la notification.

Si le bénéficiaire résilie le contrat pour conclure un nouveau contrat avec un autre prestataire, une période de préavis de trois mois doit être respectée, prenant cours le premier jour du mois qui suit le mois de la notification.

Le contrat est résilié de plein droit dans les cas suivants :

- en cas de décès du bénéficiaire,
- le besoin d'utilisation de la voiturette cesse d'exister ;
- le prestataire ne respecte pas les modalités au niveau fonctionnel, hygiénique et technique

Le prestataire peut mettre un terme au contrat de location :

- Lorsque des dommages à la voiturette, résultant du comportement non responsable ou inadéquat du bénéficiaire sont constatés. Sur base de ces constatations écrites, les frais relatifs aux dommages constatés sont à la charge du bénéficiaire ;
- Lorsque le bénéficiaire déménage vers une autre maison de repos pour personnes âgées ou maison de repos et de soins.

Si le bénéficiaire prend un domicile dans une autre entité, le prestataire continue à fournir ses services pendant trois mois. Cette période commence le jour où le changement de domicile est enregistré à la commune.

Si le bénéficiaire déménage de la maison de repos pour personnes âgées ou de la maison de repos et de soins vers son domicile avec la voiturette de location, le bénéficiaire informe le prestataire. Le prestataire peut continuer à facturer le forfait de location pendant un délai maximum de trois mois. Le cas échéant, une demande pour une aide à la mobilité reprise au point II peut être introduite.

Durant cette période de trois mois, le contrat de location en cours reste valable. Il s'interrompt à la date de délivrance de l'aide à la mobilité reprise au point II.

Si le bénéficiaire est admis dans un hôpital pour un séjour prolongé à l'art. 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, le contrat de location reste encore valable pendant trois mois. Si le bénéficiaire séjourne toujours à l'hôpital après ce délai, le contrat est résilié de plein droit à partir du premier jour du quatrième mois qui suit son admission.

1.4 Dispositions spécifiques pour le prestataire

Le prestataire doit effectuer lui-même la délivrance et la prise de mesures pour les produits prévus au point 6. Ces produits doivent être adaptés au bénéficiaire lors de la délivrance.

Toutes les indications relatives à l'utilisation et à l'entretien du produit doivent être fournies au bénéficiaire et à la maison de repos pour personnes âgées ou à la maison de repos et de soins.

Le prestataire doit disposer de l'installation nécessaire et de l'outillage permettant l'adaptation des prestations et l'exécution de petites réparations, tel que stipulé à l'article 85bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Pour l'exécution de ses activités, le prestataire ou sa firme doit disposer des permis d'exploitation légaux nécessaires ou de contrats de coopération conclus avec des tiers possédant les permis d'exploitation requis.

Le prestataire ou son entreprise dispose d'une assurance qui couvre les responsabilités prévues dans le contrat de location.

Le prestataire veille à assurer une délivrance de qualité de la voiturette, conformément à la prescription médicale et adaptée aux besoins individuels du patient.

Le prestataire garantit l'échange de la voiturette en fonction de l'augmentation des besoins en soins. En cas d'échange de la voiturette par une voiturette d'un autre type en raison d'une modification des besoins du bénéficiaire, un nouveau contrat est établi.

1.5 Dispositions spécifiques pour la délivrance

Chaque délivrance ou adaptation de la voiturette doit être réalisée par un prestataire ; l'entretien et la réparation peuvent être effectués sous la responsabilité du prestataire.

La voiturette délivrée doit être entièrement adaptée en fonction du bénéficiaire.

Le prestataire peut effectuer une adaptation à la voiturette à tout moment.

Le prestataire doit veiller à ce que les voiturettes soient en ordre sur le plan technique et hygiénique lors de chaque délivrance.

Les voiturettes délivrées selon les dispositions du point IV, sont nouvelles lors de la première mise en location. De plus, la date de production de la voiturette lors de la première mise en location ne remonte pas à plus de douze mois. La preuve du caractère "nouveau" et de la date de production de la voiturette se trouve chez le technologue orthopédique en aides à la mobilité.

Une voiturette de six ans ou plus ne peut plus être délivrée à un autre bénéficiaire.

Le prestataire ou son entreprise doit disposer à tout moment de suffisamment de voiturettes, des pièces et adaptations pour effectuer les prestations, les adaptations, l'entretien et les réparations.

Les données relatives à la voiturette louée sont conservées dans le dossier du patient dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins. Par "données relatives à la voiturette louée", on entend : le contrat de location, le numéro de série de la voiturette délivrée, les adaptations prévues à la voiturette délivrée, la date de la première mise en service, la date de délivrance, la date d'entretien et de réparation de la voiturette.

Les données précitées sont également conservées par voiturette par prestataire. Ces données comportent également la date de production de la voiturette, l'identification du bénéficiaire, l'identification de l'établissement où séjourne le bénéficiaire ainsi que son domicile, la date de fin d'utilisation auprès du bénéficiaire et la date de sortie de la voiturette du système de location.

En vue d'évaluer le système de location, le prestataire doit transmettre, par voie électronique à Iriscare, selon les modalités fixées par le Conseil de gestion, les données suivantes par numéro de série et par bénéficiaire successif :

- date de production ;
- code d'identification sur la liste des produits admis au remboursement, pour la voiturette et les adaptations ;
- date de délivrance ;
- dates d'entretien et de réparation ;
- date de fin d'utilisation ;
- date de sortie du système de location.

Les modalités de transmission garantiront le caractère anonyme des données, tant au niveau des bénéficiaires que des prestataires.

2. Définition des aides à la mobilité visées à la présente nomenclature

Seules la voiturette manuelle standard, la voiturette manuelle modulaire et la voiturette manuelle de maintien et de soins comme stipulé au point 6, entrent en ligne de compte pour la location aux bénéficiaires résidant en maison de repos pour personnes âgées ou en maison de repos et de soins.

Ces aides à la mobilité et les adaptations doivent apparaître sur les listes de produits admis au remboursement, comme le prévoit le point I.

Toutes les autres aides à la mobilité, mentionnées sous le point II tombent sous le régime des prestations définitives, telles que décrites au point I.

3. Procédures pour l'obtention d'un forfait de location

Les produits prévus au point 6 ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci aux bénéficiaires séjournant dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins. La prescription reste valable pendant deux mois à compter de la date de la prescription.

Pour un bénéficiaire admis dans un hôpital et dont la date de sortie est connue ou dans le cadre d'un programme de rééducation qui prépare cette sortie, une demande d'intervention dans le forfait de location peut être introduite pour une voiturette manuelle standard, une voiturette manuelle modulaire ou une voiturette manuelle de maintien et de soins. Par sortie, on entend : les accords concrets visant la sortie, la date de sortie supposée ainsi que la procédure de sortie.

Lors de l'admission du bénéficiaire dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins, toute prescription médicale est annulée ainsi que les demandes qui ont déjà été introduites auprès du médecin-conseil selon la procédure définie dans le point I. Les demandes pour lesquelles le médecin-conseil a déjà donné son accord sont délivrées selon la procédure définie dans le point I.

3.1 Procédure lors d'une première délivrance d'une voiturette dans un système de location

3.1.1 Voiturette manuelle standard

Le prestataire notifie dans les quinze jours ouvrables la délivrance d'une voiturette manuelle standard au médecin-conseil. La notification comprend la prescription médicale et une copie du contrat de location. Si la notification n'est pas envoyée dans les quinze jours, la date de début de location est fixée en retirant quinze jours ouvrables à la date de réception de la notification par le médecin-conseil.

3.1.2 Voiturette manuelle modulaire ou voiturette manuelle de maintien et de soins

Le prestataire adresse la demande d'octroi du forfait de location pour une voiturette manuelle modulaire ou une voiturette manuelle de maintien et de soins au médecin-conseil.

Le médecin-conseil évalue la demande sur la base de la prescription médicale et du rapport de motivation.

Le médecin-conseil prend une décision quant à la demande introduite dans les quinze jours ouvrables. Si la demande est refusée, la décision doit contenir les motifs qui sont à l'origine du refus ;

A défaut d'une décision du médecin-conseil dans le délai susmentionné, la demande introduite est acceptée.

En cas de décision positive, le prestataire envoie une copie du contrat de location à l'organisme assureur bruxellois du bénéficiaire.

3.2 Procédure lors du remplacement d'une voiturette dans le système de location

3.2.1 Procédure lors du remplacement d'une voiturette délivrée dans le système de location

Lorsque l'état du bénéficiaire reste inchangé, mais que la voiturette doit être renouvelée, le prestataire doit le notifier au médecin-conseil. Cette notification comprend une copie du contrat de location sur lequel figure le numéro de série de la nouvelle voiturette.

3.2.2 Procédure lors du remplacement d'une voiturette louée par un autre type de voiturette

Le remplacement d'une voiturette délivrée dans le système de location par un autre type de voiturette prévu au point IV, 6 peut être demandé à tout moment par le prestataire. La procédure à suivre est définie au point IV, 3.1.

3.3 Procédure en cas de renouvellement d'une aide à la mobilité, délivrée selon les dispositions du point I

3.3.1 Procédure en cas de renouvellement d'une voiturette

Pour une voiturette délivrée avant la date d'admission du bénéficiaire dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins, les délais de renouvellement définis au point I, sont d'application.

En cas de renouvellement, les dispositions prévues sous le point IV sont d'application. La procédure à suivre est définie au point IV, 3.1.

Pour les bénéficiaires dont les besoins fonctionnels sont tels qu'ils ont besoin d'une autre aide à la mobilité que celles prévues sous le point IV, 6, une demande peut être introduite selon les dispositions prévues sous les points I à III.

3.3.2 Procédure en cas de renouvellement anticipé d'une voiturette

La procédure en cas de renouvellement anticipé est valable en cas de modifications imprévisibles et importantes au niveau de l'appareil locomoteur ou des structures anatomiques du bénéficiaire.

Pour une voiturette manuelle standard, une voiturette manuelle modulaire ou une voiturette manuelle de maintien et de soins qui a été délivrée avant la date d'admission du bénéficiaire dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins, le prestataire peut introduire une demande pour l'octroi du forfait de location auprès du médecin-conseil. Cette demande être doit établie selon la procédure fixée au point IV, 3.1.

Pour les bénéficiaires dont les besoins fonctionnels sont tels qu'ils ont besoin d'une autre aide à la mobilité que celles prévues sous le point IV, 6, une demande peut être introduite selon les dispositions prévues sous les points I à III.

Pour un bénéficiaire qui a obtenu le remboursement pour une aide à la mobilité visée au point II, autre que celles prévues sous le point IV, 6, délivrée avant la date d'admission de celui-ci dans la maison de repos pour personnes âgées ou dans la maison de repos et de soins, et qui a subi des modifications imprévisibles et importantes, soit au niveau de l'appareil locomoteur ou des structures anatomiques, soit au niveau des fonctions cognitives, telles qu'il a besoin d'une aide à la mobilité prévues sous le point IV, 6, le bénéficiaire peut prétendre à la procédure fixée au point IV, 3.1. Ces modifications imprévisibles doivent être motivées dans la prescription médicale.

3.3.3 Procédure en cas de demande d'adaptations anticipées à une voiturette déjà délivrée

Pour une voiturette manuelle standard, une voiturette manuelle modulaire ou une voiturette manuelle de maintien et de soins et pour toutes les autres aides à la mobilité qui ont été

délivrées avant la date d'admission du bénéficiaire dans la maison de repos pour personnes âgées ou dans la maison de repos et de soins, le prestataire peut adresser une demande d'intervention pour adaptations anticipées au médecin-conseil. La procédure d'adaptations anticipées telle que décrite au point I., 3.3.6, est d'application.

3.4 Procédure de demande pour les bénéficiaires ne pouvant être correctement équipés avec les aides à la mobilité prévues pour ce groupe cible

Pour les bénéficiaires qui ont besoin d'une aide à la mobilité, autre que celle prévue au point 6, une demande peut être introduite selon les dispositions prévues sous les points I à III.

3.5 Règles de cumul

Les règles de cumul sont définies, par type de forfait de location, au point IV, 6.

4. Documents de la demande

4.1 La prescription médicale

La prescription médicale, comme décrite au point I, s'applique également à la prescription d'une voiturette à un bénéficiaire séjournant dans une maison de repos pour personnes âgées ou dans une maison de repos et de soins.

4.2 Le rapport de motivation

Dans le rapport de motivation, l'aide à la mobilité demandée et les adaptations individuelles sont décrites et motivées sur la base des déficiences fonctionnelles du bénéficiaire. Ce document doit toujours être rédigé par le prestataire.

Le rapport de motivation défini au point I, est d'application.

4.3 La notification

La notification s'effectue à l'aide d'une copie du contrat de location, établi en triple exemplaire par le prestataire. Ces documents sont signés par le bénéficiaire lors de la délivrance. Le numéro de série de la voiturette doit être mentionné sur le contrat.

5. Liste des produits admis au remboursement

Afin d'entrer en ligne de compte pour une intervention, la voiturette manuelle standard, la voiturette manuelle modulaire et la voiturette manuelle de maintien et de soins doivent figurer sur la liste des produits admis au remboursement prévus respectivement sous les numéros de nomenclature 410015 - 410026, 410037 - 410048 et 410059 - 410063. (Cf. I, 4.)

En cas de suppression d'un produit de la liste, la voiturette peut encore être louée jusqu'à six ans maximum après la date de suppression, sous réserve des dispositions du point IV, 1.5..

6. Système de location d'aides à la mobilité et leurs adaptations

Pour les aides à la mobilité et leurs adaptations définies ci-dessous, un forfait de location peut être accordée à condition que les indications fonctionnelles et conditions générales et spécifiques y afférentes telles que décrites au point II, soient remplies.

Groupe cible bénéficiaires séjournant dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins

412513 -412524 Forfait de location pour la location d'une voiturette manuelle standard 39,51€

Les dispositions des indications fonctionnelles pour l'utilisateur, les spécifications fonctionnelles de la voiturette et les adaptations, comme stipulées à la prestation 410015 - 410026 au point II, 1°, groupe principal 1, sous-groupe 1 ainsi que la liste des produits admis au remboursement sont applicables.

Les adaptations reprises sous la prestation 411216 - 411227 (adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 52 cm à 58 cm inclus) ne sont pas couvertes par le forfait de location.

Pour le bénéficiaire dont les besoins fonctionnels sont tels qu'il a besoin d'une adaptation reprise sous la prestation 411216 - 411227, les dispositions prévues sous les points I à III sont d'application pour l'aide à la mobilité délivrée et ses adaptations.

Pour le bénéficiaire qui satisfait aux indications fonctionnelles comme stipulées à la prestation 410015 - 410026, mais pour lequel une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm est nécessaire, les dispositions prévues sous les points I à III sont d'application pour l'aide à la mobilité délivrée et ses adaptations.

Le forfait de location pour une voiturette manuelle standard (prestation 412513 - 412524) peut être cumulé avec l'intervention pour un cadre de marche prévu au point II, groupe principal 8 (prestations 410413 - 410424, 410435 - 410446, 410457 - 410468, 410479 - 410483 ou 410494 - 410505) ou avec l'intervention pour une canne de marche sur roues visée au II, groupe principal 12 (414539 - 414543).

412535 - 412546 Forfait de location pour la location d'une voiturette manuelle modulaire 57,60€

Les dispositions des indications fonctionnelles pour l'utilisateur, les spécifications fonctionnelles de la voiturette et les adaptations, comme stipulées à la prestation 410037 -

410048 au point II, 1°, groupe principal 1, sous-groupe 2 ainsi que la liste de produits admis sont applicables

Les adaptations reprises sous les prestations 412896 - 412907 (coussin pour genou), 412933 - 412944 (système de fixation pour genoux), 412955 - 412966 (repose-pied renforcé), 412977 - 412988 (repose-jambe renforcé), 413014 - 413025 (coussin d'accoudoir), 413036 - 413047 (coussin d'accoudoir articulé), 410958 - 410969 (inclinaison du dossier 90°), 411216 - 411227 (adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 52 cm à 58 cm inclus), 412734 - 412745 (adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 58 cm à 62 cm inclus), 412756 - 412767 (adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 62 cm à 70 cm inclus), 412778 - 412789 (adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 70 cm à 75 cm inclus), 411253 - 411264 (adaptation en cas d'amputation), 413375 - 413386 (coquille pour pied), 413434 - 413445 (ceinture de sécurité à 4 ou 5 points), 411415 - 411426 (système de propulsion et de conduite à double cerceau), 411437 - 411448 (système de propulsion et de conduite à levier de propulsion), 413618 - 413629 (porte-sérum) et 413633 - 413644 (support pour bouteille à oxygène) ne sont pas couvertes par le forfait de location.

Pour le bénéficiaire dont les besoins fonctionnels sont tels qu'il a besoin d'une ou plusieurs adaptations reprises sous les prestations mentionnées à l'alinéa précédent, les dispositions prévues sous les points I à III sont d'application pour l'aide à la mobilité délivrée et ses adaptations.

Pour le bénéficiaire qui satisfait aux indications fonctionnelles telles que stipulées à la prestation 410037 - 410048, mais pour lequel une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm est nécessaire, les dispositions prévues sous les points I à III sont d'application pour l'aide à la mobilité délivrée et ses adaptations.

Le forfait de location pour une voiturette manuelle modulaire (prestation 412535 - 412546) peut être cumulé avec l'intervention pour un cadre de marche prévu au point II, groupe principal 8 (prestations 410413 - 410424, 410435 - 410446, 410457 - 410468, 410479 - 410483 ou 410494 - 410505) et/ou avec l'intervention pour un coussin anti-escarres prévu au point II, groupe principal 9, (prestations 410516 - 410527, 410538 - 410549, 410553 - 410564 ou 410575 - 410586) et/ou avec l'intervention pour une canne de marche sur roues visée au II, groupe principal 12 (414539 - 414543).

412557 - 412568 Forfait de location pour la location d'une voiturette manuelle de maintien et de soins 85,38€

Les dispositions des indications fonctionnelles pour l'utilisateur, les spécifications fonctionnelles de la voiturette et les adaptations comme stipulées à la prestation 410059 - 410063 au point II, 1°, groupe principal 1, sous-groupe 3 ainsi que la liste des produits admis au remboursement sont applicables.

Les adaptations reprises sous les prestations 412896 - 412907 (coussin pour genou), 412933 - 412944 (système de fixation pour genoux), 412955 - 412966 (repose-pied renforcé), 412977 - 412988 (repose-jambe renforcé), 413014 - 413025 (coussin d'accoudoir), 413036 - 413047 (coussin d'accoudoir articulé), 411194 - 411205 (adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 48 cm à 52 cm inclus), 411216 - 411227 (adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 52 cm à 58 cm inclus), 413375 - 413386 (coquille pour pied), 413618 - 413629 (porte-sérum) et 413633 - 413644 (support pour bouteille à oxygène) ne sont pas couvertes par le forfait de location.

Pour le bénéficiaire dont les besoins fonctionnels sont tels qu'il a besoin d'une ou plusieurs adaptations reprises sous les prestations mentionnées à l'alinéa précédent, les dispositions prévues sous les points I à III sont d'application pour l'aide à la mobilité délivrée et ses adaptations.

Pour le bénéficiaire qui satisfait aux indications fonctionnelles telles que stipulées à la prestation 410059 - 410063, mais pour lequel une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm est nécessaire, les dispositions prévues sous les points I à III sont d'application pour l'aide à la mobilité délivrée et ses adaptations.

Le forfait de location pour la voiturette manuelle de maintien et de soins (prestation 412557 - 412568) peut être cumulé avec l'intervention pour un coussin anti-escarres prévu au point II, groupe principal 9, sous-groupes 1, 3 et 4 et ce pour les utilisateurs souffrant d'une maladie neuromusculaire évolutive, d'une myopathie évolutive, de sclérose en plaques, d'une polyarthrite inflammatoire auto-immune chronique selon la définition acceptée par la Société Royale Belge de Rhumatologie (arthrite rhumatoïde, spondylarthropathie, arthrite chronique juvénile, lupus érythémateux et sclérodermie) ou pour les utilisateurs avec tétraparésie ou quadriparésie (prestations 410516 - 410527, 410553 - 410564 ou 410575 - 410586).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 19 décembre 2019 établissant la nomenclature des aides à la mobilité,

Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé,

A. MARON

E. VAN DEN BRANDT

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE BRUSSEL HOOFDSTAD
Bijlage bij het Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2023 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 19 december 2019 tot vaststelling van de nomenclatuur van mobiliteitshulpmiddelen
Bijlage bij het Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 december 2019 tot vaststelling van de nomenclatuur van mobiliteitshulpmiddelen
ANNEXE - Nomenclatuur mobiliteitshulpmiddelen

Inhoudstabel

INLEIDING	23
I. ALGEMENE BEPALINGEN, AANNEMINGS- EN VERGOEDINGSCRITERIA	24
1. Algemene bepalingen	24
1.1 Algemeen	24
1.2 Specifieke bepalingen voor de dienstverlener	26
2. Definitie van de mobiliteitshulpmiddelen bedoeld in de nomenclatuur.....	26
3. Aanvraagprocedure	27
3.1 Uniek loket	27
3.2 Aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel en/of aanpassingen, met uitzondering van loophulpmiddelen	27
3.3 Specifieke aanvraagprocedures	28
3.3.1 De basisprocedure	28
3.3.2 De uitgebreide procedure	29
3.3.3 De bijzondere procedure	29
3.3.4 Procedure bij hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel.....	30
3.3.5 Procedure bij voortijdige hernieuwing van een rolstoel	30
3.3.6 Aanvraagprocedure voor voortijdige aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel	30

3.3.7	Procedure voor forfaitaire tegemoetkomingen	31
3.3.8.	Aanvraagprocedure voor de individuele dossiers betreffende rolstoelen met maatwerk	32
3.3.9	Aanvraagprocedure voor rechthebbenden die niet correct uit te rusten zijn met de mobiliteitshulpmiddelen voor hun doelgroep	38
3.3.10	Procedure voor de vergoeding van een loophulpmiddel	39
3.3.11	Hernieuwingstermijnen en cumulatieregels	39
3.3.12	Procedure voor voortijdige hernieuwing van een antidecubituskussen	39
3.3.13	Procedure voor het jaarlijkse aanpasforfait van een modulair aanpasbare ziteenheid	40
3.3.14	Procedure voor onderhoud en herstellingen	40
3.4	Documenten van de aanvraag.....	40
3.4.1	Het medisch voorschrift.....	40
3.4.2	Het functioneringsrapport	41
3.4.3	Het motiveringsrapport	41
3.4.4	De aanvraag om een tegemoetkoming.....	41
3.4.5	Het getuigschrift van aflevering	41
3.4.6	Test van de elektronische rolstoel of van de elektronische scooter.....	42
4.	Lijst van voor vergoeding aangenomen producten.....	42
4.1	Aannemingscriteria.....	43
II.	VERSTREKKINGEN INZAKE MOBILITEITSHULPMIDDELEN EN HUN AANPASSINGEN.....	47
1°	Doelgroep: rechthebbenden vanaf 18 jaar:.....	47
	HOOFDGROEP 1: Manuele rolstoelen	47
	Subgroep 1: 410015 - 410026 Manuele standaardrolstoel	47
1.	Functionele indicaties voor de gebruiker.....	47
1.1	Gebruiksdoel.....	47
1.2	Specifieke indicaties.....	47
2.	Functionele specificaties van de rolstoel.....	47
2.1	Functionele specificaties onderste ledematen	47
2.2	Functionele specificaties bovenste ledematen.....	48
2.3	Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	48
2.4	Functionele specificaties aandrijving/besturing.....	48
2.5	Functionele specificaties gebruiksdoelen	48
2.6	Functionele specificaties – technische aspecten	48

3.	Aanpassingen.....	48
3.1	Onderste ledematen.....	48
3.2	Bovenste ledematen.....	49
3.3	Positionering (zit-ruggedeelte).....	49
3.4	Veiligheid	49
3.5	Besturing/aandrijving	49
4	Specifieke voorwaarden	49
4.1	Hernieuwingstermijn.....	49
4.2	Toegelaten cumulaties	49
4.3	Tegemoetkoming.....	50
4.4	Aanvraag tegemoetkoming.....	50
	Subgroep 2: 410037 - 410048 Manuele modulaire rolstoel	51
1.	Functionele indicaties voor de gebruiker.....	51
1.1	Gebruiksdoel.....	51
1.2	Specifieke indicaties.....	51
2.	Functionele specificaties van de rolstoel.....	51
2.1	Functionele specificaties onderste ledematen	51
2.2	Functionele specificaties bovenste ledematen.....	52
2.3	Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	52
2.4	Functionele specificaties aandrijving/besturing.....	52
2.5	Functionele specificaties gebruiksdoelen	52
2.6	Functionele specificaties – technische aspecten	52
3.	Aanpassingen.....	52
3.1	Onderste ledematen.....	53
3.2	Bovenste ledematen.....	53
3.3	Positionering (zit-ruggedeelte).....	53
3.4	Veiligheid	55
3.5	Besturing/aandrijving	55
3.6	Bijzondere aanpassingen	55
4.	Specifieke voorwaarden	56
4.1	Hernieuwingstermijn.....	56
4.2	Toegelaten cumulaties	56
4.3	Tegemoetkoming.....	56
4.4	Aanvraag tegemoetkoming.....	57

Subgroep 3: 410059 - 410063 - Manuele verzorgingsrolstoel.....	57
1. Functionele indicaties voor de gebruiker.....	57
1.1 Gebruiksdoel.....	57
1.2 Specifieke indicaties.....	58
2. Functionele specificaties van de rolstoel.....	58
2.1 Functionele specificaties onderste ledematen	58
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	58
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	58
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing.....	59
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	59
2.6 Functionele specificaties – technische aspecten	59
3. Aanpassingen.....	59
3.1 Onderste ledematen.....	59
3.2 Bovenste ledematen.....	59
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	60
3.4 Veiligheid	60
3.5 Besturing/aandrijving.....	60
3.6 Bijzondere aanpassingen	60
4. Specifieke voorwaarden	60
4.1 Hernieuwingstermijn.....	60
4.2 Toegelaten cumulaties	60
4.3 Tegemoetkoming.....	61
4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	61
Subgroep 4: 410074-410085 Manuele actief rolstoel.....	61
1. Functionele indicaties voor de gebruiker.....	62
1.1 Gebruiksdoel.....	62
1.2 Specifieke indicaties.....	62
2. Functionele specificaties van de rolstoel.....	62
2.1 Functionele specificaties onderste ledematen	62
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	63
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en	63
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing.....	63
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	63
2.6 Functionele specificaties – technische aspecten	63

3.	Aanpassingen.....	63
3.1	Onderste ledematen.....	63
3.2	Bovenste ledematen.....	64
3.3	Positionering (zit-ruggedeelte).....	64
3.4	Veiligheid	64
3.5	Besturing/aandrijving	65
3.6	Bijzondere aanpassingen	65
4.	Specifieke voorwaarden	65
4.1	Hernieuwingstermijn.....	65
4.2	Toegelaten cumulaties	65
4.3	Tegemoetkoming.....	66
4.4	Aanvraag tegemoetkoming.....	66
	Subgroep 5: 412837 - 412848 Manuele actief rolstoel met individuele maatvoering...	67
1.	Functionele indicaties voor de gebruiker.....	67
1.1	Gebruiksdoel.....	67
1.2	Specifieke indicaties.....	67
2.	Functionele specificaties van de rolstoel.....	68
2.1	Functionele specificaties onderste ledematen	68
2.2	Functionele specificaties bovenste ledematen.....	68
2.3	Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	68
2.4	Functionele specificaties aandrijving/besturing.....	68
2.5	Functionele specificaties gebruiksdoelen	68
2.6	Functionele specificaties – technische aspecten	68
3.	Aanpassingen.....	68
3.1	Onderste ledematen.....	68
3.2	Bovenste ledematen.....	69
3.3	Positionering (zit-ruggedeelte).....	69
3.4	Veiligheid	69
3.5	Besturing/aandrijving	70
3.6	Bijzondere aanpassingen	70
4.	Specifieke voorwaarden	70
4.1	Hernieuwingstermijn.....	70
4.2	Toegelaten cumulaties	70
4.3	Tegemoetkoming.....	71

4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	71
HOOFDGROEP 2: Elektronische rolstoelen.....	71
Subgroep 1: 410096 - 410107 Elektronische rolstoel voor gebruik binnenshuis	71
1. Functionele indicaties voor de gebruiker.....	71
1.1 Gebruiksdoel.....	71
1.2 Specifieke indicaties.....	72
2. Functionele specificaties van de rolstoel.....	73
2.1 Functionele specificaties onderste ledematen	73
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	73
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	73
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing.....	73
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	74
2.6 Functionele specificaties – technische aspecten	74
3. Aanpassingen.....	74
3.1 Onderste ledematen.....	74
3.2 Bovenste ledematen.....	75
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	75
3.4 Veiligheid	76
3.5 Besturing/aandrijving.....	77
3.6 Bijzondere aanpassingen	78
4. Specifieke voorwaarden	78
4.1 Hernieuwingstermijn.....	78
4.2 Toegelaten cumulaties	78
4.3 Tegemoetkoming.....	79
4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	79
Subgroep 2: 410118 - 410129 Elektronische rolstoel voor gebruik binnen en buiten... ..	79
1. Functionele indicaties voor de gebruiker.....	79
1.1 Gebruiksdoel.....	79
1.2 Specifieke indicaties.....	80
2. Functionele specificaties van de rolstoel.....	81
2.1 Functionele specificaties onderste ledematen	81
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	82
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	82
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing.....	82

2.5	Functionele specificaties gebruiksdoelen	82
2.6	Functionele specificaties – technische aspecten	82
3.	Aanpassingen.....	83
3.1	Onderste ledematen.....	83
3.2	Bovenste ledematen.....	83
3.3	Positionering (zit-ruggedeelte).....	84
3.4	Veiligheid	85
3.5	Besturing/aandrijving	85
3.6	Bijzondere aanpassingen	86
4.	Specifieke voorwaarden	87
4.1	Hernieuwingstermijn.....	87
4.2	Toegelaten cumulaties	87
4.3	Tegemoetkoming.....	87
4.4	Aanvraag tegemoetkoming.....	87
	Subgroep 3: 410133 - 410144 Elektronische rolstoel voor gebruik buitenshuis	88
1.	Functionele indicaties voor de gebruiker.....	88
1.1	Gebruiksdoel.....	88
1.2	Specifieke indicaties.....	88
2.	Functionele specificaties van de rolstoel.....	90
2.1	Functionele specificaties onderste ledematen	90
2.2	Functionele specificaties bovenste ledematen.....	90
2.3	Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	90
2.4	Functionele specificaties aandrijving/besturing.....	90
2.5	Functionele specificaties gebruiksdoelen	90
2.6	Functionele specificaties – technische aspecten	91
3.	Aanpassingen.....	91
3.1	Onderste ledematen.....	91
3.2	Bovenste ledematen.....	92
3.3	Positionering (zit-ruggedeelte).....	92
3.4	Veiligheid	93
3.5	Besturing/aandrijving	93
3.6	Bijzondere aanpassingen	94
4.	Specifieke voorwaarden	94
4.1	Hernieuwingstermijn.....	94

4.2 Toegelaten cumulaties	95
4.3 Tegemoetkoming.....	95
4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	95
HOOFDGROEP 3: Elektronische scooters.....	95
Subgroep 1: 412675 - 412686: Elektronische binnenscooter.....	95
855€.....	95
1.1 Gebruiksdoelen	96
1.2 Specifieke indicaties.....	96
2.1 Functionele specificaties onderste ledematen	96
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	96
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	96
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing.....	97
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	97
2.6 Functionele specificaties – technische aspecten	97
3.1 Onderste ledematen.....	97
3.2 Bovenste ledematen.....	97
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	97
3.4 Veiligheid	98
3.5 Besturing/aandrijving.....	98
3.6 Bijzondere aanpassingen	98
4.1 Hernieuwingstermijn.....	98
4.2 Toegelaten cumulaties	98
4.3 Tegemoetkoming.....	98
4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	99
Subgroep 2: 410155 - 410166 Elektronische binnen- en buitenscooter.....	99
1. Functionele indicaties voor de gebruiker.....	99
1.1 Gebruiksdoel.....	99
1.2 Specifieke indicaties.....	99
2. Functionele specificaties van de scooter	100
2.1 Functionele specificaties onderste ledematen	100
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	100
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	100
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing.....	100
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	101

2.6 Functionele specificaties - technische aspecten	101
3. Aanpassingen.....	101
3.1 Onderste ledematen.....	101
3.2 Bovenste ledematen.....	101
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	101
3.4 Veiligheid	101
3.5 Besturing/aandrijving	102
3.6 Bijzondere aanpassingen	102
4. Specifieke voorwaarden	102
4.1 Hernieuwingstermijn.....	102
4.2 Toegelaten cumulaties	102
4.3 Tegemoetkoming.....	102
4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	103
Subgroep 3: 410177 - 410188 Elektronische buitenscooter	103
1. Functionele indicaties voor de gebruiker	103
1.1 Gebruiksdoel.....	103
1.2 Specifieke indicaties.....	103
2. Functionele specificaties van de scooter.....	104
2.1 Functionele specificaties onderste ledematen	104
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	104
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	104
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing.....	104
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	105
2.6 Functionele specificaties - technische aspecten	105
3. Aanpassingen.....	105
3.1 Onderste ledematen.....	105
3.2 Bovenste ledematen.....	105
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	105
3.4 Veiligheid	105
3.5 Besturing/aandrijving	105
3.6 Bijzondere aanpassingen	106
4. Specifieke voorwaarden	106
4.1 Hernieuwingstermijn.....	106
4.2 Toegelaten cumulaties	106

4.3 Tegemoetkoming.....	106
4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	106
2° Doelgroep: rechthebbenden tot achttien jaar:	107
HOOFDGROEP 4: Manuele kinderrolstoelen	107
Subgroep 1: 410199 - 410203 Standaard duwwandelwagen.....	107
1. Functionele indicaties voor het kind	107
1.1 Gebruiksdoel	107
1.2 Specifieke indicaties.....	107
2. Functionele specificaties van de rolstoel.....	107
2.1 Functionele specificaties onderste ledematen	107
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	107
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	108
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing	108
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	108
2.6 Functionele specificaties – technische aspecten	108
3. Aanpassingen.....	108
3.1 Onderste ledematen.....	108
3.2 Bovenste ledematen.....	108
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	108
3.4 Veiligheid	108
3.5 Besturing/aandrijving	109
4. Specifieke voorwaarden	109
4.1 Hernieuwingstermijn.....	109
4.2 Toegelaten cumulaties	109
4.3 Tegemoetkoming.....	109
4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	110
Subgroep 2: 410214 - 410225 Modulaire duwwandelwagen	110
1. Functionele indicaties voor het kind	110
1.1 Gebruiksdoel	110
1.2 Specifieke indicaties.....	110
2. Functionele specificaties van de rolstoel.....	110
2.1 Functionele specificaties onderste ledematen	110
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	111
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	111

2.4	Functionele specificaties aandrijving/besturing	111
2.5	Functionele specificaties gebruiksdoelen	111
2.6	Functionele specificaties - technische aspecten	111
3.	Aanpassingen.....	111
3.1	Onderste ledematen.....	111
3.2	Bovenste ledematen.....	111
3.3	Positionering (zit-ruggedeelte).....	112
3.4	Veiligheid	112
3.5	Besturing/aandrijving	112
4.	Specifieke voorwaarden	112
4.1	Hernieuwingstermijn.....	112
4.2	Toegelaten cumulaties	112
4.3	Tegemoetkoming.....	112
4.4	Aanvraag tegemoetkoming.....	113
	Subgroep 3: 410236 - 410247 Manuele standaardrolstoel voor kinderen	113
1.	Functionele indicaties voor het kind	113
1.1	Gebruiksdoel.....	113
1.2	Specifieke indicaties.....	113
2.	Functionele specificaties van de rolstoel.....	114
2.1	Functionele specificaties onderste ledematen	114
2.2	Functionele specificaties bovenste ledematen.....	114
2.3	Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	114
2.4	Functionele specificaties aandrijving/besturing.....	114
2.5	Functionele specificaties gebruiksdoelen	115
2.6	Functionele specificaties – technische aspecten	115
3.	Aanpassingen.....	115
3.1	Onderste ledematen.....	115
3.2	Bovenste ledematen.....	116
3.3	Positionering (zit-ruggedeelte).....	116
3.4	Veiligheid	116
3.5	Besturing/aandrijving	117
3.6	Bijzondere aanpassingen	117
4.	Specifieke voorwaarden	117
4.1	Hernieuwingstermijn.....	117

4.2 Toegelaten cumulaties	117
4.3 Tegemoetkoming.....	118
4.4 Aanvraag om tegemoetkoming.....	119
Subgroep 4: 410258 - 410269 Manuele actief rolstoel voor kinderen	119
1. Functionele indicaties voor het kind	119
1.1 Gebruiksdoel.....	119
1.2 Specifieke indicaties.....	119
2. Functionele specificaties van de rolstoel.....	120
2.1 Functionele specificaties voor de onderste ledematen	120
2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen.....	120
2.3 Functionele specificaties van de algemene zithouding en de positionering	120
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing.....	120
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen	120
2.6 Functionele specificaties – technische aspecten	121
3. Aanpassingen.....	121
3.1 Onderste ledematen.....	121
3.2 Bovenste ledematen.....	121
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	122
3.4 Veiligheid	122
3.5 Besturing/aandrijving.....	123
3.6 Bijzondere aanpassingen	123
4. Specifieke voorwaarden	123
4.1 Hernieuwingstermijn.....	123
4.2 Toegelaten cumulaties	123
4.3 Tegemoetkoming.....	124
4.4 Aanvraag om tegemoetkoming.....	124
HOOFDGROEP 5: Elektronische kinderrolstoelen	125
Subgroep 1: 410273 - 410284 – Elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis	125
1. Functionele indicaties voor het kind.....	125
1.1 Gebruiksdoel.....	125
1.2 Specifieke indicaties.....	125
2. Functionele specificaties van de rolstoel.....	126
2.1 Functionele specificaties voor de onderste ledematen	126
2.2 Functionele specificaties voor de bovenste ledematen.....	126

2.3	Functionele specificaties van de algemene zithouding en de positionering	126
2.4	Functionele specificaties aandrijving/besturing	126
2.5	Functionele specificaties gebruiksdoelen	127
2.6	Functionele specificaties – technische aspecten	127
3.	Aanpassingen.....	127
3.1	Onderste ledematen.....	127
3.2	Bovenste ledematen.....	128
3.3	Positionering (zit-ruggedeelte).....	128
3.4	Veiligheid	129
3.5	Besturing/aandrijving.....	129
3.6	Bijzondere aanpassingen	130
4.	Specifieke voorwaarden	131
4.1	Hernieuwingstermijn.....	131
4.2	Toegelaten cumulaties	131
4.3	Tegemoetkoming.....	131
4.4	Aanvraag om tegemoetkoming.....	132
	Subgroep 2: 410295 - 410306 Elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis.....	132
1.	Functionele indicaties voor het kind.....	132
1.1	Gebruiksdoel.....	132
1.2	Specifieke indicaties.....	132
2.	Functionele specificaties van de rolstoel.....	134
2.1	Functionele specificaties van de onderste ledematen.....	134
2.2	Functionele specificaties voor de bovenste ledematen.....	134
2.3	Functionele specificaties van de algemene zithouding en de positionering	134
2.4	Functionele specificaties aandrijving/besturing.....	134
2.5	Functionele specificaties gebruiksdoelen	135
2.6	Functionele specificaties – technische aspecten	135
3.	Aanpassingen.....	135
3.1	Onderste ledematen.....	135
3.2	Bovenste ledematen.....	136
3.3	Positionering (zit-ruggedeelte).....	136
3.4	Veiligheid	137
3.5	Besturing/aandrijving.....	137
3.6	Bijzondere aanpassingen	138

4.	Specifieke voorwaarden	139
4.1	Hernieuwingstermijn.....	139
4.2	Toegelaten cumulaties	139
4.3	Tegemoetkoming.....	139
4.4	Aanvraag om tegemoetkoming.....	140
3°	Doelgroep rechthebbenden bedoeld onder 1° en 2°:.....	140
	HOOFDGROEP 6: Stasystemen	140
	Subgroep 1: 410317 - 410328 Elektrisch instelbare statafel.....	140
1.	Functionele indicaties voor de gebruiker.....	140
1.1	Gebruiksdoel.....	140
1.2	Specifieke indicaties.....	140
2.	Functionele specificaties van de elektrisch instelbare statafel	141
3.	Aanpassingen.....	141
4.	Specifieke voorwaarden	141
4.1	Hernieuwingstermijn.....	141
4.2	Toegelaten cumulaties	141
4.3	Tegemoetkoming.....	142
4.4	Aanvraag om tegemoetkoming.....	142
	Subgroep 2: 410339 - 410343 Rolstoel met mechanische sta-functie	142
	Subgroep 3: 410354 - 410365 Rolstoel met elektrische sta-functie	142
1.	Functionele indicaties voor de gebruiker.....	142
1.1	Gebruiksdoel.....	142
1.2	Specifieke indicaties.....	142
2.	Functionele specificaties van de rolstoel.....	143
2.1	Functionele specificaties van de onderste ledematen.....	143
2.2	Functionele specificaties bovenste ledematen.....	143
2.3	Functionele specificaties van de algemene zithouding en de positionering	143
2.4	Functionele specificaties aandrijving/besturing.....	143
2.5	Functionele specificaties gebruiksdoelen	143
2.6	Functionele specificaties – technische aspecten	143
3.	Aanpassingen.....	144
4.	Specifieke voorwaarden	144
4.1	Hernieuwingstermijn.....	144
4.2	Toegelaten cumulaties	144

4.3 Tegemoetkoming.....	144
4.4 Aanvraag om tegemoetkoming.....	144
HOOFDGROEP 7: Orthopedische driewiel fietsen	145
Subgroep 1: 410376 - 410387 Orthopedische driewiel fiets voor gebruikers met tussenbeenlengte tot en met 70 cm	145
Subgroep 2: 410398 - 410409 Orthopedische driewiel fiets voor gebruikers met tussenbeenlengte van meer dan 70 cm.....	145
1. Functionele indicaties voor de gebruiker.....	145
1.1 Gebruiksdoel	145
1.2 Specifieke indicaties.....	145
2. Functionele specificaties van de orthopedische driewiel fiets	145
3. Aanpassingen.....	145
3.1 Onderste ledematen.....	145
3.2 Bovenste ledematen.....	146
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	146
3.4 Veiligheid	146
3.5 Besturing/aandrijving.....	146
4. Specifieke voorwaarden	146
4.1 Hernieuwingstermijn.....	146
4.2 Toegelaten cumulaties	146
4.3 Tegemoetkoming.....	147
4.4 Aanvraag om vergoeding	147
HOOFDGROEP 8: Loophulpmiddelen	148
1. Functionele indicaties voor de gebruiker.....	148
1.1 Gebruiksdoel	148
1.2 Specifieke indicaties.....	148
2. Functionele specificaties van het loophulpmiddel	148
Subgroep 1: 410413 - 410424 Loophulpmiddel met 4 vaste steunen	148
Subgroep 2: 410435 - 410446 Loophulpmiddel met 2 vaste steunen en 2 wielen zonder zit.....	148
Subgroep 3: 410457 - 410468 Loophulpmiddel met 2 vaste steunen en 2 wielen met zit	149
Subgroep 4: 410479 - 410483 Loophulpmiddel met 3 of 4 wielen	149
Subgroep 5: 410494 - 410505 Loophulpmiddel met ondersteuning van de sta-functie	149
3. Aanpassingen.....	149

4.	Specifieke voorwaarden	149
4.1	Hernieuwingstermijn.....	150
4.2	Toegelaten cumulaties	150
4.3	Tegemoetkoming.....	150
4.4	Aanvraag om tegemoetkoming.....	151
4°	Doelgroep rechthebbenden bedoeld onder 1° en 2° waarvoor een bijzondere zitaanpassing vereist is:.....	151
	HOOFDGROEP 9: Zitkussen ter preventie van doorzitwonden	151
1.	Functionele indicaties voor de gebruiker.....	151
1.1	Gebruiksdoel.....	151
1.2	Specifieke indicaties.....	151
2.	Functionele specificaties van het antidecubituszitkussen.....	152
	Subgroep 1: 410516 - 410527 Niet-individueel aanpasbaar antidecubituskussen	153
	Doelgroep 1: gebruikers met een matig risico op doorzitwonden	153
	Subgroep 2: 410538 - 410549 Niet-individueel aanpasbaar anatomisch gevormde antidecubituszit (geïntegreerd in rolstoel).....	153
	Doelgroep 1: gebruikers met een matig risico op doorzitwonden.	153
	Subgroep 3: 410553 - 410564 Individueel aanpasbaar antidecubituskussen	153
	Doelgroep 2: gebruikers met hoog risico op doorzitwonden.....	153
	Subgroep 4: 410575 - 410586 Individueel aanpasbaar antidecubituskussen type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen.....	154
	Doelgroep 3: gebruikers met hoog risico op doorzitwonden EN met een ernstige stoornis van de anatomische eigenschappen van de bekkengordel.....	154
3.	Aanpassingen.....	154
4.	Specifieke voorwaarden	154
4.1	Hernieuwingstermijn.....	154
4.2	Toegelaten cumulaties	155
4.3	Tegemoetkoming.....	156
4.4.	Aanvraag om tegemoetkoming.....	156
	HOOFDGROEP 10: Modulair aanpasbaar systeem ter ondersteuning van de zithouding	157
	Subgroep 1: Modulair aanpasbaar rugsysteem	157
	a) 413839 - 413843 Lumbale steun in zachte uitvoering.....	157
1.	Functionele indicaties voor de gebruiker.....	157
1.1	Gebruiksdoel.....	157
1.2	Specifieke indicaties.....	157

2.	Functionele specificaties van het rugsysteem.....	157
3.	Aanpassingen.....	158
4.	Specifieke voorwaarden	158
	b) 413854 - 413865 Lumbale steun in harde uitvoering	158
1.	Functionele indicaties voor de gebruiker.....	158
	1.1 Gebruiksdoel.....	158
	1.2 Specifieke indicaties.....	158
2.	Functionele specificaties van het rugsysteem.....	158
3.	Aanpassingen.....	159
4.	Specifieke voorwaarden	159
	c) 413876 - 413887 thoraco-lumbale steun in harde uitvoering	159
1.	Functionele indicaties voor de gebruiker.....	159
	1.1 Gebruiksdoel.....	159
	1.2 Specifieke indicaties.....	159
2.	Functionele specificaties van het rugsysteem.....	160
3.	Aanpassingen.....	160
4.	Specifieke voorwaarden	160
	4.1 Hernieuwingstermijn.....	160
	4.2 Toegelaten cumulaties	160
	4.3 Tegemoetkoming.....	161
	4.4 Aanvraag tegemoetkoming.....	161
	Subgroep 2: Modulair aanpasbare ziteenheid	161
	a) 413898 - 413909 Modulair aanpasbare ziteenheid inclusief bekleding, abductieklos, instelbaar en geveerd rugscharnier voor de gebruiker tot de 12 ^{de} verjaardag.....	162
	b) 413913 - 413924 Modulair aanpasbare ziteenheid inclusief bekleding, abductieklos, instelbaar en geveerd rugscharnier voor de gebruiker vanaf de 12 ^{de} verjaardag tot de 21 ^{ste} verjaardag.....	162
1.	Functionele indicaties voor de gebruiker.....	162
	1.1 Gebruiksdoel.....	162
	1.2 Specifieke indicaties.....	162
2.	Functionele specificaties van de ziteenheid.....	162
3.	Aanpassingen.....	163
	3.1 Onderste ledematen.....	163
	3.2 Bovenste ledematen.....	163
	3.3 Positionering (zit-ruggedeelte).....	163

3.4 Veiligheid	163
3.5 Besturing/aandrijving	164
3.6 Bijzondere aanpassingen	164
4. Specifieke voorwaarden	164
4.1 Hernieuwingstermijn	164
4.2 Toegelaten cumulaties	165
4.3 Tegemoetkoming	165
4.4 Aanvraag tegemoetkoming	165
HOOFDGROEP 11: Onderstel	165
Subgroep 1: 410597 - 410608 Onderstel voor zitschelp	165
1. Functionele indicaties voor de gebruiker	165
1.1 Gebruiksdoel	165
1.2 Specifieke indicaties	166
2. Functionele specificaties van het onderstel	166
2.1 Functionele specificaties van de onderste ledematen	166
2.2 Functionele specificaties van de bovenste ledematen	166
2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	166
2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing	166
2.5 Functionele specificaties gebruiksdoeleinden	166
2.6 Functionele specificaties – technische aspecten	167
3. Aanpassingen	167
3.1 Onderste ledematen	167
3.2 Bovenste ledematen	167
3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)	167
3.4 Veiligheid	167
3.5 Besturing/aandrijving	167
4. Specifieke voorwaarden	168
4.1 Hernieuwingstermijn	168
4.2 Toegelaten cumulaties	168
4.3 Tegemoetkoming	168
4.4 Aanvraag tegemoetkoming	168
Subgroep 2: 413935 - 413946 Onderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid	168
1. Functionele indicaties voor de gebruiker	168
1.1 Gebruiksdoel	168

1.2	Specifieke indicaties.....	168
2.	Functionele specificaties van het onderstel	169
2.1	Functionele specificaties van de onderste ledematen.....	169
2.2	Functionele specificaties van de bovenste ledematen	169
2.3	Functionele specificaties algemene zithouding en positionering	169
2.4	Functionele specificaties van de aandrijving/besturing	169
2.5	Functionele specificaties van de gebruiksdoeleinden	169
2.6	Functionele specificaties – technische aspecten	169
3.	Aanpassingen.....	169
4.	Specifieke voorwaarden	170
4.1	Hernieuwingstermijn.....	170
4.2	Toegelaten cumulaties	170
4.3	Tegemoetkoming.....	170
4.4	Aanvraag tegemoetkoming.....	170
	5° Doelgroep: Specifieke Mobiliteitshulpmiddelen voor rechthebbenden bedoeld onder 1° en 2°	170
	HOOFDGROEP 1: Wandelstok op wielen	170
	Subgroep 1: 414539 - 414543 Wandelstok op wielen.....	170
1.	Functionele indicaties voor de gebruiker.....	170
1.1.	Gebruiksdoel	171
1.2.	Specifieke indicaties	171
2.	Functionele specificaties van de wandelstok op wielen.	171
3.	Aanpassingen.....	171
4.	Specifieke voorwaarden	171
4.1	Hernieuwingstermijn.....	171
4.2	Toegelaten cumulaties	172
4.3	Tegemoetkoming.....	172
4.4	Aanvraag tegemoetkoming.....	173
6°	Doelgroep: rechthebbende waarvan de handicap zich voordeed voor de leeftijd van 65 jaar.	173
	Subgroep 1: Onderhoud en herstellingen van mobiliteitshulpmiddelen.....	173
1.	Beschrijving van de betrokken hulpmiddelen	173
2.	Technische specificaties voor onderhouds- en herstellingen van mobiliteitshulpmiddelen.	174
3.	Voorwaarden voor de tussenkomst.	175

4.	Raadpleging van het resterende saldo en facturering van de verstrekkingen.	176
	Subgroep 2: Tegemoetkoming voor een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening	176
	a) 414856 - 414867 : Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar.....	176
1.	Beschrijving van het hulpmiddel.	176
2.	Specifieke voorwaarden	177
2.1	Hernieuwingstermijn.....	177
2.2	Toegelaten cumulaties	177
2.3	Tegemoetkoming.....	178
2.4	Aanvraag tegemoetkoming.....	178
	b) 414878 - 414889 Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar.....	178
1.	Beschrijving van het hulpmiddel.	178
2.	Specifieke voorwaarden	179
2.1	Hernieuwingstermijn.....	179
2.2	Toegelaten cumulaties	179
2.3	Tegemoetkoming.....	180
2.4	Aanvraag tegemoetkoming.....	180
	c) 414893 - 414904 : Bluetooth module voor een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening	180
1.	Beschrijving van het hulpmiddel	180
2.	Specifieke voorwaarden	180
2.1	Hernieuwingstermijn.....	180
2.2	Toegelaten cumulaties	181
2.3	Tegemoetkoming.....	181
2.4	Aanvraag tegemoetkoming.....	181
	d) 414915 - 414926 : USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij	181
1.	Beschrijving van het hulpmiddel	181
2.	Specifieke voorwaarden	182
2.1	Hernieuwingstermijn.....	182
2.2	Toegelaten cumulaties	182
2.3	Tegemoetkoming.....	182
2.4	Aanvraag tegemoetkoming.....	182
III.	SPECIFICATIES VAN DE AANPASSINGEN BIJ DE MOBILITEITSHULPMIDDELEN VOORZIEN ONDER PUNT II.....	183

1. Onderste ledematen	183
1. Bovenste ledematen.....	186
2. Positionering (zit-ruggedeelte).....	187
4. Veiligheid	193
5. Besturing/aandrijving	194
6. Bijzondere aanpassingen.....	198
IV. MAANDELIJKS HUURFORFAIT VOOR DE VERHUUR VAN EEN MOBILITEITSHULPMIDDEL AAN RECHTHEBBENDEN OPGENOMEN IN EEN RUSTOORD VOOR BEJAARDEN OF EEN RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS.	200
1. Algemene bepalingen.....	200
1.1 Algemeen.....	200
1.2 Definitie van de onder dit punt IV vermelde begrippen	200
1.3 Specifieke bepalingen voor het huurforfait.....	201
1.3.1 Huurformule	201
1.3.2 Huurcontract verstreker-rechthebbende.....	201
1.3.2.1 Model van huurcontract.....	201
1.3.2.2 Opzegging van het huurcontract.....	202
1.4 Specifieke bepalingen voor de verstreker	203
1.5 Specifieke bepalingen voor de aflevering	204
2. Definitie van de mobiliteitshulpmiddelen beoogd in deze nomenclatuur.....	205
3. Procedures voor het bekomen van een huurforfait.....	205
3.1 Procedure bij een eerste aflevering van een rolstoel in het verhuursysteem.....	206
3.1.1 Manuele standaardrolstoel	206
3.1.2 Verhuur van manuele modulaire rolstoel of manuele verzorgingsrolstoel	206
3.2. Procedure bij vervanging van een rolstoel in het verhuursysteem	206
3.2.1 Procedure bij vervanging van een rolstoel afgeleverd in het verhuursysteem...	206
3.2.2 Procedure bij vervanging van een verhuurde rolstoel door een ander type rolstoel	206
3.3. Procedure bij hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel, afgeleverd volgens de bepalingen van punt I.....	207
3.3.1 Procedure bij hernieuwing van een rolstoel	207
3.3.2 Procedure bij voortijdige hernieuwing van een rolstoel	207
3.3.3 Procedure bij aanvraag van voortijdige aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel	207
3.4 Aanvraagprocedure voor rechthebbenden die correct kunnen worden uitgerust met de mobiliteitshulpmiddelen van deze doelgroep	208

3.5 Cumulatieregels	208
4. Documenten van de aanvraag	208
4.1 Het medisch voorschrift	208
4.2 Motiveringsrapport.....	208
4.3 De kennisgeving.....	208
5. Lijst van voor terugbetaling aangenomen producten	208
6. Verhuursysteem van mobiliteitshulpmiddelen en de aanpassingen ervan.....	209

INLEIDING

Voor de toepassing van deze nomenclatuur moet worden verstaan onder :

1.Ordonnantie van 23 maart 2017: de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag ;

2.Ordonnantie van 21 december 2018: de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen ;

3.Iriscare: de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag bedoeld in artikel 2 van de ordonnantie van 23 maart 2017 ;

4.Beheerraad: de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen van Iriscare zoals bedoeld in artikel 9, § 1 van de ordonnantie van 23 maart 2017 ;

5.Commissie van experts: de Commissie van experts opgericht door de Beheerraad om de technische aspecten te onderzoeken inzake mobiliteitshulpmiddelen, bedoeld in artikel 23/1 van de ordonnantie van 23 maart 2017 ;

6.Multidisciplinair college: het Multidisciplinair college zoals bedoeld in artikel 27/1 van de ordonnantie van 23 maart 2017 ;

7.Dienstverlener: een dienstverlener zoals bedoeld in artikel 2, 9°, van de ordonnantie van 21 december 2018 die in zijn hoedanigheid van orthopedisch technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen, orthopedisch technoloog verband- en orthopedie, orthopedisch technoloog prothese en orthopedisch technoloog schoentechniek, op professionele wijze zorgprestaties levert in het kader van het beleid voor personen met een handicap ;

8.Brusselse verzekeringsinstelling: een Brusselse regionale maatschappij van onderlinge bijstand zoals bedoeld in artikel 2, 7° van de ordonnantie van 21 december 2018 ;

9.Rechthebbende: de Brusselse verzekerde zoals bedoeld in artikel 2, 6° a), b), en c) van de ordonnantie van 21 december 2018 ;

10.Uniek loket: het uniek loket zoals bedoeld in artikel 1, 4° van het samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het uniek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ;

11. Adviserend arts: de adviserend arts zoals bedoeld in artikel 153 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte geneeskundige verzekering en uitkeringen of het orgaan dat bij ordonnantie zal worden aangewezen om de taken van deze adviserende artsen voort te zetten ; .

12. Reglement (EU)2017/745: Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad; gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/561 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen wat de datum van toepassing van een aantal bepalingen ervan betreft ;

13. Multidisciplinair team: het team bestaande uit ten minste een arts bedoeld in artikel 2, § 1, eerste lid, van het Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de beroepen in de gezondheidszorg, een specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie of een specialist met een aanvullend getuigschrift in de revalidatie voor bewegingsstoornissen, neuromotorische en neurologische aandoeningen en een ergotherapeut of kinesitherapeut als bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van paramedische beroepen of een beroep in de gezondheidszorg als bedoeld in Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van beroepen in de gezondheidszorg, dat optioneel kan worden uitgebreid tot de huisarts, verpleegkundige, maatschappelijk werker of deskundigen die deel uitmaken van de omgeving van de rechthebbende of tot de dienstverlener;

14. Tegemoetkoming: een financiële tegemoetkoming in de kost van de verstrekkingen betreffende mobiliteitshulpmiddelen zoals bedoeld in artikel 2, 18°, a) van de ordonnantie van 21 december 2018 ;

15. Gebruiker: de persoon die een mobiliteitshulpmiddel gebruikt.

I. ALGEMENE BEPALINGEN, AANNEMINGS- EN VERGOEDINGSCRITERIA

1. Algemene bepalingen

1.1 Algemeen

Komen in aanmerking voor een tegemoetkoming:

- a) de rechthebbenden die behoren tot de doelgroepen 1° tot 5° (punt II) die een mobiliteitsbeperking hebben ;

Die mobiliteitsbeperking is een gevolg van een fysieke, mentale, cognitieve of psychologische stoornis. Hierdoor is de rechthebbende niet in staat zelfstandig of zonder

hulp activiteiten of taken uit te voeren en ondervindt hij problemen om aan het maatschappelijk leven deel te nemen.

De mobiliteitsbeperkingen kunnen een gevolg zijn van:

- problemen om te lopen en zich te verplaatsen tussen verschillende locaties, zoals zich binnenshuis verplaatsen, zich verplaatsen in andere gebouwen dan thuis, zich buitenshuis verplaatsen ;
- problemen om van houding te veranderen of het lichaam stil te houden: problemen met zitten en staan en/of in- en uitstappen.

De mobiliteitsbeperkingen hebben een impact op allerhande activiteiten zoals zelfzorg, huishouden, opleiding, werk, vrije tijd, kortom het maatschappelijk leven.

De mobiliteitsbeperkingen zijn een gevolg van functiestoornissen van het bewegingssysteem of stoornissen van de anatomische bouw, ongeacht de oorzaak ervan. De functiestoornissen van het bewegingsapparaat kunnen ook een gevolg zijn van stoornissen in de functies van andere lichaamsstelsels, zoals hart- en bloedvatenstelsel, zenuwstelsel, ademhalingsstelsel enz.

De mobiliteitsbeperkingen moeten van definitieve aard zijn of van een duur die ten minste gelijk is aan de vastgestelde hernieuwingstermijn.

b) de rechthebbenden die behoren tot doelgroep 6° (punt II) en van wiens handicap in verband met verlies van mobiliteit is opgetreden vóór de leeftijd van 65 jaar. De handicap wordt gedefinieerd als de beperking van de mogelijkheden tot sociale en professionele integratie als gevolg van een gebrek of een vermindering van ten minste 30% van de fysieke capaciteit of ten minste 20% van de mentale capaciteit

Komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming:

- rechthebbenden die verblijven in een ziekenhuis zoals bedoeld in artikel 2 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, met uitzondering van verblijven in psychiatrische ziekenhuizen bedoeld in artikel 3 van dezelfde wet. De tegemoetkoming voor een mobiliteitshulpmiddel kan wel bij uitzondering in een ziekenhuis worden toegekend na goedkeuring door de adviserend arts wanneer de ontslagregeling van de rechthebbende bekend is of in het kader van een revalidatieplan ter voorbereiding van het ontslag. Met ontslagregeling wordt bedoeld: de concrete afspraken die gericht zijn op ontslag, de vermoedelijke ontslagdatum en de ontslagprocedure.
- Voor de rechthebbenden opgenomen in een van de volgende verzorgingsinrichtingen, met name in een psychiatrisch verzorgingstehuis en alle inrichtingen voor personen met een handicap, is slechts een vergoeding mogelijk wanneer de rolstoel noodzakelijk is voor individueel en definitief gebruik.

- Voor rechthebbenden opgenomen in een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis, zoals bedoeld in artikel 34, 11° en 12° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, zijn de bepalingen onder punt IV van toepassing. Deze rechthebbenden kunnen slechts in aanmerking komen voor een tegemoetkoming volgens de bepalingen vermeld onder punt I tot III wanneer zij volgens hun functionele behoeften behoefte hebben aan een ander mobiliteitshulpmiddel dan die vermeld in punt IV, 6.

De hier gebruikte definities zijn gebaseerd op de Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren (ICF) opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie.

1.2 Specifieke bepalingen voor de dienstverlener

De dienstverlener moet de aflevering van de in de punten II en III vermelde producten zelf uitvoeren. Die producten moeten bij de aflevering aan de rechthebbende aangepast worden.

De rechthebbende moet alle aanwijzingen over het gebruik en het onderhoud van het product ontvangen.

De dienstverlener moet over de nodige installatie en het gereedschap beschikken om de verstrekkingen aan te passen en kleine herstellingen uit te voeren, zoals bepaald in artikel 85bis van het Koninklijk Besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Wanneer een rechthebbende een medisch voorschrift heeft, zich niet of zeer moeilijk kan verplaatsen en een beroep doet op een dienstverlener, dan kan die zorgverstrekker zich naar de woonplaats van de rechthebbende begeven.

De dienstverlener mag deze producten noch te koop aanbieden, noch verstrekken op markten, beurzen of andere openbare plaatsen, noch venten.

2. Definitie van de mobiliteitshulpmiddelen bedoeld in de nomenclatuur

Onder mobiliteitshulpmiddelen wordt verstaan: een rolstoel, loophulpmiddel, een wandelstok op wielen of orthopedische driewielers, een wandelstok op wielen en bij uitbreiding een sta-systeem. Deze mobiliteitshulpmiddelen zijn bedoeld om de bewegingsfunctie te ondersteunen.

Een rolstoel, loophulpmiddel, orthopedische driewielers of een wandelstok op wielen is een speciaal ontworpen toestel om personen te helpen zich binnenshuis of buitenshuis te

verplaatsen. Een sta-systeem is een toestel waarmee personen met een ernstige of volledige beperking van de sta-functie (rechttop blijven staan) zich recht kunnen houden.

Overeenkomstig de Verordening (EU) 2017/745 zijn rolstoelen, loophulpmiddelen, orthopedische driewiel fietsen, een wandelstok op wielen of sta-systemen te beschouwen als medische hulpmiddelen en volgens de ISO 9999-norm als technische hulpmiddelen.

Onder de definitie van mobiliteitshulpmiddel vallen geen producten of technologieën die personen in het dagelijks leven ondersteunen, functionele stimulators, communicatie-ondersteunende systemen en omgevingsbedieningssystemen.

3. Aanvraagprocedure

3.1 Uniek loket

Alle documenten dienen om een tegemoetkoming aan te vragen.

De rechthebbende die verzekerd is bij de Vlaamse Sociale Bescherming, verklaart op een document, goedgekeurd door de Beheerraad, op advies van de Commissie van experts dat de bij de Brusselse Regionale Maatschappij voor onderlinge bijstand ingediende aanvraag voor het mobiliteitshulpmiddel niet werd ingediend bij een erkende zorgkas overeenkomstig het decreet van 18 mei 2018 betreffende de Vlaamse Sociale Bescherming.

De rechthebbende verklaart geen aanvraag om een tegemoetkoming in te dienen waarvoor cumulatie verboden is en waarvoor de hernieuwingstermijn niet afgelopen is. Hij verbindt zich ertoe een gecumuleerde tegemoetkoming terug te betalen.

De beslissing over het toekennen van een mobiliteitshulpmiddel en zijn aanpassingen is bindend.

Een verstrekking mag niet gecumuleerd worden met tegemoetkomingen van andere instellingen.

3.2 Aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel en/of aanpassingen, met uitzondering van loophulpmiddelen

De producten in de punten II en III, met uitzondering van loophulpmiddelen (zie punt 3.3.10) mogen enkel verstrekt worden op medisch voorschrift en in overeenstemming met het voorschrift. Het voorschrift blijft, te rekenen vanaf de datum ervan, geldig gedurende :

- twee maanden indien het om een eerste aanvraag gaat ;
- zes maanden indien het om een hernieuwing gaat.

De erkende dienstverlener richt de aanvraag om een tegemoetkoming voor een mobiliteitshulpmiddel en/of aanpassingen aan de adviserend arts.

De erkende dienstverlener brengt de rechthebbende op de hoogte als de adviserend arts de aanvraag voor het toestel en/of het toebehoren weigert. Als de hulpmiddelen op verzoek van de rechthebbende al afgeleverd werden voordat de beslissing van de adviserend arts bekend was, zijn ze voor rekening van de rechthebbende.

De keuze van het mobiliteitshulpmiddel en/of aanpassingen moet duidelijk gemotiveerd zijn in de aanvraagdocumenten, meer specifiek in het medisch voorschrift, desgevallend het motiveringsrapport en/of het multidisciplinair functioneringsrapport.

Naargelang de vereiste procedure beoordeelt de adviserend arts de aanvraag op basis van het medisch voorschrift, het functioneringsrapport, het motiveringsrapport en de aanvraag om een tegemoetkoming.

Op basis van alle documenten bepaalt de adviserend arts uiteindelijk of de rechthebbende in aanmerking komt voor een tegemoetkoming voor het voorgestelde mobiliteitshulpmiddel en de eventuele noodzakelijke aanpassingen. Hij doet dit op basis van een globale beoordeling van alle elementen in het dossier, dus het beoogde gebruiksdoel, en een globale beoordeling [van de beschrijving en van de typeringen] van de verschillende functionele en anatomische stoornissen van de rechthebbende en van de bewegings- en participatiebeperkingen die daarvan het gevolg zijn.

De adviserend arts reageert binnen de twintig werkdagen op de ingediende aanvraag. te rekenen vanaf de ontvangst van het dossier door de Brusselse verzekeringsinstelling. Die reactie kan de volgende beslissingen inhouden :

- de aanvraag wordt goedgekeurd ;
- de aanvraag wordt geweigerd op basis van een uitgebreide motivatie ;
- de aanvraag is onvolledig of vergt bijkomende informatie. De adviserend arts heeft in dat geval vijftien supplementaire werkdagen om te beslissen, te rekenen vanaf de ontvangstdatum van het vervolledigde dossier ;
- de rechthebbende wordt onderworpen aan een fysiek onderzoek. De beslissingstermijn van de adviserend arts wordt verlengd met vijftientwintig werkdagen.

Als de adviserend arts niet antwoordt binnen de voormelde termijnen, is de ingediende aanvraag goedgekeurd.

De aflevering dient te gebeuren binnen een termijn van vijfenzeventig werkdagen volgend op de datum van de goedkeuring door de adviserend arts, behoudens een bewezen overmacht.

Het model voor de vereiste documenten is vastgelegd door de Beheerraad, op advies van de Commissie van experts.

3.3 Specifieke aanvraagprocedures

3.3.1 De basisprocedure

De basisprocedure is geldig voor de aanvraag om een standaardrolstoel of een orthopedische driewiel fiets. De tegemoetkoming wordt toegekend op basis van het medisch voorschrift en de aanvraag om een tegemoetkoming ingediend door de erkende dienstverlener.

De adviserend arts beslist of het dossier al dan niet wordt goedgekeurd. Hij kan echter bijkomende inlichtingen vragen aan zowel de voorschrijvend arts als aan de erkende dienstverlener, waarbij hij beide partijen daarover informeert.

De aanvraag om een orthopedische driewiel fiets in cumulatie met een rolstoel moet worden opgemaakt volgens de regels van de uitgebreide aanvraagprocedure (zie punt 3.3.2).

3.3.2 De uitgebreide procedure

De uitgebreide procedure is geldig voor de aanvraag om een modulaire rolstoel, een manuele verzorgingsrolstoel, een elektronische binnenscooter, een zitsysteem, een antidecubituskussen, een onderstel voor zitschelp, een modulair aanpasbaar rugsysteem, een wandelstok op wielen een orthopedische driewiel fiets in cumulatie met een rolstoel, met uitzondering van de cumulatie met een actief rolstoel voor volwassenen waarvoor de procedure onder punt 3.3.3. moet worden gevolgd. De tegemoetkoming wordt toegekend op basis van het medisch voorschrift, het motiveringsrapport en de aanvraag om een tegemoetkoming ingediend door de erkende dienstverlener.

Het motiveringsrapport wordt opgesteld door de erkende dienstverlener.

De adviserend arts beslist of het dossier al dan niet wordt goedgekeurd. Hij kan echter bijkomende inlichtingen vragen aan zowel de voorschrijvend arts als aan de erkende dienstverlener, waarbij hij beide partijen daarover informeert.

Een aanvraag om een kinderrolstoel in cumulatie met een reeds afgeleverde of gelijktijdig afgeleverde orthopedische driewiel fiets moet worden opgemaakt volgens de regels van de bijzondere procedure (zie punt 3.3.3.).

3.3.3 De bijzondere procedure

De bijzondere procedure is geldig voor de aanvraag om een kinderrolstoel, een actief rolstoel, een actief rolstoel met individuele maatvoering, een elektronische rolstoel, een elektronische binnen- en buitenscooter, een elektronische buitenscooter, een sta-systeem, een modulair aanpasbare ziteenheid, een onderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid of een orthopedische driewiel fiets in cumulatie met een manuele actief rolstoel voor volwassenen of met een actief rolstoel met individuele maatvoering, of een kinderrolstoel in cumulatie met een reeds afgeleverde of gelijktijdig afgeleverde orthopedische driewiel fiets.

De tegemoetkoming wordt toegekend op basis van het medisch voorschrift, het functioneringsrapport, het motiveringsrapport en de aanvraag om een tegemoetkoming ingediend door de erkende dienstverlener.

Het functioneringsrapport moet multidisciplinair opgesteld worden.

De dienstverlener stelt het motiveringsrapport op en is verantwoordelijk voor de keuze van het mobiliteitshulpmiddel op basis van de functionele evaluatie van de multidisciplinaire equipe.

De adviserend arts beslist of het dossier al dan niet wordt goedgekeurd. Hij kan echter bijkomende inlichtingen vragen aan zowel de voorschrijvend arts, het multidisciplinair team als de erkende dienstverlener, waarbij hij beide partijen daarover informeert.

3.3.4 Procedure bij hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel

De te volgen procedure in geval van hernieuwing wordt bepaald door de procedure die van toepassing is op het mobiliteitshulpmiddel bedoeld in punt I, 2, en niet door de aanpassingen die eraan verbonden zijn.

In geval van hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel door een verstrekking van dezelfde hoofdgroep en subgroep is de basisprocedure (zie punt 3.3.1) van toepassing, ongeacht de eventuele wijzigingen in de aanpassingen.

In geval van hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel, met uitzondering van de elektronische rolstoelen of van de elektronische scooters, door een verstrekking van een andere hoofdgroep of subgroep is de procedure van het aangevraagde mobiliteitshulpmiddel van toepassing.

In geval van hernieuwing van een elektronische rolstoel of een elektronische scooter door respectievelijk een elektronische rolstoel of een elektronische scooter van een andere subgroep is de uitgebreide procedure van toepassing (zie punt 3.3.2.).

3.3.5 Procedure bij voortijdige hernieuwing van een rolstoel

Als de gebruiker onvoorziene en grote veranderingen in de bewegingsfunctie of veranderingen van de anatomische bouw ondervindt en dus een voortijdige hernieuwing noodzakelijk is, dan kan de dienstverlener een aanvraag indienen bij de adviserend arts.

Een aanvraag om een voortijdige hernieuwing moet worden opgemaakt volgens de regels van de bijzondere aanvraagprocedure (zie punt 3.3.3.).

Die aanvraagprocedure is enkel toegelaten bij de aflevering van een nieuwe rolstoel. De rolstoel en de aanpassingen moeten vermeld zijn onder de verstrekkingen in punt II en moeten voorkomen op de lijst van erkende producten.

3.3.6 Aanvraagprocedure voor voortijdige aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel

Als de rechthebbende functionele veranderingen van het bewegingsapparaat of stoornissen van de anatomische bouw ondervindt en er dus voortijdige aanpassingen noodzakelijk zijn, dan kan de dienstverlener een aanvraag indienen bij de adviserend arts.

Een aanvraag om voortijdige aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel moet worden opgemaakt volgens de regels van de bijzondere aanvraagprocedure (zie punt 3.3.3.) indien die aanvraag ingediend wordt binnen twee jaar na de aflevering van de rolstoel. Als de aanvraag twee jaar na de aflevering van de rolstoel ingediend wordt, moet de uitgebreide aanvraagprocedure (zie punt 3.3.2) gevolgd worden.

Die procedure is enkel toegelaten voor aanpassingen aan een rolstoel waarvoor een tegemoetkoming werd toegekend. De aanpassingen moeten vermeld zijn onder de verstrekkingen in punt II en moeten voorkomen op de lijst van erkende producten.

Bestaande aanpassingen kunnen nooit voortijdig vernieuwd worden. In geen geval komen onderhoud of herstelling van de rolstoel hiervoor in aanmerking.

3.3.7 Procedure voor forfaitaire tegemoetkomingen

De adviserend arts kan een forfaitaire tegemoetkoming toekennen aan de rechthebbende voor wie een ander mobiliteitshulpmiddel aangevraagd wordt dan het mobiliteitshulpmiddel waarvoor hij volgens zijn functionele criteria in aanmerking komt.

Als een bepaald mobiliteitshulpmiddel, waarvoor de rechthebbende volgens de functionele criteria niet in aanmerking komt, op uitdrukkelijk verzoek van de rechthebbende wordt aangevraagd, dan moet de dienstverlener dat vermelden in het motiveringsrapport.

In geval van een eerste aanvraag voor een mobiliteitshulpmiddel dient de procedure voor het aangevraagde type mobiliteitshulpmiddel te worden gevolgd. Indien blijkt dat de rechthebbende niet voldoet aan de functionele indicaties die bepaald zijn voor het mobiliteitshulpmiddel van zijn keuze, dan kan in het motiveringsrapport of het functioneringsrapport vermeld worden dat hij instemt met een forfaitaire tegemoetkoming.

Indien de rechthebbende onmiddellijk kiest voor een forfaitaire tegemoetkoming, dan moet de procedure voor het type mobiliteitshulpmiddel waarvoor hij volgens zijn functionele criteria in aanmerking komt, gevolgd worden. Als het mobiliteitshulpmiddel waarvoor de forfaitaire tegemoetkoming wordt aangevraagd een elektronische rolstoel, een elektronische binnen- en buitenscooter of een elektronische buitenscooter is, moet tevens een test worden uitgevoerd waaruit blijkt dat de rechthebbende bekwaam is om het hulpmiddel op een oordeelkundige manier te bedienen.

In geval van hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel waarvoor een forfaitaire tegemoetkoming werd toegekend, kan die forfaitaire tegemoetkoming direct door de dienstverlener aangevraagd worden, mits uitdrukkelijk akkoord van de rechthebbende. Die aanvraag moet opgemaakt worden volgens de regels van de uitgebreide procedure. (zie punt 3.3.2.) Indien de rechthebbende slechts voldoet aan de functionele specificaties van

de standaardrolstoel, dan mag de aanvraag opgemaakt worden volgens de basisprocedure (zie punt 3.3.1.)

De forfaitaire tegemoetkoming is bepaald op basis van het bedrag van de tegemoetkoming van het mobiliteitshulpmiddel waarvoor hij in aanmerking komt. De regels voor forfaitaire tegemoetkomingen zijn per mobiliteitshulpmiddel bepaald in punt II.

In geval van een forfaitaire tegemoetkoming gelden de hernieuwingstermijnen en de toegelaten cumulaties die bepaald zijn voor het mobiliteitshulpmiddel waarvoor de rechthebbende volgens zijn functionele criteria in aanmerking komt. Die bepalingen zijn per mobiliteitshulpmiddel bepaald in punt II.

Het mobiliteitshulpmiddel dat wordt afgeleverd, moet vermeld zijn onder de verstrekkingen in punt II en moet voorkomen op de lijst van erkende producten.

3.3.8. Aanvraagprocedure voor de individuele dossiers betreffende rolstoelen met maatwerk

Mobiliteitshulpmiddelen : tegemoetkoming voor individueel maatwerk

De orthopedisch technoloog dient een dossier met een aanvraag tot maatwerk bij de adviserend arts. De adviserend arts controleert of het dossier met betrekking tot de rolstoelen met individuele maatuitvoering volledig is en zendt het samen met zijn advies naar het Multidisciplinair college. Na advies van de Commissie van experts met betrekking tot dit individuele dossier beslist het Multidisciplinair college of de tegemoetkoming voor het aangevraagde maatwerk al dan niet wordt toegekend. Het Multidisciplinair college deelt zijn beslissing mee aan de adviserend arts die de rechthebbende en de dienstverlener in kennis stelt.

Deze dossiers zijn "dossiers met betrekking tot de rolstoelen met individuele maatuitvoering"; in de zin van artikel 27/1, § 2, eerste lid, 1°, a) van de ordonnantie van 23 maart 2017. Zij betreffen:

a) mobiliteitshulpmiddelen die onder artikel 2, 3), van de Verordening (EU) 2017/745 vallen en niet in de nomenclatuur zijn gedefinieerd wat hun functionele en technische specificaties betreft.

Het gaat over elk hulpmiddel dat specifiek is vervaardigd volgens een geschreven voorschrift van een naar behoren gekwalificeerd beroepsbeoefenaar waarin, onder verantwoordelijkheid van deze laatste, de specifieke kenmerken van het ontwerp zijn aangegeven en dat bestemd is om uitsluitend voor een specifieke gebruiker te worden gebruikt.

De hulpmiddelen die volgens methoden van continu- of massaproductiemethoden worden vervaardigd en die een aanpassing vereisen om te voldoen aan de specifieke behoeften van de arts of van een andere professionele gebruiker, komen niet in aanmerking.

Het gebruik van dit hulpmiddel is alleen mogelijk indien er geen alternatief bestaat in serie geproduceerde producten.

De huidige aanvraagprocedure is enkel toegelaten wanneer een mobiliteitshulpmiddel wordt verstrekt. Aanpassingen aan de elektronische besturing, zoals bedoeld in punt II onder de rubriek "forfaitaire tegemoetkoming besturing/aandrijving", vallen niet onder het toepassingsgebied van deze procedure.

Hernieuwingstermijn voor mobiliteitshulpmiddelen die via deze procedure zijn toegekend:

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.

Een tegemoetkoming in het kader van punt a) kan alleen worden ingevoerd als er geen alternatief is in de serieproducten op de productenlijst.

Een aanvraag in het kader van de aanvraagprocedure in het kader van punt a) , moet worden opgemaakt volgens de regels van de bijzondere procedure (zie punt 3.3.3).

b) mobiliteitshulpmiddelen die niet onder het toepassingsgebied van artikel 2, 3), van de Verordening (EU) 2017/745 vallen, maar die niet geassocieerd zijn met een van de nomenclatuurcodes als bedoeld in punt II, maar die de rechthebbende in staat stellen te profiteren van een aanzienlijke toegenomen autonomie die een mobiliteitshulpmiddel als bedoeld in punt II. niet zou kunnen bieden.

Dit heeft betrekking op in massa geproduceerde hulpmiddelen die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur, die een specifiek doel dienen en zijn aangepast aan een gebruiker wiens handicap in verband met verlies van mobiliteit is opgetreden vóór de leeftijd van 65 jaar. De toekenning van deze tegemoetkoming is afhankelijk van het feit dat geen enkel ander genomenclaturiseerd hulpmiddel dezelfde functionaliteiten biedt en voldoet aan de behoeften van de rechthebbende als het aangevraagde hulpmiddel.

Elk hulpmiddel met dezelfde functies als een hulpmiddel waarin de nomenclatuur voorziet, maar dat niet aan de voorwaarden en kwaliteitscriteria van de nomenclatuur voldoet, wordt automatisch uitgesloten.

Bovendien moet voor elk mobiliteitshulpmiddel een test worden uitgevoerd waaruit blijkt dat de rechthebbende het mobiliteitshulpmiddel naar behoren kan gebruiken.

Alle gedetailleerde gegevens over het/de betreffende mobiliteitshulpmiddel(en) moeten bij de aanvraag worden gevoegd.

Hernieuwingstermijn voor mobiliteitshulpmiddelen die via deze procedure zijn toegekend :

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.

Een aanvraag tot tegemoetkoming in bedoeld in punt b) kan alleen worden ingevoerd als er geen alternatief is in de serieproducten op de productenlijst.

Een aanvraag in het kader van de aanvraagprocedure bedoeld in punt b) , moet worden opgemaakt volgens de regels van de bijzondere procedure (zie punt 3.3.3).

Het maximale bedrag van de tegemoetkoming bedraagt 15000€ met uitzondering van de aandrijfhulpmiddelen waarvoor het maximumbedrag wordt vastgesteld op 5000€.

c) mobiliteitshulpmiddelen die in de punten II en III zijn genoemd, maar waarvoor geen product is opgenomen in de lijst van producten die voor terugbetaling in aanmerking komen

Indien blijkt dat geen enkel product overeenstemt met een in de nomenclatuur omschreven mobiliteitshulpmiddel en dat er bijgevolg geen enkel product voorkomt op de lijst van voor terugbetaling in aanmerking komende producten, kan de begunstigde volgens deze procedure een aanvraag tot tussenkomst indienen.

Elk hulpmiddel met dezelfde functies als een hulpmiddel dat in de nomenclatuur is opgenomen, maar dat niet aan de voorwaarden en kwaliteitscriteria van de nomenclatuur voldoet, wordt automatisch uitgesloten.

Bovendien moet voor elk mobiliteitshulpmiddel een test worden uitgevoerd waaruit blijkt dat de rechthebbende het mobiliteitshulpmiddel naar behoren kan gebruiken.

De nomenclatuurcode die van toepassing is en de hernieuwingstermijnen zijn identiek aan de voor de mobiliteitshulpmiddelen vermeld in de punten II en III, maar waarvoor geen product is opgenomen in de lijst van producten die voor vergoeding in aanmerking komen.

Alle gedetailleerde gegevens over het/de betreffende mobiliteitshulpmiddel(en) moeten bij de aanvraag worden gevoegd.

Het bedrag van de tegemoetkoming komt overeen met het bedrag dat is vastgesteld in de nomenclatuur voor dit soort hulpmiddel en de aanpassingen ervan.

De procedure tot aanvraag van een tegemoetkoming bedoeld in punt c) staat in punt 4.4 van de hoofdgroep waarin het mobiliteitshulpmiddel zich bevindt.

d) de toekenning van een tweede mobiliteitshulpmiddel en de aanpassingen daarvan uit de punten II en III, waarvoor cumulatie is toegestaan.

Dit heeft betrekking op in massa geproduceerde hulpmiddelen die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur, die een specifiek doel dienen en zijn aangepast aan een gebruiker wiens handicap in verband met verlies van mobiliteit is opgetreden vóór de leeftijd van 65 jaar. De toekenning van een hulpmiddel met maatwerk is afhankelijk van het feit dat de begunstigde al uitgerust is met een mobiliteitshulpmiddel bedoeld onder punt II en III.

De tweede hulpmiddelen hebben betrekking op:

- Manuele standaardrolstoel (410015 - 410026)
- Manuele modulaire rolstoel (410037 - 410048)
- Manuele verzorgingsrolstoel (410059 - 410063)
- Manueel actief rolstoel (410074 - 410085)
- Standaard duwwandelwagen (410199 - 410203)
- Modulaire duwwandelwagen (410214 - 410225)
- Manuele standaardrolstoel voor kinderen (410236 - 410247)
- Manueel actief rolstoel voor kinderen (410258 - 410269)
- Onderstel voor zitschelp (410597 - 410608)

Het bedrag van de tegemoetkoming komt overeen met het bedrag dat is vastgesteld in de nomenclatuur voor de hulpmiddelen hierboven opgenomen en de aanpassingen ervan.

Hernieuwingstermijn voor mobiliteitshulpmiddelen die via deze procedure zijn toegekend :

- Voor gebruikers tot hun 18^{de} verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.
- Voor gebruikers vanaf hun 18^{de} verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 9 jaar

De cumulaties die niet voorkomen in de tabel, zijn niet toegestaan.

	Manuele standaardrolstoel volwassenen	Manuele modulaire rolstoel	Manuele verzorgingsrolstoel	Manueel actief rolstoel	Manueel actief rolstoel met individuele maatvoering	Elektronische rolstoel volwassenen	Elektronische scooter	Standaard duwwandelwagen en kinderen	Modulaire duwwandelwagen en kinderen	Manuele standaardrolstoel kinderen	Manueel actief rolstoel kinderen	Elektronische rolstoel kinderen	Elektronische rolstoel kinderen	Manueel actief rolstoel met sta-functie	Onderstel voor zitschelp	Rolstoel met maatwerk
2 ^{de} manuele standaardrolstoel volwassenen	X	X	X	X		X	X	X						X		X
2 ^{de} manuele modulaire rolstoel volwassenen		X	X			X	X							X		X
2de manuele verzorgingsrolstoel volwassenen			X			X										X
2 ^{de} manueel actief rolstoel volwassenen				X												X
2 ^{de} manueel actief rolstoel met individuele maatvoering volwassenen					X											X
2de standaard duwwandelwagen kinderen								X		X		X	X			X
2de modulaire duwwandelwagen kinderen		X							X							X
2de manuele standaardrolstoel kinderen									X					X		X
2 ^{de} manueel actief rolstoel kinderen							X									X
2de onderstel voor zitschelp															X	X

Een tegemoetkoming voor een 2^{de} rolstoel, vernoemd hierboven, kan worden bekomen als de gebruiker al een tegemoetkoming voor een rolstoel heeft genoten en beantwoordt aan één van de volgende voorwaarden:

- wanneer de gebruiker in een semi-residentiële of residentiële voorziening verblijft en de rolstoel niet van thuis uit kan vervoeren ;
- wanneer de structuur van de woning van de rechthebbende met zich brengt dat hij of zij een tweede hulpmiddel nodig heeft op een andere verdieping en niet beschikt over een lift die rolstoeltoegankelijk is ;
- wanneer de gebruiker in het kader van een opleiding, werk of activiteit zijn rolstoel niet zelfstandig kan meenemen en een tweede rolstoel nodig heeft ;
- wanneer de gebruiker een tegemoetkoming heeft ontvangen voor een binnen/buitenscooter of een buitenscooter en volledig beperkt is voor verplaatsingen binnenshuis.

De aanvraag tot tegemoetkoming is opgenomen in punt 4.4 van de hoofdgroep waarin het mobiliteitshulpmiddel zich bevindt.

e) de toekenning van een tweede antidecubituskussen uit punt II, waarvoor cumulatie is toegestaan.

Dit heeft betrekking op in massa geproduceerde hulpmiddelen die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur, die een specifiek doel dienen en zijn aangepast aan een gebruiker wiens handicap in verband met verlies van mobiliteit is opgetreden vóór de leeftijd van 65 jaar. De toekenning van een hulpmiddel met maatwerk is afhankelijk van het feit dat de begunstigde al uitgerust is met een tweede mobiliteitshulpmiddel bedoeld onder punt II en III.

De tweede antidecubituskussens hebben betrekking op:

- een tweede niet-individueel aanpasbaar antidecubituskussen (410516- 410527)
- een tweede individueel aanpasbaar antidecubituskussen (410553 - 410564)
- een tweede individueel aanpasbaar antidecubituskussen type luchtkussens met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussens (410575 - 410586)

Hernieuwingstermijnen voor de antidecubituskussens toegekend via deze procedure:

- voor een tweede niet-individueel aanpasbaar antidecubituskussen wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 3 jaar..
- voor een tweede individueel aanpasbaar antidecubituskussen wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op :
 - 4 jaar voor de gebruikers tot hun 18de verjaardag ;
 - 6 jaar voor de gebruikers vanaf hun 18de verjaardag.
- voor een individueel aanpasbaar antidecubituskussen type luchtkussens met celstructuur of Flow-Fluidgelkussens wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op :
 - 4 jaar voor de gebruikers tot hun 18de verjaardag ;

- 6 jaar voor de gebruikers vanaf hun 18de verjaardag.

Het tweede antidecubituskussen moet gecumuleerd worden met:

- Voor de gebruikers vanaf hun 18de verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 1° :
 - Tweede manuele modulaire rolstoel ;
 - Tweede manuele verzorgingsrolstoel voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese ;
 - Tweede manuele actief rolstoel ;
 - Tweede manuele actief rolstoel met individuele maatvoering ;
- voor de gebruikers tot hun achttiende verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 2° :
 - Manuele actief rolstoel voor kinderen.

Het bedrag van de tegemoetkoming van het tweede antidecubituskussen komt overeen met het bedrag dat in de nomenclatuur voor dit type antidecubituskussen is vastgesteld.

Voor een tweede antidecubituskussen ter preventie van doorzitwonden kan een tegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat het kussen is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten en op voorwaarde dat de gebruiker een tegemoetkoming voor een tweede nieuwe rolstoel aanvraagt of beschikt over een tweede rolstoel waarvoor een tegemoetkoming werd toegestaan in het verleden en dat het tweede aangevraagde kussen van dezelfde categorie is als het eerste kussen.

De aanvraag tot tegemoetkoming is opgenomen in punt 4.4 van de hoofdgroep waarin het antidecubituskussen zich bevindt

3.3.9 Aanvraagprocedure voor rechthebbenden die niet correct uit te rusten zijn met de mobiliteitshulpmiddelen voor hun doelgroep

Rechthebbenden tot 18 jaar die voldoen aan de functionele indicaties van de kinderrolstoelen, maar die een rolstoel met een zitbreedte van meer dan 36 cm nodig hebben, kunnen een tegemoetkoming ontvangen, op voorwaarde dat de rolstoel op de lijst staat van de rolstoelen in punt II, 1° Doelgroep: rechthebbenden vanaf 18 jaar, en op voorwaarde dat uit het motiveringsrapport van de dienstverlener en/of het multidisciplinaire functioneringsrapport blijkt dat die rolstoel om technische of functionele redenen noodzakelijk is.

De specifieke voorwaarden voor hernieuwingstermijnen, toegelaten cumulatie en voortijdige hernieuwingen voor kinderrolstoelen blijven evenwel geldig.

Rechthebbenden vanaf 18 jaar, die voldoen aan de functionele indicaties van de rolstoelen bepaald onder punt II, 1°, maar die een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm nodig hebben, kunnen een tegemoetkoming ontvangen, op voorwaarde dat de rolstoel op de lijst staat van de rolstoelen in punt II, 2° Doelgroep: rechthebbenden tot 18 jaar.

De specifieke voorwaarden voor hernieuwingstermijnen, toegelaten cumulaties en voortijdige hernieuwingen, alsook de tegemoetkomingsbedragen voor de overeenstemmende rolstoelen onder punt II, 1° blijven evenwel geldig.

3.3.10 Procedure voor de vergoeding van een loophulpmiddel

Om een tegemoetkoming voor een loophulpmiddel te ontvangen, is geen akkoord van de adviserend arts vereist. De tegemoetkoming wordt toegekend op basis van het medisch voorschrift en het getuigschrift van aflevering, die beide worden ingediend door de erkende dienstverlener.

Het loophulpmiddel dat afgeleverd wordt, moet vermeld zijn onder de verstrekkingen in punt II en moet voorkomen op de lijst van erkende producten. De loophulpmiddelen mogen enkel afgeleverd worden op medisch voorschrift en in overeenstemming met het voorschrift. Het voorschrift blijft, te rekenen vanaf de datum ervan, geldig gedurende :

- twee maanden indien het om een eerste aflevering gaat ;
- zes maanden indien het om een hernieuwing gaat.

Het loophulpmiddel moet afgeleverd worden binnen vijfenzeventig werkdagen volgend op de afgifte datum van het voorschrift aan de dienstverlener, behoudens een bewezen overmacht.

3.3.11 Hernieuwingstermijnen en cumulatierregels

De hernieuwingstermijnen en cumulatierregels zijn per mobiliteitshulpmiddel bepaald in punt II.

De hernieuwingstermijn is steeds te rekenen vanaf de datum van de vorige verstrekking en volgens de leeftijd van de rechthebbende op die datum.

Binnen een vastgelegde hernieuwingstermijn kan nooit meer dan één rolstoel, loophulpmiddel, een wandelstok op wielen, sta-systeem of orthopedische driewiel fiets afgeleverd worden, behoudens uitzondering de toegestane cumulaties vermeld in punt II. en in het punt II 6°, subgroepen 2 en 3, bedoelde tweede hulpmiddelen.

3.3.12 Procedure voor voortijdige hernieuwing van een antidecubituskussen

Als de rechthebbende onvoorziene en grote veranderingen ondervindt in zijn functioneren of in de anatomische bouw van het bekken of stuit waardoor hij van doelgroep verandert en waardoor de subgroep van antidecubituskussen gewijzigd moet worden binnen de

hernieuwingstermijn, dan kan de erkende dienstverlener een aanvraag indienen bij de adviserend arts.

Een aanvraag om een voortijdige hernieuwing van een antidecubituskussen moet worden opgemaakt volgens de regels van de uitgebreide aanvraagprocedure (zie punt 3.3.2). Uit het medisch voorschrift moet blijken dat de patiënt aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoet.

3.3.13 Procedure voor het jaarlijkse aanpasforfait van een modulair aanpasbare ziteenheid

Voor het jaarlijkse aanpasforfait van een modulair aanpasbare ziteenheid (verstrekkingen 413736-413747 en 413758-413769) is geen medisch voorschrift vereist.

Die verstrekking kan maximaal één keer per jaar, vanaf de dertiende maand na de aflevering van de modulair aanpasbare ziteenheid geattesteerd worden en dekt zowel de arbeidsuren als de onderdelen. De in rekening gebrachte bedragen moeten in verhouding zijn met de uitgevoerde aanpaswerken.

De tegemoetkoming kan enkel worden toegekend op basis van het getuigschrift van aflevering ingevuld door de erkende dienstverlener.

3.3.14 Procedure voor onderhoud en herstellingen

Voor deze verstrekking is het akkoord van de adviserend arts niet vereist. De tegemoetkoming wordt toegekend op basis van het door de rechthebbende ondertekend attest van aflevering en de door de dienstverlener ingediende verzamelstaat en/of de factuur in functie van het bedrag dat nog beschikbaar is. Op de verzamelstaat en/of factuur staan de gedetailleerde verstrekkingen die aan het mobiliteitshulpmiddel zijn uitgevoerd. Reparaties mogen uitgevoerd worden door een fabrikant of technicus. Een kopie van de factuur moet aan de rechthebbende worden toegezonden.

3.4 Documenten van de aanvraag

3.4.1 Het medisch voorschrift

In het medisch voorschrift omschrijft de voorschrijvend arts op basis van de diagnose, de mate of omvang van de functionele en anatomische stoornissen van de rechthebbende en zijn bewegings- en participatiebeperkingen die daarvan het gevolg zijn.

Daartoe beschrijft hij in detail een aantal functies van het bewegingsapparaat op basis van het ICF-typeringssysteem. Aan de hand daarvan bepaalt hij voor elke functie de typering.

Typeringen (m.a.w. de graad van de functionele beperkingen) :

0 GEEN beperking of participatieprobleem (geen, afwezig, verwaarloosbaar, 0-4%)

- 1 LICHT(E) beperking of participatieprobleem (gering, laag, 5-24%)
- 2 MATIG(E) beperking of participatieprobleem (tamelijk, 25-49%)
- 3 ERNSTIG(E) beperking of participatieprobleem (hoog, sterk, aanzienlijk, 50-95%)
- 4 VOLLEDIG(E) beperking of participatieprobleem (totaal, 96-100%)
- 8 niet-gespecificeerd(e) beperking of participatieprobleem
- 9 niet van toepassing

Voor het medisch voorschrift moet het model gebruikt worden dat werd vastgelegd door de Beheerraad, op advies van de Commissie van experts.

3.4.2 Het functioneringsrapport

Het functioneringsrapport moet multidisciplinair worden opgesteld en maakt deel uit van de vereiste documenten voor de bijzondere procedure.(zie punt 3.3.3). Daarin worden de functionele beperkingen van de rechthebbende in detail omschreven.

Voor het functioneringsrapport moet het model gebruikt worden dat werd vastgelegd door de Beheerraad, op advies van de Commissie van experts.

3.4.3 Het motiveringsrapport

In het motiveringsrapport worden het gevraagde mobiliteitshulpmiddel en de individuele aanpassingen omschreven en gemotiveerd op basis van de functiestoornissen van de rechthebbende. Dit document moet steeds opgesteld worden door de erkende dienstverlener.

Voor het motiveringsrapport moet het model gebruikt worden dat werd vastgelegd door de Beheerraad, op advies van de Commissie van experts.

3.4.4 De aanvraag om een tegemoetkoming

In de aanvraag om een tegemoetkoming omschrijft de dienstverlener het gevraagde mobiliteitshulpmiddel en de individuele aanpassingen. Hij beschrijft zowel de verstrekkingen die in de nomenclatuur zijn opgenomen als de aanpassingen of onderdelen die niet vergoed kunnen worden.

De gegevens in de aanvraag moeten overeenstemmen met die op de productfiche in de lijst van producten die in aanmerking komen voor terugbetaling. Aan de rechthebbende mogen geen andere kosten aangerekend worden dan die vermeld in deze aanvraag.

Voor de aanvraag om een tegemoetkoming moet het model gebruikt worden dat werd vastgelegd door de Beheerraad, op advies van de Commissie van experts.

3.4.5 Het getuigschrift van aflevering

Het getuigschrift van aflevering wordt door de dienstverlener in tweevoud opgemaakt. Beide documenten worden door de rechthebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger ondertekend bij aflevering. Het serienummer van het basisproduct moet erop vermeld worden. Dit is niet van toepassing op de zitkussens ter preventie van doorzitwonden en op de modulaire aanpasbare systemen ter ondersteuning van de zithouding.

Voor het getuigschrift van aflevering moet het model gebruikt worden dat werd vastgelegd door de Beheerraad, op advies van de Commissie van experts

De tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan de publieksprijs van het product en van de aanpassingen zoals vermeld op de informatiefiche in 4., 4.1., 6).

De erkende dienstverlener moet het serienummer van het afgeleverde basisproduct bijhouden en doorsturen naar Iriscare volgens de regels bepaald door de Beheerraad, op advies van de Commissie van experts. Die regel is niet van toepassing op de zitkussens ter preventie van doorzitwonden en op de modulaire aanpasbare systemen ter ondersteuning van de zithouding.

3.4.6 Test van de elektronische rolstoel of van de elektronische scooter

Voor de elektronische rolstoel of voor de elektronische binnen- en buiten scooter of de elektronische buitenscooter moet een test uitgevoerd worden die aantoont dat de rechthebbende bekwaam is om verstandig met het elektronische toestel om te gaan. De verstandige omgang met het toestel moet blijken uit een uitgebreid verslag van de erkende dienstverlener over de resultaten van de test. Deze test moet bij de rechthebbende thuis worden uitgevoerd en evalueert de fysieke en cognitieve vaardigheden van de rechthebbende om de rolstoel of scooter te gebruiken, alsook de lokale gebruiksmogelijkheden van de rolstoel of scooter in de praktijk.

De dienstverlener verzendt het verslag van die test samen met de andere documenten vermeld in punt 3.3.2 en 3.3.3. naar de adviserend arts.

4. Lijst van voor vergoeding aangenomen producten

Om voor een tegemoetkoming voor een mobiliteitshulpmiddel in aanmerking te komen, moeten de mobiliteitshulpmiddelen voorkomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten. Die lijst is opgesteld door de Beheerraad, op advies van de Commissie van experts.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor de verstrekkingen 412918-412929, 412933-412944, 412955-412966, 412977-412988, 413014-413025, 413036-413047, 413338-413349, 413353-413364, 413655-413666, 413677-413688 en 413699-413703, aangezien het gaat om forfaitaire tegemoetkomingen voor extra kosten door de aanpassing van toebehoren, bepaald in de nomenclatuur.

Aangezien het telkens individuele verstrekkingen zijn, afgestemd op de behoeften van de patiënt, moeten ze niet op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staan. Voor die verstrekkingen is er dus geen identificatiecode per product.

4.1 Aannemingscriteria

- 1) Om op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten opgenomen te worden, moet de fabrikant-aanvrager of de door de fabrikant gemandateerde aanvrager, hierna aanvrager genoemd, een volledig ingevulde en ondertekende verklaring indienen bij Iriscare. Het model van de verklaring is vastgelegd door de Beheerraad op advies van de Commissie van experts.

De verklaring bepaalt :

- de relatie tussen de fabrikant en de gemandateerde en
 - dat de fabrikant waarborgt dat de producten waarvoor hij een aanvraag tot opname op de lijst indient, verdeeld worden in de Europese Economische Ruimte en dat gedurende de opname van zijn producten op de voornoemde lijst, en gedurende minstens zes jaar na de schrapping van een product van de lijst de nodige onderdelen worden bevoorradat vanuit een depot in de Europese Economische Ruimte.
- 2) Voor de aanvraag tot opname op de voornoemde lijst moet de aanvrager gebruik maken van het elektronisch aanvraagdossier, ter beschikking bij Iriscare. Het programma wordt ter beschikking gesteld van de aanvrager nadat hij zijn verklaring volledig ingevuld en ondertekend via elektronische drager bij de betrokken dienst van Iriscare heeft ingediend.
 - 3) De gemotiveerde en gestructureerde aanvraag moet ingediend worden via het ter beschikking gestelde elektronisch programma van Iriscare.

Bij elke aanvraag voor een rolstoel, een onderstel voor een zitschelp of een buiten of een binnen/buitenscooter moeten de volgende elementen en documenten toegevoegd worden :

- de EG-conformiteitsverklaring ;
- het geldige keuringsbewijs afgeleverd door een Europees testinstituut zoals bepaald in punt d) van de aannemingscriteria, waaruit blijkt dat het product voldoet aan de norm EN12183 of EN12184 ;
- de documentatie over het product in het Nederlands, het Duits en het Frans, overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745), met daarin minimaal een beschrijving, duidelijke afbeeldingen of foto's ;
- een digitale foto van het aangevraagde basisproduct ;
- de volledige gebruiksaanwijzing in het Nederlands, het Duits en het Frans overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745);
- de publieksprijs (incl. btw) voor het basisproduct ;

- de volledige prijslijst van het aangevraagde product en zijn aanpassingen.

Bij elke aanvraag voor een elektronische binnenscooter of een elektronische rolstoel moeten de volgende elementen en documenten toegevoegd worden :

- de EG-conformiteitsverklaring ;
- het certificaat van vuurbestendigheid voor het bekledingsmateriaal afgeleverd door een Europese instelling ;
- de EG-verklaring van overeenstemming conform bijlage IV, Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit ;
- de documentatie over het product in het Nederlands, het Duits en het Frans, overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745) met daarin minimaal een beschrijving, duidelijke afbeeldingen of foto's ;
- een digitale foto van het aangevraagde basisproduct ;
- de volledige gebruiksaanwijzing in het Nederlands, het Duits en het Frans overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745) ;
- de publieksprijs (incl. btw) voor het basisproduct.

Bij elke aanvraag voor een duwwandelwagen voor kinderen moeten de volgende elementen of documenten toegevoegd worden :

- de EG-conformiteitsverklaring ;
- het certificaat van vuurbestendigheid voor het bekledingsmateriaal afgeleverd door een Europese instelling ;
- de documentatie over het product in het Nederlands, het Duits en het Frans, overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745) met daarin minimaal een beschrijving, duidelijke afbeeldingen of foto's ;
- een digitale foto van het aangevraagde basisproduct ;
- de volledige gebruiksaanwijzing in het Nederlands, het Duits en het Frans overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745);
- de publieksprijs (incl. btw) voor het basisproduct ;
- de volledige prijslijst van het aangevraagde product en zijn aanpassingen.

Bij elke aanvraag voor een aanpassing van een mobiliteitshulpmiddel moeten de volgende elementen en documenten toegevoegd worden :

- duidelijke documentatie over de aanpassing in het Nederlands, het Duits en het Frans overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745) ;
- een digitale foto van de aangevraagde aanpassing ;
- de publieksprijs (incl. btw).

Fabrikanten die enkel aanvragen voor aanpassingen indienen moeten ook een EG-conformiteitsverklaring bijvoegen.

Bij elke aanvraag voor een orthopedische driewiel fiets of elektrisch instelbare statafel moeten de volgende elementen en documenten toegevoegd worden :

- de EG-conformiteitsverklaring ;
- de documentatie over het product in het Nederlands, het Duits en het Frans, overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745), met daarin minimaal een beschrijving, duidelijke afbeeldingen of foto's ;
- een digitale foto van het aangevraagde basisproduct ;
- de volledige gebruiksaanwijzing in het Nederlands, het Duits en het Frans overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745);
- de publieksprijs (incl. btw) voor het basisproduct ;
- de volledige prijslijst van het aangevraagde product en zijn aanpassingen.

Bij elke aanvraag voor een loophulpmiddel en een wandelstok op wielen moeten de volgende elementen en documenten toegevoegd worden :

- de EG-conformiteitsverklaring ;
- de documentatie over het product in het Nederlands, het Duits en het Frans, overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745), met daarin minimaal een beschrijving, duidelijke afbeeldingen of foto's ;
- een digitale foto van het aangevraagde hulpmiddel ;
- de volledige gebruiksaanwijzing in het Nederlands, het Duits en het Frans overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745) ;
- de publieksprijs (incl. btw).

Bij elke aanvraag voor een antidecubituskussen of een aanpasbaar rugsysteem moeten de volgende elementen en documenten toegevoegd worden :

- de EG-conformiteitsverklaring ;
- het certificaat van vuurbestendigheid voor de bekleding afgeleverd door een Europese instelling ;
- wetenschappelijk onderbouwde drukmetingstesten en/of klinische evaluaties gepubliceerd in een erkend wetenschappelijk tijdschrift (enkel voor een antidecubituskussen) ;
- de documentatie over het product in het Nederlands, het Duits en het Frans, overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745), met daarin minimaal een beschrijving, duidelijke afbeeldingen of foto's ;
- een digitale foto van het aangevraagde product ;
- de volledige gebruiksaanwijzing in het Nederlands, het Duits en het Frans overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (Bijlage I, punt 23, van de Verordening (EU) 2017/745) ;

- de publieksprijs (incl. btw).

Elke aanvraag moet behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend zijn en dient alle gevraagde inlichtingen en documenten te bevatten. Iriscare gaat na of de aanvraag volledig is. Als ze niet volledig is, wordt de aanvrager binnen een redelijke termijn in kennis gesteld van de ontbrekende elementen. Pas als het dossier volledig is, wordt het doorgestuurd naar Iriscare

Iriscare is ten allen tijde gemachtigd om eender welke bijkomende inlichtingen te vragen die ze nodig acht.

Indien een product niet langer geproduceerd wordt, moet de aanvrager dat onverwijld aan Iriscare melden. In dat geval blijft het product nog zes maanden op de lijst staan.

- 4) Het keuringsbewijs moet afgeleverd zijn door een Europees testinstituut dat erkend is voor het testen van producten volgens de normen EN12183 en/of EN12184.
- 5) De Commissie van experts bepaalt op basis van de functionele eigenschappen zoals beschreven in het aanvraagdossier of het mobiliteitshulpmiddel of de aanpassingen worden opgenomen onder het aangevraagde nomenclatuurnummer. Voor de evaluatie zijn de functionele specificaties van toepassing die per rolstoeltype zijn vastgelegd in punt II en per aanpassing in punt III. De Commissie van experts overlegt een voorstel aan de Beheerraad, met het oog op een eventuele inschrijving van het product op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.
- 6) Als het mobiliteitshulpmiddel (het basisproduct) en zijn aanpassingen voor vergoeding aangenomen worden, stelt de Commissie van experts een informatiefiche op. Die fiche bevat de volgende informatie: de naam van het basisproduct (merk/type) en de aanpassingen, de identificatie van de producten door de fabrikant, het erkenningsnummer van de producten de publieksprijs (incl. btw), de tegemoetkoming en de eventuele toeslag voor de rechthebbende.
- 7) Jaarlijkse update van de lijst

Iriscare kan de aanvrager verzoeken de lijst van zijn producten te actualiseren. Voor het behoud van de erkenning van de basisproducten en aanpassingen moet hij het elektronisch aanvraagdossier actualiseren. Daarbij moet hij rekening houden met de invloed van de geschrapte aanpassingen op de erkenning van de basisproducten. Dat dossier (op elektronische drager) moet ten laatste één maand na de aanvraag worden ingediend.. Als de aanvrager niet reageert op het verzoek tot actualisering van de lijst met zijn producten binnen de voornoemde termijn, dan wordt hij daar schriftelijk aan herinnerd. Als de aanvrager niet reageert op die herinnering binnen tien werkdagen worden zijn producten van de lijst geschrapd.

- 8) In geval van wijziging van de nomenclatuur moet de aanvrager ten laatste één maand na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad het volledige dossier, of in voorkomend geval de herziening van de bestaande dossiers, indienen om in aanmerking te komen voor de eerstvolgende nieuwe lijst.

II. VERSTREKKINGEN INZAKE MOBILITEITSHULPMIDDELEN EN HUN AANPASSINGEN

Voor de hierna omschreven mobiliteitshulpmiddelen en hun aanpassingen kan een tegemoetkoming toegekend worden op voorwaarde dat aan de functionele indicaties en specifieke voorwaarden is voldaan.

1° Doelgroep: rechthebbenden vanaf 18 jaar:

De rechthebbende vanaf 18 jaar wordt in dit punt "de gebruiker" genoemd.

HOOFDGROEP 1: Manuele rolstoelen

Subgroep 1: 410015 - 410026 Manuele standaardrolstoel

774,69€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De manuele standaardrolstoel is bedoeld voor beperkt dagelijks gebruik. Hij wordt gebruikt om zich beperkt binnens- of buitenshuis te verplaatsen en maakt het mogelijk deel te nemen aan het familiale en sociale leven.

1.2 Specifieke indicaties

De manuele standaardrolstoel is enkel vergoedbaar voor de gebruikers met bewezen en definitieve verplaatsingsproblemen maar die nog behoorlijk rechtop kunnen zitten. De gebruiker kan zich binnenshuis enkel met ondersteuning zelfstandig verplaatsen (minimaal typering 2) of verplaatst zich buitenshuis zeer moeilijk over lange afstanden zonder rolstoel (typering 3).

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De manuele standaardrolstoel is uitgerust met voetsteunen of beensteunen die de gebruiker of begeleider eraf kan nemen of wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De voetsteunen of beensteunen moeten

individueel instelbaar zijn afhankelijk van de beenlengte van de gebruiker en van de algemene zithouding. Als de rolstoel uitgerust is met voetsteunen moet elke voetplaat voorzien zijn van een kuitband, een hielsteun of een alternatief systeem. Als de rolstoel uitgerust is met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De manuele standaardrolstoel is uitgerust met armsteunen die de gebruiker of begeleider eraf kan nemen of wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De armsteunen vormen een steun voor de onderarmen van de gebruiker en zijn voorzien van zijplaten die dienen als bescherming voor de kleren.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De manuele standaardrolstoel is minstens voorzien van een soepele zit en rug. Voor de rolstoel met een zitbreedte van 38 cm tot en met 48 cm kan geen meerprijs voor deze maatvoering worden aangerekend.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De manuele standaardrolstoel kan van het type duwwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn. Beide types moeten voorzien zijn van duwhandvatten voor de begeleider.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De manuele standaardrolstoel is verkleinbaar om in de auto te kunnen meenemen. De rolstoel moet vouwbaar zijn, de voet- of beensteunen zijn afneembaar of wegklapbaar.

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De manuele standaardrolstoel heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden, de voorwielen zijn zwenkbaar. De rolstoel beschikt over een remsysteem op beide achterwielen dat door de gebruiker of de begeleider bediend kan worden. Links en/of rechts bevinden zich trapdoppen of trapbuizen zodat de begeleider de rolstoel gemakkelijker achterwaarts kan kantelen.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410619 - 410623 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun)	124,82€
---	---------

410656 - 410667 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun)	143,54€
412594 - 412605 Beensteun uit één stuk (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal)	249,64€
412616 - 412627 Beensteun uit één stuk met zijkanalen (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal)	287,08€

De verstrekkingen 410619 - 410623, 410656 - 410667, 412594 - 412605 en 412616 - 412627 zijn onderling niet cumuleerbaar.

3.2 Bovenste ledematen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

411194 - 411205 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 48 cm tot en met 52 cm	230,91€
411216 - 411227 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 52 cm tot en met 58 cm	499,27€

3.4 Veiligheid

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.5 Besturing/aandrijving

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

4 Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De manuele standaardrolstoel mag gecumuleerd worden met :

- een orthopedische driewielers. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2.;
- een loophulpmiddel.;

- een wandelstok op wielen.

Voor gebruikers van een zitorthese kan een manuele standaardrolstoel als onderstel worden vergoed. Voor elke aanvraag voor een zitorthese in combinatie met een rolstoel, is echter de cumulatie van de aanpassingen vermeld in artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet toegelaten met de aanpassingen, die hetzelfde gebruiksdoel hebben, opgenomen in de punten II en III.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de manuele standaardrolstoel (verstrekking 410015 - 410026) kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat hij op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat. Voor de gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel maar die opteren voor een ander type rolstoel kan een forfaitaire tegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat de rolstoel op de lijst van de erkende manuele rolstoelen, elektronische rolstoelen, elektronische scooters of sta-rolstoelen staat. Dan moet de procedure in punt I., 3.3.7 gevolgd worden.

- Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele rolstoel
411695 – 411706: 774,69€
- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel
411717 - 411728: 774,69€
- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische scooter
411739 - 411743: 774,69€
- Forfaitaire tegemoetkoming voor een sta-rolstoel
411754 - 411765: 774,69€

Gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel en de tweede manuele standaardrolstoel, maar die een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm nodig hebben, kunnen een tegemoetkoming ontvangen, op voorwaarde dat de rolstoel op de volgende lijst staat :

- 410236 - 410247 - Manuele standaardrolstoel voor kinderen
Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een manuele standaardrolstoel voor gebruikers waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm noodzakelijk is. 412159 - 412163: 1248,18€
- 410199 - 410203 standaard duwwandelwagen
Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een standaard duwwandelwagen voor gebruikers waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm noodzakelijk is 414075 - 414086: 1310,59€

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van:

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts;

- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.1.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel of van bijkomende aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5. of I, 3.3.6. van toepassing.

Subgroep 2: 410037 - 410048 Manuele modulaire rolstoel

855€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De manuele modulaire rolstoel is bedoeld voor definitief dagelijks gebruik gedurende een groot deel van de dag. Deze rolstoel kan modulair worden aangepast naargelang van de gebruiker, afhankelijk van zijn zitfunctie en de aangetoonde behoeften met betrekking tot zijn activiteiten. Aanpassingen ter ondersteuning van de functie van de armen, de benen, de zithouding, de aandrijving en de veiligheid van de gebruiker hebben enkel tot doel verloren of gestoorde functies te ondersteunen of te vervangen. Dankzij de rolstoel kan de gebruiker deelnemen aan het familiale en sociale leven.

1.2 Specifieke indicaties

De manuele modulaire rolstoel is enkel vergoedbaar voor gebruikers met ernstige, bewezen en definitieve verplaatsingsproblemen (minimaal typering 3). De gebruiker kan niet staan of stappen binnenshuis of kan dit enkel met gebruik van een loophulpmiddel of ondersteuning door een person, waarbij zijn handen niet beschikbaar zijn om activiteiten uit te voeren (minimaal typering 3). Verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel zijn ernstig beperkt tot onmogelijk (minimaal typering 3). Alle aanpassingen aan de rolstoel moeten functioneel noodzakelijk zijn en steeds omstandig gemotiveerd worden.

Aanpassingen

Een aanpassing van de manuele modulaire rolstoel met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig functieverlies van een of beide bovenste ledematen (typering 4).

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De manuele modulaire rolstoel is uitgerust met voetsteunen of beensteunen die de gebruiker of begeleider eraf kan nemen of wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De voetsteunen of beensteunen moeten individueel instelbaar zijn afhankelijk van de beenlengte van de gebruiker en van de

algemene zithouding. Als de rolstoel uitgerust is met voetsteunen moet elke voetplaat voorzien zijn van een kuitband, een hielsteun of een alternatief systeem. Als de rolstoel uitgerust is met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De manuele modulaire rolstoel is uitgerust met armsteunen die de gebruiker of begeleider eraf moet kunnen nemen of wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De armsteunen vormen een steun voor de onderarmen van de gebruiker en zijn voorzien van zijplaten die dienen als bescherming voor de kleren.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De manuele modulaire rolstoel is minstens voorzien van een soepele zit en rug. Voor de rolstoel met een zitbreedte van 38 cm tot en met 48 cm kan geen meerprijs voor die maatvoering worden aangerekend.

De manuele modulaire rolstoel moet uitgerust kunnen worden met een uitneembare voorgevormde zit, een uitneembare voorgevormde rug, een verstelbare hoofdsteun, rugpelotten, een abductieklos en een veiligheidsgordel. Die aanpassingen zijn niet noodzakelijk producteigen.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De manuele modulaire rolstoel kan van het type duwwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn. Beide types moeten voorzien zijn van duwhandvatten voor de begeleider.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De manuele modulaire rolstoel is verkleinbaar om in de auto te kunnen meenemen. De rolstoel moet vouwbaar zijn, de voet- of beensteunen zijn afneembaar of wegklapbaar en bij de rolstoel met hoepelaandrijving zijn de achterwielen afneembaar d.m.v. steekassen (quick release systeem).

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De manuele modulaire rolstoel heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden, de voorwielen zijn zwenkbaar. De rolstoel beschikt over een remsysteem op beide achterwielen dat door de gebruiker of de begeleider bediend kan worden. Links en/of rechts bevinden zich trapdoppen of trapbuizen zodat de begeleider de rolstoel gemakkelijk achterwaarts kan kantelen.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410619 - 410623 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun)	124,82€
410656 - 410667 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun)	143,54€
412594 - 412605 Beensteun uit één stuk (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal)	249,64€
412616 - 412627 Beensteun uit één stuk met zijkant (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal)	287,08€
De verstrekkingen 410619 - 410623, 410656 - 410667, 412594 - 412605 en 412616 - 412627 zijn onderling niet cumuleerbaar.	
410737 - 410748 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of eendelige, in hoek instelbare voetplaat)	112,34€
412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar)	51,25€
412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën	253,88€
412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)	44,26€
412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)	126,17€

3.2 Bovenste ledematen

410833 - 410844 Armsteunen (in hoogte instelbaar) (per paar)	300,81€
413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger goetvormig, versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger goetvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

410877 - 410888 Regelbare basisplaat voor antidecubituszitkussen	108,59€
410899 - 410903 Voorgevormde zit	218,43€

De verstrekkingen 410877 - 410888 en 410899 - 410903 zijn onderling niet cumuleerbaar.

410914 - 410925 Voorgevormde rug	230,91€
412859 - 412863 Naspanbare zitbekleding	149,78€
412874 - 412885 Naspanbare rugbekleding	149,78€
410936 - 410947 Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare rughoek tot minimum 30°)	312,04€
410958 - 410969 Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare rughoek tot 90°)	706,47€

De verstrekkingen 410936 - 410947 en 410958 - 410969 zijn onderling niet cumuleerbaar.

410995 - 411006 Zithoekverstelling (instelbare zithoek)	152,28€
411113 - 411124 Hoofdsteun (in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar)	187,23€
411135 - 411146 Rugpelotten (per stuk)	101,10€
411157 - 411168 Abductieklos	77,39€
411194 - 411205 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 48 cm tot en met 52 cm	230,91€
411216 - 411227 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 52 cm tot en met 58 cm	499,27€
412734 - 412745 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 58 cm tot en met 62 cm	1067,19€
412756 - 412767 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 62 cm tot en met 70 cm	2601,21€
412778 - 412789 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 70 cm tot en met 75 cm	3559,81€
411253 - 411264 Aanpassing bij een amputatie	108,59€

De verstrekking 411253 - 411264 is niet cumuleerbaar met de verstrekking 411378 - 411389.

411275 - 411286 Rolstoelwerkblad of half werkblad 199,71€

3.4 Veiligheid

411319 - 411323 Hielsteun of voetriem (per stuk) 13,73€

413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk) 36,52€

411334 - 411345 Veiligheidsgordel 37,45€

413434 - 413445 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor manuele rolstoel 81,73€

411356 - 411367 Zitbroek 86,12€

De verstrekkingen 411334 - 411345, 413434 - 413445 en 411356 - 411367 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411378 - 411389 Antikiepsysteem 62,41€

De verstrekking 411378 - 411389 is niet cumuleerbaar met de verstrekking 411253 - 411264.

3.5 Besturing/aandrijving

411415 - 411426 Aandrijf- en besturingssysteem "dubbele hoepel" 873,73€

411437 - 411448 Aandrijf- en besturingssysteem "hefboomsysteem" 1248,18€

411459 - 411463 Verlaging van de zithoogte (trippelstoel) 195,96€

De verstrekkingen 411415 - 411426, 411437 - 411448 en 411459 - 411463 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411474 - 411485 Aanpassing van de hoepels in geval van verminderde grijpfunctie (per paar) 93,61€

411673 - 411684 Remverlengers (per paar) 18,72€

3.6 Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder 109,57€

413633 - 413644 Houder zuurstoffles 215,81€

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De manuele modulaire rolstoel mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel ;
- een elektrisch instelbare statafel ;
- een aanpasbare modulaire rugleuning ;
- een orthopedische driewielers. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2. ;
- een antidecubituszitkussen ;
- een wandelstok op wielen.

Voor gebruikers van een zitorthese kan een manuele modulaire rolstoel als onderstel worden vergoed. Voor elke aanvraag voor een zitorthese in combinatie met een rolstoel, is echter de cumulatie van de aanpassingen vermeld in artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet toegelaten met de aanpassingen, die hetzelfde gebruiksdoel hebben, opgenomen in de punten II en III.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de manuele modulaire rolstoel (verstrekking 410037 - 410048) en de individuele aanpassingen kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de rolstoel op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

Voor de gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel maar die opteren voor een ander type rolstoel kan een forfaitaire tegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat de rolstoel op de lijst van de erkende manuele rolstoelen, elektronische rolstoelen, elektronische scooters of sta-rolstoelen staat. Dan moet de procedure in punt I., 3.3.7 gevolgd worden.

- Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele rolstoel
411776 - 411787: 855€
- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel
411798 - 411809: 855€
- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische scooter
411813 - 411824: 855€
- Forfaitaire tegemoetkoming voor een sta-rolstoel

411835 - 411846: 855€

Gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel, maar die een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm nodig hebben, kunnen een tegemoetkoming ontvangen, op voorwaarde dat de rolstoel op de volgende lijst staat:

- 410236 - 410247 - Manuele standaardrolstoel voor kinderen
Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een manuele standaardrolstoel voor gebruikers waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm noodzakelijk is
412174 - 412185 : 1248,18€
- 410214 - 410225 Modulaire duwwandelwagen
Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een modulaire duwwandelwagen voor gebruikers waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm noodzakelijk is
414119 - 414123 : 2184,31€

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2.

Voor de aanvraag om een voortijdige hernieuwing van een rolstoel of om bijkomende aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5. of I, 3.3.6. van toepassing.

Subgroep 3: 410059 - 410063 - Manuele verzorgingsrolstoel

2702,31€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De manuele verzorgingsrolstoel is bedoeld voor gebruikers die permanent afhankelijk zijn van zorgverlening door derden en die dankzij deze rolstoel kunnen deelnemen aan het familiaal en sociale leven. De rolstoel is bedoeld voor definitief dagelijks gebruik gedurende een groot deel van de dag. De rolstoel is bestemd voor zorgbehoevenden die door het verlies of een stoornis van de functies of de anatomische bouw van hoofd, bovenste en onderste ledematen, rug en zit de gepaste ondersteuning nodig hebben. De rolstoel biedt de gebruiker afwisselende houdingen, van zit tot halflig, met name ter preventie van doorligwonden (semi-Fowlerhouding).

1.2 Specifieke indicaties

De manuele verzorgingsrolstoel is enkel vergoedbaar voor gebruikers met een bewezen, definitieve en volledige verplaatsingsstoornis (typering 4). Verplaatsingen zonder rolstoel zijn onmogelijk. Bovendien heeft de gebruiker een volledige passieve zithouding (typering 4) die ondersteund moet worden via de specifieke instelbaarheid van de rolstoel. Er is een ernstig verlies van de functie van de bovenste ledematen (minimaal typing 3) waardoor steunen, verzitten, zichzelf opheffen en zelf de rolwagen besturen en voortduwen niet mogelijk is gedurende de hele gebruiksduur. Zelfstandig in en uit de rolstoel komen is volledig onmogelijk (typering 4).

Aanpassingen

Een aanpassing van de manuele verzorgingsrolstoel met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig functieverlies van een of beide bovenste ledematen (typering 4).

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De manuele verzorgingsrolstoel is uitgerust met beensteunen die door de gebruiker of begeleider afgenomen of weggeklapt kunnen worden om gemakkelijker door de begeleider in en uit de rolstoel geholpen te worden. De beensteunen zijn in de hoogte verstelbaar door de begeleider. De beensteunen zijn lengtecorrigerend d.w.z. ze compenseren de lengteverschillen van de benen bij flexie en extensie van het kniegewricht. De beensteunen zijn uitgerust met kuitsteunen die verstelbaar zijn in de hoogte en de breedte en met voetplaten (of een voetplank) verstelbaar in de hoogte en instelbaar volgens de hoek van het enkelgewricht.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De manuele verzorgingsrolstoel is uitgerust met armsteunen die de gebruiker of begeleider er kan afnemen of kan wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De armsteunen moeten in de hoogte instelbaar zijn. Ze ondersteunen de gebruiker maximaal bij het verstellen van de rug. De armsteunen zijn voorzien van zijplaten die dienen ter bescherming van de kleding.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De manuele verzorgingsrolstoel is uitgerust met een vaste zit- en rugondersteuning, armsteunen, beensteunen, een hoofdsteen en een werkblad. De zit- en rugondersteuning moet voldoende zijwaartse steun, stabiliteit en veiligheid bieden aan de gebruiker. Zowel de zitbreedte als de ziddiepte zijn instelbaar afhankelijk van de gebruiker. De zit- en rugondersteuning is in zijn geheel traploos kantelbaar d.m.v. een gasveer of vergelijkbaar systeem om de zithouding van de gebruiker te variëren. De rughoek is afzonderlijk en traploos verstelbaar door de begeleider tot minimum 30° d.m.v. een gasveer of vergelijkbaar systeem.

De zithoek is traploos verstelbaar door de begeleider tot minimum 15° d.m.v. een gasveer of vergelijkbaar systeem. De hoofdsteun is instelbaar in de hoogte en de diepte en is bovendien in hoek kantelbaar en afneembaar.

Voor de rolstoel met een zitbreedte van 38 cm tot en met 48 cm kan geen meerprijs voor die maatvoering worden aangerekend.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De manuele verzorgingsrolstoel kan van het type duwwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn. Beide types moeten uitgevoerd zijn met duwhandvatten of een duwbeugel voor de begeleider. Deze duwhandvatten of duwbeugel moeten in de hoogte verstelbaar zijn afhankelijk van de begeleider.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

Er zijn geen functionele specificaties van de gebruiksdoelen bepaald.

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De manuele verzorgingsrolstoel heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden, de voorwielen zijn zwenkbaar. De rolstoel beschikt over een remsysteem op beide achterwielen dat door de gebruiker of de begeleider bediend kan worden. Op de rolstoel moet een werkblad gemonteerd kunnen worden.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar)	51,25€
412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën	253,88€
412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)	44,26€
412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)	126,17€

3.2 Bovenste ledematen

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

411135 - 411146 Rugpelotten (per stuk)	101,10€
411194 - 411205 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 48 cm tot en met 52 cm	230,91€
411216 - 411227 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 52 cm tot en met 58 cm	499,27€

3.4 Veiligheid

411334 - 411345 Veiligheidsgordel	37,45€
413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€
411356 - 411367 Zitbroek	86,12€

De verstrekkingen 411334 - 411345 en 411356 - 411367 zijn onderling niet cumuleerbaar.

3.5 Besturing/aandrijving

411474 - 411485 Aanpassing van de hoepels in geval van verminderde grijpfunctie (per paar)	93,61€
--	--------

3.6 Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder	109,57€
413633 - 413644 Houder zuurstoffles	215,81€

4. Specifieke voorwaarden**4.1 Hernieuwingstermijn**

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De manuele verzorgingsrolstoel mag enkel worden gecumuleerd met een antidecubituskussen van subgroep 1, 3 of 4 voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele

chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese.

De manuele verzorgingsrolstoel kan niet gecumuleerd worden indien de rechthebbende reeds de verstrekkingen van een zitorthese (654754, 654776, 654791, 654813, 654835 en 654850) op grond van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. ontvangt.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de manuele verzorgingsrolstoel (verstrekking 410059 - 410063) en de individuele aanpassingen kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de rolstoel op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

De gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de manuele verzorgingsrolstoel, maar die kiezen voor een ander rolstoel, kunnen een forfaitaire tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de rolstoel op een van de lijsten van erkende elektronische rolstoelen staat. Dan moet de procedure in punt I., 3.3.7 gevolgd worden.

- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel
411857 - 411868: 2702,31€

Gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de manuele verzorgingsrolstoel, maar die een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm nodig hebben, kunnen een tegemoetkoming ontvangen, op voorwaarde dat de rolstoel op de volgende lijst staat:

- 410214 – 410225 – Manuele modulaire rolstoel voor kinderen
Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een manuele modulaire rolstoel voor gebruikers waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm noodzakelijk is - 412196 - 412207: 2184,31€

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel of van bijkomende aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

Subgroep 4: 410074-410085 Manuele actief rolstoel

2285,42€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De manuele actief rolstoel is bedoeld voor actieve en zelfstandige rolstoelgebruikers. Deze rolstoel moet veelvuldige, actieve en autonome verplaatsingen zowel binnens- als buitenshuis mogelijk maken voor rolstoelgebruikers die intensief deelnemen op het vlak van zelfzorg, huishouden, opleiding, werk of andere activiteiten op economisch of sociaal vlak. Deze rolstoel is bedoeld voor dagelijks gebruik gedurende een groot deel van de dag.

1.2 Specifieke indicaties

a) De manuele actief rolstoel is enkel vergoedbaar voor gebruikers met een bewezen en definitieve volledige verplaatsingsstoornis (typering 4). De gebruiker kan niet staan of stappen binnenshuis (typering 4). Verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel zijn onmogelijk (typering 4).

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele en cognitieve eigenschappen en de nodige uithouding om de rolstoel op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken zowel binnen als buiten. De gebruiker heeft een actief rijgedrag. Hij beschikt over voldoende kracht, coördinatie en uithouding in de bovenste ledematen om actief en zelfstandig de rolstoel voort te duwen en te besturen (maximaal typing 3).

b) Voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese, worden de typeringen voor de verplaatsingsstoornis, het staan of stappen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel verlaagd naar minimaal typing 3. Voor die gebruikers moet het bewijs geleverd worden dat ze deze rolstoel effectief kunnen gebruiken.

Aanpassingen

Een aanpassing van de manuele actief rolstoel met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig functieverlies van een of beide bovenste ledematen (typering 4).

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De manuele actief rolstoel is uitgerust met voetsteunen of in hoek instelbare voetplaten of een ééndelige in hoek instelbare voetplaat of een voetbeugel. Al die onderdelen moeten individueel instelbaar zijn afhankelijk van de beenlengte van de gebruiker en van de algemene zithouding.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De manuele actief rolstoel is uitgerust met kledingbeschermers of armsteunen.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De manuele actief rolstoel is minstens voorzien van een soepele zit- en rugbekleding. De rugbekleding is naspanbaar.

De zithouding van manuele actief rolstoelen moet instelbaar zijn om de besturingseigenschappen o.a. aandrijving, besturing en manoeuvreerbaarheid van de rolstoel te maximaliseren. De achterwielen van de rolstoel zijn uitgerust met een as die horizontaal en verticaal ingesteld kan worden naargelang de gewenste zithouding van de gebruiker; daarvoor zijn de balhoofden van de voorwielen instelbaar. De rolstoel kan ook uitgerust zijn met een zit dat afzonderlijk, zowel horizontaal als verticaal, instelbaar is t.o.v. het achterste wielstel. Bij een manuele actief rolstoel bestaat de mogelijkheid om afhankelijk van de gebruiker een positieve of negatieve rughoek in te stellen. Bij de aflevering moeten de achterwielen in hoek instelbaar zijn.

Voor de rolstoel met een zitbreedte van 38 cm tot en met 48 cm kan geen meerprijs voor deze maatvoering worden aangerekend.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De manuele actief rolstoel is van het type rolstoel met hoepelaandrijving.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De manuele actief rolstoel is verkleinbaar om in de auto te kunnen meenemen. De rolstoel moet vouwbaar zijn of de rugleuning moet neerklapbaar of afneembaar zijn. De manuele actief rolstoel is uitgerust met achterwielen die afneembaar zijn d.m.v. steekassen (quick release systeem).

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De manuele actief rolstoel heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden. De wielen zijn zwenkbaar. De rolstoel is uitgerust met een remsysteem op beide aandrijfwielen. De remmen moeten door de gebruiker zelf bediend kunnen worden. De manuele actief rolstoel mag maximaal 13 kg wegen om de actieve besturingseigenschappen o.a. aandrijving, besturing en manoeuvreerbaarheid van de rolstoel te behouden.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410619 - 410623 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun) 124,82€

410656 - 410667 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun)	143,54€
410737 - 410748 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of eendelige, in hoek instelbare voetplaat)	112,34€
412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar)	51,25€
412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën	253,88€
412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)	44,26€
412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)	126,17€

3.2 Bovenste ledematen

410833 - 410844 Armsteunen (in hoogte instelbaar) (per paar)	300,81€
413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger goetvormig, versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger goetvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

410877 - 410888 Regelbare basisplaat voor antidecubituszitkussen	108,59€
410936 - 410947 Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare rughoek tot minimum 30°)	312,04€
411157 - 411168 Abductieklos	77,39€

3.4 Veiligheid

413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€
411334 - 411345 Veiligheidsgordel	37,45€
411356 - 411367 Zitbroek	86,12€

De verstrekkingen 411334 - 411345 et 411356 - 411367 kunnen enkel vergoed worden voor de gebruikers vermeld in punt 1.2, b).

De verstrekkingen 411334 - 411345 en 411356 - 411367 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411378 - 411389 Antikiepsysteem	62,41€
412793 - 412804 Wegklapbaar antikiepsysteem of centraal afneembaar antikiepsysteem voor actief rolstoel	171€

3.5 Besturing/aandrijving

413537 - 413548 Aandrijf- en besturingssysteem "dubbele hoepel" voor actief rolstoel	873,73€
411474 - 411485 Aanpassing van de hoepels in geval van verminderde grijpfunctie (per paar)	93,61€
412815 - 412826 Aanpassing van de hoepels van de actief rolstoel in geval van verminderde grijpfunctie (per paar)	177,87€
411673 - 411684 Remverlengers (per paar)	18,72€

3.6 Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder	109,57€
-----------------------------	---------

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De manuele actief rolstoel mag gecumuleerd worden met :

- een elektrisch instelbare statafel ;
- een orthopedische driewielers. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3 ;
- een loophulpmiddel. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3 ;
- een antidecubituszittkussen van subgroep 1, 3 of 4 ;
- een modulair aanpasbaar rugsysteem ;
- een wandelstok op wielen.

Voor gebruikers van een zitorthese kan een manuele actief rolstoel als onderstel worden vergoed. Voor elke aanvraag voor een zitorthese in combinatie met een rolstoel, is echter de cumulatie van de aanpassingen vermeld in artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet toegelaten met de aanpassingen, die hetzelfde gebruiksdoel hebben, opgenomen in de punten II en III.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de manuele actief rolstoel (verstrekking 410074 - 410085) en de individuele aanpassingen kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de rolstoel op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

De gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de manuele actief rolstoel, maar die kiezen voor een ander rolstoel, kunnen een forfaitaire tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de rolstoel op een van de lijsten van erkende elektronische rolstoelen of elektronische scooters staat. Dan moet de procedure in punt I., 3.3.7 gevolgd worden.

- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel
411879 - 411883: 2285,42€
- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische scooter
411894 - 411905: 2285,42€

Gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de manuele actief rolstoel, maar die een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm nodig hebben, kunnen een tegemoetkoming ontvangen, op voorwaarde dat de rolstoel op de volgende lijst staat :

- 410258 - 410269 - Manuele actief rolstoelen voor kinderen
412218 - 412229: 2285,42€

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel of van bijkomende aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

Subgroep 5: 412837 - 412848 Manuele actief rolstoel met individuele maatvoering. 2285,42€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is bedoeld voor de zelfstandige, actieve en gevorderde gebruikers van de manuele actief rolstoel. Deze rolstoel moet veelzijdige, actieve en zelfstandige verplaatsingen zowel binnens- als buitenshuis mogelijk maken voor rolstoelgebruikers die intensief deelnemen op het vlak van zelfzorg, huishouden, opleiding, werk of andere activiteiten op economisch of sociaal vlak. Daartoe moet deze rolstoel individueel vervaardigd worden en licht, stevig en wendbaar zijn, snel en gemakkelijk meeneembaar. Deze rolstoel is bedoeld voor dagelijks gebruik gedurende een groot deel van de dag.

1.2 Specifieke indicaties

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is enkel vergoedbaar voor de gebruikers die reeds een tegemoetkoming voor een manuele actief rolstoel (verstrekking 410074 - 410085 en verstrekking 410258 - 410269) gekregen hebben waarvan de hernieuwingstermijn verstreken is.

a) De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is enkel vergoedbaar voor gebruikers met een bewezen en definitieve volledige verplaatsingsstoornis (typering 4). De gebruiker kan niet staan of stappen binnenshuis (typering 4). Verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel zijn onmogelijk (typering 4). De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele en cognitieve eigenschappen en de nodige uithouding om de rolstoel op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken zowel binnen als buiten. De gebruiker heeft een actief rijgedrag. Hij beschikt over voldoende kracht, coördinatie en uithouding in de bovenste ledematen om actief en zelfstandig de rolstoel voort te duwen en te besturen (maximaal typing 3).

b) Voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese, worden de typeringen voor de verplaatsingsstoornis, het staan of stappen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel verlaagd naar minimaal typing 3.

Aanpassingen

Een aanpassing van de manuele actief rolstoel met individuele maatvoering met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig functieverlies van een of beide bovenste ledematen (typering 4).

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is uitgerust met een eendelige voetplaat of een voetbeugel. Die onderdelen moeten individueel instelbaar zijn afhankelijk van de beenlengte van de gebruiker en van de algemene zithouding.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is uitgerust met kledingbeschermers of armsteunen.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is minstens voorzien van een soepele zit- en rugbekleding. De rugbekleding is naspanbaar. De zithoogte, -breedte en -diepte zijn vast en individueel bepaald. De balhoofden van de voorwielen zijn vast. De rugleuning kan vast, verstelbaar of neerklapbaar zijn. De achteras is vast of voor/achterwaarts instelbaar.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is van het type rolstoel met hoepelaandrijving.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De manueel actief rolstoel met individuele maatvoering is uitgerust met achterwielen die afneembaar zijn d.m.v. steekassen (quick release systeem).

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering wordt op maat van de gebruiker vervaardigd. De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden. De wielen zijn zwenkbaar. De rolstoel is uitgerust met een remsysteem op beide aandrijfwielen. De remmen moeten door de gebruiker zelf bediend kunnen worden. De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering mag maximaal 11 kg wegen om de actieve besturingseigenschappen o.a. aandrijving, besturing en manoeuvreerbaarheid van de rolstoel te behouden.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410619 - 410623 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun)	124,82€
410656 - 410667 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun)	143,54€
410737 - 410748 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of eendelige, in hoek instelbare voetplaat)	112,34€
412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar)	51,25€
412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën	253,88€
412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)	44,26€
412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)	126,17€

3.2 Bovenste ledematen

410833 - 410844 Armsteunen (in hoogte instelbaar, per paar)	300,81€
413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

410877 - 410888 Regelbare basisplaat voor antidecubituszitkussen	108,59€
410936 - 410947 Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare rughoek tot minimum 30°)	312,04€
411157 - 411168 Abductieklos	77,39€

3.4 Veiligheid

413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€
411334 - 411345 Veiligheidsgordel	37,45€
411356 - 411367 Zitbroek	86,12€

De verstrekkingen 411334 - 411345 et 411356 - 411367 kunnen enkel vergoed worden voor de gebruikers vermeld in punt 1.2, b).

De verstrekkingen 411334 - 411345 en 411356 - 411367 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411378 - 411389 Antikiepsysteem	62,41€
412793 - 412804 Wegklapbaar antikiepsysteem of centraal afneembaar antikiepsysteem voor actief rolstoel	171€

3.5 Besturing/aandrijving

413537 -413548 Aandrijf- en besturingssysteem "dubbele hoepel" voor actief rolstoel	873,73€
411474 - 411485 Aanpassing van de hoepels in geval van verminderde grijpfunctie (per paar)	93,61€
412815 - 412826 Aanpassing van de hoepels van de actief rolstoel in geval van verminderde grijpfunctie (per paar)	177,87€
411673 - 411684 Remverlengers (per paar)	18,72€

3.6 Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder	109,57€
-----------------------------	---------

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering mag gecumuleerd worden met :

- een elektrisch instelbare statafel ;
- een orthopedische driewielers. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3 ;
- een loophulpmiddel. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3 ;
- een antidecubituskussen van subgroep 1, 3 of 4 ;
- een modulair aanpasbaar rugsysteem ;

- een wandelstok op wielen.

Voor gebruikers van zitorthese kan een manueel actief rolstoel met individuele maatvoering als onderstel worden vergoed. Voor elke aanvraag voor een zitorthese in combinatie met een rolstoel, is echter de cumulatie van de aanpassingen vermeld in artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet toegelaten met de aanpassingen, die hetzelfde gebruiksdoel hebben, opgenomen in de punten II en III.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de manuele actief rolstoel met individuele maatvoering (verstrekking 412837-412848) en de individuele aanpassingen kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de rolstoel op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het uitgebreide door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel of van bijkomende aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

HOOFDGROEP 2: Elektronische rolstoelen

Subgroep 1: 410096 - 410107 Elektronische rolstoel voor gebruik binnenshuis 5616,81€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De elektronische binnenrolstoel is bedoeld voor gebruikers die zich hoofdzakelijk met deze rolstoel binnenshuis verplaatsen en die zich niet kunnen verplaatsen met een manuele rolstoel. Het gebruik van de elektronische binnenrolstoel moet de gebruiker, ongeacht zijn bewegingsbeperking, ondersteunen om zo zelfstandig en actief mogelijk te zijn op vlak van o.a. zelfzorg, huishouden en deelname aan het sociale leven. Een definitief en dagelijks gebruik zal nodig zijn gedurende een groot deel van de dag.

1.2 Specifieke indicaties

a) De elektronische binnenrolstoel is enkel vergoedbaar voor gebruikers met een bewezen en definitieve volledige verplaatsingsstoornis (typering 4). De gebruiker kan niet staan of stappen (typering 4). Zelfstandig in en uit de rolstoel naar een stoel, zetel of bed gaan, lukt slechts in beperkte mate zonder de hulp van een derde (minimaal typing 3).

De gebruiker beschikt niet over de kracht, coördinatie of uithouding in de bovenste ledematen om zelf een manuele rolstoel te duwen en te besturen (typering 4). Een elektronische rolstoel besturen is wel mogelijk. De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele en cognitieve eigenschappen en de nodige uithouding om de rolstoel op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken zowel binnen als buiten.

b) De elektronische binnenrolstoel is ook vergoedbaar voor een gebruiker die voldoet aan de specifieke functionele indicaties van een modulaire manuele rolstoel op voorwaarde dat hij schoolloopt, een beroepsopleiding of omscholing volgt, werknemer of zelfstandige is. Zonder gebruik van een elektronische rolstoel zijn die activiteiten niet mogelijk. Dat moet blijken uit het multidisciplinair adviesrapport.

c) Voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese, worden de typeringen voor de verplaatsingsstoornis, het staan of stappen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel verlaagd naar minimaal typing 3. Voor die gebruikers moet het bewijs geleverd worden dat zij deze rolstoel effectief kunnen gebruiken.

d) De elektronische binnenrolstoel is ook vergoedbaar voor een gebruiker die bij een vorige aflevering van een elektronische rolstoel een tegemoetkoming ontvangen heeft onder de voorwaarden vermeld onder punt b) en voor wie de hernieuwingstermijn van de vorige rolstoel verstreken is.

Aanpassingen

Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met elektrisch verstelbare beensteunen of met een elektrisch kantelbare zit of met een elektrisch in hoek verstelbare rug is enkel toegelaten als de gebruiker een gestoorde zithouding (minimaal typing 3) heeft, die ondersteund moet worden door een specifieke afstelling van de rolstoel, of als een verandering van de algemene zithouding medisch noodzakelijk of raadzaam is ter preventie van doorligwonden wanneer de gebruiker langdurig in dezelfde houding zit.

Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met elektrische in hoogte verstelbare zit (verstrekking 411054 - 411065) of met elektrische stafunctie (verstrekking 411098 - 411109) is enkel toegestaan voor de gebruikers die wonen in een niet-aangepaste woning of die zelfstandig wonen of op het werk of bureau nood hebben aan die aanpassing, om zo bij de verschillende onderdelen van het interieur van de woning of de werkplek (kasten etc.) te kunnen komen.

Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig functieverlies van een of beide bovenste ledematen (typering 4). Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met biomechanische rugleuning (verstrekking 413095 - 413106) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig verlies van de stabiliteit van de romp en eventueel ook van nek en hoofd (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met hoofdsteun met functionele positionering (verstrekking 413139 - 413143) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig verlies van de stabiliteit van de schoudergordel, hoofd en nek (typering 4), waardoor ze in zithouding hun hoofd onmogelijk in een correcte positie kunnen houden. De aanpassing is bedoeld voor gebruikers die niet in staat zijn om hun hoofd rechtop te houden voor een langere periode of gebruikers met spasmen en weinig controle over de positie van hun hoofd.

Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met verwarmingselement voor arm of hand (verstrekking 413559 - 413563) is enkel toegestaan voor de gebruikers met een verstoorde thermoregulatie. Die aanpassing is noodzakelijk om zelfstandig de rolstoel te kunnen bedienen.

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De elektronische binnenrolstoel is uitgerust met voetsteunen of beensteunen die de gebruiker of begeleider eraf kan nemen of wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De voetsteunen of beensteunen moeten individueel instelbaar zijn afhankelijk van de beenlengte van de gebruiker en van de algemene zithouding. Als de rolstoel uitgerust is met voetsteunen moet elke voetplaat voorzien zijn van een kuitband, een hielsteun of een alternatief systeem. Als de rolstoel uitgerust is met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De elektronische binnenrolstoel is uitgerust met armsteunen die instelbaar zijn in de hoogte zodat de armen van de gebruiker adequaat ondersteund kunnen worden. De armsteunen zijn afneembaar of wegklapbaar zodat de begeleider de gebruiker in en uit de rolstoel kan helpen.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De elektronische binnenrolstoel is minstens uitgerust met een soepele zit en rug.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De elektronische binnenrolstoel wordt aangedreven door twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel is uitgerust met een bedieningspaneel met een joystick. De rolstoel is uitgerust met een bedieningspaneel met knoppen waarmee de

gebruiker de rolstoel volledig kan bedienen en besturen. De elektronica moet individueel programmeerbaar zijn naargelang de gebruiker, o.a. reactiesnelheid van de joystick, snelheid van de rolstoel, progressieve versnelling. Het bedieningspaneel is (al dan niet samen met de armsteun) wegklapbaar zodat de gebruiker aan een tafel of bureau kan plaatsnemen. Standaard wordt het bedieningspaneel rechts of links geplaatst ter hoogte van de armsteunen zodat de gebruiker het al zittend kan bedienen met de rug tegen de rugleuning en de onderarm op de armsteun.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De elektronische binnenrolstoel is specifiek ontworpen voor gebruik binnenshuis en zeer beperkt gebruik op een verharde ondergrond buitenshuis. Door de aandrijving d.m.v. twee elektromotoren is de rolstoel bijzonder wendbaar. De rolstoel is compact en de draairadius is kleiner dan 100 cm. De elektronisch binnenrolstoel is vouwbaar of sterk verkleinbaar zodat de gebruiker hem gemakkelijk met de auto kan meenemen.

De snelheid van de elektronische binnenrolstoel is programmeerbaar en regelbaar; minstens van 0 tot 6 km per uur zodat de snelheid aangepast kan worden voor verplaatsingen binnenshuis. De actieradius of autonomie van de rolstoel bedraagt minimaal 20 km zodat de gebruiker zich voortdurend, veilig en zelfstandig kan verplaatsen. De rolstoel is voorzien van een veiligheidsgordel.

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De elektronische binnenrolstoel is uitgerust met voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden en met een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel beschikt over een vrijloop, zodat hij manueel door de begeleider verplaatst kan worden. De elektronische binnenrolstoel moet met batterijen en lader geleverd worden.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410619 - 410623 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun)	124,82€
410656 - 410667 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun)	143,54€
410693 - 410704 Elektrisch verstelbare comfortbeensteunen (lengtecorrigerend, per paar)	1248,18€
412594 - 412605 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal)	249,64€

412616 - 412627 Beensteun uit één stuk met zijkanten (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal) 287,08€

De verstrekkingen 410619 - 410623, 410656 - 410667, 410693 - 410704, 412594 - 412605 en 412616 - 412627 zijn onderling niet cumuleerbaar.

410737 - 410748 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of eendelige, in hoek instelbare voetplaat) 112,34€

412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar) 51,25€

412918 - 412929 Forfaitaire tegemoetkoming voor kuitsteun voor centrale beensteun (per stuk) 71,46€

412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën 253,88€

412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk) 44,26€

412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk) 126,17€

3.2 Bovenste ledematen

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk) 138,34€

413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk) 179,83€

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

410877 - 410888 Regelbare basisplaat voor antidecubituszitkussen 108,59€

410899 - 410903 Voorgevormde zit 218,43€

De verstrekkingen 410877 - 410888 en 410899 - 410903 zijn onderling niet cumuleerbaar.

410914 - 410925 Voorgevormde rug 230,91€

412859 - 412863 Naspanbare zitbekleding 149,78€

412874 - 412885 Naspanbare rugbekleding 149,78€

413073 - 413084 Dijbeensteun (per paar) 276,68€

413095 - 413106 Biomechanische rugleuning	265,62€
413117 - 413128 Heupsteun (per paar)	276,68€
De verstrekkingen 413073 - 413084 en 413117 - 413128 zijn onderling niet cumuleerbaar	
410936 - 410947 Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare rughoek tot minimum 30°)	312,04€
411017 - 411028 Elektrisch kantelbare zit	1185,77€
411039 - 411043 Elektrisch in hoek verstelbare rug (verstelbare rughoek)	1185,77€
411054 - 411065 Elektrisch in hoogte verstelbare zit	2745,99€
411098 - 411109 Elektrische stafunctie	2745,99€
411113 - 411124 Hoofdsteun (in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar)	187,23€
413139 - 413143 Hoofdsteun met functionele positionering	1706,83€
411135 - 411146 Rugpelotten (per stuk)	101,10€
411157 - 411168 Abductieklos	77,39€
413338 - 413349 Forfaitaire tegemoetkoming voor abductieklos op maat	137,24€

De verstrekkingen 411157 - 411168 en 413338 - 413349 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411194 - 411205 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van 48 cm tot en met 52 cm	230,91€
411216 - 411227 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 52 cm tot en met 58 cm	499,27€
411275 - 411286 Werkblad of half werkblad (zonder ingebouwde besturing)	199,71€
413353 - 413364 Forfaitaire tegemoetkoming voor borststeun voor werkblad	82,94€

3.4 Veiligheid

413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€
413397 - 413408 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips	193,22€

413419 - 413423 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel	68,80€
413456 - 413467 Gordel met oprolautomaat	68,80€
411356 - 411367 Zitbroek	86,12€

De verstrekkingen 413397 - 413408, 413419 - 413423, 413456 - 413467 en 411356 - 411367 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411393 - 411404 Stoepklimmer	418,14€
413515 - 413526 Noodstopschakelaar	285,27€

3.5 Besturing/aandrijving

411496 - 411507 Werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad – inclusief werkblad)	1934,68€
411518 - 411529 Bijkomende externe joystick	742,67€
411533 - 411544 Kinbesturing	1622,63€
411555 - 411566 Kinbesturing (elektrisch wegzwenkbaar)	2090,70€
411577 - 411588 Middenbesturing	619,10€
411599 - 411603 Vingerbesturing	2621,18€
411614 - 411625 Hoofdbesturing	2496,36€
411636 - 411647 Voetbesturing	1872,27€
411658 - 411669 Forfaitaire vergoeding voor een rolstoelbesturing met bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker	2496,36€

De verstrekkingen 411496 - 411507, 411518 - 411529, 411533 - 411544, 411555 - 411566, 411577 - 411588, 411599 - 411603, 411614 - 411625, 411636 - 411647 en 411658 - 411669 zijn onderling niet cumuleerbaar.

413559 - 413563 Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand	846,55€
---	---------

De verstrekking 413559 - 413563 is enkel vergoedbaar in cumulatie met een werkbladbesturing (411496 - 411507) of een vingerbesturing (411599 - 411603) of een besturing met bijzondere schakelaars (411658 - 411669).

413574 - 413585 Besturingssysteem voor de begeleider 675,36€

De verstrekking 413574 - 413585 is enkel vergoedbaar in cumulatie met een speciaal besturingssysteem: kinbesturing (411533 - 411544), kinbesturing (elektrisch wegzwenkbaar) (411555 - 411566), vingerbesturing (411599 - 411603), hoofdbesturing (411614 - 411625), voetbesturing (411636 - 411647) of besturing met bijzondere schakelaars (411658 - 411669), middenbesturing (411577 - 411588) of werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad – inclusief werkblad) (411496 - 411507)

413596 - 413607 Wegzwenkbare bevestigingsarm – mechanisch bedienbaar 254,55€

3.6 Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder 109,57€

413633 - 413644 Houder zuurstoffles 215,81€

413655 - 413666 Forfaitaire tegemoetkoming voor platform voor medische apparatuur 377,46€

413677 - 413688 Forfaitaire tegemoetkoming voor scharnierend platform voor medische apparatuur 520,79€

413699 - 413703 Forfaitaire tegemoetkoming voor extra batterij 441,59€

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar mits uitgebreide motivering op basis van een functioneringsrapport.

4.2 Toegelaten cumulaties

De elektronische binnenrolstoel mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel, voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloarthropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor de gebruikers met tetraparese of quadriparese ;
- een elektrisch instelbare statafel ;
- een antidecubituszittkussen van subgroep 1, 3 of 4 ;

- een wandelstok op wielen.

Voor gebruikers van een zitorthese kan een elektronische rolstoel voor gebruik binnenshuis als onderstel worden vergoed. Voor elke aanvraag voor een zitorthese in combinatie met een rolstoel, is echter de cumulatie van de aanpassingen vermeld in artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet toegelaten met de aanpassingen, die hetzelfde gebruiksdoel hebben, opgenomen in de punten II en III.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de elektronische binnenrolstoel (verstrekking 410096 - 410107) en de individuele aanpassingen kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de rolstoel op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

Gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de elektronische binnenrolstoel, maar die een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm nodig hebben, kunnen een tegemoetkoming ontvangen, op voorwaarde dat de rolstoel op de volgende lijst staat:

- 410273 - 410284 – Elektronische binnenrolstoel voor kinderen
412233 - 412244: 5616,81€

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel of van bijkomende aanpassingen aan een reeds geleverde rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

Subgroep 2: 410118 - 410129 Elektronische rolstoel voor gebruik binnen en buiten 6727,68€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De elektronische binnen- en buitenrolstoel is bedoeld voor gebruikers die zich hoofdzakelijk met deze rolstoel binnenshuis maar ook buitenshuis verplaatsen en die zich niet kunnen

verplaatsen met een manuele rolstoel. Het gebruik van de elektronische binnen- en buitenrolstoel moet de gebruiker, ongeacht zijn bewegingsbeperking, ondersteunen om zo zelfstandig en actief mogelijk te zijn op vlak van o.a. zelfzorg, huishouden en deelname aan het sociale leven. Een definitief en dagelijks gebruik zal nodig zijn gedurende een groot deel van de dag.

1.2 Specifieke indicaties

a) De elektronische binnen- en buitenrolstoel is enkel vergoedbaar voor gebruikers met een bewezen en definitieve volledige verplaatsingsstoornis (typering 4). De gebruiker kan niet staan of stappen (typering 4). Zelfstandig in en uit de rolstoel naar een stoel, zetel of bed gaan, lukt slechts in beperkte mate zonder de hulp van een derde (minimaal typing 3).

De gebruiker beschikt niet over de kracht, coördinatie of uithouding in de bovenste ledematen om zelf een manuele rolstoel te duwen en te besturen (typering 4). Een elektronische rolstoel besturen is wel mogelijk.

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele en cognitieve eigenschappen en de uithouding om de rolstoel op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken zowel binnen als buiten.

b) De elektronische binnen- en buitenrolstoel is ook vergoedbaar voor een gebruiker die voldoet aan de specifieke functionele indicaties van een modulaire manuele rolstoel op voorwaarde dat hij schoolloopt, een beroepsopleiding of omscholing volgt, werknemer of zelfstandige is. Zonder gebruik van een elektronische rolstoel zijn die activiteiten niet mogelijk. Dat moet blijken uit het multidisciplinair adviesrapport.

c) Voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese, worden de typeringen voor de verplaatsingsstoornis, het staan of stappen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel verlaagd naar minimaal typing 3. Voor die gebruikers moet het bewijs geleverd worden dat zij deze rolstoel effectief kunnen gebruiken.

d) De elektronische binnen- en buitenrolstoel is ook vergoedbaar voor een gebruiker die bij een vorige levering van een elektronische rolstoel een tegemoetkoming ontvangen heeft onder de voorwaarden vermeld onder punt b) en voor wie de hernieuwingstermijn van de vorige rolstoel verstreken is.

Aanpassingen

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenrolstoel met elektrisch verstelbare beensteunen of met een elektrisch kantelbare zit of met een elektrisch in hoek verstelbare rug is enkel toegelaten als de gebruiker een gestoorde zithouding (minimaal typing 3) heeft, die ondersteund moet worden door een specifieke afstelling van de rolstoel, of als een

verandering van de algemene zithouding medisch noodzakelijk of raadzaam is ter preventie van decubitus wanneer de gebruiker langdurig in dezelfde houding zit.

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenrolstoel met elektrische in hoogte verstelbare zit (verstrekking 411054 - 411065) of met elektrische stafunctie (verstrekking 411098 - 411109) is enkel toegestaan voor de gebruikers die wonen in een niet-aangepaste woning of die zelfstandig wonen of op het werk of bureau nood hebben aan die aanpassing, om zo bij de verschillende onderdelen van het interieur van de woning of de werkplek (kasten etc.) te kunnen komen.

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenrolstoel met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig functieverlies van een of beide bovenste ledematen (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenrolstoel met biomechanische rugleuning (verstrekking 413095 - 413106) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig verlies van de stabiliteit van de romp en eventueel ook van nek en hoofd (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenrolstoel met hoofdsteun met functionele positionering (verstrekking 413139 - 413143) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig verlies van de stabiliteit van de schoudergordel, hoofd en nek (typering 4), waardoor ze in zithouding hun hoofd onmogelijk in een correcte positie kunnen houden. De aanpassing is bedoeld voor gebruikers die niet in staat zijn om hun hoofd rechtop te houden voor een langere periode of gebruikers met spasmen en weinig controle over de positie van hun hoofd.

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenrolstoel met achteruitkijkspiegel (verstrekking 413493 - 413504) is enkel toegestaan voor gebruikers met een ernstige stoornis (minimaal typing 3) van de anatomische eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, van de schoudergordel of van hoofd en nek.

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenrolstoel met verwarmingselement voor arm of hand (verstrekking 413559 - 413563) is enkel toegestaan voor de gebruikers met een verstoorde thermoregulatie. Die aanpassing is noodzakelijk om zelfstandig de rolstoel te kunnen bedienen.

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De elektronische binnen- en buitenrolstoel is uitgerust met voetsteunen of beensteunen die de gebruiker of begeleider eraf kan nemen of wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De voetsteunen of beensteunen moeten individueel instelbaar of verstelbaar zijn afhankelijk van de beenlengte van de gebruiker en van de algemene zithouding. Als de rolstoel uitgerust is met voetsteunen moet elke voetplaat

voorzien zijn van een kuitband, een hielsteun of een alternatief systeem. Als de rolstoel uitgerust is met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De elektronische binnen- en buitenrolstoel is uitgerust met armsteunen die instelbaar zijn in de hoogte zodat de armen van de gebruiker adequaat ondersteund kunnen worden. De armsteunen zijn afneembaar of wegklapbaar zodat de begeleider de gebruiker in en uit de rolstoel kan helpen.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De rughoek van de elektronische binnen- en buitenrolstoel moet afstelbaar zijn op de gebruiker. De elektronische binnen- en buitenrolstoel is minstens uitgerust met een soepele zit en rug.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De elektronische binnen- en buitenrolstoel wordt aangedreven door één of twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel is uitgerust met een bedieningspaneel met een joystick. De rolstoel is uitgerust met een bedieningspaneel met knoppen waarmee de gebruiker de rolstoel volledig kan bedienen en besturen. De elektronica moet individueel programmeerbaar zijn naargelang de gebruiker, o.a. reactiesnelheid van de joystick, snelheid van de rolstoel, progressieve versnelling. Het bedieningspaneel is (al dan niet samen met de armsteun) wegklapbaar zodat de gebruiker aan een tafel of bureau kan plaatsnemen. Standaard wordt het bedieningspaneel rechts of links geplaatst ter hoogte van de armsteunen zodat de gebruiker het al zittend kan bedienen met de rug tegen de rugleuning en de onderarm op de armsteun.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De elektronische binnen- en buitenrolstoel is specifiek ontworpen voor gebruik binnenshuis en gebruik op vlakke ondergrond buitenshuis. De snelheid van de elektronische binnen- en buitenrolstoel is programmeerbaar en regelbaar; minstens van 0 tot 6 km per uur zodat de snelheid kan aangepast worden voor verplaatsingen binnen- of buitenshuis. De actieradius of autonomie van de rolstoel bedraagt minimaal 30 km zodat de gebruiker zich veilig en zelfstandig kan verplaatsen binnen een aanzienlijke afstand van de woning of instelling. De rolstoel is voorzien van een veiligheidsgordel.

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De elektronische binnen- en buitenrolstoel is uitgerust met voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden en met een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel beschikt over een vrijloop, zodat de rolstoel manueel door een begeleider verplaatst kan worden. De rolstoel moet voorzien zijn van richtingaanwijzers en voor- en achterverlichting zodat de

gebruiker zichtbaar is in het verkeer, zoals de Belgische verkeerswetgeving voorschrijft. De elektronische binnen- en buitenrolstoel moet met batterijen en lader geleverd worden.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410619 - 410623 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun)	124,82€
410656 - 410667 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun)	143,54€
412594 - 412605 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal)	249,64€
412616 - 412627 Beensteun uit één stuk met zijkanten (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal)	287,08€
410693 - 410704 Elektrisch verstelbare comfortbeensteunen (lengtecorrigerend, per paar)	1248,18€
De verstrekkingen 410619 - 410623, 410656 - 410667, 412594 - 412605, 412616 - 412627 en 410693 - 410704 zijn onderling niet cumuleerbaar.	
410737 - 410748 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of eendelige, in hoek instelbare voetplaat)	112,34€
412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar)	51,25€
412918 - 412929 Forfaitaire tegemoetkoming voor kuitsteun voor centrale beensteun (per stuk)	71,46€
412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën	253,88€
412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)	44,26€
412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)	126,17€

3.2 Bovenste ledematen

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
--	---------

413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk) 179,83€

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

410899 - 410903 Voorgevormde zit 218,43€

410914 - 410925 Voorgevormde rug 230,91€

412859 - 412863 Naspanbare zitbekleding 149,78€

412874 - 412885 Naspanbare rugbekleding 149,78€

413073 - 413084 Dijbeensteun (per paar) 276,68€

413095 - 413106 Biomechanische rugleuning 265,62€

413117 - 413128 Heupsteun (per paar) 276,68€

De verstrekkingen 413073 - 413084 en 413117 - 413128 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411017 - 411028 Elektrisch kantelbare zit 1185,77€

411039 - 411043 Elektrisch in hoek verstelbare rug (verstelbare rughoek) 1185,77€

411054 - 411065 Elektrisch in hoogte verstelbare zit 2745,99€

411098 - 411109 Elektrische stafunctie 2745,99€

De verstrekkingen 411054 - 411065 en 411098 - 411109 zijn onderling niet cumuleerbaar.
De verstrekking 411098 - 411109 is niet cumuleerbaar met de verstrekking 410317 - 410328 (elektrisch instelbare statafel).

411113 - 411124 Hoofdsteun (in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar) 187,23€

413139 - 413143 Hoofdsteun met functionele positionering 1706,83€

411135 - 411146 Rugpelotten (per stuk) 101,10€

411157 - 411168 Abductieklos 77,39€

413338 - 413349 Forfaitaire tegemoetkoming voor abductieklos op maat 137,24€

De verstrekkingen 411157 - 411168 en 413338 - 413349 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411194 - 411205 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 48 cm tot en met 52 cm	230,91€
411216 - 411227 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 52 cm tot en met 58 cm	499,27€
411275 - 411286 Werkblad of half werkblad (zonder ingebouwde besturing)	199,71€
413353 - 413364 Forfaitaire tegemoetkoming voor borststeun voor werkblad	82,94€

3.4 Veiligheid

413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€
413397 - 413408 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips	193,22€
413419 - 413423 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel	68,80€
413456 - 413467 Gordel met oprolautomaat	68,80€
411356 - 411367 Zitbroek	86,12€

De verstrekkingen 413397 - 413408, 413419 - 413423, 413456 - 413467 en 411356 - 411367 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411393 - 411404 Stoepklimmer	418,14€
413493 - 413504 Achteruitkijkspiegel (1 stuk)	22,13€
413515 - 413526 Noodstopschakelaar	285,27€

3.5 Besturing/aandrijving

411496 - 411507 Werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad – inclusief werkblad)	1934,68€
411518 - 411529 Bijkomende externe joystick	742,67€
411533 - 411544 Kinbesturing	1622,63€
411555 - 411566 Kinbesturing (elektrisch wegzwenkbaar)	2090,70€

411577 - 411588 Middenbesturing	619,10€
411599 - 411603 Vingerbesturing	2621,18€
411614 - 411625 Hoofdbesturing	2496,36€
411636 - 411647 Voetbesturing	1872,27€

411658 - 411669 Forfaitaire vergoeding voor een rolstoelbesturing met bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker 2496,36€

De verstrekkingen 411496 - 411507, 411518 - 411529, 411533 - 411544, 411555 - 411566, 411577 - 411588, 411599 - 411603, 411614 - 411625, 411636 - 411647 en 411658 - 411669 zijn onderling niet cumuleerbaar.

413559 - 413563 Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand 846,55€

De verstrekking 413559 - 413563 is enkel vergoedbaar in cumulatie met een werkbladbesturing (411496 - 411507) of een vingerbesturing (411599 - 411603) of een besturing met bijzondere schakelaars (411658 - 411669).

413574 - 413585 Besturingssysteem voor de begeleider 675,36€

De verstrekking 413574 - 413585 is enkel vergoedbaar in cumulatie met een speciaal besturingssysteem: kinbesturing (411533 - 411544), kinbesturing (elektrisch wegzwenkbaar) (411555 - 411566), vingerbesturing (411599 - 411603), hoofdbesturing (411614 - 411625), voetbesturing (411636 - 411647), besturing met bijzondere schakelaars (411658 - 411669) middenbesturing (411577 - 411588) of werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad – inclusief werkblad) (411496 - 411507).

413596 - 413607 Wegzwenkbare bevestigingsarm – mechanisch bedienbaar 254,55€

3.6 Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder	109,57€
413633 - 413644 Houder zuurstoffles	215,81€
413655 - 413666 Forfaitaire tegemoetkoming voor platform voor medische apparatuur	377,46€
413677 - 413688 Forfaitaire tegemoetkoming voor scharnierend platform voor medische apparatuur	520,79€
413699 - 413703 Forfaitaire tegemoetkoming voor extra batterij	441,59€

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar mits uitgebreide motivering op basis van een functioneringsrapport.

4.2 Toegelaten cumulaties

De elektronische binnen- en buitenrolstoel mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel, voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor de gebruikers met tetraparese of quadriparese;
- een elektrisch instelbare statafel ;
- een antidecubituszittkussen van subgroep 1, 3 of 4 ;
- een wandelstok op wielen.

Voor gebruikers van een zitorthese kan een elektronische rolstoel voor gebruik binnen en buiten als onderstel worden vergoed. Voor elke aanvraag voor een zitorthese in combinatie met een rolstoel, is echter de cumulatie van de aanpassingen vermeld in artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet toegelaten met de aanpassingen, die hetzelfde gebruiksdoel hebben, opgenomen in de punten II en III.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de elektronische binnen- en buitenrolstoel (verstrekking 410118-410129) en de individuele aanpassingen kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de rolstoel op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

Gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de elektronische binnen- en buitenrolstoel, maar die een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm nodig hebben, kunnen een tegemoetkoming ontvangen, op voorwaarde dat de rolstoel op de volgende lijst staat:

- 410295 - 410306 – Elektronische binnen- en buitenrolstoel voor kinderen
412255 - 412266: 7177,03€

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het uitgebreide en multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel of van bijkomende aanpassingen aan een reeds geleverde rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

Subgroep 3: 410133 - 410144 Elektronische rolstoel voor gebruik buitenshuis 9985,43€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De elektronische buitenrolstoel is bedoeld voor gebruikers die zich hoofdzakelijk met deze rolstoel buitenshuis verplaatsen en die zich niet kunnen verplaatsen met een manuele rolstoel. De rolstoel moet dus vooral nuttige, actieve en langere verplaatsingen buitenshuis mogelijk maken.

Het gebruik van de elektronische buitenrolstoel moet de gebruiker, ongeacht zijn bewegingsbeperking, ondersteunen om zo zelfstandig en actief mogelijk te zijn op vlak van o.a. zelfzorg, huishouden en deelname aan het sociale leven.

Een definitief en dagelijks gebruik zal nodig zijn gedurende een groot deel van de dag.

1.2 Specifieke indicaties

a) De elektronische buitenrolstoel is enkel vergoedbaar voor gebruikers met een bewezen en definitieve volledige verplaatsingsstoornis (typering 4). De gebruiker kan niet staan of stappen (typering 4). Zelfstandig in en uit de rolstoel naar een stoel, zetel of bed gaan, lukt slechts in beperkte mate zonder de hulp van een derde (minimaal typering 3).

De gebruiker beschikt niet over de kracht, coördinatie of uithouding in de bovenste ledematen om zelf een manuele rolstoel te duwen en te besturen (typering 4). Een elektronische rolstoel besturen is wel mogelijk.

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele en cognitieve eigenschappen en de uithouding om de rolstoel op een veilige en oordeelkundige wijze buiten in het verkeer te gebruiken.

Eventueel na aanpassingen aan de zithouding, heeft de gebruiker een voldoende goede zitbalans waardoor verplaatsingen over langere tijd en afstanden zelfstandig mogelijk zijn.

b) De elektronische buitenrolstoel is ook vergoedbaar voor een gebruiker die voldoet aan de specifieke functionele indicaties van een modulaire manuele rolstoel op voorwaarde dat hij schoolloopt, een beroepsopleiding of omscholing volgt, werknemer of zelfstandige is. Zonder

gebruik van een elektronische rolstoel zijn die activiteiten niet mogelijk. Dat moet blijken uit het multidisciplinair adviesrapport.

c) Voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde arthritis, spondyloartropathie, juveniele chronische arthritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese, worden de typeringen voor de verplaatsingsstoornis, het staan of stappen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel verlaagd naar minimaal typering 3. Voor die gebruikers moet het bewijs geleverd worden dat zij deze rolstoel effectief kunnen gebruiken.

d) De elektronische buitenrolstoel is ook vergoedbaar voor een gebruiker die bij een vorige levering van een elektronische rolstoel een tegemoetkoming ontvangen heeft onder de voorwaarden vermeld onder punt b) en voor wie de hernieuwingstermijn van de vorige rolstoel verstreken is.

Aanpassingen

Een aanpassing van de elektronische buitenrolstoel met elektrisch verstelbare beensteunen of met een elektrisch kantelbare zit of met een elektrisch in hoek verstelbare rug is enkel toegelaten als de gebruiker een gestoorde zithouding (minimaal typering 3) heeft, die ondersteund moet worden door een specifieke afstelling van de rolstoel, of als een verandering van de algemene zithouding medisch noodzakelijk of raadzaam is ter preventie van decubitus wanneer de gebruiker langdurig in dezelfde houding zit.

Een aanpassing van de elektronische buitenrolstoel met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig functieverlies van een of beide bovenste ledematen (typering 4). Een aanpassing van de elektronische buitenrolstoel met biomechanische rugleuning (verstrekking 413095 - 413106) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig verlies van de stabiliteit van de romp en eventueel ook van nek en hoofd (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische buitenrolstoel met hoofdsteun met functionele positionering (verstrekking 413139 - 413143) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig verlies van de stabiliteit van de schoudergordel, hoofd en nek (typering 4), waardoor ze in zithouding hun hoofd onmogelijk in een correcte positie kunnen houden. De aanpassing is bedoeld voor gebruikers die niet in staat zijn om hun hoofd rechtop te houden voor een langere periode of gebruikers met spasmen en weinig controle over de positie van hun hoofd.

Een aanpassing van de elektronische buitenrolstoel met achteruitkijkspiegel (verstrekking 413493 - 413504) is enkel toegestaan voor gebruikers met een ernstige stoornis (minimaal typering 3) van de anatomische eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, van de schoudergordel of van hoofd en nek.

Een aanpassing van de elektronische buitenrolstoel met verwarmingselement voor arm of hand (verstrekking 413559 - 413563) is enkel toegestaan voor de gebruikers met een

verstoorde thermoregulatie. Die aanpassing is noodzakelijk om zelfstandig de rolstoel te kunnen bedienen.

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De elektronische buitenrolstoel is uitgerust met voetsteunen of beensteunen die de gebruiker of begeleider eraf kan nemen of wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten en/of in en uit de rolstoel te komen. De voetsteunen of beensteunen moeten individueel instelbaar zijn afhankelijk van de beenlengte van de gebruiker en van de algemene zithouding. Als de rolstoel uitgerust is met voetsteunen moet elke voetplaat voorzien kunnen worden van een kuitband, hielsteun of alternatief systeem. Als de rolstoel uitgerust is met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De elektronische buitenrolstoel is uitgerust met armsteunen die instelbaar zijn in de hoogte zodat de armen van de gebruiker adequaat ondersteund kunnen worden. De armsteunen zijn afneembaar of wegklapbaar zodat de begeleider de gebruiker in en uit de rolstoel kan helpen.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De rughoek van de elektronische buitenrolstoel moet afstelbaar zijn op de gebruiker. De zithouding wordt ondersteund d.m.v. een voorgevormde zit en rug.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De elektronische buitenrolstoel wordt aangedreven door één of twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem. De wijze waarop de rolstoel wordt aangedreven moet toelaten dat de rolstoel op alle terreinen kan rijden. De rolstoel is uitgerust met een bedieningspaneel met een joystick. De rolstoel is uitgerust met een bedieningspaneel met knoppen waarmee de gebruiker de rolstoel volledig kan bedienen en besturen. De elektronica moet individueel programmeerbaar zijn naargelang de gebruiker, o.a. reactiesnelheid van de joystick, snelheid van de rolstoel, progressieve versnelling. Het bedieningspaneel is (al dan niet samen met de armsteun) wegklapbaar zodat de gebruiker aan een tafel of bureau kan plaatsnemen. Standaard wordt het bedieningspaneel rechts of links geplaatst ter hoogte van de armsteunen zodat de gebruiker het al zittend kan bedienen met de rug tegen de rugleuning en de onderarm op de armsteun.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De elektronische buitenrolstoel is specifiek ontworpen voor gebruik buitenshuis. De rolstoel is uitgerust met voldoende grote wielen om over een stoep of hindernis van minimaal 9 cm te kunnen rijden. De banden zijn voldoende breed voor gebruik op diverse soorten ondergrond buitenshuis. De rolstoel is minstens voorzien van een vering. De snelheid van de

elektronische buitenrolstoel is programmeerbaar en regelbaar; minstens van 0 tot 6 km per uur zodat de snelheid kan aangepast worden voor verplaatsingen binnen- of buitenshuis. De actieradius of autonomie van de rolstoel bedraagt minimaal 50 km zodat de gebruiker zich veilig en zelfstandig kan verplaatsen binnen een aanzienlijke afstand van de woning of instelling. De rolstoel is voorzien van een veiligheidsgordel.

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De elektronische buitenrolstoel is uitgerust met voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden en met een remsysteem. De rolstoel beschikt over een vrijloop, zodat de rolstoel manueel door een begeleider verplaatst kan worden. De rolstoel moet voorzien zijn van richtingaanwijzers en voor- en achterverlichting zodat de gebruiker zichtbaar is in het verkeer, zoals de Belgische verkeerswetgeving voorschrijft. De elektronische buitenrolstoel moet met batterijen en lader geleverd worden.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410619 - 410623 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun)	124,82€
410656 - 410667 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun)	143,54€
412594 - 412605 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal)	249,64€
412616 - 412627 Beensteun uit één stuk met zijkanten (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal)	287,08€
410693 - 410704 Elektrisch verstelbare comfortbeensteunen (lengtecorrigerend, per paar)	1248,18€
De verstrekkingen 410619 - 410623, 410656 - 410667, 410693 - 410704, 412594 - 412605 en 412616 - 412627 zijn onderling niet cumuleerbaar.	
410737 - 410748 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of eendelige, in hoek instelbare voetplaat)	112,34€
412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar)	51,25€
412918 - 412929 Forfaitaire tegemoetkoming voor kuitsteun voor centrale beensteun	71,46€

412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën	253,88€
412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)	44,26€
412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)	126,17€

3.2 Bovenste ledematen

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

413073 - 413084 Dijbeensteun (per paar)	276,68€
413095 - 413106 Biomechanische rugleuning	265,62€
413117 - 413128 Heupsteun (per paar)	276,68€
De verstrekkingen 413073 - 413084 en 413117 - 413128 zijn onderling niet cumuleerbaar	
411017 - 411028 Elektrisch kantelbare zit	1185,77€
411039 - 411043 Elektrisch in hoek verstelbare rug (verstelbare rughoek)	1185,77€
411113 - 411124 Hoofdsteun (in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar)	187,23€
413139 - 413143 Hoofdsteun met functionele positionering	1706,83€
411135 - 411146 Rugpelotten (per stuk)	101,10€
411157 - 411168 Abductieklos	77,39€
413338 - 413349 Forfaitaire tegemoetkoming voor abductieklos op maat	137,24€

De verstrekkingen 411157 - 411168 en 413338 - 413349 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411194 - 411205 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 48 cm tot en met 52 cm	230,91€
--	---------

411216 - 411227 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 52 cm tot en met 58 cm 499,27€

3.4 Veiligheid

413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk) 36,52€

413397 - 413408 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips 193,22€

413419 - 413423 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel 68,80€

413456 - 413467 Gordel met oprolautomaat 68,80€

411356 - 411367 Zitbroek 86,12€

De verstrekkingen 413397 - 413408, 413419 - 413423, 413456 - 413467 en 411356 - 411367 zijn onderling niet cumuleerbaar.

413493 - 413504 Achteruitkijkspiegel (1 stuk) 22,13€

413515 - 413526 Noodstopshakelaar 285,27€

3.5 Besturing/aandrijving

411496 - 411507 Werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad – inclusief werkblad) 1934,68€

411518 - 411529 Bijkomende externe joystick 742,67€

411533 - 411544 Kinbesturing 1622,63€

411555 - 411566 Kinbesturing (elektrisch wegzenkbaar) 2090,70€

411577 - 411588 Middenbesturing 619,10€

411599 - 411603 Vingerbesturing 2621,18€

411614 - 411625 Hoofdbesturing 2496,36€

411636 - 411647 Voetbesturing 1872,27€

411658 - 411669 Forfaitaire vergoeding voor een rolstoelbesturing met bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker 2496,36€

De verstrekkingen 411496 - 411507, 411518 - 411529, 411533 - 411544, 411555 - 411566, 411577 - 411588, 411599 - 411603, 411614 - 411625, 411636 - 411647 en 411658 - 411669 zijn onderling niet cumuleerbaar.

413559 - 413563 Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand 846,55€

De verstrekking 413559 - 413563 is enkel vergoedbaar in cumulatie met een werkbladbesturing (411496 - 411507) of een vingerbesturing (411599 - 411603) of een besturing met bijzondere schakelaars (411658 - 411669).

413574 - 413585 Besturingssysteem voor de begeleider 675,36€

De verstrekking 413574 - 413585 is enkel vergoedbaar in cumulatie met een speciaal besturingssysteem: kinbesturing (411533 - 411544), kinbesturing (elektrisch wegzwenkbaar) (411555 - 411566), vingerbesturing (411599 - 411603), hoofdbesturing (411614 - 411625), voetbesturing (411636 - 411647) besturing met bijzondere schakelaars (411658 - 411669), middenbesturing (411577 - 411588) of werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad – inclusief werkblad) (411496 - 411507).

413596 - 413607 Wegzwenkbare bevestigingsarm – mechanisch 254,55€
bedienbaar

3.6 Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder 109,57€

413633 - 413644 Houder zuurstoffles 215,81€

413655 - 413666 Forfaitaire tegemoetkoming voor platform voor medische 377,46€
apparatuur

413677 - 413688 Forfaitaire tegemoetkoming voor scharnierend platform voor 520,79€
medische apparatuur

413699 - 413703 Forfaitaire tegemoetkoming voor extra batterij 441,59€

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar mits uitgebreide motivering op basis van een functioneringsrapport.

4.2 Toegelaten cumulaties

De elektronische buitenrolstoel mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel, voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor de gebruikers met tetraparese of quadriparese ;
- een elektrisch instelbare statafel ;
- een antidecubituszittkussen van subgroep 1, 3 of 4 ;
- een wandelstok op wielen.

Voor gebruikers van een zitorthese kan een elektronische rolstoel voor gebruik buitenshuis als onderstel worden vergoed. Voor elke aanvraag voor een zitorthese in combinatie met een rolstoel, is echter de cumulatie van de aanpassingen vermeld in artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet toegelaten met de aanpassingen, die hetzelfde gebruiksdoel hebben, opgenomen in de punten II en III.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de elektronische buitenrolstoel (verstrekking 410133 - 410144) en de individuele aanpassingen kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de rolstoel op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het uitgebreide en multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het uitgebreide door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel of van bijkomende aanpassingen aan een reeds geleverde rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

HOOFDGROEP 3: Elektronische scooters

Subgroep 1: 412675 - 412686: Elektronische binnenscooter

855€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoelen

De elektronische binnenscooter is hoofdzakelijk bedoeld voor gebruik binnenshuis en voor korte afstanden buitenshuis. Dankzij de verplaatsingen met deze scooter neemt de gebruiker actief deel aan het sociale en familiale leven en behoudt hij zijn zelfstandigheid. Het gebruik is definitief.

1.2 Specifieke indicaties

De elektronische binnenscooter is vergoedbaar voor gebruikers met bewezen en definitieve beperkingen bij het lopen. Korte afstanden lopen (minder dan een km) is slechts in beperkte mate mogelijk (minimaal typering 3). Lange afstanden lopen (meer dan een km) is helemaal niet mogelijk (typering 4).

De gebruiker beschikt niet over de kracht of uithouding om zich met een manuele rolstoel te verplaatsen binnenshuis en over korte afstanden buitenshuis (typering 4). Een elektronische scooter besturen is wel mogelijk.

De zithouding van de gebruiker is voldoende stabiel om de scooter in alle veiligheid te besturen.

De bovenste ledematen zijn hoogstens matig beperkt (maximaal typering 2). Bij één afonctioneel bovenste lidmaat is het nog functionele lidmaat hoogstens licht beperkt (maximaal typering 1).

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele, zintuiglijke en cognitieve eigenschappen om de scooter op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken zowel binnenshuis als desgevallend buiten op de openbare weg.

Aanpassingen

Een aanpassing van de elektronische binnenscooter met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig functieverlies van een of beide bovenste ledematen (typering 4).

2. Functionele specificaties van de scooter

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De elektronische binnenscooter is uitgerust met een horizontaal plateau of twee afzonderlijke voetplaten die de voeten ondersteunt/ondersteunen en waarop een vormvaste ziteenheid is bevestigd.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De stuurkolom van de elektronische binnenscooter moet verstelbaar zijn in de diepte zodat de gebruiker comfortabel het stuur kan bedienen en vlot in en uit de scooter kan.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De elektronische binnenscooter is uitgerust met een vormvaste, in de hoogte instelbare ziteenheid. De ziteenheid moet uitgerust zijn met opklapbare of afneembare armsteunen. Om de gebruiker gemakkelijk en veilig op de scooter te laten plaatsnemen of hem in en uit de scooter te helpen, is de ziteenheid minimaal 180° draaibaar op de bevestigingsas en voorzien van een vergrendelingssysteem.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De elektronische binnenscooter wordt aangedreven door een of twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem. Hij wordt mechanisch bestuurd d.m.v. een stuurkolom. De scooter is uitgerust met een bedieningspaneel waarop de bedieningsknoppen zijn geplaatst. Het bedieningspaneel is bevestigd op of ingebouwd in het stuur. De snelheid van de scooter moet afgestemd kunnen worden op de gebruiker. De elektronische binnenscooter beschikt over minstens drie wielen.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De elektronische binnenscooter is specifiek ontworpen voor gebruik binnenshuis. De scooter moet in twee of meer stukken uit elkaar gehaald kunnen worden zodat men hem kan meenemen. De snelheid van de scooter is regelbaar; minimaal van 0 tot 6 km per uur, zodat de snelheid aangepast kan worden voor verplaatsingen binnenshuis. De elektronische binnenscooter is uitgerust met batterijen van minimaal 12 Ah. De actieradius of autonomie bedraagt minimaal 10 km zodat de gebruiker zich zelfstandig en veilig kan verplaatsen.

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De elektronische binnenscooter beschikt over een vrijloop. De elektronische binnenscooter moet geleverd worden met batterijen en lader.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.2 Bovenste ledematen

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk) 138,34€

413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk) 179,83€

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.4 Veiligheid

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.5 Besturing/aandrijving

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.6 Bijzondere aanpassingen

413633 - 413644 Houder zuurstoffles 215,81€

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De elektronische binnenscooter mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel ;
- een antidecubituszitkussen van subgroep 3 of 4 ;
- een instelbare statafel ;
- een wandelstok op wielen.

De elektronische binnenscooter kan niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 en 654850 van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de elektronische binnenscooter (verstrekking 412675 - 412686) kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de scooter op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

De gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de elektronische binnenscooter, maar die kiezen voor een ander type scooter, kunnen een forfaitaire tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de scooter op de lijst van de erkende elektronische scooters staat. Dan moet de procedure in punt I., 3.3.7 gevolgd worden.

- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische binnen- en buitenscooter

413773 - 413784 : 855€

- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische buitenscooter

413795 - 413806 : 855€

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het uitgebreide door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een scooter is de aanvraagprocedure in punt I, 3.3.5. van toepassing.

Subgroep 2: 410155 - 410166 Elektronische binnen- en buitenscooter 2371,54€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De elektronische binnen- en buitenscooter is bedoeld voor korte tot middellange afstanden buitenshuis. Dankzij de verplaatsingen met deze scooter neemt de gebruiker actief deel aan het sociale en familiale leven en behoudt hij zijn zelfstandigheid. Het gebruik is definitief.

1.2 Specifieke indicaties

a) De elektronische binnen- en buitenscooter is vergoedbaar voor gebruikers met bewezen en definitieve beperkingen bij het lopen. Korte afstanden lopen (minder dan een km) is slechts in beperkte mate mogelijk (minimaal typering 3). Lange afstanden lopen (meer dan een km) is helemaal niet mogelijk (typering 4).

De gebruiker beschikt niet over de kracht of uithouding om zich met een manuele rolstoel te verplaatsen over korte en middellange afstanden (typering 4). Een elektronische scooter besturen is wel mogelijk.

De zithouding van de gebruiker is voldoende stabiel om de scooter in alle veiligheid te besturen en dat wordt bevestigd door het multidisciplinair functioneringsrapport en de praktische test.

De bovenste ledematen zijn hoogstens matig beperkt (maximaal typering 2). Bij één afunctioneel bovenste lidmaat is het nog functionele lidmaat hoogstens licht beperkt (maximaal typering 1).

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele, zintuiglijke en cognitieve eigenschappen om de scooter op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken zowel binnenshuis als desgevallend buiten op de openbare weg.

De gebruiker verplaatst zich frequent en vooral binnenshuis of over korte tot middellange afstanden buitenshuis. De aard, noodzaak en frequentie van de verplaatsingen moeten duidelijk gemotiveerd worden in het multidisciplinair functioneringsrapport.

b) De elektronische binnen- en buitenscooter is ook vergoedbaar voor een gebruiker die voldoet aan de specifieke functionele indicaties van een modulaire manuele rolstoel op voorwaarde dat hij schoolloopt, een beroepsopleiding of omscholing volgt, werknemer of zelfstandige is. Zonder gebruik van een elektronische scooter zijn die activiteiten niet mogelijk. Dat moet blijken uit het multidisciplinair adviesrapport.

Aanpassingen

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenscooter met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig functieverlies van een of beide bovenste ledematen (typering 4). Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenscooter met achteruitkijkspiegel (verstrekking 413493 - 413504) is enkel toegestaan voor gebruikers met een ernstige stoornis (minimaal typing 3) van de anatomische eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, van de schoudergordel of van hoofd en nek.

2. Functionele specificaties van de scooter

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De elektronische binnen- en buitenscooter is uitgerust met een horizontaal plateau die de voeten ondersteunt en waarop een vormvaste ziteenheid is bevestigd.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De stuurkolom van de elektronische binnen- en buitenscooter moet verstelbaar zijn in de diepte zodat de gebruiker comfortabel het stuur kan bedienen en vlot in en uit de scooter kan.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De elektronische binnen- en buitenscooter is uitgerust met een vormvaste, in de hoogte instelbare ziteenheid. De ziteenheid moet uitgerust zijn met opklapbare of afneembare armsteunen. Om de gebruiker gemakkelijk en veilig op de scooter te laten plaatsnemen of hem in en uit de scooter te helpen, is de ziteenheid minimaal 180° draaibaar op de bevestigingsas en voorzien van een vergrendelingssysteem.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De elektronische binnen- en buitenscooter wordt aangedreven door een of twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem. Hij wordt mechanisch bestuurd d.m.v. een stuurkolom. De scooter is uitgerust met een bedieningspaneel waarop de bedieningsknoppen zijn geplaatst. Het bedieningspaneel is bevestigd op of ingebouwd in

het stuur. De snelheid van de scooter moet afgestemd kunnen worden op de gebruiker. De elektronische binnen- en buitenscooter beschikt over minstens drie wielen.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De elektronische binnen-en buitenscooter is specifiek ontworpen voor gebruik binnenshuis en hoofdzakelijk gebruik op vlakke ondergrond buitenshuis. De elektronische binnen- en buitenscooter moet in twee of meer stukken uit elkaar gehaald of verkleind kunnen worden zodat men hem kan meenemen in de koffer van de auto. De scooter is uitgerust met antiekiewielen en met een voor- en achterbescherming of stootrand. De scooter is uitgerust met een boodschappenmandje. De snelheid van de scooter is regelbaar; minimaal van 0 tot 6 km per uur, zodat de snelheid aangepast kan worden voor verplaatsingen binnen of buiten. De actieradius of autonomie bedraagt minimaal 20 km zodat de gebruiker zich zelfstandig en veilig kan verplaatsen.

2.6 Functionele specificaties - technische aspecten

De elektronische binnen- en buitenscooter beschikt over een vrijloop. De scooter moet voorzien zijn van richtingaanwijzers en voor- en achterverlichting zodat de gebruiker zichtbaar is in het verkeer, zoals de Belgische verkeerswetgeving voorschrijft. De elektronische binnen- en buitenscooter moet geleverd worden met batterijen en lader.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.2 Bovenste ledematen

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
--	---------

413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€
---	---------

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.4 Veiligheid

413493 - 413504 Achteruitkijkspiegel (1 stuk)	22,13€
---	--------

3.5 Besturing/aandrijving

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.6 Bijzondere aanpassingen

413633 - 413644 Houder zuurstoffles 215,81€

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar mits uitgebreide motivering op basis van het functioneringsrapport.

4.2 Toegelaten cumulaties

De elektronische binnen- en buitenscooter mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel ;
- een antidecubituszitkussen van subgroep 3 of 4 ;
- een instelbare statafel ;
- een wandelstok op wielen.

De elektronische binnen- en buitenscooter kan niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 en 654850 van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de elektronische binnen- en buitenscooter (verstrekking 410155 - 410166) kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de scooter op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

De gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de elektronische binnen- en buitenscooter, maar die kiezen voor een ander type scooter of rolstoel, kunnen een forfaitaire tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de scooter of de rolstoel op een van de lijsten van erkende elektronische scooters of rolstoelen staat. Dan moet de aanvraagprocedure in punt I, 3.3.7. gevolgd worden.

- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel
411916 - 411927: 2371,54€
- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische buitenscooter
413817 - 413828: 2371,54€

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het uitgebreide door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een scooter is de aanvraagprocedure in punt I, 3.3.5. van toepassing.

Subgroep 3: 410177 - 410188 Elektronische buitenscooter

3744,54€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De elektronische buitenscooter is bedoeld voor gebruik over lange afstanden. Dankzij de verplaatsingen met deze scooter neemt de gebruiker actief deel aan het sociale en familiale leven en behoudt hij zijn zelfstandigheid. Het gebruik is definitief.

1.2 Specifieke indicaties

a) De elektronische buitenscooter is vergoedbaar voor gebruikers met bewezen en definitieve beperkingen bij het lopen. Korte afstanden lopen (minder dan een km) is slechts in beperkte mate mogelijk (minimaal typering 3). Lange afstanden lopen (meer dan een km) is helemaal niet mogelijk (typering 4).

De gebruiker beschikt niet over de kracht of uithouding om zich met een manuele rolstoel over lange afstanden te verplaatsen (typering 4). Een elektronische scooter besturen is wel mogelijk.

De zithouding van de gebruiker is voldoende stabiel om de scooter in alle veiligheid te besturen en dat wordt bevestigd door het multidisciplinair functioneringsrapport en de praktische test.

De bovenste ledematen zijn hoogstens matig beperkt (maximaal typering 2). Bij één afunctioneel bovenste lidmaat is het nog functionele lidmaat hoogstens licht beperkt (maximaal typering 1).

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele, zintuiglijke en cognitieve eigenschappen om de scooter op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken zowel binnenshuis als desgevallend buiten op de openbare weg.

De gebruiker verplaatst zich frequent buitenshuis en over lange afstanden. De aard, noodzaak en frequentie van de verplaatsingen moeten duidelijk gemotiveerd worden in het multidisciplinair functioneringsrapport.

b) De elektronische buitenscooter is ook vergoedbaar voor een gebruiker die voldoet aan de specifieke functionele indicaties van een modulaire manuele rolstoel op voorwaarde dat hij schoolloopt, een beroepsopleiding of omscholing volgt, werknemer of zelfstandige is. Zonder gebruik van een elektronische scooter zijn die activiteiten niet mogelijk. Dat moet blijken uit het multidisciplinair adviesrapport.

Aanpassingen

Een aanpassing van de elektronische buitenscooter met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig functieverlies van een of beide bovenste ledematen (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische buitenscooter met achteruitkijkspiegel (verstrekking 413493 - 413504) is enkel toegestaan voor gebruikers met een ernstige stoornis (minimaal typing 3) van de anatomische eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, van de schoudergordel of van hoofd en nek.

2. Functionele specificaties van de scooter

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De elektronische buitenscooter is uitgerust met een horizontaal plateau die de voeten ondersteunt en waarop een vormvaste ziteenheid is bevestigd.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De stuurkolom van de elektronische buitenscooter moet verstelbaar zijn in de diepte zodat de gebruiker comfortabel het stuur kan bedienen en vlot in en uit de scooter kan.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De elektronische buitenscooter is uitgerust met een vormvaste, in de hoogte instelbare ziteenheid. De ziteenheid moet uitgerust zijn met opklapbare of afneembare armsteunen. Om de gebruiker gemakkelijk en veilig op de scooter te laten plaatsnemen of hem in en uit de scooter te helpen, is de ziteenheid minimaal 180° draaibaar op de bevestigingsas en voorzien van een vergrendelingssysteem.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De elektronische buitenscooter wordt aangedreven door een of twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem. Hij wordt mechanisch bestuurd d.m.v. een stuurkolom. De scooter is uitgerust met een bedieningspaneel waarop de bedieningsknoppen zijn geplaatst. Het bedieningspaneel is bevestigd op of ingebouwd in het stuur. De snelheid van de scooter moet afgestemd kunnen worden op de gebruiker. De elektronische buitenscooter beschikt over minstens drie wielen.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De elektronische buitenscooter is specifiek ontworpen voor gebruik op diverse soorten ondergrond buitenshuis. De scooter moet verkleinbaar zijn zodat hij meegenomen kan worden. De bodemvrijheid bedraagt minimaal 10 cm om hindernissen bij de verplaatsingen buitenshuis te overbruggen. De scooter is uitgerust met antiekiewielen en met een voor- en achterbescherming of stootrand.

De scooter is uitgerust met een boodschappenmandje. De snelheid van de scooter is regelbaar; minimaal van 0 tot 6 km per uur, zodat de snelheid aangepast kan worden voor verplaatsingen buitenshuis. De actieradius of autonomie bedraagt minimaal 30 km zodat de gebruiker zich zelfstandig en veilig kan verplaatsen.

2.6 Functionele specificaties - technische aspecten

De elektronische buitenscooter beschikt over een vrijloop. De scooter moet voorzien zijn van richtingaanwijzers en voor- en achterverlichting zodat de gebruiker zichtbaar is in het verkeer, zoals de Belgische verkeerswetgeving voorschrijft. De elektronische buitenscooter moet geleverd worden met batterijen en lader.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.2 Bovenste ledematen

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk) 138,34€

413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk) 179,83€

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.4 Veiligheid

413493 - 413504 Achteruitkijkspiegel (1 stuk) 22,13€

3.5 Besturing/aandrijving

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.6 Bijzondere aanpassingen

413633 - 413644 Houder zuurstoffles 215,81€

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor gebruikers tot 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.
- Voor gebruikers vanaf 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar mits uitgebreide motivering op basis van het functioneringsrapport.

4.2 Toegelaten cumulaties

De elektronische buitenscooter mag gecumuleerd worden met:

- een loophulpmiddel,
- een antidecubituszitkussen van subgroep 3 of 4,
- een instelbare statafel.
- een wandelstok op wielen

De elektronische buitenscooter kan niet worden gecumuleerd met de verstrekking 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 en 654850 van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de elektronische buitenscooter (verstrekking 410177 - 410188) kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat hij op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

De gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van de elektronische buitenscooter, maar die kiezen voor een ander type scooter of rolstoel, kunnen een forfaitaire tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat hij op een van de lijsten van erkende elektronische scooters of rolstoelen staat. Dan moet de procedure in punt I., 3.3.7 gevolgd worden.

- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel
411938 - 411949: 3744,54€

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;

- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een scooter is de aanvraagprocedure in punt I, 3.3.5. van toepassing.

2° Doelgroep: rechthebbenden tot achttien jaar:

Een rechthebbende tot achttien jaar wordt in dit punt "een kind" genoemd.

HOOFDGROEP 4: Manuele kinderrolstoelen

Subgroep 1: 410199 - 410203 Standaard duwwandelwagen 1310,59€

1. Functionele indicaties voor het kind

1.1 Gebruiksdoel

De standaard duwwandelwagen is bedoeld voor kinderen van drie tot achttien jaar en is noodzakelijk bij elke verplaatsing buitenshuis met het kind.

1.2 Specifieke indicaties

De standaard duwwandelwagen is enkel vergoedbaar voor kinderen met een vertraagde psychomotorische ontwikkeling waardoor de stapfunctie nog niet voldoende is verworven of voor kinderen met een bewezen, ernstig en definitief verstoorde verplaatsingsfunctie (minimaal typering 3).

De verplaatsingsfunctie binnenshuis is matig gestoord (minimaal typering 2). De verplaatsingsfunctie buitenshuis is ernstig gestoord (minimaal typering 3).

Het kind kan buitenshuis onmogelijk over lange afstand verplaatst worden zonder de duwwandelwagen.

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De standaard duwwandelwagen is uitgerust met een voetsteun. De voetsteun moet in de hoogte instelbaar zijn afhankelijk van de beenlengte van het kind en van de algemene zitpositie.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

Er zijn geen functionele specificaties van de bovenste ledematen bepaald.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De standaard duwwandelwagen is minstens uitgerust met een soepele zit en een vormvaste rug. De standaard duwwandelwagen moet in verschillende maatvoeringen (zitbreedte, zitdiepte, rughoogte) leverbaar zijn zodat hij kan aangepast worden aan het kind. Het ruggedeelte is minstens instelbaar tot 15°. Het zit- en ruggedeelte ondersteunen de volledige lengte van de thorax (tot minimaal schouderhoogte) en geven het kind voldoende zijdelingse steun, stabiliteit en veiligheid. Het zit- en ruggedeelte moet bekleed zijn met een zacht materiaal of uitgerust zijn met beschermkussens. De zijkanten ondersteunen de volledige lengte van de thorax (tot minimaal schouderhoogte).

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De standaard duwwandelwagen is uitgerust met duwhandvatten of een duwbeugel.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De standaard duwwandelwagen moet vouwbaar of verkleinbaar zijn om zo gemakkelijk mogelijk te kunnen meenemen. De standaard duwwandelwagen is uitgerust met een vierpuntsveiligheidsgordel om het kind veilig vast te maken en met een remsysteem dat door de begeleider bediend kan worden.

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De standaard duwwandelwagen heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden. De maximale belastbaarheid (kg) moet duidelijk vermeld worden in de informatiebrochure.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.2 Bovenste ledematen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

411157 - 411168 Abductieklos

77,39€

3.4 Veiligheid

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.5 Besturing/aandrijving

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor alle kinderen tot 18 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 3 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De standaard duwwandelwagen mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel ;
- een orthopedische driewiel fiets. De aanvraagprocedure in punt I, 3.3.2. moet gevolgd worden als de rolstoel werd geleverd vóór de orthopedische driewiel fiets. De aanvraagprocedure in punt I, 3.3.3. moet gevolgd worden als de orthopedische driewiel fiets werd geleverd vóór de rolstoel of als de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets gelijktijdig worden geleverd.

De standaard duwwandelwagen kan niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 en 654850 van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

4.3 Tegemoetkoming

Kinderen van drie tot achttien jaar komen in aanmerking voor een tegemoetkoming voor een standaard duwwandelwagen.

Voor de standaard duwwandelwagen (verstrekking 410199-410203) kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat hij op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

Voor de kinderen die voldoen aan de voorwaarden van de standaard duwwandelwagen en die opteren voor een ander type rolstoel kan een forfaitaire tegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat de rolstoel op de lijsten van de erkende manuele kinderrolstoelen of elektronische kinderrolstoelen staat. Dan moet de procedure in punt I., 3.3.7 gevolgd worden.

- Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele kinderrolstoel
411953 - 411964: 1310,59€
- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel
411975 - 411986: 1310,59€

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van bijkomende aanpassingen aan een reeds geleverde rolstoel of van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

Subgroep 2: 410214 - 410225 Modulaire duwwandelwagen

2184,31€

1. Functionele indicaties voor het kind

1.1 Gebruiksdoel

De modulaire duwwandelwagen is bedoeld voor kinderen van twee tot achttien jaar en is noodzakelijk bij elke verplaatsing buitenshuis met het kind. Deze duwwandelwagen is specifiek uitgerust met een aanpasbaar zitsysteem dat het kind ondersteunt in de zithouding.

1.2 Specifieke indicaties

De modulaire duwwandelwagen is enkel vergoedbaar voor kinderen met een bewezen, ernstige en definitieve verplaatsingsstoornis (minimaal typering 3).

De verplaatsingsfunctie binnenshuis is ernstig gestoord (minimaal typering 3). De verplaatsingsfunctie buitenshuis is volledig gestoord (typering 4).

Het kind heeft een ernstig gestoorde zitfunctie die moet worden ondersteund met aanpassingen (minimaal typering 3).

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De modulaire duwwandelwagen is uitgerust met een voetsteun. De voetsteun moet mechanisch in de hoogte instelbaar zijn en traploos tot horizontaal (kniehoek) ingesteld kunnen worden afhankelijk van de beenlengte van het kind en van de algemene zitpositie. De hoek van de voetplaat moet instelbaar zijn, zowel plantairflexie als dorsaalflexie over minimaal 10°, om een afwijkende stand van het enkelgewricht op te vangen of te corrigeren.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

Er zijn geen functionele specificaties van de bovenste ledematen bepaald.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De modulaire duwwandelwagen is uitgerust met een vormvaste rug en zit. De zijkanten van het zitsysteem zijn vormvast om het kind voldoende zijwaartse steun, stabiliteit en veiligheid te geven. De zijkanten van het zit- en ruggedeelte zijn bekleed met een zacht materiaal of uitgerust met beschermkussens. Om de groei van het kind te volgen moet de zitdiepte (minimaal 5 cm), zitbreedte (minimaal 8 cm) en rughoogte verstelbaar zijn. De duwwandelwagen is uitgerust met een verlengd ruggedeelte dat het hoofd ondersteunt of met een afzonderlijke hoofdsteun. Het zitsysteem is in zijn geheel kantelbaar om de zithouding van het kind te kunnen variëren tot minimaal 15°. De rughoek is afzonderlijk verstelbaar door de begeleider tot minimaal 30°.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De modulaire duwwandelwagen is uitgerust met duwhandvatten of een duwbeugel, in de hoogte instelbaar of verstelbaar afhankelijk van de begeleider.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De modulaire duwwandelwagen moet vouwbaar of verkleinbaar zijn om zo gemakkelijk mogelijk te kunnen meenemen. De duwwandelwagen is uitgerust met een vierpuntsveiligheidsgordel om het kind veilig vast te maken en met een remsysteem dat door de begeleider bediend kan worden.

2.6 Functionele specificaties - technische aspecten

De modulaire duwwandelwagen heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden. De wielen zijn zwenkbaar. De maximale belastbaarheid (kg) moet duidelijk vermeld worden in de informatiebrochure.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.2 Bovenste ledematen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

411135 - 411146 Ruggelotten (per stuk)	101,10€
411157 - 411168 Abductieklos	77,39€
411275 - 411286 Werkblad of half werkblad	199,71€
411238 - 411249 Aanpassing van de zitbreedte (meer dan 36 cm) en zitdiepte	449,34€

3.4 Veiligheid

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.5 Besturing/aandrijving

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor alle kinderen tot 18 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 3 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De modulaire duwwandelwagen mag met geen enkel ander mobiliteitshulpmiddel worden gecumuleerd.

De modulaire duwwandelwagen kan niet worden gebruikt als onderstel voor een zitorthese, maar kan wel worden toegekend als alternatief vervoermiddel voor kinderen die in een zitorthese zijn gepositioneerd. (Verstrekkingsnummers 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 en 654850) van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

In dit geval moet het multidisciplinaire rapport vermelden dat het kind zowel de orthese als de modulaire duwwandelwagen nodig heeft. (vervoer of om redenen van toegankelijkheid).

4.3 Tegemoetkoming

Kinderen van twee tot achttien jaar komen in aanmerking voor een tegemoetkoming voor een modulaire duwwandelwagen.

Voor de modulaire duwwandelwagen (verstrekking 410214 - 410225) kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat hij op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten staat.

Voor de kinderen die voldoen aan de voorwaarden van de modulaire duwwandelwagen en die opteren voor een ander type rolstoel kan een forfaitaire tegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat de rolstoel op de lijsten van de erkende manuele kinderrolstoelen of elektronische kinderrolstoelen staat. Dan moet de procedure in punt I., 3.3.7 gevolgd worden.

- Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele standaardrolstoel voor kinderen 411997 - 412008 : 1248,18€
- Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele actief rolstoel voor kinderen 412019 - 412023 : 2285,42€
- Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel voor kinderen 412034 - 412045 : 2184,31€

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van bijkomende aanpassingen aan een reeds geleverde rolstoel of van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

Subgroep 3: 410236 - 410247 Manuele standaardrolstoel voor kinderen 1248,18€

1. Functionele indicaties voor het kind

1.1 Gebruiksdoel

De manuele standaardrolstoel voor kinderen van twee tot achttien jaar is bedoeld voor beperkt dagelijks gebruik. Hij wordt gebruikt om zich beperkt binnenshuis of buitenshuis te verplaatsen en zorgt ervoor dat het kind kan deelnemen aan het familiale en sociale leven.

1.2 Specifieke indicaties

De manuele standaardrolstoel voor kinderen is enkel vergoedbaar voor kinderen van twee tot achttien jaar met bewezen, ernstig en definitieve verplaatsingsproblemen maar die nog behoorlijk rechtop kunnen zitten.

Het kind kan zich binnenshuis enkel met steun zelfstandig verplaatsen (minimaal typering 2) of kan zich buitenshuis zeer moeilijk over lange afstanden verplaatsen zonder rolstoel (minimaal typering 3).

Alle aanpassingen aan de rolstoel moeten functioneel noodzakelijk zijn en steeds omstandig gemotiveerd worden.

Aanpassingen aan de hoepels van de rolstoel zijn enkel toegestaan bij gereduceerde grijpfunctie (minimaal typering 3).

Aanpassingen

Een aanpassing van de manuele standaardrolstoel voor kinderen met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig functieverlies van een of beide bovenste ledematen (typering 4).

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties onderste ledematen

De manuele standaardrolstoel voor kinderen is uitgerust met voetsteunen of beensteunen die het kind of begeleider eraf kan nemen of wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De voetsteunen of beensteunen moeten individueel instelbaar zijn afhankelijk van de beenlengte van het kind en van de algemene zithouding.

Als de rolstoel uitgerust is met voetsteunen moet elke voetplaat voorzien zijn van een kuitband, een hielsteun of een alternatief systeem. Als de rolstoel uitgerust is met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De manuele standaardrolstoel voor kinderen is uitgerust met armsteunen die het kind of begeleider eraf moet kunnen nemen of wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De armsteunen vormen een steun voor de onderarmen van het kind en zijn voorzien van zijplaten die dienen als bescherming voor de kleren. De armsteunen moeten in de hoogte instelbaar zijn.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

De manuele standaardrolstoel voor kinderen is minstens voorzien van een soepele zit en rug. De manuele standaardrolstoel moet uitgerust kunnen worden met een uitneembare voorgevormde zit, een uitneembare voorgevormde rug, een verstelbare hoofdsteun, rugpelotten, een abductieklos en een veiligheidsgordel. Die aanpassingen zijn niet noodzakelijk producteigen.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De manuele standaardrolstoel voor kinderen kan van het type duwwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn. Beide types moeten voorzien zijn van in de hoogte instelbare duwhandvatten voor de begeleider.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De manuele standaardrolstoel voor kinderen is verkleinbaar om in de auto te kunnen meenemen. De rolstoel moet vouwbaar zijn, de voet- of beensteunen zijn afneembaar of wegklapbaar en bij de rolstoel met hoepelaandrijving zijn de achterwielen afneembaar d.m.v. steekassen (quick release systeem).

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De manuele standaardrolstoel voor kinderen heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden, de voorwielen zijn zwenkbaar. De rolstoel beschikt over een remsysteem op beide achterwielen dat door het kind of de begeleider bediend kan worden. Links en/of rechts bevinden zich trapdoppen of trapbuizen zodat de begeleider de rolstoel gemakkelijker achterwaarts kan kantelen.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410634 - 410645 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun)	149,78€
410678 - 410689 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun)	168,50€
412638 - 412649 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun) voor rechthebbenden tot 18 jaar	299,56€
412653 - 412664 Beensteun uit één stuk met zijkanten (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal) voor rechthebbenden tot 18 jaar	337,01€
De verstrekkingen 410634 - 410645, 410678 - 410689, 412638 - 412649 en 412653 - 412664 zijn onderling niet cumuleerbaar.	
412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar)	51,25€
412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën	253,88€
412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)	44,26€

412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)	126,17€
--	---------

3.2 Bovenste ledematen

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
--	---------

413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€
---	---------

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

410877 - 410888 Regelbare basisplaat voor antidecubituszitkussen	108,59€
--	---------

410899 - 410903 Voorgevormde zit	218,43€
----------------------------------	---------

De verstrekkingen 410877 - 410888 en 410899 - 410903 zijn onderling niet cumuleerbaar.

410914 - 410925 Voorgevormde rug	230,91€
----------------------------------	---------

410973 - 410984 Rughoekverstelling (instelbare of regelbare rughoek)	312,04€
--	---------

410995 - 411006 Zithoekverstelling (instelbare zithoek)	152,28€
---	---------

411113 - 411124 Hoofdsteun (permanent instelbaar en verstelbaar in hoogte en diepte en in hoek kantelbaar)	187,23€
--	---------

411135 - 411146 Rugpelotten (per stuk)	101,10€
--	---------

411157 - 411168 Abductieklos	77,39€
------------------------------	--------

411179 - 411183 Abductieframe	224,67€
-------------------------------	---------

411275 - 411286 Werkblad of half werkblad	199,71€
---	---------

3.4 Veiligheid

411319 - 411323 Hielsteun of voetriem (per stuk)	13,73€
--	--------

413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€
---	--------

411334 - 411345 Veiligheidsgordel	37,45€
-----------------------------------	--------

413434 - 413445 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor manuele rolstoel	102,01€
---	---------

411356 - 411367 Zitbroek	86,12€
--------------------------	--------

De verstrekkingen 411334 - 411345, 413434 - 413445 en 411356 - 411367 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411378 - 411389 Antikiepsysteem	62,41€
---------------------------------	--------

3.5 Besturing/aandrijving

411415 - 411426 Aandrijf- en besturingssysteem "dubbele hoepel"	873,73€
---	---------

411437 - 411448 Aandrijf- en besturingssysteem "hefboomsysteem"	1248,18€
---	----------

De verstrekkingen 411415 - 411426 en 411437 - 411448 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411474 - 411485 Aanpassing van de hoepels in geval van verminderde grijpfunctie (per paar)	93,61€
--	--------

411673 - 411684 Remverlengers (per paar)	18,72€
--	--------

3.6 Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder	109,57€
-----------------------------	---------

413633 - 413644 Houder zuurstoffles	215,81€
-------------------------------------	---------

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor alle kinderen tot ze 18 worden is de hernieuwingstermijn bepaald op 3 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De manuele standaardrolstoel mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel ;
- een orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is vermeld in punt I, 3.3.2. als de rolstoel werd geleverd voor de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is vermeld in punt I, 3.3.3. als de orthopedische driewiel fiets werd geleverd voor de rolstoel of als de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets tegelijk werden geleverd.

Voor gebruikers van een zitorthese kan een manuele standaardrolstoel voor kinderen als onderstel worden vergoed. Voor elke aanvraag voor een zitorthese in combinatie met een rolstoel, is echter de cumulatie van de aanpassingen vermeld in artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet toegelaten met de aanpassingen, die hetzelfde gebruiksdoel hebben, opgenomen in de punten II en III.

4.3 Tegemoetkoming

De kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar tot 18 jaar op het moment van de levering komen in aanmerking voor een tegemoetkoming voor een manuele standaardrolstoel voor kinderen. Voor de manuele standaardrolstoel (verstrekking 410236 - 410247) kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat de rolstoel in de lijst staat van de producten die in aanmerking komen voor terugbetaling.

Voor de kinderen die voldoen aan de functionele indicaties van de kinderrolstoelen, maar voor wie een rolstoel met een zitbreedte van meer dan 36 cm noodzakelijk is, kan een tegemoetkoming verkregen worden, op voorwaarde dat de rolstoel op de volgende lijsten staat :

- 410037 - 410048 - Manuele modulaire rolstoel voor volwassenen
Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een manuele modulaire rolstoel voor volwassenen, maar voor kinderen waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van meer dan 36 cm noodzakelijk is 412277 – 412288 : 855€
- 410059 - 410063 - Manuele verzorgingsrolstoel voor volwassenen
Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een manuele verzorgingsrolstoel voor volwassenen, maar voor kinderen waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van meer dan 36 cm noodzakelijk is 412299 – 412303 : 2702,31€
- 410074 - 410085 - Manuele actief rolstoel voor volwassenen
Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een manuele actiefrolstoel voor volwassenen, maar voor kinderen waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van meer dan 36 cm noodzakelijk is 412314 – 412325 : 2285,42€

De specifieke voorwaarden voor rolstoelen voor kinderen voor wat betreft de hernieuwingstermijnen, de toegelaten cumulaties en de vervroegde hernieuwing blijven echter geldig.

Kinderen die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel voor kinderen en die opteren voor een ander soort rolstoel kunnen een forfaitaire tegemoetkoming krijgen, op voorwaarde dat de rolstoel staat op de lijst van erkende elektronische rolstoelen voor kinderen of erkende elektronische rolstoelen voor volwassenen. Hiertoe moet de in punt I., 3.3.7 beschreven procedure worden gevolgd.

- Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele actief rolstoel voor kinderen

412697 – 412708 : 1248,18€

- Forfaitaire tegemoetkoming voor kinderen voor een elektronische rolstoel

412056 – 412067 : 1248,18€

4.4 Aanvraag om tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van bijkomende aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel of de aanvraag van een voortijdige hernieuwing is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

Subgroep 4: 410258 - 410269 Manuele actief rolstoel voor kinderen

2285,42€

1. Functionele indicaties voor het kind

1.1 Gebruiksdoel

De manuele actief rolstoel voor kinderen van 2 tot 18 jaar is bestemd voor definitief dagelijks gebruik gedurende een groot gedeelte van de dag.

De rolstoel kan worden aangepast in functie van het kind, afhankelijk van zijn zitfunctie en volgens de aangetoonde noden met betrekking tot zijn activiteiten.

Aanpassingen ter ondersteuning van de functie van de armen, de benen, de zithouding, de aandrijving en de veiligheid van het kind hebben enkel tot doel verloren gegane of gestoorde functies te ondersteunen of te vervangen.

1.2 Specifieke indicaties

De manuele actief rolstoel voor kinderen is enkel vergoedbaar voor kinderen van 2 tot 18 jaar met een ernstige bewezen en definitieve verplaatsingsstoornis (minimale typering 3).

Het kind kan enkel met ondersteuning zelfstandig stappen binnenshuis (minimale typering 3) of kan geen grote afstanden buitenshuis afleggen zonder rolstoel (minimaal typering 4).

Alle aanpassingen aan de rolstoel moeten noodzakelijk zijn vanuit functioneel oogpunt en die noodzaak moet altijd omstandig gemotiveerd worden.

Aanpassingen van de hoepels van de rolstoel zijn enkel toegelaten in geval van verminderde grijpfunctie (minimale typering 3).

Aanpassingen

Een aanpassing van de manuele actief rolstoel voor kinderen met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor gebruikers met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (typering 4).

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties voor de onderste ledematen

De manuele actief rolstoel voor kinderen is uitgevoerd met voetsteunen of in hoek instelbare voetplaten of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat of voetbeugel of beensteun. Die moeten individueel instelbaar zijn afhankelijk van de beenlengte van het kind en van de algemene zithouding. Als de rolstoel is uitgevoerd met voetsteunen of in hoek instelbare voetplaten of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat of voetbeugel, moet elke voetsteun voorzien zijn van een kuitband, een hielsteun of een alternatief systeem. Als de rolstoel uitgerust is met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De manuele actief rolstoel voor kinderen is uitgevoerd met armsteunen of kledingbeschermers. De armsteunen moeten in de hoogte instelbaar zijn.

2.3 Functionele specificaties van de algemene zithouding en de positionering

De manuele actief rolstoel voor kinderen is uitgerust met tenminste een slappe zit- en rugbekleding. De rugbekleding is naspanbaar.

De zithouding moet instelbaar zijn om de rij-eigenschappen o.a. aandrijving, besturing en manoeuvreerbaarheid van de rolstoel te maximaliseren.

De rolstoel is uitgerust met een horizontale en verticale verstelling van de positie van de as van de achterwielen in functie van de gewenste zitpositie van het kind en de balhoofden van de voorwielen zijn daarbij instelbaar. De rolstoel kan ook uitgerust zijn met een zitgedeelte dat afzonderlijk instelbaar is zowel horizontaal als verticaal t.o.v. de wielbasis.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De manuele actief rolstoel is van het type rolstoel met hoepelaandrijving. De rolstoel is uitgerust met duwhandvatten of een duwbeugel, in de hoogte instelbaar of regelbaar door de begeleider.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De manuele actief rolstoel is verkleinbaar om in de auto te kunnen meenemen. De rolstoel moet dan ook verticaal of horizontaal vouwbaar zijn. De rolstoel is uitgevoerd met achterwielen die afneembaar zijn d.m.v. steekassen (quick release systeem).

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De manuele actief rolstoel is uitgevoerd met voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden. De rolstoel is uitgevoerd met een remsysteem op beide aandrijfwielen. De remmen moeten door het kind zelf bediend kunnen worden.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410634 - 410645 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun)	149,78€
---	---------

410678 - 410689 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend per beensteun)	168,50€
---	---------

412638 - 412649 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun) voor rechthebbenden tot ze 18 worden	299,56€
--	---------

412653 - 412664 Beensteun uit één stuk met zijkanten (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal) voor rechthebbenden tot ze 18 worden	337,01€
--	---------

De verstrekkingen 410634 - 410645, 410678 - 410689, 412638 - 412649 en 412653 - 412664 zijn onderling niet cumuleerbaar.

412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar)	51,25€
--	--------

412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën	256,88€
--	---------

412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)	44,26€
--	--------

412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)	126,17€
--	---------

3.2 Bovenste ledematen

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig of versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
--	---------

413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€
---	---------

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

410877 - 410888 Regelbare basisplaat voor antidecubituszitkussen	108,59€
410899 - 410903 Voorgevormde zit	218,43€

De verstrekkingen 410877 - 410888 en 410899 - 410903 zijn onderling niet cumuleerbaar.

410914 - 410925 Voorgevormde rug	230,91€
410973 - 410984 Rughoekverstelling (hoek van de rug instelbaar of regelbaar)	312,04€
410995 - 411006 Zithoekverstelling (instelbare zithoek)	152,28€
411113 - 411124 Hoofdsteun (in hoogte en diepte instelbaar of permanent verstelbaar en in hoek kantelbaar)	187,23€
411135 - 411146 Rugpelotten (per stuk)	101,10€
411157 - 411168 Abductieklos	77,39€
411179 - 411183 Abductieframe	224,67€
411275 - 411286 Rolstoelwerkblad of half-werkblad	199,71€

3.4 Veiligheid

411319 - 411323 Hielsteun of voetriem (per stuk)	13,73€
413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€
411334 - 411345 Veiligheidsgordel	37,45€
411356 - 411367 Zitbroek	86,12€

De verstrekkingen 411334 - 411345 en 411356 - 411367 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411378 - 411389 Antikiepsysteem	62,41€
412793 - 412804 Wegklapbaar antikiepsysteem of centraal afneembaar antikiepsysteem voor actief rolstoel	171€

3.5 Besturing/aandrijving

411415 - 411426 Aandrijf- en besturingssysteem "dubbele hoepel"	873,73€
411437 - 411448 Aandrijf- en besturingssysteem "hefboom-systeem"	1248,18€

De verstrekkingen 411415 - 411426 en 411437 - 411448 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411474 - 411485 Aanpassing van de hoepels in geval van verminderde grijpfunctie (per paar)	93,61€
--	--------

412815 - 412826 Aanpassing van de hoepels van de actief rolstoel in geval van verminderde grijpfunctie (per paar)	193,47€
---	---------

411673 - 411684 Remverlengers (per paar)	18,72€
--	--------

3.6 Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder	109,57€
-----------------------------	---------

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor alle kinderen tot 18 jaar is de hernieuwingstermijn bepaald op 3 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De manuele actief rolstoel voor kinderen mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel ;
- een orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen bij punt I, 3.3.2. als de rolstoel werd geleverd voor de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen bij punt I, 3.3.3. als de orthopedische driewiel fiets werd geleverd voor de rolstoel of als de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets tegelijk werden geleverd ;
- een antidecubituszittkussen van subgroep 1, 3 of 4 ;
- een modulair aanpasbaar rugsysteem.

Voor kinderen met een lichaamslengte vanaf 1,50 m mag de manuele actief kinderrolstoel ook gecumuleerd worden met een elektrisch instelbare statafel.

Voor gebruikers van een op zitorthese kan een manuele actief rolstoel voor kinderen als onderstel worden vergoed. Voor elke aanvraag voor een zitorthese in combinatie met een rolstoel, is echter de cumulatie van de aanpassingen vermeld in artikel 29 van de bijlage

van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet toegelaten met de aanpassingen, die hetzelfde gebruiksdoel hebben, opgenomen in de punten II en III.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de manuele actief rolstoel komen kinderen in aanmerking vanaf hun 2de verjaardag tot de 18de verjaardag op het moment van de levering.

Voor de manuele actief rolstoel (verstrekking 410258 - 410269) kan een verzekeringstegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.

Voor de kinderen die voldoen aan de functionele indicaties van de kinderrolstoelen, maar voor wie een rolstoel met een zitbreedte van meer dan 36 cm noodzakelijk is, kan een tegemoetkoming toegekend worden, op voorwaarde dat de rolstoel op de volgende lijsten staat :

- 410037 – 410048 : Manuele modulaire rolstoel voor volwassenen
412336 – 412347 : 855€
- 410059 – 410063 : Manuele verzorgingsrolstoel voor volwassenen
412358 – 412369 : 2702,31€
- 410074 – 410085 : Manuele actief rolstoel voor volwassenen
412373 – 412384 : 2285,42€

De specifieke voorwaarden voor rolstoelen voor kinderen voor wat betreft de hernieuwingstermijnen, de toegelaten cumulaties en de voortijdige hernieuwing blijven echter geldig.

Voor de kinderen die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele actief kinderrolstoel en die opteren voor een ander type rolstoel kan een forfaitaire verzekeringstegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op de lijsten van de elektronische kinderrolstoelen of de elektronische rolstoelen voor volwassenen. Hiertoe moet de in punt I., 3.3.7 beschreven procedure worden gevolgd.

- Forfaitaire tegemoetkoming voor kinderen voor een elektronische rolstoel
412093 – 412104 : 2285,42€

4.4 Aanvraag om tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van bijkomende aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel of de aanvraag van een voortijdige hernieuwing is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

HOOFGROEP 5: Elektronische kinderrolstoelen

Subgroep 1: 410273 - 410284 – Elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis 5616,81€

1. Functionele indicaties voor het kind

1.1 Gebruiksdoel

De elektronische binnenrolstoel is bedoeld voor kinderen van 2 tot 18 jaar die zich hoofdzakelijk met deze rolstoel binnenshuis verplaatsen en die zich niet kunnen verplaatsen met een manuele rolstoel.

Het gebruik van de elektronische binnenrolstoel moet het kind, ongeacht zijn beperking in activiteiten, ondersteunen om zo zelfstandig en actief mogelijk te zijn.

Een langdurig en definitief dagelijks gebruik is noodzakelijk.

1.2 Specifieke indicaties

a) De elektronische binnenrolstoel is enkel vergoedbaar voor kinderen met een volledige bewezen en definitieve verplaatsingsstoornis (typering 4). Het kind kan niet stappen (typering 4).

Het kind beschikt niet over de kracht, coördinatie of uithouding in de bovenste ledematen om autonoom een manuele rolstoel aan te drijven en te besturen (typering 4). Een besturing van de elektronische rolstoel is daarentegen wel mogelijk.

Het kind beschikt over voldoende intellectuele, zintuiglijke en cognitieve vermogens en de uithouding om de rolstoel op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken.

De elektronische binnenrolstoel is ook vergoedbaar voor een kind met een definitieve verplaatsingsstoornis (minimaal typing 3) dat niet kan stappen over langere afstanden (minimaal typing 3) en op voorwaarde dat het school loopt of een beroepsopleiding volgt en dat zonder gebruik van de elektronische rolstoel deze activiteiten niet mogelijk zijn. Dat moet blijken uit het multidisciplinair adviesrapport.

b) De elektronische binnenrolstoel is ook vergoedbaar voor een kind dat bij een vorige aflevering van een elektronische rolstoel een verzekeringstegemoetkoming ontvangen heeft onder de voorwaarden vermeld onder punt a), vierde lid, en waarvoor de hernieuwingstermijn van de vorige rolstoel verstreken is.

Aanpassingen

Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met armlegger(s) voor kinderen (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met biomechanische rugleuning voor kinderen (verstrekking 413095 - 413106) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de romp en eventueel ook van nek en hoofd (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met hoofdsteun met functionele positionering voor kinderen (verstrekking 413139 - 413143) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de schoudergordel, hoofd en nek (typering 4), zodat het hoofd, tijdens het zitten onmogelijk in een correcte positie kan gehouden worden. De aanpassing is bedoeld voor gebruikers die niet in staat zijn om hun hoofd rechtop te houden voor een langere periode of gebruikers met spasmen en weinig controle over de positie van hun hoofd.

Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel voor kinderen met verwarmingselement voor arm of hand (verstrekking 413559 - 413563) is enkel toegestaan voor de gebruikers met een verstoorde thermoregulatie. Die aanpassing is noodzakelijk om zelfstandig de rolstoel te kunnen bedienen.

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties voor de onderste ledematen

De elektronische binnenrolstoel is uitgerust met voetsteunen of beensteunen die het kind of de begeleider eraf kan nemen of wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. Voetsteunen of beensteunen moeten individueel ingesteld kunnen worden afhankelijk van de onderbeenlengte van het kind en van de algemene zitpositie. Als de rolstoel uitgerust is met voetsteunen moet elke voetplaat voorzien kunnen worden van een kuitband, hielsteun of alternatief systeem. Als de rolstoel uitgerust is met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

2.2 Functionele specificaties voor de bovenste ledematen

De elektronische binnenrolstoel is uitgerust met armsteunen die instelbaar zijn in de hoogte zodat de armen van het kind adequaat ondersteund kunnen worden. De armsteunen zijn afneembaar of wegklapbaar zodat de begeleider het kind in en uit de rolstoel kan helpen.

2.3 Functionele specificaties van de algemene zithouding en de positionering

De elektronische binnenrolstoel is minstens uitgerust met een soepele zit en rug.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De elektronische binnenrolstoel wordt aangedreven door een of twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel is uitgerust met een joystick bedieningseenheid, waarop de bedieningsknoppen zijn geplaatst, die het kind moeten toelaten de rolstoel in zijn geheel te bedienen en te besturen. De elektronica moet individueel programmeerbaar zijn in functie van het kind o.a. reactiesnelheid van de

joystick, snelheid van de rolstoel, progressieve versnelling. De bedieningseenheid is al dan niet samen met de armsteun wegklapbaar zodat het kind aan een tafel of bureau kan plaatsnemen. Standaard wordt de bedieningseenheid rechts of links geplaatst ter hoogte van de armsteunen, zodat het kind die kan bedienen zittend met de rug tegen de rugleuning en met gesteunde onderarm op de armsteun. De rolstoel moet uitgevoerd zijn met duwhandvatten voor de begeleider.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De elektronische binnenrolstoel is specifiek ontworpen voor gebruik binnenshuis en zeer beperkt gebruik op een verharde ondergrond buitenshuis. Door de aandrijving d.m.v. twee elektromotoren is de rolstoel bijzonder wendbaar. De rolstoel is compact en de draairadius is kleiner dan 100 cm. De elektronische binnenrolstoel is vouwbaar of sterk verkleinbaar zodat de rolstoel op een makkelijke manier kan meegenomen worden in de auto. De snelheid van de elektronische binnenrolstoel is programmeerbaar en regelbaar; minimaal van 0 tot 6 km per uur, zodat de snelheid kan aangepast worden voor verplaatsingen binnen. De actieradius of autonomie van de rolstoel bedraagt minimaal 20 km, zodat het kind zich op een continue, veilige en autonome manier kan verplaatsen. De rolstoel is voorzien van een veiligheidsgordel.

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De elektronische binnenrolstoel is uitgevoerd met voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden en met een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel beschikt over een vrijloop, zodat de rolstoel manueel door een begeleider verplaatst kan worden. De elektronische binnenrolstoel moet met batterijen en lader geleverd worden.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410634 - 410645 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun)	149,78€
410678 - 410689 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend per beensteun)	168,50€
412638 - 412649 Beensteun uit een stuk (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun) voor rechthebbenden tot ze 18 worden	299,56€
412653 - 412664 Beensteun uit één stuk met zijkanten (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal) voor rechthebbenden tot ze 18 worden	337,01€

410715 - 410726 Elektrisch verstelbare comfortbeensteunen 1373€
(lengtecorrigerend, per paar)

De verstrekkingen 410634 - 410645, 410678 - 410689, 410715 - 410726, 412638 - 412649 en 412653 - 412664 zijn onderling niet cumuleerbaar.

410737 - 410748 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of eendelige, in hoek instelbare voetplaat) 112,34€

412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar) 51,25€

412918 - 412929 Forfaitaire tegemoetkoming voor kuitsteun voor centrale beensteun (per stuk) 71,46€

412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën 253,88€

412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk) 44,26€

412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk) 126,17€

3.2 Bovenste ledematen

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk) 138,34€

413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk) 179,83€

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

410899 - 410903 Voorgevormde zit 218,43€

410914 - 410925 Voorgevormde rug 230,91€

413073 - 413084 Dijbeensteun (per paar) 276,68€

413095 - 413106 Biomechanische rugleuning 265,62€

413117 - 413128 Heupsteun (per paar) 276,68€

De verstrekkingen 413073 - 413084 en 413117 - 413128 zijn onderling niet cumuleerbaar.

410973 - 410984 Rughoekverstelling (hoek van de rug instelbaar of regelbaar)	312,04€
411113 - 411124 Hoofdsteun (in hoogte en diepte instelbaar of permanent verstelbaar en in hoek kantelbaar)	187,23€
413139 - 413143 Hoofdsteun met functionele positionering	1706,83€
411135 - 411146 Rugpelotten (per stuk)	101,10€
411157 - 411168 Abductieklos	77,39€
413338 - 413349 Forfaitaire tegemoetkoming voor abductieklos op maat	137,24€

De verstrekkingen 411157 - 411168 en 413338 - 413349 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411275 - 411286 Werkblad of half werkblad (zonder ingebouwde besturing)	199,71€
413353 - 413364 Forfaitaire tegemoetkoming voor borststeun voor werkblad	82,94€

3.4 Veiligheid

413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€
413397 - 413408 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips	193,22€
413419 - 413423 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel	68,80€
413456 - 413467 Gordel met oprolautomaat	68,80€
411356 - 411367 Zitbroek	86,12€

De verstrekkingen 413397 - 413408, 413419 - 413423, 413456 - 413467 en 411356 - 411367 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411393 - 411404 Stoepklimmer	418,14€
413515 - 413526 Noodstopschakelaar	285,27€

3.5 Besturing/aandrijving

411496 - 411507 Werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad – inclusief werkblad)	1934,68€
411518 - 411529 Bijkomende externe joystick	742,67€

411533 - 411544 Kinbesturing	1622,63€
411555 - 411566 Kinbesturing (elektrisch wegzwenkbaar)	2090,70€
411577 - 411588 Middenbesturing	619,10€
411599 - 411603 Vingerbesturing	2621,18€
411614 - 411625 Hoofdbesturing	2496,36€
411636 - 411647 Voetbesturing	1872,27€
411658 - 411669 Forfaitaire vergoeding voor een rolstoelbesturing d.m.v. bijzondere schakelaars op maat van het kind	2496,36€

De verstrekkingen 411496 - 411507, 411518 - 411529, 411533 - 411544, 411555 - 411566, 411577 - 411588, 411599 - 411603, 411614 - 411625, 411636 - 411647 en 411658 - 411669 zijn onderling niet cumuleerbaar.

413559 - 413563 Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand	846,55€
---	---------

De verstrekking 413559 - 413563 is enkel vergoedbaar in cumulatie met een werkbladbesturing (411496 - 411507), een vingerbesturing (411599 - 411603) of een besturing met bijzondere schakelaars (411658 - 411669).

413574 - 413585 Besturingssysteem voor de begeleider	675,36€
--	---------

De verstrekking 413574 - 413585 is enkel vergoedbaar in cumulatie met een speciaal besturingssysteem: kinbesturing (411533 - 411544), kinbesturing (elektrisch wegzwenkbaar) (411555 - 411566), vingerbesturing (411599 - 411603), hoofdbesturing (411614 - 411625), voetbesturing (411636 - 411647) besturing met bijzondere schakelaars (411658 - 411669), middenbesturing (411577 - 411588) of werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad – inclusief werkblad) (411496 - 411507)

413596 - 413607 Wegzwenkbare bevestigingsarm – mechanisch bedienbaar	254,55€
--	---------

3.6 Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder	109,57€
413633 - 413644 Houder zuurstoffles	215,81€
413655 - 413666 Forfaitaire tegemoetkoming voor platform voor medische apparatuur	377,46€

413677 - 413688 Forfaitaire tegemoetkoming voor scharnierend platform voor medische apparatuur 520,79€

413699 - 413703 Forfaitaire tegemoetkoming voor extra batterij 441,59€

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor alle kinderen tot ze 18 worden is de hernieuwingstermijn bepaald op 3 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De elektronische binnenrolstoel voor kinderen mag gecumuleerd worden met :

- een orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is vermeld in punt I, 3.3.2. als de rolstoel werd geleverd voor de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is vermeld in punt I, 3.3.3. als de orthopedische driewiel fiets werd geleverd voor de rolstoel of als de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets tegelijk werden geleverd.
- een antidecubituszittkussen van subgroep 1, 3 of 4.

Voor kinderen met een lichaamslengte vanaf 1,50 m mag de elektronische binnenrolstoel ook gecumuleerd worden met een elektrisch instelbare statafel.

Voor gebruikers van een zitorthese kan een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis als onderstel worden vergoed. Voor elke aanvraag voor een zitorthese in combinatie met een rolstoel, is echter de cumulatie van de aanpassingen vermeld in artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet toegelaten met de aanpassingen, die hetzelfde gebruiksdoel hebben, opgenomen in de punten II en III

4.3 Tegemoetkoming

Voor de elektronische binnenrolstoel voor kinderen (verstrekking 410273 - 410284) en de gevraagde individuele aanpassingen kan een verzekeringstegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.

Voor de kinderen die voldoen aan de functionele indicaties van de kinderrolstoelen, maar voor wie een rolstoel met een zitbreedte van meer dan 36 cm noodzakelijk is, kan een verzekeringstegemoetkoming verkregen worden, op voorwaarde dat de rolstoel op de volgende lijsten staat:

- 410096 - 410107 – Elektronische binnenrolstoel voor volwassenen
412395 – 412406 : 5616,81€
- 410118 - 410129 – Elektronische binnen-/buitenrolstoel voor volwassenen
412417 – 412428 : 7177,03€
- 410133 - 410144 – Elektronische buitenrolstoel voor volwassenen

412439 – 412443 : 9985,43€

De specifieke voorwaarden voor hernieuwingstermijnen, toegelaten cumulatie en voortijdige hernieuwing voor de kinderrolstoelen blijven evenwel geldig.

4.4 Aanvraag om tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van bijkomende aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel of de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van de rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

Subgroep 2: 410295 - 410306 Elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis 7489,07€

1. Functionele indicaties voor het kind

1.1 Gebruiksdoel

De elektronische binnen-/buiten kinderrolstoel is bedoeld voor kinderen tussen de 2^{de} en 18de verjaardag die zich hoofdzakelijk met deze rolstoel binnenshuis maar ook buitenshuis verplaatsen en die zich niet kunnen verplaatsen met een manuele rolstoel.

Het gebruik van de elektronische binnen-/buiten kinderrolstoel moet het kind, ongeacht zijn beperking in activiteiten, ondersteunen om zo zelfstandig en actief mogelijk te zijn.

Een langdurig en definitief dagelijks gebruik is noodzakelijk.

1.2 Specifieke indicaties

a) De elektronische binnen-/buiten kinderrolstoel is enkel vergoedbaar voor kinderen met een volledige bewezen en definitieve verplaatsingsstoornis (typering 4). Het kind kan niet stappen (typering 4).

Het kind beschikt niet over de kracht, coördinatie of uithouding in de bovenste ledematen om autonoom een manuele rolstoel aan te drijven en te besturen (typering 4). Een besturing van de elektronische rolstoel is daarentegen wel mogelijk.

Het kind beschikt over voldoende intellectuele, zintuiglijke en cognitieve vermogens en de uithouding om de rolstoel op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken.

De elektronische binnen-/buiten rolstoel is ook vergoedbaar voor een kind met een definitieve verplaatsingsstoornis (minimaal typing 3) dat niet kan stappen over langere afstanden

(minimaal typering 3) en op voorwaarde dat het school loopt of een beroepsopleiding volgt en dat zonder gebruik van de elektronische rolstoel deze activiteiten niet mogelijk zijn. Dat moet blijken uit het multidisciplinair adviesrapport.

b) De elektronische binnen/buiten kinderrolstoel is ook vergoedbaar voor een kind dat bij een vorige aflevering van een elektronische rolstoel een verzekeringstegemoetkoming ontvangen heeft onder de voorwaarden vermeld onder punt a), vierde lid, en waarvoor de hernieuwingstermijn van de vorige rolstoel verstreken is.

Aanpassingen

Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten kinderrolstoel met elektrisch verstelbare beensteunen of met een elektrisch kantelbare zit of met een elektrisch in hoek verstelbare rug is enkel toegelaten als het kind slechts beschikt over een verstoorde zithouding (minimaal typering 3), die moet ondersteund worden via de specifieke instelbaarheid van de rolstoel, of als een permanente verandering van de algemene zithouding medisch noodzakelijk of aangewezen is om de pijn te verminderen, als preventie van decubitus, of om wegens het langdurig zitten van het kind in dezelfde houding noodzakelijke houdingsveranderingen in functie van de activiteiten mogelijk te maken.

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenkinderrolstoel met elektrische in hoogte verstelbare zit (verstrekking 411054 - 411065) is enkel toegestaan voor kinderen die wonen in een niet aangepaste woning of op school nood hebben aan deze aanpassing om hierdoor bij de inrichtingselementen van de woning of de school (kasten, enz.) te kunnen komen.

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenkinderrolstoel met elektrische in hoogte en tot aan de vloer verstelbare zit (verstrekking 411076-411087) is enkel toegestaan voor kinderen die wonen in een niet aangepaste woning of op school nood hebben aan deze aanpassing om hierdoor bij de inrichtingselementen van de woning of de school (kasten, enz.) te kunnen komen.

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenkinderrolstoel met armlegger(s) (verstrekking 413014 - 413025 of 413036 - 413047) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenkinderrolstoel met biomechanische rugleuning (verstrekking 413095 - 413106) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de romp en eventueel ook van nek en hoofd (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenkinderrolstoel met hoofdsteun met functionele positionering (verstrekking 413139 - 413143) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de schoudergordel, hoofd en nek (typering 4) zodat het hoofd, tijdens het zitten onmogelijk in een correcte positie kan gehouden worden. De aanpassing is bedoeld voor gebruikers die niet in staat zijn om hun hoofd rechtop te houden voor een langere periode of gebruikers met spasmen en weinig controle over de positie van hun hoofd.

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenkinderrolstoel met achteruitkijkspiegel voor kinderen (verstrekking 413493 - 413504) is enkel toegestaan voor gebruikers met een ernstige stoornis (minimaal typering 3) van de anatomische eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, van de schoudergordel of van hoofd en nek.

Een aanpassing van de elektronische binnen- en buitenkinderrolstoel met verwarmingselement voor arm of hand (verstrekking 413559 - 413563) is enkel toegestaan voor de gebruikers met een verstoorde thermoregulatie. Die aanpassing is noodzakelijk om zelfstandig de rolstoel te kunnen bedienen.

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties van de onderste ledematen

De elektronische binnen- en buitenrolstoel is uitgerust met voetsteunen of beensteunen die het kind of de begeleider eraf kan nemen of wegklappen om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. Voetsteunen of beensteunen moeten ingesteld kunnen worden afhankelijk van de onderbeenlengte van het kind en van de algemene zitpositie. Als de rolstoel uitgerust is met voetsteunen moet elke voetplaat voorzien kunnen worden van een kuitband, hielsteun of alternatief systeem. Als de rolstoel uitgerust is met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

2.2 Functionele specificaties voor de bovenste ledematen

De elektronische binnen- en buitenrolstoel is uitgerust met armsteunen die instelbaar zijn in de hoogte zodat de armen van het kind adequaat ondersteund kunnen worden. De armsteunen zijn afneembaar of wegklapbaar zodat de begeleider het kind in en uit de rolstoel kan helpen.

2.3 Functionele specificaties van de algemene zithouding en de positionering

De rughoek van de elektronische binnen- en buiten kinderrolstoel moet afstelbaar zijn op het kind. De zithouding wordt ondersteund d.m.v. een voorgevormde zit en rug.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De elektronische binnen- en buiten kinderrolstoel wordt aangedreven door één of twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel is uitgerust met een joystick bedieningseenheid, waarop de bedieningsknoppen, -hendels en -schakelaars zijn geplaatst, die het kind moeten toelaten de rolstoel in zijn geheel te bedienen en te besturen. De elektronica moet individueel programmeerbaar zijn in functie van het kind o.a. reactiesnelheid van de joystick, snelheid van de rolstoel, progressieve versnelling. De bedieningseenheid is wegklapbaar zodat het kind aan een tafel of bureau kan plaatsnemen. Standaard wordt de bedieningseenheid rechts of links geplaatst ter hoogte van de armsteunen, zodat het kind die kan bedienen zittend met de rug tegen de rugleuning en met gesteunde onderarm op de armsteun.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De elektronische binnen- en buiten kinderrolstoel is specifiek ontworpen voor gebruik binnenshuis en gebruik op een verharde ondergrond buitenshuis. De snelheid van de rolstoel is programmeerbaar en regelbaar; van 0 tot 6 km per uur, zodat de snelheid kan aangepast worden voor verplaatsingen binnen of buiten. De actieradius of autonomie van de rolstoel bedraagt minimaal 30 km, zodat het kind zich op een veilige en autonome manier kan verplaatsen. De rolstoel is voorzien van een veiligheidsgordel.

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De elektronische binnen- en buitenrolstoel is uitgevoerd met voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden en met een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel beschikt over een vrijloop, zodat hij manueel door een begeleider verplaatst kan worden. De rolstoel moet voorzien zijn van richtingaanwijzers en voor- en achterverlichting zodat het kind zichtbaar is in het verkeer, zoals de Belgische verkeerswetgeving voorschrijft. De rolstoel wordt standaard geleverd met batterijen en lader.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410634 - 410645 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot 149,78€
horizontaal, per beensteun)

410678 - 410689 Comfortbeensteun (mechanisch – lengtecorrigerend per 168,50€
beensteun)

412638 - 412649 Beensteun uit een stuk (mechanisch - in lengte instelbaar 299,56€
en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun) voor rechthebbenden tot ze 18
worden

412653 - 412664 Beensteun uit één stuk met zijkanten (mechanisch 337,01€
- in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal) voor rechthebbenden tot
ze 18 worden

410715 - 410726 Elektrisch verstelbare comfortbeensteunen (lengtecorrigerend, 1373€
per paar)

De verstrekkingen 410634 - 410645, 410678 - 410689, 410715 - 410726, 412638 - 412649
en 412653 - 412664 zijn onderling niet cumuleerbaar.

410737 - 410748 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of eendelige, in hoek 112,34€
instelbare voetenplaat)

412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar)	51,25€
412918 - 412929 Forfaitaire tegemoetkoming voor kuitsteun voor centrale beensteun (per stuk)	71,46€
412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën	253,88€
412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)	44,26€
412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)	126,17€

3.2 Bovenste ledematen

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig, versterkt of verbreed (per stuk)	138,34€
413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)	179,83€

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

413073 - 413084 Dijbeensteun (per paar)	276,68€
413095 - 413106 Biomechanische rugleuning	265,62€
413117 - 413128 Heupsteun (per paar)	276,68€

De verstrekkingen 413073 - 413084 en 413117 - 413128 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411017 - 411028 Elektrisch kantelbare zit	1185,77€
411039 - 411043 Elektrisch in hoek verstelbare rug	1185,77€
411054 - 411065 Elektrisch in hoogte verstelbare zit	2745,99€
411076 - 411087 Elektrisch in hoogte en tot aan de vloer verstelbare zit	2745,99€

De verstrekkingen 411054 - 411065 en 411076 - 411087 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411113 - 411124 Hoofdsteun (in hoogte en diepte instelbaar of permanent verstelbaar en in hoek kantelbaar)	187,23€
--	---------

413139 - 413143 Hoofdsteen met functionele positionering	1706,83€
411135 - 411146 Ruggelotten (per stuk)	101,10€
411157 - 411168 Abductieklos	77,39€
413338 - 413349 Forfaitaire tegemoetkoming voor abductieklos op maat	137,24€

De verstrekkingen 411157 - 411168 en 413338 - 413349 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411275 - 411286 Werkblad of half werkblad (zonder ingebouwde besturing)	199,71€
413353 - 413364 Forfaitaire tegemoetkoming voor borststeen voor werkblad	82,94€

3.4 Veiligheid

413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€
413397 - 413408 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips	193,22€
413419 - 413423 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel	68,80€
413456 - 413467 Gordel met oprolautomaat	68,80€
411356 - 411367 Zitbroek	86,12€

De verstrekkingen 413397 - 413408, 413419 - 413423, 413456 - 413467 en 411356 - 411367 zijn onderling niet cumuleerbaar.

411393 - 411404 Stoepklimmer	418,14€
413493 - 413504 Achteruitkijkspiegel (1 stuk)	22,13€
413515 - 413526 Noodstopschakelaar	285,27€

3.5 Besturing/aandrijving

411496 - 411507 Werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad – inclusief werkblad)	1934,68€
411518 - 411529 Bijkomende externe joystick	742,67€
411533 - 411544 Kinbesturing	1622,63€

411555 - 411566 Kinbesturing (elektrisch wegzwenkbaar)	2090,70€
411577 - 411588 Middenbesturing	619,10€
411599 - 411603 Vingerbesturing	2621,18€
411614 - 411625 Hoofdbesturing	2496,36€
411636 - 411647 Voetbesturing	1872,27€
411658 - 411669 Forfaitaire terugbetaling voor een rolstoelbesturing met bijzondere schakelaars op maat van het kind	2496,36€

De verstrekkingen 411496 - 411507, 411518 - 411529, 411533 - 411544, 411555 - 411566, 411577 - 411588, 411599 - 411603, 411614 - 411625, 411636 - 411647 en 411658 - 411669 zijn onderling niet cumuleerbaar.

413559 - 413563 Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand	846,55€
---	---------

De verstrekking 413559 - 413563 is enkel vergoedbaar in cumulatie met een werkbladbesturing (411496 - 411507) of een vingerbesturing (411599 - 411603) of een besturing met bijzondere schakelaars (411658 - 411669).

413574 - 413585 Besturingssysteem voor de begeleider	675,36€
--	---------

De verstrekking 413574 - 413585 is enkel vergoedbaar in cumulatie met een speciaal besturingssysteem: kinbesturing (411533 - 411544), kinbesturing (elektrisch wegzwenkbaar) (411555 - 411566), vingerbesturing (411599 - 411603), hoofdbesturing (411614 - 411625), voetbesturing (411636 - 411647) besturing met bijzondere schakelaars (411658 - 411669 middenbesturing (411577 - 411588) of werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad – inclusief werkblad) (411496 - 411507)).

413596 - 413607 Wegzwenkbare bevestigingsarm – mechanisch bedienbaar	254,55€
--	---------

3.6 Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder	109,57€
413633 - 413644 Houder zuurstoffles	215,81€
413655 - 413666 Forfaitaire tegemoetkoming voor platform voor medische apparatuur	377,46€
413677 - 413688 Forfaitaire tegemoetkoming voor scharnierend platform voor medische apparatuur	520,79€

413699 - 413703 Forfaitaire tegemoetkoming voor extra batterij

441,59€

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- Voor alle kinderen tot ze 18 worden is de hernieuwingstermijn bepaald op 3 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De elektronische binnen- en buitenrolstoel voor kinderen mag gecumuleerd worden met:

- een orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen bij punt I, 3.3.2. als de rolstoel werd geleverd voor de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen bij punt I, 3.3.3. als de orthopedische driewiel fiets werd geleverd voor de rolstoel of als de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets tegelijk werden geleverd ;
- een antidecubituszittkussen van subgroep 1, 3 of 4.

Voor kinderen met een lichaamslengte vanaf 1,50 m mag de elektronische binnen-/buitenrolstoel ook gecumuleerd worden met een elektrisch instelbare statafel.

Voor gebruikers van een zitorthese kan een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis als onderstel worden vergoed Voor elke aanvraag voor een zitorthese in combinatie met een rolstoel, is echter de cumulatie van de aanpassingen vermeld in artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet toegelaten met de aanpassingen, die hetzelfde gebruiksdoel hebben, opgenomen in de punten II en III.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de elektronische binnen- en buitenkinderrolstoel (verstrekking 410295 - 410306) en de gevraagde individuele aanpassingen kan een verzekeringstegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.

Voor de kinderen die voldoen aan de functionele indicaties van de kinderrolstoelen, maar voor wie een rolstoel met een zitbreedte van meer dan 36 cm noodzakelijk is, kan een verzekeringstegemoetkoming verkregen worden, op voorwaarde dat de rolstoel op de volgende lijsten staat :

- 410096 - 410107 – Elektronische binnenrolstoel voor volwassenen
412395 – 412406 : 5616,81€
- 410118 - 410129 – Elektronische binnen-/buitenrolstoel voor volwassenen
412417 – 412428 : 7177,03€
- 410133 - 410144 – Elektronische buitenrolstoel voor volwassenen

412439 – 412443 : 9985,43€

De specifieke voorwaarden voor hernieuwingstermijnen, cumulatie en voortijdige hernieuwing voor de kinderrolstoelen blijven evenwel geldig.

4.4 Aanvraag om tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van bijkomende aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel of de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van de rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

3° Doelgroep rechthebbenden bedoeld onder 1° en 2°:

De rechthebbende wordt in dit punt "de gebruiker" genoemd.

HOOFDGROEP 6: Stasystemen

Subgroep 1: 410317 - 410328 Elektrisch instelbare statafel

2808,40€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

Een elektrisch instelbare statafel is bedoeld voor gebruikers vanaf hun 18de verjaardag of met een lichaamslengte vanaf 1,50 m. Hij ondersteunt de gebruiker op een stabiele en veilige manier tijdens het staan. Een elektrisch instelbare statafel is bedoeld voor dagelijks gebruik thuis.

1.2 Specifieke indicaties

De functie van de onderste ledematen is volledig gestoord (typering 4). De gebruiker kan niet zelfstandig staan en stappen en hij verplaatst zich continu met een rolstoel.

Een elektrisch instelbare statafel is om medische redenen een noodzaak. Een elektrisch instelbare statafel heeft als doel om de problemen, die ontstaan door langdurig zitten, te verbeteren. Contracturen bij de gebruiker kunnen worden tegengegaan. Het evenwichtsgevoel kan geoefend worden of de fysiologische lichaamsfuncties van de gebruiker kunnen gestimuleerd worden: bijvoorbeeld het stimuleren van de bloedsomloop, het bevorderen van de spijsvertering en de nierfunctie of het vergemakkelijken van de

ademhaling. Door de belasting van het skelet kan bovendien osteoporose worden tegengegaan. De noodzaak moet blijken uit het medisch voorschrift.

2. Functionele specificaties van de elektrisch instelbare statafel

Een elektrisch instelbare statafel moet individueel aanpasbaar zijn en moet de gebruiker maximale ondersteuning bieden tijdens het staan, door het lichaam op vele plaatsen te fixeren met steunen.

De elektrisch instelbare statafel moet daarom uitgevoerd zijn met de volgende onderdelen :

- een werkblad en een thoraxsteun, in hoogte en diepte instelbaar ;
- een heupgordel of bekkengordel, in hoogte en diepte instelbaar ;
- een ééndelige of tweedelige kniesteun, in diepte en hoogte instelbaar. De steun verhindert adductie- of abductiestand van de heupen ;
- voetsteun, in breedte en diepte instelbaar.

De elektrisch instelbare statafel beschikt over een elektrische heflift zodat de gebruiker helemaal zelfstandig of met minimale eigen krachtsinspanning tot stand kan komen.

De elektrisch instelbare statafel is uitgevoerd met een nagenoeg drempelloze opstap om bij de gebruiker het zelfstandig opstaan uit de rolstoel te bevorderen.

3. Aanpassingen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- voor de gebruikers vanaf hun 18de verjaardag of met een lichaamslengte vanaf 1,50 m wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 10 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De elektrisch instelbare statafel mag gecumuleerd worden met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder :

- 1° Doelgroep: manuele modulaire rolstoel, manuele actief rolstoel, manuele actief rolstoel met individuele maatvoering, elektronische rolstoel of elektronische scooter ;
- 2° Doelgroep : manuele actief kinderrolstoel of elektronische kinderrolstoel voor kinderen met een lichaamslengte vanaf 1,50 m.

De elektrisch instelbare statafel is niet cumuleerbaar met de verstrekking 411098 - 411109 (Elektrische stafunctie).

4.3 Tegemoetkoming

Voor de elektrisch instelbare statafel (verstrekking 410317 - 410328) kan een verzekeringstegemoetkoming bekomen worden op voorwaarde dat de statafel is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.

Elektrisch instelbare statafels kunnen enkel verstrekt worden in de thuissituatie. Elektrisch instelbare statafels kunnen niet verstrekt worden in een verzorgingsinrichting.

4.4 Aanvraag om tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Subgroep 2: 410339 - 410343 Rolstoel met mechanische sta-functie 4555,85€

Subgroep 3: 410354 - 410365 Rolstoel met elektrische sta-functie 4867,90€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De rolstoel met sta-functie is bedoeld voor actieve en zelfstandige rolstoelgebruikers vanaf hun 15e verjaardag.

Deze rolstoel moet veelzijdige, autonome verplaatsingen zowel binnens- als buitenshuis toelaten. De rolstoel moet makkelijk meeneembaar zijn.

De sta-functie is noodzakelijk om de gebruiker toe te laten zelfstandig het huishouden te doen of een beroepsactiviteit uit te oefenen of een beroepsopleiding te volgen of naar school te gaan. Deze rolstoel wordt dagelijks langdurig gebruikt.

De rolstoel met sta-functie is uitgerust met een mechanisch of elektrisch liftstelsel dat de gebruiker van zit-positie tot sta-positie kan brengen in de rolstoel met als doel deze gebruiker meer reikbereik te verschaffen in de thuissituatie of in de werksituatie o.a. het bereiken van hoger gelegen kasten of leggers.

1.2 Specifieke indicaties

De rolstoel met sta-functie is enkel vergoedbaar voor gebruikers met een volledige bewezen en definitieve verplaatsingsstoornis (typering 4) zowel binnen- als buitenshuis. De gebruiker kan niet staan of stappen.

Er is een ongestoorde (typering 0) oriëntatie in tijd en ruimte, cognitieve functies, gedrag en zintuigfunctie. De gebruiker heeft een actief rijgedrag.

Hij beschikt over voldoende kracht, coördinatie en uithouding in de bovenste ledematen om actief en autonoom de rolstoel aan te drijven en te besturen (maximaal typering 2).

2. Functionele specificaties van de rolstoel

2.1 Functionele specificaties van de onderste ledematen

De rolstoel met sta-functie is uitgevoerd met voetsteunen. De voetsteunen moeten individueel ingesteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie.

2.2 Functionele specificaties bovenste ledematen

De rolstoel met sta-functie is uitgevoerd met armsteunen of kledingbeschermers.

2.3 Functionele specificaties van de algemene zithouding en de positionering

De rolstoel met sta-functie is uitgerust met een mechanisch of elektrisch liftsysteem. De rolstoel is uitgerust met een instelbare kniesteun en met een thoraxsteun of -gordel.

De rolstoel met sta-functie is minimaal uitgerust met een slappe zit en rug. De rugbekleding is naspanbaar.

De zithouding moet instelbaar zijn om de rij-eigenschappen o.a. aandrijving, besturing en manoeuvreerbaarheid van de rolstoel te maximaliseren. De rolstoel is uitgerust met een horizontale en verticale verstelling van de positie van de as van de achterwielen in functie van de gewenste zithouding van de gebruiker en de balhoofden van de voorwielen zijn daarbij instelbaar.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

De rolstoel met sta-functie is van het type rolstoel met hoepelaandrijving.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoelen

De rolstoel met sta-functie is verkleinbaar om in de auto te kunnen meenemen. De rolstoel moet vouwbaar zijn of de rugleuning moet neerklapbaar of afneembaar zijn. De sta-rolstoel is uitgevoerd met achterwielen die afneembaar zijn d.m.v. steekassen (quick release systeem).

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

De rolstoel met sta-functie heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden. De wielen zijn zwenkbaar. De rolstoel is standaard uitgevoerd met een remsysteem op beide aandrijfwielen. De remmen moeten door de gebruiker zelf bediend kunnen worden.

3. Aanpassingen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- voor gebruikers tot hun 65e verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- voor gebruikers vanaf hun 65e verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.

Voor de hernieuwing van een sta-rolstoel is steeds een motivatie aan de hand van het functioneringsrapport vereist.

4.2 Toegelaten cumulaties

De rolstoel met sta-functie mag enkel gecumuleerd worden met een antidecubituszittkussen van subgroep 1, 3 of 4.

De rolstoel met mechanische sta-functie kan niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 en 654850 van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de rolstoel met mechanische sta-functie (verstrekking 410339 - 410343) of elektrische sta-functie (verstrekking 410354 - 410365) kan een verzekeringstegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.

4.4 Aanvraag om tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

HOOFDGROEP 7: Orthopedische driewiel fietsen

Subgroep 1: 410376 - 410387 Orthopedische driewiel fiets voor gebruikers met tussenbeenlengte tot en met 70 cm 1216,97€

Subgroep 2: 410398 - 410409 Orthopedische driewiel fiets voor gebruikers met tussenbeenlengte van meer dan 70 cm 1404,20€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

De orthopedische driewiel fiets is bedoeld voor verplaatsingen buitenshuis en is bestemd voor gebruikers vanaf 3 jaar met duidelijke mobiliteitsproblemen, waardoor zij zich enkel kunnen voortbewegen over een lange afstand bij middel van de orthopedische driewiel fiets.

1.2 Specifieke indicaties

De gebruiker heeft een gestoord evenwicht of gestoorde zithouding (minimaal typering 2) of heeft nood aan een orthopedische driewiel fiets in functie van de stoornissen van de onderste of bovenste ledematen (minimaal typering 2).

De bijkomende aanpassingen moeten gerechtvaardigd worden door de stoornissen van de onderste en bovenste ledematen en van de zithouding.

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele, zintuiglijke en cognitieve vermogens om de orthopedische driewiel fiets te gebruiken, al dan niet met begeleiding.

2. Functionele specificaties van de orthopedische driewiel fiets

De orthopedische driewiel fiets moet voorzien zijn van een mechanisch aandrijfsysteem. Indien voorzien met ketting of met riem, dan moet de spanning van de ketting of van de riem regelbaar zijn.

De orthopedische driewiel fiets is uitgerust met twee wielen vooraan ofwel achteraan. Het tweede achterwiel loopt vrij of de as is voorzien van een differentieel.

De orthopedische driewiel fiets moet voorzien zijn van pedalen, een bagagedrager en van een verstelbaar stuur en zit.

De orthopedische driewiel fiets is standaard uitgevoerd ofwel met een vast tandwiel ofwel met een versnellingsapparaat.

De orthopedische driewiel fiets moet voldoen aan de voorwaarden van de Belgische verkeerswetgeving.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410759 - 410763 Voetfixatiesysteem (per stuk) 13,73€

410774 - 410785 Voetplaat (per stuk)	41,19€
410796 - 410807 Enkel-voetspalk (per stuk)	430,62€
410818 - 410829 Aanpassing van de lengte van de pedaalkruk	24,96€

3.2 Bovenste ledematen

410855 - 410866 Aangepast stuur	66,15€
---------------------------------	--------

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

411297 - 411308 Lendensteun	178,49€
-----------------------------	---------

3.4 Veiligheid

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.5 Besturing/aandrijving

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- voor gebruikers tot hun 18de verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 3 jaar.
- voor gebruikers vanaf hun 18de verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 8 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De orthopedische driewiel fiets mag gecumuleerd worden :

- met een loophulpmiddel of een wandelstok op wielen ;
 - voor de gebruikers vanaf hun 18de verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 1°Doelgroep :
 - Manuele standaardrolstoel. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2. ;
 - Manuele modulaire rolstoel. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2. ;
 - Manuele actief rolstoel. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3. ;

- Manuele actief rolstoel met individuele maatvoering. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3. ;
- voor de gebruikers tot hun 18de verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 2° Doelgroep :
 - Standaard duwwandelwagen. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen bij punt I, 3.3.2. als de rolstoel werd geleverd voor de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen bij punt I, 3.3.3. als de orthopedische driewiel fiets werd geleverd voor de rolstoel of als de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets tegelijk werden geleverd.
 - Manuele standaardrolstoel voor kinderen. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen bij punt I, 3.3.2. als de rolstoel werd geleverd voor de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen bij punt I, 3.3.3. als de orthopedische driewiel fiets werd geleverd voor de rolstoel of als de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets tegelijk werden geleverd.
 - Manuele actief rolstoel voor kinderen. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen bij punt I, 3.3.2. als de rolstoel werd geleverd voor de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen bij punt I, 3.3.3. als de orthopedische driewiel fiets werd geleverd voor de rolstoel of als de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets tegelijk werden geleverd.
 - Elektronische kinderrolstoel. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen bij punt I, 3.3.2. als de rolstoel werd geleverd voor de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.3. indien de driewiel fiets is afgeleverd vóór de rolstoel of indien de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets tegelijk worden afgeleverd.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de orthopedische driewiel fiets (verstrekking 410376 - 410387 of 410398 - 410409) kan een verzekeringstegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat de orthopedische driewiel fiets is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.

4.4 Aanvraag om vergoeding

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.1.;

HOOFDGROEP 8: Loophulpmiddelen

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

Een loophulpmiddel ondersteunt de gebruiker op een stabiele en veilige manier tijdens het staan of stappen. Een loophulpmiddel is bedoeld voor frequent dagelijks gebruik en wordt gebruikt om zich beperkt te verplaatsen binnenshuis of buitenshuis. Het loophulpmiddel is bestemd voor gebruikers vanaf 3 jaar.

1.2 Specifieke indicaties

De gebruiker kan niet zelfstandig of veilig staan of stappen binnenshuis. Hij kan zich enkel zelfstandig binnenshuis verplaatsen mits steun (minimaal typering 2) ofwel kan hij zich buitenshuis moeilijk verplaatsen zonder het loophulpmiddel (minimaal typering 2). De gebruiker heeft nood aan een stabiele en veilige steun bij het staan of stappen.

2. Functionele specificaties van het loophulpmiddel

Subgroep 1: 410413 - 410424 Loophulpmiddel met 4 vaste steunen 112,34€

Loophulpmiddel met vaste steunen (zonder wielen) bedoeld voor verplaatsingen binnenshuis. Het loophulpmiddel is uitgevoerd met handgrepen. De steunen of de handgreephoogte van het loophulpmiddel moeten in hoogte instelbaar of verstelbaar zijn, zodat de gebruiker maximaal kan steunen op het loophulpmiddel. Het gewicht van het loophulpmiddel is minimaal zodat de gebruiker met zo weinig mogelijk kracht het hulpmiddel kan verplaatsen of meenemen. Tijdens het stappen of naar voren bewegen van de benen dient het looprek stabiel te staan op de grond. Het looprek wordt door de gebruiker verplaatst door middel van opheffen en neerzetten.

Subgroep 2: 410435 - 410446 Loophulpmiddel met 2 vaste steunen en 2 wielen zonder zit 134,80€

Loophulpmiddel - type rollator - met 2 wielen vooraan en met 2 vaste steunen achteraan, uitgevoerd zonder zit. Het loophulpmiddel is bedoeld voor verplaatsingen binnenshuis. Het loophulpmiddel is uitgevoerd met handgrepen. De steunen of de handgreephoogte van het loophulpmiddel moeten in hoogte instelbaar of verstelbaar zijn, zodat de gebruiker maximaal kan steunen op het loophulpmiddel. Het gewicht van het loophulpmiddel is minimaal zodat de gebruiker met zo weinig mogelijk kracht het hulpmiddel kan verplaatsen of meenemen. Tijdens het stappen of naar voren bewegen van de benen dient het looprek stabiel te staan op de grond. Door middel van de voorwielen en door het opheffen van de vaste steunen van de grond, kan de gebruiker het loopmiddel over de vloer verrijden.

Subgroep 3: 410457 - 410468 Loophulpmiddel met 2 vaste steunen en 2 wielen met zit 180,99€

Loophulpmiddel - type rollator - met 2 wielen vooraan en met 2 vaste steunen achteraan, uitgevoerd met zit. Het loophulpmiddel is bedoeld voor verplaatsingen binnenshuis. Het loophulpmiddel is uitgevoerd met handgrepen. De steunen of de handgreephoogte van het loophulpmiddel moeten in hoogte instelbaar of verstelbaar zijn, zodat de gebruiker maximaal kan steunen op het loophulpmiddel. Het gewicht van het loophulpmiddel is minimaal zodat de gebruiker met zo weinig mogelijk kracht het hulpmiddel kan verplaatsen of meenemen. Tijdens het stappen of naar voren bewegen van de benen dient het looprek stabiel te staan op de grond. Door middel van de voorwielen en door het opheffen van de vaste steunen van de grond, kan de gebruiker het loophulpmiddel over de vloer verrijden.

Subgroep 4: 410479 - 410483 Loophulpmiddel met 3 of 4 wielen 177,87€

Loophulpmiddel - type rollator - met minimaal 3 wielen uitgevoerd met of zonder zit, bedoeld voor verplaatsingen binnenshuis of buitenshuis. Het loophulpmiddel is uitgevoerd met handgrepen. De steunen of de handgreephoogte van het loophulpmiddel moeten in hoogte instelbaar of verstelbaar zijn, zodat de gebruiker maximaal kan steunen op het loophulpmiddel. Het gewicht van het loophulpmiddel is minimaal zodat de gebruiker met zo weinig mogelijk kracht het hulpmiddel kan verplaatsen of meenemen. Het loophulpmiddel moet beschikken over een remsysteem. De gebruiker moet het remsysteem kunnen bedienen terwijl hij met beide handen op het loophulpmiddel steunt tijdens de verplaatsing. Tijdens het stappen of naar voren bewegen van de benen dient het looprek stabiel te staan op de grond. Het loophulpmiddel is door middel van de uitvoering met wielen over de vloer verrijdbaar. Indien uitgevoerd met een zitje moet het hulpmiddel beschikken over een parkeerrem voor de veiligheid van de gebruiker. Bij verplaatsingen buitenshuis moet de gebruiker kleine hindernissen en niveauverschillen kunnen overbruggen b.v. drempels of stoepanden.

Subgroep 5: 410494 - 410505 Loophulpmiddel met ondersteuning van de sta-functie 449,34€

Loophulpmiddel uitgevoerd met vaste steunen of wielen en met ondersteuning van de sta-functie. De gebruiker kan niet zelfstandig en veilig staan en heeft tegelijk nood aan ondersteuning van de sta-functie en de stap-functie. De gebruiker wordt ondersteund tijdens het staan of stappen door een zit-, voorarm- of okselsteun. Het loophulpmiddel is bedoeld voor gebruik binnenshuis.

3. Aanpassingen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- voor gebruikers tot hun 18de verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 3 jaar.
- voor gebruikers tussen 18 en 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- voor gebruikers vanaf hun 65ste verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

Het loophulpmiddel mag gecumuleerd worden :

- met een orthopedische driewiel fiets ;
 - voor de gebruikers vanaf hun 18^{de} verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 1^o Doelgroep :
 - Manuele standaardrolstoel ;
 - Manuele modulaire rolstoel ;
 - Elektronische scooter ;
 - Manuele actief rolstoel. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3. ;
 - Manuele actief rolstoel met individuele maatvoering. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3. ;
 - Elektronische rolstoel, voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor de gebruikers met tetraparese of quadriparese ;
 - voor de gebruikers tot hun 18de verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 2^o Doelgroep :
 - Standaard duwwandelwagen. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.2.2. ;
 - Manuele standaardrolstoel voor kinderen. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2. ;
 - Manuele actief rolstoel voor kinderen De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2..
- met een huurforfait voor de manuele standaardrolstoel opgenomen in punt IV., 6. ;
- met een huurforfait voor de manuele modulaire rolstoel opgenomen in punt IV., 6.

4.3 Tegemoetkoming

Voor het loophulpmiddel (verstrekking 410413 - 410424, 410435 - 410446, 410457 - 410468, 410479 - 410483 of 410494 - 410505) kan een verzekeringstegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat het loophulpmiddel is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.

4.4 Aanvraag om tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het getuigschrift van aflevering ingevuld door de erkend verstrekkers. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.10.

4° Doelgroep rechthebbenden bedoeld onder 1° en 2° waarvoor een bijzondere zitaanpassing vereist is:

De rechthebbende wordt in dit punt "de gebruiker" genoemd.

HOOFDGROEP 9: Zitkussen ter preventie van doorzitwonden

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

Zitkussen ter preventie van doorzitwonden bij gebruikers, vanaf hun 2de jaar, die langdurig en ononderbroken in de rolstoel zitten. De gebruiker is voor alle verplaatsingen zowel binnen- als buitenshuis volledig aangewezen op de rolstoel. Ten gevolge van het langdurig zitten in de rolstoel is er voor de gebruiker een hoog of matig risico op doorzitwonden of de gebruiker werd in het verleden behandeld wegens drukletsels of heeft drukletsels.

1.2 Specifieke indicaties

Een zitkussen ter preventie van doorzitwonden kan enkel geïndiceerd worden in combinatie met een rolstoel voor :

Doelgroep 1: gebruikers met een matig risico op doorzitwonden

- De gebruiker is rolstoelgebonden, maar kan zelfstandig en op regelmatige basis (om de 15 min.) de stuit ontlasten. De gebruiker beschikt nog over een zekere tonus in de bilspieren (zelfs ten gevolge van spasticiteit) en de gebruiker heeft een ernstige stoornis of beperking behorend tot één van de volgende items: de eetstoornis, incontinentie (urinair of fecaal), het niet waarnemen van druk tegen of op de huid, die de mogelijkheid tot reactie biedt om beduidend ongemak te beperken, of de functie van hart- en bloedvatenstelsel.
- Of bij vaststelling van drukwonden vanaf graad 1: niet-wegdrukbaar roodheid van de intacte huid. Dit kan gepaard gaan met verkleuring van de huid, warmte, oedeem of verharding van het weefsel.

Doelgroep 2: gebruikers met hoog risico op doorzitwonden

- Deze gebruikers kunnen onmogelijk en op regelmatige basis (om de 15 minuten) zelfstandig de stuit ontlasten door zich op te duwen. Dit kan zowel veroorzaakt worden door stoornissen of functionele beperkingen van de bovenste of onderste ledematen of door mentale of cognitieve stoornissen.
- Of komen ook in aanmerking: gebruikers met een slappe verlamming of zware atrofie van de bilspieren, gebruikers met een uitgesproken huidprobleem van de stuit o.a. uitgebreide littekens, brandwonden, radiodermatitis, enz.
- Of gebruikers die reeds eerder een decubitus graad 3, of hoger, hebben doorgemaakt.

Doelgroep 3: gebruikers met hoog risico op doorzitwonden en met een ernstige stoornis van de anatomische eigenschappen van de bekkengordel.

- Gebruikers met hoog risico op doorzitwonden.
- En de gebruiker heeft bovendien één van de volgende problemen: er is een ernstige stoornis (minimaal typering 3) van de anatomische eigenschappen van botten, gewrichten of spieren van de bekkengordel, zodat het bekken, tijdens het langdurig zitten, moeilijk in een correcte positie kan gehouden worden, .o.a. ten gevolge van abnormale adductie of abductie, abnormale interne of externe rotatie, abnormale flexie of extensie van de heup, voor- of achterwaartse bekkenkanteling, bekkenscheefstand, rotatie van het bekken e.d. meer. Of binnen korte termijn zijn deze problemen met de zithouding t.g.v. van de specifieke evolutieve aandoening te verwachten.

2. Functionele specificaties van het antidecubituszitkussen

Het antidecubituszitkussen moet de druk, maar ook de schuifkrachten die kunnen leiden tot doorzitwonden, voor de rolstoelgebruiker reduceren.

Het zitkussen moet aangepast zijn voor gebruik in de rolstoel. Vorm en maatvoering van het kussen moeten in overeenstemming zijn met de maatvoering van de rolstoel: het kussen moet aangepast zijn aan de zitbreedte en zitdiepte van de rolstoel. Het kussen moet verkrijgbaar zijn in verschillende afmetingen. Het antidecubituskussen mag geen bottoming-out effect vertonen, ook niet bij obese of magere gebruikers. "Bottoming out" betekent dat bij controle met de hand onder het antidecubituskussen de benige uitsteeksels (bv. zitbeen) van de gebruiker gevoeld kunnen worden; hierdoor komt de effectiviteit van het gebruikte materiaal in het gedrang.

De bekleding moet elastisch zijn om het "hangmateffect" tegen te gaan. Een combinatie met een elastische antiallergische incontinentiehoes moet mogelijk zijn. Het antidecubituskussen wordt geleverd met alle nodige toebehoren.

Het antidecubituskussen kan enkel op de lijst van erkende producten worden opgenomen, indien de aanvraag gestaafd wordt met wetenschappelijk onderbouwde drukmetingstesten en/of met klinische evaluaties gepubliceerd in een erkend wetenschappelijk tijdschrift. Hierbij moeten de preventieve eigenschappen van het zitkussen bij gebruik in de rolstoel bewezen zijn.

**Subgroep 1: 410516 - 410527 Niet-individueel aanpasbaar 124,82€
antidecubituskussen**

Doelgroep 1: gebruikers met een matig risico op doorzitwonden.

De gebruikte materialen dienen een goede drukverdeling te waarborgen. Het zitkussen wordt gelegd of bevestigd bovenop de slappe of platte zit van de rolstoel.

Het basismateriaal van het antidecubituszitkussen bestaat uit ofwel:

- visco-elastisch traagschuim;
- lucht. Het antidecubituskussen is samengesteld uit onafhankelijke eenheden of communicerende banen of cellen;
- polymere of elastomere gel;
- of een combinatie van materialen met één van hogergenoemde basisstoffen, die bovendien het contactoppervlak met de lichaamsdelen uitmaken.

**Subgroep 2: 410538 - 410549 Niet-individueel aanpasbaar anatomisch 349,49€
gevormde antidecubituszit (geïntegreerd in rolstoel)**

Doelgroep 1: gebruikers met een matig risico op doorzitwonden.

In de rolstoel geïntegreerde of ingebouwde zit ter vervanging van de slappe of vaste zit. De antidecubituszit is uitgevoerd met materialen die een goede drukverdeling waarborgen.

Het basismateriaal van het antidecubituszitkussen bestaat uit:

- visco-elastisch traagschuim;
- lucht. Het antidecubituskussen is samengesteld uit onafhankelijke eenheden of communicerende banen of cellen;
- polymere of elastomere gel;
- of een combinatie van materialen met één van hogergenoemde basisstoffen, die bovendien het contactoppervlak met de lichaamsdelen uitmaken.

**Subgroep 3: 410553 - 410564 Individueel aanpasbaar 436,86€
antidecubituskussen**

Doelgroep 2: gebruikers met hoog risico op doorzitwonden.

De gebruikte materialen dienen een goede drukverdeling te waarborgen en dienen bovendien een adequate bescherming te bieden tegen de schuifkrachten die doorzitwonden veroorzaken. Het antidecubituskussen moet individueel kunnen aangepast worden aan de gebruiker b.v. door wegname of toevoeging van het drukregulerende basismateriaal of extra ondersteuningselementen.

Het basismateriaal van het antidecubituszitkussen bestaat uit:

- lucht. Het antidecubituskussen is samengesteld uit onafhankelijke eenheden of communicerende banen of cellen;
- polymere of elastomere gel;

- of een combinatie van materialen met één van hogergenoemde basisstoffen, die bovendien het contactoppervlak met de lichaamsdelen uitmaken.

Subgroep 4: 410575 - 410586 Individueel aanpasbaar antidecubituskussen 499,27€
type luchtkussens met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

Doelgroep 3: gebruikers met hoog risico op doorzitwonden EN met een ernstige stoornis van de anatomische eigenschappen van de bekkengordel.

De gebruikte materialen dienen een goede drukverdeling te waarborgen en dienen bovendien een adequate bescherming te bieden tegen de schuifkrachten die doorzitwonden veroorzaken. Het antidecubituskussen moet individueel kunnen aangepast worden aan de gebruiker b.v. door wegname of toevoeging van het drukregulerende basismateriaal of extra ondersteuningselementen.

Het basismateriaal van het antidecubituskussen bestaat uit :

- lucht. Het antidecubituskussen is samengesteld uit onafhankelijke eenheden of communicerende banen of cellen ;
- Flow Fluid gel ;
- of een combinatie van materialen met één van hogergenoemde basisstoffen, die bovendien het contactoppervlak met de lichaamsdelen uitmaken.

Bij de luchtkussens gaat het om kussens met celstructuur met minimaal twee kamers zodat een adequate ondersteuning van de zithouding mogelijk is. Het antidecubituskussen dient tegelijkertijd zowel voor- en achterwaarts als zijdelings (links/rechts) de zithouding van de gebruiker te ondersteunen. Het antidecubituskussen moet, indien :

- anatomisch gevormd, beschikken over verschillende celhoogtes of vormen en over minimum twee kamers ;
- niet anatomisch gevormd, beschikken over minimum drie kamers om de hoger beschreven ondersteuning te kunnen waarborgen.

Het gelkussen heeft een geprofileerde voldoende hoge schuimstofbasis vooraan, voorzien van een uitsparing met een dik Flow-Fluidzakje. Dit Flow-Fluidzakje is verdeeld in compartimenten. De basis ondersteunt het bekken, terwijl het Flow-Fluidzakje het contactoppervlak met de zitknobbels en het zitvlak van de gebruiker uitmaakt.

3. Aanpassingen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- voor een niet-individueel aanpasbaar antidecubituskussen (verstrekking 410516 - 410527) wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 2 jaar.

- voor een niet-individueel aanpasbaar anatomisch gevormde antidecubituszit (verstrekking 410538 - 410549) wordt de hernieuwingstermijn van de rolstoel gevolgd.
- voor een individueel aanpasbaar antidecubituskussen (verstrekking 410553 - 410564) wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op :
 - 3 jaar voor de gebruikers tot hun 18de verjaardag ;
 - 4 jaar voor de gebruikers vanaf hun 18de verjaardag.
- voor een individueel aanpasbaar antidecubituskussen type luchtkussen met celstructuur of Flow-Fluidgelkussen (verstrekking 410575 - 410586) wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op :
 - 3 jaar voor de gebruikers tot hun 18de verjaardag ;
 - 4 jaar voor de gebruikers vanaf hun 18de verjaardag.

4.2 Toegelaten cumulaties

Het antidecubituskussen (verstrekking 410516 - 410527, 410553 - 410564 of 410575 - 410586) mag gecumuleerd worden :

- Voor de gebruikers vanaf hun 18de verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 1° Doelgroep :
 - Manuele modulaire rolstoel ;
 - Manuele verzorgingsrolstoel voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese ;
 - Manuele actief rolstoel ;
 - Manuele actief rolstoel met individuele maatvoering ;
 - Elektronische rolstoel ;
 - Rolstoel met stafunctie.
- voor de gebruikers tot hun achttiende verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 2° Doelgroep :
 - Manuele actief rolstoel voor kinderen ;
 - Elektronische kinderroelstoel ;
 - Rolstoel met stafunctie.
- met een huurforfait voor de manuele modulaire rolstoel opgenomen in punt IV., 6.;
- met een huurforfait voor de manuele verzorgingsrolstoel opgenomen in punt IV., 6., voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese.

Het antidecubituskussen (verstrekking 410538 - 410549) mag gecumuleerd worden:

- voor de gebruikers vanaf hun 18de verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 1° Doelgroep :
 - Manuele modulaire rolstoel ;
- met een huurforfait voor de manuele modulaire rolstoel opgenomen in punt IV., 6.;

Het antidecubituskussen (verstrekking 410553 - 410564 of 410575 - 410586) mag gecumuleerd worden met een elektronische scooter.

Het zitkussen ter preventie van doorzitwonden kan niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 en 654850 van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

4.3 Tegemoetkoming

Voor een antidecubituskussen ter preventie van doorzitwonden (verstrekking 410516 - 410527, 410538 - 410549, 410553 - 410564 of 410575 - 410586) kan een verzekeringstegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat het kussen is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten en op voorwaarde dat de gebruiker een verzekeringstegemoetkoming voor een nieuwe rolstoel aanvraagt of beschikt over een rolstoel waarvoor een verzekeringstegemoetkoming werd toegestaan in het verleden.

Gebruikers met een matig risico op doorzitwonden kunnen een forfaitaire verzekeringstegemoetkoming bekomen voor het "individueel aanpasbaar antidecubituskussen" (verstrekking 410553 - 410564) of een het "individueel aanpasbaar antidecubituskussen type luchtkussen met celstructuur" (verstrekking 410575 - 410586) op voorwaarde dat het kussen is opgenomen op de lijst van de antidecubituskussens:

- Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een individueel aanpasbaar antidecubituskussen :
412115 – 412126 : 124,82€
- Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een individueel aanpasbaar antidecubituskussen type luchtkussen met celstructuur
412137 – 412148 : 124,82€

Gebruikers met een hoog risico op doorzitwonden (doelgroep 2) kunnen een forfaitaire verzekeringstegemoetkoming bekomen voor een "individueel aanpasbaar antidecubituskussen type luchtkussen met celstructuur" (verstrekking 410575 - 410586) op voorwaarde dat het kussen is opgenomen op de lijst van de antidecubituskussens :

- Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een individueel aanpasbaar antidecubituskussen type luchtkussen met celstructuur
412719 - 412723 : 436,86€

4.4. Aanvraag om tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.
-

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2.

HOOFDGROEP 10: Modulair aanpasbaar systeem ter ondersteuning van de zithouding

Subgroep 1: Modulair aanpasbaar rugsysteem

a) 413839 - 413843 Lumbale steun in zachte uitvoering 230,91€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

Systeem ter ondersteuning van de zithouding van de gebruiker die langdurig en ononderbroken in de rolstoel zit. De gebruiker heeft een onstabiele zithouding in de rolstoel en heeft een hoog risico op evenwichtsproblemen. De gebruiker heeft eveneens een vrijheidsgraad van beweging ter hoogte van de schoudergordel nodig voor het uitvoeren van zijn activiteiten.

Het rugsysteem heeft als doel de romp van de gebruiker te stabiliseren, te ondersteunen alsook de druk- en schuifkrachten te minimaliseren. Door de ondersteuning van de houding is het systeem bedoeld om het actief gebruik van de rolstoel effectief te bevorderen.

1.2 Specifieke indicaties

De gebruiker is volledig rolstoelgebonden voor alle verplaatsingen en maakt gedurende het grootste deel van de dag gebruik van een manuele modulaire rolstoel of van een elektronische rolstoel. Verplaatsingen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zijn volledig beperkt (minimaal ICF typering 4).

Er is een ernstige stoornis (minimaal ICF typering 3) van de anatomische en/of functionele eigenschappen van de wervelkolom of van de spieren van de romp zodat de romp, tijdens het langdurig zitten, onmogelijk in een correcte positie kan gehouden worden zonder laterale steun. Een voorgevormde rug, al dan niet in combinatie met rugpelotten, volstaat niet ter correctie.

2. Functionele specificaties van het rugsysteem

Het modulair aanpasbare zachte lumbale rugsysteem bestaat uit een relatief soepel materiaal, voldoende gepolsterd en tegelijk voldoende steun gevend aan het lumbale deel van de wervelzuil. Het geheel is monteerbaar op een bestaande rolwagen en is vlot verwijderbaar bij het verkleinen van de rolwagen. De lumbale steun is individueel instelbaar in de hoogte en in de diepte.

Het rugsysteem moet lumbaal ondersteunen bij anatomische afwijkingen van de romp. Het rugsysteem kan individueel aangepast worden aan de vorm van de rug en aan de houding van de gebruiker op basis van de gebruikte materialen en technieken. Het doel is een correcte ondersteuning van de rug te bekomen in de rolstoel, met aandacht voor comfort voor de gebruiker en voor preventie van doorzitwonden. Het rugsysteem moet kunnen ingebouwd worden in de rolstoel en vervangt de normale rug (slap, plat of vast voorgevormd) van de rolstoel.

3. Aanpassingen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

4. Specifieke voorwaarden

Zie onder c).

b) 413854 - 413865 Lumbale steun in harde uitvoering 374,45€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

Systeem ter ondersteuning van de zithouding van de gebruiker die langdurig en ononderbroken in de rolstoel zit. De gebruiker heeft een onstabiele zithouding in de rolstoel en heeft een hoog risico op evenwichtsproblemen. De gebruiker heeft eveneens een vrijheidsgraad van beweging ter hoogte van de schoudergordel nodig voor het uitvoeren van zijn activiteiten.

Het rugsysteem heeft als doel de romp van de gebruiker te stabiliseren, te ondersteunen alsook de druk- en schuifkrachten te minimaliseren. Door de ondersteuning van de houding is het systeem bedoeld om het actief gebruik van de rolstoel effectief te bevorderen.

1.2 Specifieke indicaties

De gebruiker is volledig rolstoelgebonden voor alle verplaatsingen en maakt gedurende het grootste deel van de dag gebruik van een manuele modulaire rolstoel of van een elektronische rolstoel. Verplaatsingen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zijn volledig beperkt (minimaal ICF typering 4).

Er is een ernstige stoornis (minimaal ICF typering 3) van de anatomische en/of functionele eigenschappen van de wervelkolom of van de spieren van de romp zodat de romp, tijdens het langdurig zitten, onmogelijk in een correcte positie kan gehouden worden zonder laterale steun. Een voorgevormde rug, al dan niet in combinatie met rugpelotten, volstaat niet ter correctie.

2. Functionele specificaties van het rugsysteem

Het modulair aanpasbaar harde lumbale rugsysteem bestaat uit een vormvaste plaat, voldoende gepolsterd ter ondersteuning van het lumbaal gedeelte van de wervelzuil. Het rugsysteem belemmert echter niet de bewegingsruimte op niveau van de schoudergordel. Het geheel is monteerbaar op een bestaande rolstoel en is vlot verwijderbaar bij het verkleinen van de rolstoel. De lumbale steun is individueel instelbaar in de hoogte en in de diepte.

Het rugsysteem moet lumbaal ondersteunen bij anatomische afwijkingen van de romp. Het rugsysteem kan individueel aangepast worden aan de vorm van de rug en aan de houding van de gebruiker op basis van de gebruikte materialen en technieken. Het doel is een correcte ondersteuning van de rug te bekomen in de rolstoel, met aandacht voor comfort en functionaliteit voor de gebruiker en met aandacht voor preventie van doorzitwonden. Het rugsysteem moet kunnen ingebouwd worden in de rolstoel en vervangt de normale rug (slap, plat of vast gevormd) van de rolstoel.

3. Aanpassingen

413213 - 413224 Ingewerkte bilaterale zijdelings ondersteuning op de lumbale harde steun (per paar) - maximaal 1 set. 124,82€

4. Specifieke voorwaarden

Zie onder c).

c) **413876 - 413887 thoraco-lumbale steun in harde uitvoering** 436,86€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

Systeem ter ondersteuning van de zithouding van de gebruiker die lang en ononderbroken in de rolstoel zit. De gebruiker zit onstabiel in de rolstoel, met een hoog risico op evenwichtsproblemen.

Het rugsysteem heeft als doel de romp en/of de schoudergordel en/of het hoofd en de nek van de gebruiker te stabiliseren, te ondersteunen alsook de druk- en schuifkrachten te minimaliseren. Door de zithouding te ondersteunen, is het systeem bedoeld om het actief gebruik van de rolstoel effectief te bevorderen.

1.2 Specifieke indicaties

De gebruiker is volledig rolstoelgebonden voor alle verplaatsingen en maakt gedurende het grootste deel van de dag gebruik van een manuele rolstoel of van een elektronische rolstoel. Verplaatsingen binnens- en buitenshuis zijn volledig beperkt (minimaal ICF typering 4).

De gebruiker heeft een ernstige stoornis (minimaal ICF typering 3) van de anatomische en/of functionele eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp en/of van de schoudergordel en/of van hoofd en nek - zodat tijdens het langdurig zitten onmogelijk een

correcte positie kan behouden worden zonder laterale steun. Een voorgevormde rug, al dan niet in combinatie met ruggelotten, volstaat niet ter correctie.

2. Functionele specificaties van het rugsysteem

Het modulair aanpasbare harde thoraco-lumbale rugsysteem bestaat uit een vormvaste plaat, voldoende gepolsterd ter ondersteuning van het thoraco-lumbale deel van de wervelzuil. Het geheel kan worden gemonteerd op een bestaande rolstoel en kan eenvoudig worden verwijderd bij het verkleinen van de rolstoel. De thoraco-lumbale steun wordt individueel ingesteld in de hoogte, diepte en in hoek.

Het rugsysteem moet thoraco-lumbaal ondersteunen bij anatomische afwijkingen van de romp, de schoudergordel en/of het hoofd en de nek. Het rugsysteem kan individueel worden aangepast aan de vorm van de rug en aan de houding van de gebruiker op basis van de gebruikte materialen en technieken. Het doel is een correcte ondersteuning van de rug en de schoudergordel te verkrijgen in de rolstoel, met aandacht voor het comfort voor de gebruiker en voor de preventie van doorzitwonden. Het rugsysteem moet kunnen worden ingebouwd in de rolstoel en vervangt de normale rug (slap, plat of vast voorgevormd) van de rolstoel.

3. Aanpassingen

413154 - 413165 Hoofdsteun voor thoracolumbale steun in harde uitvoering	187,23€
413235 - 413246 Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoracolumbale harde rugsysteem (per jaar) - maximaal 1 set	124,82€
413257 - 413268 Bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoracolumbale harde rugsysteem.	187,23€

De verstrekkingen 413235 - 413246 en 413257 - 413268 zijn onderling cumuleerbaar.

413279 - 413283 Drukverdelende ondersteuning van de spinae vertebrae voor de lumbosacrale steun	62,41€
---	--------

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

De hernieuwingstermijn voor de modulair aanpasbare rugsystemen en de aanpassingen volgt de hernieuwingstermijn van de rolstoel.

4.2 Toegelaten cumulaties

Het modulair aanpasbaar rugsysteem (verstrekkingen 413839 - 413843, 413854 - 413865, 413876 - 413887) mag worden gecumuleerd met :

- voor de gebruikers vanaf hun 18de verjaardag met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 1° Doelgroep :
 - Manuele modulaire rolstoel;
 - Manuele actief rolstoel;
 - Elektronische rolstoel ;
- voor de gebruikers tot hun 18de verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 2° Doelgroep :
 - Actief kinderrolstoel ;
 - Elektronische rolstoel voor kinderen.

Een rolstoel uitgerust met het modulair aanpasbaar rugsysteem mag ook worden gecumuleerd met een anti-decubituskussen voorzien onder de verstrekking 410516 - 410527, 410553 - 410564 of 410575 - 410586.

Het modulair aanpasbaar rugsysteem kan niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 en 654850 van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

4.3 Tegemoetkoming

Voor een modulair aanpasbaar rugsysteem kan men enkel een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat het rugsysteem in de lijst staat van de producten die in aanmerking komen voor terugbetaling en op voorwaarde dat de gebruiker een tegemoetkoming voor een nieuwe rolstoel aanvraagt of beschikt over een rolstoel waarvoor een tegemoetkoming werd toegestaan in het verleden.

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvende arts ;
- het motiveringsrapport ingevuld door de erkend verstrekker, aangevuld met de motivatie waarom specifiek voor het modulaire rugsysteem wordt gekozen ;
- de aanvraag voor tegemoetkoming ingevuld door de erkend verstrekker. De te volgen aanvraagprocedure is vermeld onder punt I, 3.3.2.

Subgroep 2: Modulair aanpasbare ziteenheid

- a) **413898 - 413909 Modulair aanpasbare ziteenheid inclusief bekleding, abductieklos, instelbaar en geveerd rugscharnier voor de gebruiker tot de 12^{de} verjaardag** 1876,86€
- b) **413913 - 413924 Modulair aanpasbare ziteenheid inclusief bekleding, abductieklos, instelbaar en geveerd rugscharnier voor de gebruiker vanaf de 12^{de} verjaardag tot de 21^{ste} verjaardag** 2194,82€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

Systeem ter ondersteuning van de volledige houding (zit en rug) van de gebruiker die lang en ononderbroken in de rolstoel zit. De gebruiker heeft een onstabiele zithouding met een gestoorde rompoprichting en zitbalans waardoor er een hoog risico bestaat op evenwichtsproblemen en misvormingen.

Het zitsysteem heeft als doel het bekken en de romp van de gebruiker te stabiliseren, te ondersteunen alsook de druk- en schuifkrachten te minimaliseren.

1.2 Specifieke indicaties

De gebruiker is volledig rolstoelgebonden voor alle verplaatsingen. Functionele verplaatsingen binnens- en buitenshuis zijn volledig beperkt (minimaal ICF typering 4).

Er is een ernstige stoornis (minimaal ICF typering 3) van de anatomische en/of functionele eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, schouder- en bekkengordel met - eventueel hoofd en nek - zodat de romp en het bekken, tijdens het langdurig zitten, onmogelijk in een correcte positie kunnen worden gehouden, zelfs niet door een vaste vorgevormde rug en zit, in combinatie met rugpelotten en/of abductieklos.

2. Functionele specificaties van de ziteenheid

De modulair aanpasbare ziteenheid geeft een actieve ondersteuning van de zithouding van de gebruiker. Ze bestaat uit een gecombineerde modulaire rug en modulaire zit die samen een onafscheidelijk geheel vormen met een regelbare hoekinstelling. Deze actieve ondersteuning van de houding kan met diverse uitbreidingsmodules en toebehoren geïndividualiseerd worden afgesteld met als uiteindelijk doel de volledige houding te ondersteunen en te stabiliseren.

Het zitsysteem moet de gebruiker ondersteunen bij anatomische en/of functionele afwijkingen van het volledige lichaam (romp, schoudergordel en bekkengordel). De volledige ziteenheid is in diverse afmetingen verstelbaar en kan bij anatomische veranderingen zoals groei, toename of afname in lichaamsgewicht of bij ingrepen of functioneel-neurologische wijzigingen steeds traploos worden ingesteld en als dusdanig meegroeien en mee-evolueren met de gebruiker. Daarvoor moeten zowel de rug als de zit traploos instelbaar zijn in de hoogte, diepte en breedte waarbij de bekleding opnieuw kan worden gepositioneerd. Het zitsysteem moet in verschillende maatvoeringen bestaan om de verschillende

lichaamsafmetingen van kind tot volwassene te kunnen overbruggen (zitbreedte, zitdiepte, rughoogte, rugbreedte, rughoek van minimum -5° tot $+30^{\circ}$ en abductiehoek voor de benen van minimum 0° tot 15°).

Het doel is een correcte houdingspositie te verkrijgen, met aandacht voor het comfort en het functioneel karakter voor de gebruiker en met aandacht voor de preventie van doorzitwonden. De modulair aanpasbare ziteenheid moet kunnen worden opgebouwd in een rolstoel of vervangt de normale ziteenheid (rug en zit) van de elektronische rolstoel of moet bij opbouw op een onderstel de volledige houding ondersteunen en voorzien zijn van een beensegment met een voetenplank, een hoofdsegment en instelbare armsteunen.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

412999 - 413003 Voet/beensegment, inclusief hoogte en hoek regelbare bevestiging (per paar of uit 1 stuk) 519,39€

3.2 Bovenste ledematen

413058 - 413069 Armsteunen, hoogte-, breedte- en hoek regelbaar (per paar) 355,59€

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

411113 - 411124 Hoofdsteun (in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar) 187,23€

413176 - 413187 Regelbare hoofd- en neksteun, anatomisch gevormd, traploos instelbaar 446,10€

413198 - 413209 Hoofdbandsysteem, enkel in combinatie met anatomische hoofd- en neksteun 184,39€

De verstrekking 413198 - 413209 kan enkel worden vergoed in cumulatie met een regelbare hoofd- en neksteun (verstrekking 413176 - 413187)

413294 - 413305 Rugpelotten (per paar) 124,82€

413316 - 413327 Bekkensteunen zwenkbaar (per paar) 452,05€

411275 - 411286 Rolstoelwerkblad of half-werkblad 199,71€

3.4 Veiligheid

411334 - 411345 Veiligheidsgordel 37,45€

413478 - 413489 4- of 5-puntsvestje of H-harnas al dan niet met ritssluiting of kruisbanden	193,90€
411356 - 411367 Zitbroek	86,12€
411319 - 411323 Hielsteun of voetriem (per stuk)	13,73€
413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€

3.5 Besturing/aandrijving

Er zijn geen aanpassingen voorzien.

3.6 Bijzondere aanpassingen

413714 - 413725 Montageadapter voor op onderstel of rolstoel	541,97€
413736 - 413747 Aanpasforfait, per jaar voor gebruiker tot de 12 ^{de} verjaardag	466,31€
413758 - 413769 Aanpasforfait, per jaar voor gebruiker vanaf de 12 ^{de} verjaardag	529,83€

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

De hernieuwingstermijn voor de modulair aanpasbare ziteenheid volgt de hernieuwingstermijn van de rolstoel of het onderstel.

Bij belangrijke anatomische wijzigingen of belangrijke en onvoorzienbare neurologisch-functionele wijzigingen kan de adviserend arts op basis van een omstandige motivatie door de voorschrijvend arts een voortijdige hernieuwing toestaan. In geval van een voortijdige hernieuwing is steeds de bijzondere procedure zoals vermeld in punt I, 3.3.3 van toepassing. De adviserend arts kan binnen de hernieuwingstermijn eenmalig de vergoeding van een zitorthese toestaan op basis van een omstandige motivatie door de voorschrijvend arts die duidelijk de medische argumenten beschrijft op welke basis een overgang naar een zitorthese noodzakelijk is geworden.

Bij vroegtijdige hernieuwing van een modulair aanpasbaar systeem ter ondersteuning van de zithouding door een zitorthese moet de procedure van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. voor een eerste aanvraag van een zitorthese worden gevolgd.

4.2 Toegelaten cumulaties

De modulair aanpasbare ziteenheid mag worden gecumuleerd met de volgende verstrekkingen :

- een elektronische rolwagen ;
- een onderstel voor een modulair aanpasbare ziteenheid ;
- een antidecubituskussen uit subgroep 1, 3 of 4.

Het modulair aanpasbaar systeem ter ondersteuning van de zithouding kan niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 en 654850 van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de modulair aanpasbare ziteenheid en de aanpassingen kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat deze in de lijst staat van de producten die in aanmerking komen voor terugbetaling.

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het functioneringsrapport multidisciplinair opgesteld ;
- het motiveringsrapport ingevuld door de erkend verstrekker ;
- de aanvraag voor tegemoetkoming ingevuld door de erkend verstrekker.

De te volgen aanvraagprocedure is zowel voor de eerste aanvraag als voor de hernieuwing vermeld in punt I, 3.3.3.

Voor het jaarlijkse aanpasforfait (verstrekkingen 413736 - 413747 en 413758 - 413769) is geen geneeskundig voorschrift vereist. De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van het getuigschrift van aflevering ingevuld door de erkend verstrekker. De te volgen procedure is zowel voor de eerste verstrekking als voor de hernieuwing vermeld onder punt I., 3.3.13.

HOOFDGROEP 11: Onderstel

Subgroep 1: 410597 - 410608 Onderstel voor zitschelp

1088,41€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

Het onderstel is bedoeld voor de bevestiging van een zitschelp en om zich binnens- en buitenshuis te verplaatsen.

1.2 Specifieke indicaties

Het onderstel voor bevestiging van een zitschelp kan enkel worden terugbetaald voor de gebruikers die nood hebben aan een zitschelp en zich zonder dit onderstel niet kunnen verplaatsen.

2. Functionele specificaties van het onderstel

2.1 Functionele specificaties van de onderste ledematen

Het onderstel voor de bevestiging van een zitschelp kan worden uitgerust met beensteunen of opklapbare beensteunen met een in hoek verstelbare voetenplank, bevestigd aan het verstelbare deel van het onderstel, die de begeleider eraf kan nemen of wegklappen, om gemakkelijker in en uit de rolstoel te komen. De beensteunen moeten individueel ingesteld of versteld kunnen worden afhankelijk van de beenlengte van de gebruiker en van de algemene zithouding.

2.2 Functionele specificaties van de bovenste ledematen

Het onderstel voor de bevestiging van een zitschelp is uitgerust met armsteunen die door de gebruiker of begeleider kunnen worden afgenomen om gemakkelijker in en uit de rolstoel te komen. De armsteunen vormen een steun voor de onderarmen van de gebruiker. Ze zijn in de hoogte en in de breedte verstelbaar.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

Het onderstel voor de bevestiging van een zitschelp is voorzien van een veilig bevestigingssysteem waarmee de begeleider de zitschelp kan koppelen en ontkoppelen zonder gereedschap te gebruiken. Het zitgedeelte is verstelbaar tot minimum 15° door middel van een gasveer of een vergelijkbaar systeem. Het ruggedeelte is instelbaar tot minimum 30°.

2.4 Functionele specificaties aandrijving/besturing

Het onderstel voor de bevestiging van een zitschelp kan van het type duwwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn. De twee types moeten voorzien zijn van duwhandvatten of een doorlopende in de hoogte verstelbare duwbeugel voor de begeleider.

2.5 Functionele specificaties gebruiksdoeleinden

Het onderstel voor de bevestiging van een zitschelp kan worden verkleind zodat zij in de wagen kan worden meegenomen.

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

Het onderstel voor de bevestiging van een zitschelp heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden; de voorwielen zijn zwenkbaar. Het is uitgerust met een remsysteem op beide achterwielen, dat door de gebruiker of begeleider bediend kan worden.

3. Aanpassingen

3.1 Onderste ledematen

410619 - 410623 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun)	124,82€
410656 - 410667 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun)	143,54€
412594 - 412605 Beensteun uit één stuk (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal)	249,64€
412616 - 412627 Beensteun uit één stuk met zijkant (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal)	287,08€

De verstrekkingen 410619 - 410623, 410656 - 410667, 412594 - 412605 en 412616 - 412627 kunnen onderling niet worden gecumuleerd.

410737 - 410748 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of ééndelige, in hoek instelbare voetenplaat)	112,34€
---	---------

3.2 Bovenste ledematen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.3 Positionering (zit-ruggedeelte)

411275 - 411286 Rolstoelwerkblad of half-werkblad	199,71€
---	---------

3.4 Veiligheid

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

3.5 Besturing/aandrijving

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- voor gebruikers tot hun 18^{de} verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 3 jaar.
- voor gebruikers vanaf hun 18^{de} verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 5 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

Het onderstel voor de zitschelp mag niet worden gecumuleerd met een rolstoel.

4.3 Tegemoetkoming

Voor het onderstel voor de zitschelp (verstrekking 410597 - 410608) kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat het onderstel in de lijst staat van de producten die in aanmerking komen voor terugbetaling.

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het door de dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de dienstverlener.

De te volgen aanvraagprocedure is vermeld in punt I, 3.3.2.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel of van bijkomende aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5. of I, 3.3.6. van toepassing.

Subgroep 2: 413935 - 413946 Onderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid 2218,01€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1 Gebruiksdoel

Het onderstel is bedoeld voor de bevestiging van een modulair aanpasbare ziteenheid en om zich binnens- en buitenshuis te verplaatsen.

1.2 Specifieke indicaties

Het onderstel voor de bevestiging van een modulair aanpasbare ziteenheid kan enkel worden terugbetaald voor de gebruikers die nood hebben aan een modulair aanpasbare ziteenheid en zich zonder dit onderstel niet kunnen verplaatsen.

2. Functionele specificaties van het onderstel

2.1 Functionele specificaties van de onderste ledematen

Geen.

2.2 Functionele specificaties van de bovenste ledematen

Geen.

2.3 Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

Het onderstel is speciaal ontworpen voor de montage van een modulair aanpasbare ziteenheid die samen één functionele eenheid vormen. Deze montage gebeurt met behulp van een veilig bevestigingssysteem waarmee de begeleider de ziteenheid kan koppelen en ontkoppelen zonder gereedschap te gebruiken. Het zitgedeelte is verstelbaar tot minimum 30° door middel van een gasveer of een vergelijkbaar systeem.

2.4 Functionele specificaties van de aandrijving/besturing

Het onderstel voor de bevestiging van een modulair aanpasbare ziteenheid kan van het type duwwandelwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn. Beide types moeten voorzien zijn van duwhandvatten of een doorlopende in de hoogte verstelbare duwbeugel voor de begeleider.

2.5 Functionele specificaties van de gebruiksdoeleinden

De combinatie “modulair aanpasbare ziteenheid” en het “onderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid” is als functionele eenheid crashgetest (dus niet enkel het onderstel en de modulair aanpasbare ziteenheid afzonderlijk maar beide samen). Dit houdt in dat de combinatie van beide samen moet voldoen aan de norm voor veilig transport “ISO 7176-19”.

2.6 Functionele specificaties – technische aspecten

Het onderstel voor de bevestiging van een modulair aanpasbare ziteenheid heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden; de voorwielen zijn zwenkbaar. Het is uitgerust met een remsysteem op beide achterwielen.

3. Aanpassingen

Er zijn geen aanpassingen voorzien.

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- voor gebruikers tot hun 18^{de} verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 3 jaar.
- voor gebruikers vanaf hun 18^{de} verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

Het onderstel voor een modulair aanpasbare ziteenheid mag niet worden gecumuleerd met een rolstoel.

Het onderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid kan niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 654754, 654776, 654791, 654813, 654835 en 654850 van artikel 29 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

4.3 Tegemoetkoming

Voor het onderstel voor een modulair aanpasbare ziteenheid (verstrekking 413935 - 413946) kan men een tegemoetkoming ontvangen op voorwaarde dat het onderstel op de lijst staat van de producten die in aanmerking komen voor terugbetaling.

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het door de erkend verstrekker ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de erkende verstrekker.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

5° Doelgroep: Specifieke Mobiliteitshulpmiddelen voor rechthebbenden bedoeld onder 1° en 2°

HOOFDGROEP 1: Wandelstok op wielen

Subgroep 1: 414539 - 414543 Wandelstok op wielen

177,87€

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.1. Gebruiksdoel

De wandelstok op wielen is bestemd voor een gebruiker die het gebruik van een van zijn of haar bovenste ledematen heeft verloren. Het gebruik van deze wandelstok als vervoermiddel moet worden geoefend en gecertificeerd in een gespecialiseerd revalidatiecentrum.

1.2. Specifieke indicaties

De gebruiker kan binnenshuis niet zelfstandig en veilig staan of lopen. De gebruiker kan zich binnenshuis alleen zelfstandig verplaatsen met behulp van een steun (minimum typering 2) of heeft moeite zich buitenshuis te verplaatsen zonder de wandelstok op wielen (minimum typering 2). De gebruiker heeft een ernstige functionele beperking van een van de bovenste ledematen die het gebruik van een loophulpmiddel verhindert. De zorgvrager heeft stabiele en veilige ondersteuning nodig bij het staan of lopen.

2. Functionele specificaties van de wandelstok op wielen.

De wandelstok op wielen heeft een in hoogte verstelbaar handvat zodat de gebruiker continu ondersteuning heeft. Het gewicht van de wandelstok op wielen is minimaal, zodat de gebruiker deze zo gemakkelijk mogelijk kan verplaatsen en dragen. Tijdens het lopen moet de wandelstok stabiel op de grond blijven staan. De wandelstok op wielen wordt voortbewogen door middel van ten minste 3 wielen. Bij verplaatsingen buitenshuis moet de gebruiker obstakels en niveauverschillen, zoals deuropeningen of stoepranden, kunnen overwinnen.

3. Aanpassingen

Er zijn geen aanpassingen bepaald.

4. Specifieke voorwaarden

4.1 Hernieuwingstermijn

- voor gebruikers tot hun 18de verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 3 jaar.

- voor gebruikers tussen 18 en 65 jaar wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- voor gebruikers vanaf hun 65e verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.

4.2 Toegelaten cumulaties

De wandelstok op wielen mag gecumuleerd worden :

Het loophulpmiddel mag gecumuleerd worden :

- met een orthopedische driewiel fiets ;
 - voor de gebruikers vanaf hun 18de verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 1° Doelgroep :
 - Manuele standaardrolstoel ;
 - Manuele modulaire rolstoel ;
 - Elektronische scooter ;
 - Manuele actief rolstoel. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3. ;
 - Manuele actief rolstoel met individuele maatvoering. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3. ;
 - Elektronische rolstoel, voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor de gebruikers met tetraparese of quadriparese ;
 - voor de gebruikers tot hun achttiende verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 2° Doelgroep :
 - Standaardduwwandelwagen. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.2.2. ;
 - Manuele standaardrolstoel voor kinderen. De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2. ;
 - Manuele actief rolstoel voor kinderen De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2. ;
- met een huurforfait voor de manuele standaardrolstoel opgenomen in punt IV., 6. ;
- met een huurforfait voor de manuele modulaire rolstoel opgenomen in punt IV., 6.

4.3 Tegemoetkoming

Voor de wandelstok op wielen (verstrekking) kan een verzekeringstegemoetkoming verkregen worden op voorwaarde dat de wandelstok op wielen is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.

4.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het getuigschrift van aflevering ingevuld door de erkend verstreker ;
- het door de erkende dienstverlener ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de erkende dienstverlener ;
- Een motiveringsrapport van een therapeut van een revalidatiecentrum.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.2.

6° Doelgroep: rechthebbende waarvan de handicap zich voordeed voor de leeftijd van 65 jaar.

In deze paragraaf is een "rechthebbende" een persoon wiens handicap in verband met verlies van mobiliteit is opgetreden vóór de leeftijd van 65 jaar. Invaliditeit wordt gedefinieerd als de beperking van de mogelijkheden tot sociale en professionele integratie als gevolg van een gebrek of een vermindering van ten minste 30% van de fysieke capaciteit of ten minste 20% van de mentale capaciteit.

Subgroep 1: Onderhoud en herstellingen van mobiliteitshulpmiddelen.

414495 - 414506 Tussenkost in onderhouds- en herstellingskosten: 60%

414517 - 414528 Tussenkost in onderhouds- en herstellingskosten: 40%

414834 - 414845 Tussenkost in onderhouds- en herstellingskosten maatwerk

1. Beschrijving van de betrokken hulpmiddelen

Een tussenkomst is voorzien voor de verstrekkingen voor onderhoud en herstellingen voor mobiliteitshulpmiddelen en hun aanpassingen voor personen wiens handicap in verband met verlies van mobiliteit is opgetreden vóór de leeftijd van 65 jaar voor volgende verstrekkingen:

Verstrekkingen waarvoor de Brusselse verzekeringsinstellingen 40% tussenkomen:

- Manuele standaardrolstoel (410015 - 410026)
- Manuele modulaire rolstoel (410037 - 410048)
- Manuele verzorgingsrolstoel (410059 - 410063)
- Elektronische binnenscooter (412675 - 412686)

- Elektronische binnen/buiten scooter (410155 - 410166)
- Elektronische buitenscooter (410177 - 410188)
- Standaard duwwandelwagen (410199 - 410203)
- Modulaire duwwandelwagen (410214 - 410225)
- Manuele standaardrolstoel voor kinderen (410236 - 410247)
- Rolstoel met mechanische sta-functie (410339 - 410343)
- Rolstoel met elektrische sta-functie (410354 - 410365)
- Onderstel voor zitschelp (410597 - 410608)
- Onderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid (413935 - 413946)

Verstrekkingsvoorwaarden waarvoor de Brusselse verzekeringsinstellingen 60% tussenkomen:

- Manuele actief rolstoel (410074 - 410085)
- Manuele actief rolstoel met individuele maatvoering (412837 - 412848)
- Elektronische rolstoel voor gebruik binnenshuis (410096 - 410107)
- Elektronische rolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis (410118 - 410129)
- Elektronische rolstoel voor gebruik buitenshuis (410133 - 410144)
- Manuele actief kinderrolstoel (410258 - 410269)
- Elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis (410273 - 410284)
- Elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis (410295 - 410306)

Elk mobiliteitshulpmiddel en zijn aanpassingen waarvoor een procedure voor maatwerk is doorlopen, kunnen een tussenkomst voor onderhoud en herstellingen bekomen. Het Multidisciplinair college bepaalt het percentage van de tussenkomst van onderhoud en herstellingen: 40 % in het geval van mechanische hulpmiddelen en aanpassingen, en 60% in het geval van elektronische hulpmiddelen en/of aanpassingen.

De tussenkomst voor onderhouds- en herstellingsverstrekkingsvoorwaarden bestaat uit de terbeschikkingstelling van een budget dat gekoppeld is aan de levensduur van het hulpmiddel totdat het wordt hernieuwd.

Rolstoelen die het voorwerp uitmaken van een huurforfait in ROB/RVT vallen niet onder deze maatregel, aangezien de onderhouds- en herstellingsverstrekkingsvoorwaarden voor deze rolstoelen in het forfait zijn opgenomen;

2. Technische specificaties voor onderhouds- en herstellingen van mobiliteitshulpmiddelen.

Onderhoudskosten zijn het gevolg van normale slijtage van de rolstoel. Onderhoud omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende: schoonmaken, desinfecteren, afstoffen, smeren, routinecontroles (lagers, schroeven en bouten, verbindingen, elektronica, slijtage van banden en wielen, oppompen, remmen, enz.) Het doel van deze handelingen is de levensduur van het mobiliteitshulpmiddel te handhaven en elke verslechtering die het goede gebruik ervan zou kunnen beïnvloeden, te voorkomen.

Herstellingskosten zijn het gevolg van een breuk of een ongeval met het mobiliteitshulpmiddel en vallen niet onder de wettelijke garantie. Herstelling van het mobiliteitshulpmiddel betekent

het vervangen of herstellen van een onderdeel of component van het mobiliteitshulpmiddel dat beschadigd of gebroken is. Deze schade of breuk wordt niet gedekt door de wettelijke garantie.

Deze tussenkomst kan worden aangevraagd vanaf de levering van het genomenclatureerd mobiliteitshulpmiddel en de aanpassingen tot de hernieuwing van deze.

De dienstverlener verbindt zich ertoe de wettelijke garantie toe te passen indien de kwaliteitsvermindering of het technische probleem het gevolg is van een fabricagefout.

Zo wordt gewaarborgd dat het budget van de rechthebbende niet wordt getroffen. Binnen de wettelijke garantieperiode, indien de garantie het gebrek niet dekt, moet de dienstverlener dit in zijn samenvattende verklaring motiveren.

3. Voorwaarden voor de tussenkomst.

De tussenkomst is globaal en omvat onderhouds- en herstellingsverstrekkingen.

Om het onderhouds- en herstellingsbudget te bepalen, wordt rekening gehouden met de som van de tussenkomsten die eerder toegekend werden voor de aankoop van het mobiliteitshulpmiddel en de aanpassingen.

Het budget wordt berekend door een percentage toe te passen op de som van de toegekende tussenkomsten.

Dit percentage bedraagt :

- 60% van de totale tussenkomsten van elektronische rolstoelen voor volwassenen en kinderen, actief rolstoelen voor volwassenen en kinderen, actief rolstoelen met individuele maatvoering en voor elektronische mobiliteitshulpmiddelen die via de procedure maatwerk worden toegekend.
- 40% van de totale tussenkomsten van de standaardrolstoelen, de modulaire rolstoelen, verzorgingsrolstoelen, standaard duwwandelwagens, modulaire duwwandelwagens, standaardrolstoelen voor kinderen, rolstoelen met sta-functie, elektronische scooters, en de onderstellen en voor mechanische mobiliteitshulpmiddelen die via de procedure maatwerk worden toegekend.

De tussenkomst voor onderhoud en herstellingen vereist geen akkoord van de adviserend arts. De tussenkomst wordt automatisch toegekend na overhandiging van :

- een verzamelstaat van de geleverde tussenkomsten
- een attest van aflevering ondertekende door de rechthebbende

De tussenkomst wordt verleend tot het bedrag dat nog beschikbaar is binnen de begrote budgettaire enveloppe.

De budgettaire enveloppe voor onderhoud en herstelling van het mobiliteitshulpmiddel en zijn aanpassingen is niet hernieuwbaar. De budgettaire enveloppe vervalt wanneer de rechthebbende een nieuw mobiliteitshulpmiddel krijgt dat het vorige vervangt. Een nieuwe enveloppe voor onderhoud en herstelling zal toegekend worden voor het nieuwe hulpmiddel.

4. Raadpleging van het resterende saldo en facturering van de verstrekkingen.

De dienstverlener neemt contact op met de Brusselse verzekeringsinstelling van de rechthebbende om na te gaan welk saldo nog beschikbaar is om de kosten voor het onderhoud of de herstelling van het mobiliteitshulpmiddel van de rechthebbende te dekken.

Daartoe dient de erkende dienstverlener een verzoek tot inlichtingen in via een procedure bepaald in een omzendbrief de Beheerraad, op voorstel van de Commissie van experts met als doel informatie te verkrijgen betreffende het resterende saldo. De Brusselse verzekeringsinstelling beantwoordt de aanvraag van de erkend zorgverlener binnen een termijn van 5 werkdagen.

De erkend dienstverlener stuurt zijn samenvattend overzicht met de details van de uitgevoerde werkzaamheden aan het mobiliteitshulpmiddel. Een kopie van de factuur wordt naar de rechthebbende gestuurd.

De Brusselse verzekeringsinstellingen verbinden zich ertoe het resterende beschikbare saldo binnen de 5 werkdagen bij te werken.

Subgroep 2: Tegemoetkoming voor een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening

a) 414856 - 414867 : Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar 1861,25€

1. Beschrijving van het hulpmiddel.

Het besturingssysteem van de elektronische rolstoel, met zender geïntegreerd voor omgevingsbediening, is uitgevoerd met een scherm en met ingebouwde technologie voor het connecteren of bedienen van randapparatuur via zoals infrarood, radiogolven, Z-wave, Bluetooth (BT) of Wifi.

Het besturingssysteem beschikt eventueel over een ingebouwde gsm-functie of beperkte smartphone-, tablet- of pc-functies of kan via een aparte of ingebouwde Bluetooth-module met deze apparaten geconnecteerd worden voor bediening vanuit de rolstoel.

Het besturingssysteem maakt het mogelijk om met de rolstoelbesturing o.a. joystick, kin- of hoofdbesturing alle rolstoelfuncties (rijden en instellen van zitting, rugleuning en beensteunen, verlichting ...) en ook multimedia-apparatuur of elektrische toestellen of domoticasystemen te bedienen.

Het besturingssysteem van de elektronische rolstoel (scherm met gebruikersinterface) is niet afneembaar en kan dus niet los van de elektronische rolstoel en los van de bediening via het rolstoelbesturingssysteem gebruikt worden.

De verstrekking 414856 - 414867 besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar is bedoeld voor de gebruiker waarvoor een bijzonder rolstoelbesturingssysteem noodzakelijk is en hij dus niet in staat is om het scherm en de knoppen van een gewone stuurkast te gebruiken om te rijden en om de functies van de elektronische rolstoel te bedienen. De gebruiker heeft nood aan een besturingssysteem om te kunnen navigeren in het menu om de rolstoelfuncties te kunnen bedienen.

Het besturingssysteem moet daarenboven ook gebruikt kunnen worden als omgevingsbediening, indien dit voor de gebruiker noodzakelijk is.

2. Specifieke voorwaarden

2.1 Hernieuwingstermijn

De hernieuwingstermijnen voor de aanpassing volgen de hernieuwingstermijnen van de betreffende elektronische rolstoel.

De hernieuwingstermijnen zijn vermeld in punt 4.1 van de subgroepen van hoofdgroepen 2: elektronische rolstoelen en 5: elektronische rolstoelen voor kinderen.

2.2 Toegelaten cumulaties

De prestaties 414878 - 414889 besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar en 414856 - 414867 besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar zijn niet cumuleerbaar.

De prestatie 414856 - 414867 besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar kan gecumuleerd worden met volgende verstrekkingen :

411496 - 411507 Werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad - werkblad inclusief)

411518 - 411529 Bijkomende externe joystick besturing

411533 - 411544 Kinbesturing

411555 - 411566 Kinbesturing, elektrische bediening, wegzwenkbaar

411577 - 411588 Middenbesturing

411599 - 411603 Vingerbesturing

411614 - 411625 Hoofdbesturing

411636 - 411647 Voetbesturing

411658 - 411669 Rolstoelbesturing d.m.v. bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker.

414893 - 414904 Bluetooth module bij een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening

414915 - 414926 USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij

2.3 Tegemoetkoming

Een tegemoetkoming voor besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar (verstrekking 414856 - 414867) kan worden verkregen op voorwaarde dat de begunstigde een speciale besturing aanvraagt en dat de besturing voorkomt op de lijst van producten die voor vergoeding in aanmerking komen of is verkregen via de procedure met maatwerk.

2.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het uitgebreide door de erkende zorgverstreker ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de erkende zorgverstreker.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

b) 414878 - 414889 Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar 3556,25€

1. Beschrijving van het hulpmiddel.

Het besturingssysteem van de elektronische rolstoel, met zender geïntegreerd voor omgevingsbediening, is uitgevoerd met een scherm en met ingebouwde technologie voor het connecteren of bedienen van randapparatuur via infrarood, radiogolven, Z-wave, Bluetooth of Wifi, enz.

Het besturingssysteem beschikt eventueel over een ingebouwde GSM-functie of beperkte smartphone-, tablet- of pc-functies of kan via een aparte of ingebouwde Bluetooth-module met deze apparaten geconnecteerd worden voor bediening vanuit de rolstoel.

Het besturingssysteem maakt het mogelijk om met de rolstoelbesturing o.a. joystick, kin- of hoofdbesturing alle rolstoelfuncties (rijden en instellen van zitting, rugleuning en beensteunen, verlichting ...) en ook multimedia-apparatuur of elektrische toestellen of domoticasystemen te bedienen.

Het besturingssysteem van de elektronische rolstoel (scherm met gebruikersinterface) is afneembaar voor autonoom gebruik en kan ook los van de rolstoel, bijvoorbeeld aan bed, gebruikt worden. Het scherm is afzonderlijk - dus niet geïntegreerd met het rolstoelbesturingssysteem, bijv. met de standaard joystick, los te koppelen. Het systeem kan los van de elektronische rolstoel bediend worden via een extra aangepaste bediening of schakelaar bijv. via het aanraakscherm, via scanning met schakelaars of via een USB-toetsenbord.

De verstrekking 414878 - 414889 besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening die afneembaar is, is bedoeld voor de gebruiker waarvoor een bijzonder rolstoelbesturingssysteem noodzakelijk is en hij dus niet in staat is om het scherm en de knoppen van een gewone stuurkast te gebruiken om te rijden en om de functies van de elektronische rolstoel te bedienen. De gebruiker heeft nood aan een besturingssysteem om te kunnen navigeren in het menu om de rolstoelfuncties te kunnen bedienen.

Het besturingssysteem moet daarenboven ook gebruikt kunnen worden als omgevingsbediening, indien dit voor de gebruiker noodzakelijk is.

2. Specifieke voorwaarden

2.1 Hernieuwingstermijn

De hernieuwingstermijnen voor de aanpassing volgen de hernieuwingstermijnen van de betreffende elektronische rolstoel.

De hernieuwingstermijnen zijn vermeld in punt 4.1 van de subgroepen van hoofdgroepen 2: elektronische rolstoelen en 5: elektronische rolstoelen voor kinderen.

2.2 Toegelaten cumulaties

De prestaties 414878 - 414889 besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar en 414856 - 414867 besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening die niet afneembaar is, zijn niet cumuleerbaar.

De prestatie 414878 - 414889 besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar kan gecumuleerd worden met volgende verstrekkingen :

411496 - 411507 Werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad - werkblad inclusief)

411518 - 411529 Bijkomende externe joystick besturing

411533 - 411544 Kinbesturing

411555 - 411566 Kinbesturing, elektrische bediening, wegzwenkbaar

411577 - 411588 Middenbesturing

411599 - 411603 Vingerbesturing

411614 - 411625 Hoofdbesturing

411636 - 411647 Voetbesturing

411658 - 411669 Rolstoelbesturing d.m.v. bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker.

414893 - 414904 Bluetooth module bij een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening

414915 - 414926 USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij

2.3 Tegemoetkoming

Een tegemoetkoming voor besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening die afneembaar is (verstrekking 414878 - 414889), kan worden verkregen op voorwaarde dat de begunstigde een speciale besturing aanvraagt en dat de besturing voorkomt op de lijst van producten die voor vergoeding in aanmerking komen of is verkregen via de procedure met maatwerk.

2.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het uitgebreide door de erkende zorgverstreker ingevulde motiveringsrapport;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de erkende zorgverstreker

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening die afneembaar is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

c) 414893 - 414904 : Bluetooth module voor een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening 452,42€

1. Beschrijving van het hulpmiddel

De aparte, niet-geïntegreerde, bluetoothmodule staat toe een PC-muis, smartphone, tablet of communicatietoestel te connecteren en te bedienen via het rolstoelbesturingssysteem van de elektronische rolstoel, bijv. joystick, kin of hoofdbesturing. De rolstoel-bluetoothmodule is geschikt voor iOS, Android of Windows gebaseerde toestellen.

2. Specifieke voorwaarden

2.1 Hernieuwingstermijn

De hernieuwingstermijnen voor de aanpassing volgen de hernieuwingstermijnen van de betreffende elektronische rolstoel.

De hernieuwingstermijnen zijn vermeld in punt 4.1 van de subgroepen van hoofdgroepen 2: elektronische rolstoelen en 5: elektronische rolstoelen voor kinderen.

2.2 Toegelaten cumulaties

De verstrekking 414893 - 414904 Bluetooth module bij een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening kan uitsluitend gecumuleerd worden met volgende verstrekkingen :

- 411496 - 411507 Werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad - werkblad inclusief)
- 411518 - 411529 Bijkomende externe joystick besturing
- 411533 - 411544 Kinbesturing
- 411555 - 411566 Kinbesturing, elektrische bediening, wegzwenkbaar
- 411577 - 411588 Middenbesturing
- 411599 - 411603 Vingerbesturing
- 411614 - 411625 Hoofdbesturing
- 411636 - 411647 Voetbesturing
- 411658 - 411669 Rolstoelbesturing d.m.v. bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker
- 414878 - 414889 Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar
- 414856 - 414867 Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar
- 414915 - 414926 USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij

2.3 Tegemoetkoming

Een tegemoetkoming voor een Bluetooth module voor een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening (verstrekking 414893 - 414904) kan worden verkregen op voorwaarde dat de begunstigde een speciale besturing aanvraagt en dat de besturing voorkomt op de lijst van producten die voor vergoeding in aanmerking komen of is verkregen via de procedure met maatwerk.

2.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het uitgebreide door de erkende zorgverstrekker ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de erkende zorgverstrekker.

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een Bluetooth module voor een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

d) 414915 - 414926 : USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij 189,38€

1. Beschrijving van het hulpmiddel

Aanpassing van de elektronische rolstoel met een USB-lader om via de rolstoelbatterij, de randapparatuur (tablet, smartphone ...) van stroom te voorzien.

2. Specifieke voorwaarden

2.1 Hernieuwingstermijn

De hernieuwingstermijnen voor de aanpassing volgen de hernieuwingstermijnen van de betreffende elektronische rolstoel.

De hernieuwingstermijnen zijn vermeld in punt 4.1 van de subgroepen van hoofdgroepen 2: elektronische rolstoelen en 5: elektronische rolstoelen voor kinderen.

2.2 Toegelaten cumulaties

De verstrekking 414915 - 414926 USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij kan uitsluitend gecumuleerd worden met volgende verstrekkingen :

411496 - 411507 Werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad - werkblad inclusief)

411518 - 411529 Bijkomende externe joystick besturing

411533 - 411544 Kinbesturing

411555 - 411566 Kinbesturing, elektrische bediening, wegzwenkbaar

411577 - 411588 Middenbesturing

411599 - 411603 Vingerbesturing

411614 - 411625 Hoofdbesturing

411636 - 411647 Voetbesturing

411658 - 411669 Rolstoelbesturing d.m.v. bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker

414893 - 414904 Bluetooth module bij geïntegreerd besturingssysteem

414878 - 414889 Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar

414856 - 414867 Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar.

2.3 Tegemoetkoming

Een tegemoetkoming voor een USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij (verstrekking 414915 - 414926) kan worden verkregen op voorwaarde dat de begunstigde een speciale besturing aanvraagt en dat de besturing voorkomt op de lijst van producten die voor vergoeding in aanmerking komen of is verkregen via de procedure met maatwerk.

2.4 Aanvraag tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvend arts ;
- het multidisciplinair opgestelde functioneringsrapport ;
- het uitgebreide door de erkende zorgverstrekker ingevulde motiveringsrapport ;
- de aanvraag om een tegemoetkoming ingevuld door de erkende zorgverstrekker

De te volgen aanvraagprocedure wordt beschreven in punt I, 3.3.3.

Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij is de aanvraagprocedure onder punt I, 3.3.5 of I, 3.3.6. van toepassing.

III. SPECIFICATIES VAN DE AANPASSINGEN BIJ DE MOBILITEITSHULPMIDDELEN VOORZIEN ONDER PUNT II

1. Onderste ledematen

410619 - 410623 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun) 124,82€

410634 - 410645 Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun) voor rechthebbenden tot hun 18^{de} verjaardag 149,78€

Aanpassing van de rolstoel met beensteunen. De beensteunen moeten door de gebruiker of begeleider kunnen worden afgenomen of weggeklapt om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. Elke beensteun moet voorzien zijn van een kuitsteun. De beensteunen moeten mechanisch in lengte ingesteld en traploos tot horizontaal (kniehoek) versteld kunnen worden.

410656 - 410667 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun) 143,54€

410678 - 410689 Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun) voor rechthebbenden tot hun 18^{de} verjaardag 168,50€

Aanpassing van de rolstoel met comfortbeensteunen. De comfortbeensteunen moeten lengtecorrigerend zijn, dit wil zeggen ze compenseren automatisch de lengteverschillen van de benen die optreden bij flexie en extensie van het kniegewricht. De comfortbeensteunen moeten door de gebruiker of begeleider kunnen worden afgenomen of weggeklapt om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De comfortbeensteunen moeten individueel instelbaar zijn afhankelijk van de beenlengte van de gebruiker en van de algemene zithouding. Elke comfortbeensteun moet voorzien zijn van een instelbare kuitsteun.

412594 - 412605 Beensteun uit één stuk (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal) 249,64€

412638 - 412649 Beensteun uit één stuk (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal) voor rechthebbenden tot hun 18^{de} verjaardag 299,56€

Aanpassing van de rolstoel met een beensteun uit één stuk. De beensteun moet door de gebruiker of begeleider kunnen worden afgenomen of weggeklapt om gemakkelijker op te

staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De beensteun moet voorzien zijn van een kuitsteun. De beensteun moet mechanisch in lengte instelbaar zijn en traploos tot horizontaal (kniehoek) kunnen worden versteld.

412616 - 412627 Beensteun uit één stuk met zijkanten (mechanisch in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal) 287,08€

412653 - 412664 Beensteun uit één stuk met zijkanten (mechanisch in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal) voor rechthebbenden tot hun 18^{de} verjaardag 337,01€

Aanpassing van de rolstoel met een beensteun uit één stuk met zijkanten. De beensteun moet door de gebruiker of begeleider kunnen worden afgenomen of weggeklapt om gemakkelijker op te staan, te gaan zitten of in en uit de rolstoel te komen. De beensteun moet voorzien zijn van een kuitsteun. De beensteun moet mechanisch in lengte instelbaar zijn en traploos tot horizontaal (kniehoek) kunnen worden versteld.

410693 - 410704 Elektrisch verstelbare comfortbeensteunen (lengtecorrigerend, per paar) 1248,18€

410715 - 410726 Elektrisch verstelbare comfortbeensteunen (lengtecorrigerend, per paar) voor rechthebbenden tot hun 18^{de} verjaardag 1373€

Aanpassing van de rolstoel met comfortbeensteunen voor de gebruikers waarbij een regelmatige houdingsverandering van de onderste ledematen medisch is aangewezen. De elektrisch verstelbare comfortbeensteunen moeten lengtecorrigerend zijn, d.w.z. ze compenseren automatisch de lengteverschillen van de benen bij flexie en extensie van het kniegewricht.

De elektrische comfortbeensteunen moeten kunnen worden ingesteld afhankelijk van de beenlengte van de gebruiker en van de algemene zithouding. Elke beensteun moet voorzien zijn van een instelbare kuitsteun. De elektrisch verstelbare comfortbeensteunen moeten door de gebruiker zelfstandig kunnen worden bediend via de besturingseenheid.

410737 - 410748 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat) 112,34€

Aanpassing van de rolstoel met in hoek instelbare voetplaten of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat. De voetplaten of ééndelige voetenplaat zijn verstelbaar in de hoogte en zijn instelbaar volgens de hoek van het enkelgewricht.

412896 - 412907 Kniekussen op beensteun (per paar) 51,25€

Aanpassing van de beensteun van de rolstoel met als doel laterale drukwonden bij abductie van de knie te voorkomen. Bij matig of hoog risico is het kniekussen uitgevoerd met drukreducerend materiaal.

412918 - 412929 Forfaitaire tegemoetkoming voor kuitsteun centrale beensteun (per stuk) 71,46€

Forfaitaire tegemoetkoming voor de aanpassing van de centrale ééndelige beensteun van de rolstoel. De kuitsteun is goetvormig en vormvast. De kuitsteun moet driedimensionaal instelbaar zijn afhankelijk van de gebruiker met name in de hoogte, breedte en diepte. De kuitsteun kan worden weggeklapt of afgenomen afhankelijk van de transfer van de gebruiker in en uit de rolstoel.

412933 - 412944 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën 253,88€

Forfaitaire vergoeding voor de aanpassing van de centrale ééndelige beensteun van de rolstoel. Het kniefixatiesysteem is ergonomisch en vormvast. Het kniefixatiesysteem moet driedimensioneel instelbaar zijn afhankelijk de gebruiker met name in de hoogte, de breedte en diepte. Het kniefixatiesysteem, al dan niet samen met de beensteun, moet kunnen worden weggeklapt of afgenomen afhankelijk van de transfer van de gebruiker in en uit de rolstoel.

412955 - 412966 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk) 44,26€

Forfaitaire tegemoetkoming voor de aanpassing van de voetplaat zowel voor een tweedelige voetsteun met als doel de drukkrachten met name spasticiteit bij de gebruiker op te vangen.

412977 - 412988 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk) 126,17€

Forfaitaire vergoeding voor de aanpassing van de voetenplank zowel voor een ééndelige als tweedelige beensteun met als doel de drukkrachten met name spasticiteit bij de gebruiker op te vangen.

412999 - 413003 Voet/beensegment, inclusief hoogte en hoek regelbare bevestiging (per paar of uit 1 stuk) 519,39€

Aanpassing van de ziteenheid met een voet/beensegment uit één stuk of twee afzonderlijke voet/beensegmenten. De eendelige voetplaat of afzonderlijke voetplaten moeten traploos in de hoogte verstelbaar zijn. De kniehoek van het voet/beensegment is eenvoudig verstelbaar van 90° tot horizontaal en kan in meerdere posities worden vastgezet. De voetplaat (eendelig of afzonderlijk) is in hoek verstelbaar.

410759 - 410763 Voetfixatiesysteem (per stuk) 13,73€

Aanpassing van de pedaal van de orthopedische driewiel fiets met een fixatiesysteem voor de voet.

410774 - 410785 Voetplaat (per stuk) 41,19€

Aanpassing van de pedaal van de orthopedische driewiel fiets met een voetplaat die de volledige voet ondersteunt. Voor een betere ondersteuning van de voet kan de rand van de voetplaat worden verhoogd. De voetplaat is uitgerust met een tegengewicht zodat de pedaal steeds horizontaal, naar boven gericht blijft.

410796 - 410807 Enkel-voetspalk (per stuk) 430,62€

Aanpassing van de pedaal van de orthopedische driewiel fiets met een enkel-voetspalk om het enkelgewricht vast te zetten. De voetplaat en het voetfixatiesysteem zijn in deze aanpassing begrepen.

410818 - 410829 Aanpassing van de lengte van de pedaalkruk 24,96€

Aanpassing van de lengte van de pedaalkruk van de orthopedische driewiel fiets.

1. Bovenste ledematen

410833 - 410844 Armsteunen (in hoogte instelbaar) (per paar) 300,81€

Aanpassing van de rolstoel met in de hoogte instelbare armsteunen. De armsteunen kunnen worden weggenomen of ingeklapt.

413014 - 413025 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger goetvormig, 138,34€
versterkt of verbreed (per stuk)

Forfaitaire tegemoetkoming voor de aanpassing van de armlegger van de rolstoel. De armlegger is vormvast en is bovendien goetvormig of in versterkte of verbrede uitvoering. De bevestiging van de armlegger moet driedimensionaal instelbaar zijn afhankelijk van de gebruiker, dit wil zeggen in de hoogte, in de breedte en in de diepte.

413036 - 413047 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger goetvormig 179,83€
en scharnierend (per stuk)

Forfaitaire tegemoetkoming voor de aanpassing van de armlegger van de rolstoel. De armlegger is vormvast en is bovendien goetvormig of in versterkte of verbrede uitvoering. De bevestiging van de armlegger moet scharnierend zijn en driedimensionaal verstelbaar afhankelijk van de gebruiker, dit wil zeggen in de hoogte, in de breedte en in de diepte.

413058 - 413069 Armsteunen, hoogte-, breedte- en hoek regelbaar (per 355,59€
paar)

Aanpassing van de ziteenheid met in de hoogte, in de breedte en in hoek regelbare armsteunen waardoor men een optimale ondersteuning van de armen krijgt.

410855 - 410866 Aangepast stuur 66,15€

Aanpassing van de orthopedische driewiel fiets met een stuur met bijzondere vormgeving, speciaal ontwikkeld afhankelijk van stoornissen van de bovenste ledematen.

2. Positionering (zit-ruggedeelte)

410877 - 410888 Regelbare basisplaat voor antidecubituszittkussen 108,59€

Aanpassing van de rolstoel met een regelbare platte basisplaat voor een antidecubituszittkussen.

410899 - 410903 Voorgevormde zit 218,43€

Aanpassing van de rolstoel met een gepolsterde en beklede harde basisplaat geïntegreerd in het kussen of met een harde basisplaat voorzien van een voorgevormd kussen dat er op bevestigd wordt. De voorgevormde zit wordt afgeleverd inclusief bevestigingsmateriaal zodat hij de standaardzit vervangt.

410914 - 410925 Voorgevormde rug 230,91€

Aanpassing van de rolstoel met een uitneembare voorgevormde rug of anatomisch vormvaste rug (met een voorgevormde harde basis of vormvast opvulsel).

412859 - 412863 Naspanbare zitbekleding 149,78€

Aanpassing van de rolstoel met een naspanbare zitbekleding (de slappe zitbekleding moet ondersteund zijn door minimaal 4 naspanbare banden en een bekleding).

412874 - 412885 Naspanbare rugbekleding 149,78€

Aanpassing van de rolstoel met een naspanbare rugbekleding (de slappe rugbekleding moet ondersteund zijn door minimaal 4 naspanbare banden en een bekleding).

413073 - 413084 Dijbeensteun (per paar) 276,68€

Aanpassing van het zitgedeelte van de rolstoel door middel van dijbeensteunen. De dijbeensteun is vormvast en ondersteunt de positie van het dijbeen van de gebruiker. De dijbeensteun moet driedimensionaal instelbaar zijn afhankelijk van de gebruiker met name in de hoogte, breedte en diepte.

413095 - 413106 Biomechanische rugleuning 265,62€

Aanpassing van de rug van de rolstoel zodat de rugleuning de beweging van de persoon volgt als hij een elektrische rugverstelling gebruikt. Bij een positieverandering moet de rugleuning

zich automatisch aanpassen aan de verandering van de houding, zodat de hoofdsteun en de rug aan de gebruiker steeds dezelfde steun bieden (hoofd, dorsaal en lumbaal).

413117 - 413128 Heupsteun (per paar) 276,68€

Aanpassing aan het zit- of ruggedeelte van de rolstoel door middel van heupsteunen. De heupsteun is vormvast en ondersteunt de positie van de heup van de gebruiker. De heupsteun moet driedimensionaal instelbaar zijn afhankelijk van de gebruiker, met name in de hoogte, breedte en diepte.

410936 - 410947 Rughoekverstelling instelbare of verstelbare rughoek tot minimum 30° 312,04€

Aanpassing van de rolstoel met een instelbare of verstelbare rughoek tot minimaal 30°.

410958 - 410969 Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare rughoek tot minimum 90°) 706,47€

Aanpassing van de rolstoel met een instelbare of verstelbare rughoek tot 90°.

410973 - 410984 Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare rughoek) 312,04€

Aanpassing van de kinderrolstoel met een rughoek instelbaar tot minimum 10° of met een rughoek verstelbaar tot minimaal 30°.

410995 - 411006 Zithoekverstelling (instelbare zithoek) 152,28€

Aanpassing van de rolstoel met een instelbare zithoek tot minimum 5°.

411017 - 411028 Elektrisch kantelbare zit 1185,77€

Aanpassing van de rolstoel met een vaste zitondersteuning die elektrisch en traploos in hoek verstelbaar is om de zithouding van de gebruiker te variëren. De zit is afzonderlijk van de rug en traploos elektrisch verstelbaar tot minimaal 10°. De elektrische zitkanteling moet door de gebruiker zelfstandig kunnen worden bediend via de bedieningseenheid.

411039 411043 Elektrisch in hoek verstelbare rug (verstelbare rughoek) 1185,77€

Aanpassing van de rolstoel met een vaste rugondersteuning die elektrisch en traploos verstelbaar is om de zithouding van de gebruiker te variëren. De rug is afzonderlijk van de zit en traploos elektrisch verstelbaar tot minimaal 30°. De elektrische rugverstelling moet door de gebruiker zelfstandig kunnen worden bediend via de bedieningseenheid.

411054 - 411065 Elektrisch in hoogte verstelbare zit 2745,99€

Aanpassing van de elektronische rolstoel met een elektrisch traploos in de hoogte verstelbare ziteenheid: de totale ziteenheid brengt de gebruiker door middel van een liftstelsel in zittende houding tot minimaal 20 cm hoger dan de normale hoogte van de ziteenheid. De elektrisch in hoogte instelbare ziteenheid moet door de gebruiker zelfstandig kunnen worden bediend via de bedieningseenheid.

411076 - 411087 Elektrisch in hoogte en tot aan de vloer verstelbare zit 2745,99€

Aanpassing van de elektronische rolstoel met een elektrisch traploos in de hoogte en tot aan de vloer verstelbare ziteenheid: de totale ziteenheid brengt het kind door middel van een liftstelsel in zittende houding tot minimaal 20 cm hoger dan de normale hoogte van de ziteenheid of kan het kind brengen van normale zit in de rolstoel tot aan de vloer. De elektrisch in de hoogte instelbare ziteenheid moet door het kind zelfstandig kunnen worden bediend via de bedieningseenheid.

411098 - 411109 Elektrische stafunctie 2745,99€

Aanpassing van de elektronische kinderrolstoel met een elektrisch traploos verstelbare ziteenheid met een stafunctie: de totale ziteenheid brengt de gebruiker door middel van een liftstelsel van een zittende houding tot een volledig staande houding in de rolstoel. De elektrische stafunctie moet door de gebruiker zelfstandig kunnen worden bediend via de bedieningseenheid.

411113 - 411124 Hoofdsteun (in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar) 187,23€

Aanpassing van de rolstoel met een hoofdsteun in de hoogte en diepte verstelbaar; de hoofdsteun is tevens in hoek kantelbaar.

413139 - 413143 Hoofdsteun met functionele positionering 1706,83€

Aanpassing van de rolstoel met een hoofdsteun, inclusief een wegklapbaar bevestigingssysteem met als doel een stabiele en nog functionele positionering van het hoofd te verkrijgen in een zo normaal mogelijke positie. De hoofdsteun bestaat uit een voorwaartse, achterwaartse of zijwaartse ondersteuning (of een combinatie daarvan) of een totale ondersteuning van hoofd, nek of kin. De verstellingen moeten driedimensionaal traploos instelbaar en fijn verstelbaar zijn

413154 - 413165 Hoofdsteun voor thoracolumbale steun in harde uitvoering 187,23€

Aanpassing van de thoracolumbale steun in harde uitvoering met een hoofdsteun die is vastgemaakt op de thoracolumbale steun of op de rolstoel en wordt individueel ingesteld

413176 - 413187 Regelbare hoofd- en neksteun, anatomisch gevormd, traploos instelbaar 446,10€

Aanpassing van de ziteenheid met een hoofdsteun in de hoogte, de diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar. Deze hoofdsteun is anatomisch gevormd om een volledige hoofdondersteuning te kunnen bieden en dit zowel occipitaal als lateraal van het hoofd.

413198 - 413209 Hoofdbandsysteem, enkel in combinatie met anatomische hoofd- en neksteun 184,39€

Traploos regelbare hoofdband voor de anatomische hoofd- en neksteun waardoor het naar voor vallen van het hoofd wordt verhinderd.

411135 - 411146 Rugpelotten (per stuk) 101,10€

Aanpassing van de rolstoel met pelotten die de thorax van de gebruiker ondersteunen. De pelotten moeten op de rolstoel kunnen worden vastgemaakt.

413213 - 413224 Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op de lumbale harde steun (per paar) - maximaal 1 set 124,82€

Aanpassing van de lumbale harde steun met een ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning die een voldoende zijdelingse stabiliteit biedt van de zitpositie in de rolwagen.

413235 - 413246 Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoracolumbale harde rugsysteem (per paar) – maximum 1 set 124,82€

Aanpassing van het thoracolumbale harde rugsysteem met een ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning die een voldoende zijdelingse steun biedt om stabiel in de rolwagen te zitten.

413257 - 413268 Laterale zijdelingse ondersteuning op het thoracolumbale harde rugsysteem 187,23€

Aanpassing van het thoracolumbale harde rugsysteem met een bilaterale zijdelingse ondersteuning die wordt bevestigd op het thoracolumbale rugsysteem of op de rolwagen. Deze aanpassing biedt een voldoende zijdelingse steun om stabiel te zitten in de rolwagen en het schuin vallen van de romp tegen te gaan om zodoende de zithouding te stabiliseren in de rolwagen.

413279 – 413283 Drukverdelende ondersteuning van de spinae vertebraes voor lumbosacrale steun 62,41€

Aanpassing van het thoracolumbale harde rugsysteem met een ingewerkte of toegevoegde drukverdelende ondersteuning door middel van een degelijke, comfortvriendelijke en in het geheel passende fixatie.

413294 - 413305 Rugpelotten (per paar) 124,82€

Aanpassing van de modulaire ziteenheid met pelotten die de thorax van de gebruiker ondersteunen. De pelotten moeten op de ziteenheid kunnen worden vastgemaakt en zijn in de hoogte en breedte verstelbaar.

413316 - 413327 Bekkensteunen wegzwenkbaar (per paar) 452,05€

Aanpassing van de ziteenheid met een fixatiesysteem voor het bekken bestaande uit 2 afzonderlijke vormvaste bekkensteunen die driedimensionaal kunnen worden versteld en weggeklapt voor de transfers. De bekkensteunen verhinderen het roteren van het bekken en regelen het naar voor of achter kantelen van het bekken. De bekkensteunen verhinderen het roteren van het bekken en regelen het naar voor of achter kantelen van het bekken.

411157 - 411168 Abductieklos 77,39€

Aanpassing van de rolstoel met een abductieklos die de positie van de benen van de gebruiker ondersteunt of corrigeert. De abductieklos moet op de rolstoel kunnen worden vastgemaakt.

413338 - 413349 Forfaitaire tegemoetkoming voor abductieklos op maat 137,24€

Forfaitaire tegemoetkoming voor de aanpassing van de abductieklos afhankelijk van de anatomische eigenschappen van de gebruiker; inclusief bevestigingssysteem.

411194 - 411205 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 48 cm tot en met 52 cm 230,91€

Aanpassing van het rolstoelframe met een zitbreedte van meer dan 48 cm tot maximaal 52 cm.

411216 - 411227 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 52 cm tot en met 58 cm 499,27€

Aanpassing van het rolstoelframe met een zitbreedte van meer dan 52 cm tot maximaal 58 cm.

412734 - 412745 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 52 cm tot en met 62 cm 1067,19€

Aanpassing en versteviging van het rolstoelframe met een zitbreedte van meer dan 58 cm tot maximaal 62 cm, standaard uitgerust met een voorgevormde zit en rug en remmen voor de begeleider, al dan niet met achterwielen die afneembaar zijn door middel van steekassen ("quick release"-systeem).

412756 - 412767 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 62 cm tot en met 70 cm 2601,21€

Aanpassing en versteviging van het rolstoelframe met een zitbreedte van meer dan 62 cm tot maximaal 70 cm, standaard uitgerust met een voorgevormde zit en rug en remmen voor de begeleider, al dan niet met achterwielen die afneembaar zijn door middel van steekassen ("quick release"-systeem).

412778 - 412789 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 70 cm tot en met 75 cm 3559,81€

Aanpassing en versteviging van het rolstoelframe met een zitbreedte van meer dan 70 cm tot maximaal 75 cm, standaard uitgerust met een voorgevormde zit en rug en remmen voor de begeleider, al dan niet met achterwielen die afneembaar zijn door middel van steekassen ("quick release"-systeem).

411253 - 411264 Aanpassing bij een amputatie 108,59€

Aanpassing van de rolstoel in functie van de zitbalans na amputatie van één of beide onderste ledematen van de gebruiker. Met die aanpassing is een wielbasisverlenging tot minimaal 4 cm mogelijk.

411275 - 411286 Rolstoelwerkblad of half-werkblad 199,71€

Aanpassing van de rolstoel met een rolstoelwerkblad of half-werkblad dat kan worden vastgemaakt op de rolstoel. Dit werkblad moet afneembaar of wegklapbaar zijn.

413353 - 413364 Forfaitaire tegemoetkoming voor borststeun voor tafelblad 82,94€

Forfaitaire tegemoetkoming voor de aanpassing van het tafelblad van de rolstoel door middel van borststeunen. De borststeun is vormvast en ondersteunt de positie van de borst van de gebruiker.

411238 - 411249 Aanpassing van de zitbreedte van (meer dan 36 cm) en zitdiepte 449,34€

Aanpassing van de duwwandelwagen of bijzondere uitvoering om een zitbreedte van meer dan 36 cm te verkrijgen.

411179 - 411183 Abductieframe 224,67€

Aanpassing van de kinderrolstoel met een abductieframe. De abductiehoek moet instelbaar zijn.

411297 - 411308 Lendensteun 178,49€

Aanpassing van de orthopedische driewielfiets met een lumbale steun als bevestiging of ondersteuning van de gebruiker. De lendensteun is uitgerust met een bevestigingsriem.

4. Veiligheid

411319 - 411323 Hielsteun of voetriem (per stuk)	13,73€
Aanpassing van de rolstoel met een hielsteun of voetriem om de voeten van de gebruiker te bevestigen op de voetsteunen.	
413375 - 413386 Voetschelpje (per stuk)	36,52€
Aanpassing van de voetsteun of voetenplank met voetschelpjes om de voeten van de gebruiker vast te maken.	
411334 - 411345 Veiligheidsgordel	37,45€
Aanpassing van de rolstoel met een veiligheidsgordel.	
413397 - 413408 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips	193,22€
Aanpassing van de rolstoel met een gordel met vier of vijf bevestigingspunten met autoclipsluiting. De gordel omsluit de volledige borstkas van de gebruiker. De gordel is niet bedoeld als fixatiegordel voor de rolstoel of als veiligheidsgordel voor de gebruiker in de auto.	
413419 - 413423 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel	68,80€
Aanpassing van de rolstoel met een gordel met vier of vijf bevestigingspunten ter vervanging van de veiligheidsgordel voorzien in de basisconfiguratie van de elektronische rolstoel. De gordel omsluit de volledige borstkas van de gebruiker. De gordel is niet bedoeld als fixatiegordel voor de rolstoel of als veiligheidsgordel voor de gebruiker in de auto.	
413434 - 413445 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor manuele rolstoel	102,01€
Aanpassing van de rolstoel met een gordel met vier of vijf bevestigingspunten. De gordel omsluit de volledige thorax van de gebruiker. De gordel is niet bedoeld als fixatiegordel voor de rolstoel of als veiligheidsgordel voor de gebruiker in de auto.	
413456 - 413467 Gordel met oprolautomaat	68,80€
Aanpassing van de rolstoel met een heupgordel voorzien van een automatisch oprolsysteem en autoclipsluiting. De gordel is niet bedoeld als fixatiegordel voor de rolstoel of als veiligheidsgordel voor de gebruiker in de auto.	
413478 - 413489 4- of 5-puntsvestje of H-harnas al dan niet met ritssluiting of kruisbanden	193,90€

Aanpassing van de ziteenheid met een borstfixatievest of H-harnas bestaande uit minimaal 4 traploos regelbare bevestigingspunten met clipsfixatie waarbij de volledige borstkas ondersteund wordt.

411356 - 411367 Zitbroek 86,12€

Aanpassing van de rolstoel met een zitbroek om niet naar voor te glijden.

411378 - 411389 Antikiepsysteem 62,41€

Aanpassing van de rolstoel met afneembaar of wegklapbaar antikiepsysteem. Dit is een eenvoudig antikiepsysteem van "buis in buis" en afneembaar

412793 - 412804 Wegklapbaar antikiepsysteem of centraal afneembaar 171€
centraal afneembaar antikiepsysteem voor actief rolstoel

Aanpassing van de actief rolstoel met een wegklapbaar antikiepsysteem op de zijkant van het kader van de rolstoel gemonteerd of met een centraal afneembaar antikiepsysteem (dit is een antikiepsysteem dat op de centrale as bevestigd wordt en is enkel afneembaar maar niet wegklapbaar).

411393 - 411404 Stoepklimmer 418,14€

Aanpassing van de rolstoel met een stoepklimmer zodat de gebruiker zelfstandig en op een veilige manier hoogteverschillen in de buitenomgeving kan overbruggen.

413493 - 413504 Achteruitkijkspiegel (1 stuk) 22,13€

Aanpassing van de rolstoel en scooter met achteruitkijkspiegel. Deze aanpassing is bedoeld voor gebruikers die niet in staat zijn achterom te kijken.

413515 - 413526 Noodstopschakelaar 285,27€

Aanpassing van de rolstoel met een noodstopsysteem, ingebouwd als extra schakelaar of in het besturingssysteem voor de begeleider of met afstandsbediening. Het systeem is bedoeld om de rolstoel te stoppen in acute noodsituaties bijv. bij dystonie.

5. Besturing/aandrijving

411415 - 411426 Aandrijf- en besturingssysteem "dubbele hoepel" 873,73€

Aanpassing van de rolstoel met een mechanisch aandrijvings- en besturingssysteem voor een éénzijdige bediening met een dubbele aandrijfhoepel geplaatst op de grote achterwielen. Bedoeld voor een gebruiker die één van de bovenste ledematen niet meer kan gebruiken en die de rolstoel niet kan aandrijven en besturen via standaardaandrijfhoepels. Zowel éénzijdige aandrijving als besturing van de rolstoel moet met het systeem mogelijk zijn. De rolstoel is bij

deze aanpassing uitgerust met een remsysteem op beide achterwielen dat met één hand kan worden bediend door de gebruiker.

413537 - 413548 Aandrijf- en besturingssysteem "dubbele hoepel voor actief rolstoel 873,73€

Aanpassing van de rolstoel met een mechanisch aandrijvings- en besturingssysteem voor éézijdige bediening met een dubbele aandrijfhoepel geplaatst op de grote achterwielen. Bedoeld voor een gebruiker die één van de bovenste ledematen niet meer kan gebruiken en die de rolstoel niet kan aandrijven en besturen via standaardaandrijfhoepels. Zowel éézijdige aandrijving als besturing van de rolstoel moet met het systeem mogelijk zijn.

411437 - 411448 Aandrijf- en besturingssysteem "hefboomsysteem" 1248,18€

Aanpassing van de rolstoel met een mechanisch aandrijvings- en besturingssysteem voor éézijdige bediening door middel van een hefboomsysteem. Bedoeld voor een gebruiker één van de bovenste ledematen niet meer kan gebruiken en die de rolstoel niet kan aandrijven en besturen via standaardaandrijfhoepels. Zowel éézijdige aandrijving als besturing van de rolstoel moet met het systeem mogelijk zijn. De manuele modulaire rolstoel is bij deze aanpassing uitgerust met een remsysteem op beide achterwielen dat met één hand kan worden bediend door de gebruiker.

411459 - 411463 Aanpassing van de zithoogteverlaging (trippelstoel) 195,96€

Aanpassing van de rolstoel door verlaging van de zithoogte in functie van voetaandrijving van de rolstoel door middel van de trippelfunctie door de gebruiker. Deze aanpassing wordt bereikt door middel van kleinere achterwielen (maximum 22) en kleinere voorwielen (maximum 7) of een aangepast kader waar een vaste asbus achteraan op een hogere positie is geplaatst (de asbus kan niet worden verplaatst).

411474 - 411485 Aanpassing van de hoepels in geval van verminderde grijpfunctie (per paar) 93,61€

Aanpassing van de rolstoel met aangepaste hoepels voor gebruikers met verminderde grijpfunctie. Dit is een afneembare antisliphoes die over de bestaande hoepel wordt getrokken.

412815 - 412826 Aanpassing van de hoepels van de actief rolstoel in geval van verminderde grijpfunctie (per paar) 177,87€

Aanpassing van de actief rolstoel met aangepaste hoepels voor gebruikers met verminderde grijpfunctie. De antisliplaag en de hoepel vormen één geheel (dus de antisliphoes is niet afneembaar).

411496 - 411507 Werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad - inclusief werkblad) 1934,68€

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een joystick die in het werkblad werd ingebouwd. De bedieningseenheid moet in het werkblad omgeklapt (op/onder werkblad) of van het werkblad kunnen worden weggenomen. Deze bijzondere besturing moet kunnen worden ingesteld volgens de noden en vaardigheden van elke gebruiker. De gebruiker moet met de besturing alle functies van de rolstoel kunnen bedienen.

411518 - 411529 Bijkomende externe joystick 742,67€

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een bijkomende externe joystick waarmee de gebruiker ondanks minimale functies van de spieren de rolstoel kan besturen. Door deze aanpassing kunnen minimale of slecht gecoördineerde bewegingen van de gebruiker omgezet worden in de controle van de rolstoel. De bijkomende joystickbesturing kan worden ingebouwd in het werkblad of in de armsteun. De normale joystickbesturing kan behouden blijven als bijkomende besturing voor de begeleider. Deze bijzondere besturing moet kunnen worden ingesteld volgens de noden en vaardigheden van elke gebruiker. De gebruiker moet met de besturing alle functies van de rolstoel kunnen bedienen.

411533 - 411544 Kinbesturing 1622,63€

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel wordt bediend door de gebruiker via een joystick gemonteerd op een mechanisch wegzwenkbare bevestigingsarm of een individueel aangepaste schouderbevestiging. De sturing moet zowel in lig- als in zithouding kunnen worden bediend. Deze bijzondere besturing moet kunnen worden ingesteld volgens de noden en vaardigheden van elke gebruiker. De gebruiker moet met de besturing alle functies van de rolstoel kunnen bedienen.

411555 - 411566 Kinbesturing (elektrisch wegzwenkbaar) 2090,70€

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een joystick gemonteerd op een elektrisch wegzwenkbare bevestigingsarm. De sturing moet zowel in lig- als in zithouding kunnen worden bediend. Deze bijzondere besturing moet kunnen worden ingesteld volgens de noden en vaardigheden van elke gebruiker. De gebruiker moet met de besturing alle functies van de rolstoel kunnen bedienen.

411577 - 411588 Middenbesturing 619,10€

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een joystick gemonteerd op een mechanisch wegzwenkbare bevestigingsarm, die de bedieningseenheid juist voor de gebruiker brengt. Deze bijzondere besturing moet kunnen worden ingesteld volgens de noden en vaardigheden van elke gebruiker. De gebruiker moet met de besturing alle functies van de rolstoel kunnen bedienen.

411599 - 411603 Vingerbesturing 2621,18€

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een vingerbesturingssysteem, met name door lichte bewegingen van de vingertop van de gebruiker. Deze bijzondere besturing moet kunnen worden ingesteld volgens de noden en vaardigheden van elke gebruiker. De gebruiker moet met de besturing alle functies van de rolstoel kunnen bedienen.

411614 - 411625 Hoofdbesturing 2496,36€

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een (achter)hoofdsturing. Deze besturing op basis van sensoren ingebouwd in of op de hoofdsteun, is geschikt voor gebruikers met een goede hoofdcontrole. Door deze aanpassing kunnen bewegingen van het hoofd omgezet worden in besturing en controle van de rolstoel. Deze bijzondere besturing moet kunnen worden ingesteld volgens de noden en vaardigheden van elke gebruiker. De gebruiker moet met de besturing alle functies van de rolstoel kunnen bedienen.

411636 - 411647 Voetbesturing 1872,27€

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een voetbesturing. Deze besturing is geschikt voor gebruikers met handfunctie- of armfunctieproblemen en een relatief goede voetcontrole. Door deze aanpassing kunnen bewegingen van de voet omgezet worden in besturing en controle van de rolstoel. Deze bijzondere besturing moet kunnen worden ingesteld volgens de noden en vaardigheden van elke gebruiker. De gebruiker moet met de besturing alle functies van de rolstoel kunnen bedienen.

411658 - 411669 Forfaitaire terugbetaling voor een rolstoelbesturing door middel van bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker 2496,36€

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via bijzondere schakelaars. Deze bijzondere besturing moet kunnen worden ingesteld volgens de noden en vaardigheden van elke gebruiker. De gebruiker moet met de besturing alle functies van de rolstoel kunnen bedienen.

413559 - 413563 Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand 846,55€

Aanpassing van de besturing door middel van een elektrisch verwarmingselement voor de hand- of armfunctie van de gebruiker. Het verwarmingselement kan worden ingebouwd in de armsteun of op het werkblad. Bij de aanpassing is de bescherming voorzien (bijv. tunnel in plexie). Aansluiting op batterij is inbegrepen.

413574 - 413585 Besturingssysteem voor de begeleider 675,36€

Aanpassing van de rolstoel met een bijkomend besturingssysteem, die de begeleider moet gebruiken. Het besturingssysteem beschikt over een voorrangschakeling waarbij de begeleider op elk moment de rolstoelbesturing kan overnemen van de gebruiker.

413596 - 413607 Wegzwenkbare bevestigingsarm – mechanisch bedienbaar 254,55€

Aanpassing van de rolstoel met een bevestigingsarm voor lichte voorwerpen bijv. voor bevestiging van het mondstuk van het beademingsapparaat. De bevestigingsarm is wegzwenkbaar en moet driedimensionaal instelbaar zijn afhankelijk van de gebruiker, met name in de hoogte, breedte en diepte.

411673 - 411684 Remverlengers (per paar) 18,72€

Aanpassing van de rolstoel met remverlengers.

6. Bijzondere aanpassingen

413618 - 413629 Serumhouder 109,57€

Aanpassing van de rolstoel met serumhouder

413633 - 413644 Houder voor zuurstoffles 215,81€

Aanpassing van de rolstoel met houder voor zuurstoffles.

413655 - 413666 Forfaitaire tegemoetkoming voor platform medische apparatuur 377,46€

Forfaitaire tegemoetkoming voor de aanpassing van de rolstoel voor gebruikers waarvoor continue beademing of inademing noodzakelijk is. Het platform wordt op de rolstoel gemonteerd.

413677 - 413688 Forfaitaire tegemoetkoming voor scharnierend platform voor medische apparatuur 520,79€

Forfaitaire tegemoetkoming voor de aanpassing van de rolstoel voor gebruikers waarvoor continue beademing of inademing noodzakelijk is. Het platform wordt op de rolstoel gemonteerd. Het beademingsplatform is meescharnierend met de instellingen van zit- of rug van de rolstoel.

413699 - 413703 Forfaitaire tegemoetkoming voor extra batterij inclusief lader 441,59€

Forfaitaire tegemoetkoming voor de aanpassing van de rolstoel met een extra batterij (inclusief lader) in cumulatie met een platform voor aansluiting voor medische apparatuur (413655 - 413666 of 413677 - 413688). De capaciteit bedraagt minimaal 36Ah.

413714 - 413725 Montageadapter voor op onderstel of rolstoel 541,97€

Aanpassing van het onderstel of van de rolstoel met montageadapter.

413736 - 413747 Aanpasforfait, per jaar voor een gebruiker tot de 12^{de} verjaardag 466,31€

Forfaitaire tegemoetkoming voor de aanpassing van een modulair aanpasbare ziteenheid ten gevolge van de groei van de gebruiker, voor een gebruiker tot de 12de verjaardag. Deze ingreep kan maximaal één keer per jaar worden aangerekend en dekt zowel de arbeidsuren als de onderdelen.

413758 - 413769 Aanpasforfait, per jaar voor een gebruiker vanaf de 12^{de} verjaardag 529,83€

Forfaitaire tegemoetkoming voor de aanpassing van een modulair aanpasbare ziteenheid ten gevolge van de groei van de gebruiker, voor een gebruiker vanaf de 12^{de} verjaardag en tot de 21^{ste} verjaardag. Deze ingreep kan maximaal één keer per jaar worden aangerekend en dekt zowel de arbeidsuren als de onderdelen en de verplaatsingen.

IV. MAANDELIJKS HUURFORFAIT VOOR DE VERHUUR VAN EEN MOBILITEITSHULPMIDDEL AAN RECHTHEBBENDEN OPGENOMEN IN EEN RUSTOORD VOOR BEJAARDEN OF EEN RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS.

1. Algemene bepalingen

1.1 Algemeen

Onder maandelijks huurforfait in de zin van punt IV wordt begrepen: de forfaitaire maandelijkse tegemoetkoming voor de verhuur van een mobiliteitshulpmiddel aan rechthebbenden opgenomen in een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis.

Komen in aanmerking voor een huurforfait van een mobiliteitshulpmiddel vermeld onder punt 6: de rechthebbenden met een mobiliteitsbeperking opgenomen in een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis, zoals bedoeld in artikel 34, 11° en 12° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Deze mobiliteitsbeperking is een gevolg van een fysieke, mentale, cognitieve of psychologische stoornis. Hierdoor kan de rechthebbende niet zelfstandig of zonder hulp activiteiten of taken uitvoeren en rijzen er problemen met participatie aan het sociale leven.

De mobiliteitsbeperkingen zijn een gevolg van functiestoornissen van het bewegingssysteem of stoornissen van de anatomische eigenschappen, ongeacht de oorzaak ervan.

De functiestoornissen van het bewegingssysteem kunnen ook een gevolg zijn van stoornissen in de functies van andere lichaamsstelsels, zoals het hart- en bloedvatenstelsel, het zenuwstelsel, het ademhalingsstelsel, enz.

De mobiliteitsbeperkingen moeten van definitieve aard zijn.

Voor de rechthebbenden die volgens hun functionele behoeften nood hebben aan een ander mobiliteitshulpmiddel dan deze voorzien in punt 6, kan een aanvraag worden ingediend volgens de bepalingen vermeld onder punt I tot III.

Om recht te hebben op het maandelijks huurforfait in de zin van punt IV moet tussen de verstrekker en de rechthebbende een huurcontract worden afgesloten dat beantwoordt aan de bepalingen van punt 1.3.2.

1.2 Definitie van de onder dit punt IV vermelde begrippen

Onder "onderhoud, herstelling, reconditionering, reiniging en desinfectie" van de rolstoel in de zin van punt IV wordt verstaan :

- **Onderhoud** : het geplande nodige nazicht en de technische tussenkomsten om de optimale werking van de rolstoel te waarborgen.
- **Herstelling** : de nodige technische tussenkomsten om defect(en) te verhelpen, al dan niet met vervanging van de defecte of versleten onderdelen.
- **Reconditionering** : de rolstoel terugnemen en klaarmaken om aan een andere patiënt ter beschikking te stellen (reiniging, onderhoud, herstelling en eventueel desinfectie).
- **Reiniging** : het zichtbaar vuil en onzichtbaar organisch materiaal verwijderen om te voorkomen dat micro-organismen zich kunnen handhaven, toenemen en verspreid worden.
- **Desinfectie** : schadelijke micro-organismen doden, inactiveren of verminderen.

1.3 Specifieke bepalingen voor het huurforfait

1.3.1 Huurformule

Het huurforfait door de Brusselse verzekeringsinstelling aan de verstrekker dekt de maandelijkse huur van een manuele rolstoel voor een rechthebbende die verblijft in een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis. Per type rolstoel is in punt 6 een maandelijks huurforfait bepaald.

Het huurforfait dekt alle kosten die samengaan met het verstrekken, het onderhoud, de herstelling en de reconditionering van de rolstoel, alsook de vereiste aanpassingen, zoals per type rolstoel bepaald in punt 6 en de verplaatsingskosten. Er mogen geen supplementen voor de door het huurforfait gedekte kosten ten laste van de rechthebbende worden aangerekend.

1.3.2 Huurcontract verstrekker-rechthebbende

1.3.2.1 Model van huurcontract

Een huurforfait voor de rolstoel en vereiste aanpassingen kan worden toegestaan op voorwaarde dat een huurcontract voor onbepaalde duur tussen de verstrekker en rechthebbende wordt afgesloten.

Een kopie van het huurcontract verstrekker-rechthebbende wordt bijgehouden in het patiëntendossier in het rustoord voor bejaarden of het rust- en verzorgingstehuis.

Het model van het huurcontract verstrekker-rechthebbende is vastgelegd door de Beheerraad op voorstel van de uitgebreide Commissie Personen met een handicap en na advies van de Commissie Personen met een handicap.

Het huurcontract moet de volgende afleveringsvoorwaarden bevatten :

- Verplichtingen van de verstrekker :
 - voor elke rolstoel wordt minstens één maal per jaar een onderhoud uitgevoerd ;
 - de levering van een rolstoel gebeurt :
 - na de afgifte van het medisch voorschrift aan de verstrekker voor de manuele standaardrolstoel ;
 - na akkoord van de adviserend arts voor de manuele modulaire rolstoel of de manuele verzorgingsrolstoel ;
 - voor een rolstoel in de standaardmaatvoeringen (zitbreedte van 38 cm tot en met 48 cm) binnen een termijn van dertig dagen ;
 - de herstelling van de rolstoel gebeurt binnen vijf werkdagen na schriftelijke melding van het probleem ;
 - de verstrekker moet de rechthebbende onmiddellijk een adequate vervangrolstoel ter beschikking stellen als er technische problemen zijn die niet binnen vijf werkdagen kunnen worden hersteld ;
 - de verstrekker is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle types rolstoelen vermeld onder punt 6. Hij moet komen tot de meest geschikte oplossing die voldoet aan alle functionele behoeften van de rechthebbende. Deze verplichting is eveneens geldig wanneer de situatie van de rechthebbende wijzigt en een ander type rolstoel vereist is ;
 - indien de verstrekker niet de gepaste rolstoel kan afleveren of de continuïteit van de dienstverlening niet kan garanderen, verbindt hij er zich toe de rechthebbende hiervan te verwittigen en duidt binnen vijf werkdagen een andere verstrekker aan die er zich toe verbindt om de rolstoel af te leveren of aan te passen.
- Verplichtingen van de rechthebbende :
 - de rolstoel normaal gebruiken ;
 - de rolstoel in propere staat houden ;
 - de rolstoel niet vervreemden ;
 - het onderhoud van de rolstoel toestaan ;
 - enkel met de verstrekker, eigenaar van de rolstoel, contact opnemen voor aanpassingen, onderhoud of herstellingen.

1.3.2.2 Opzegging van het huurcontract

De rechthebbende kan op elk ogenblik per aangetekende brief een einde maken aan het huurcontract, mits een opzeggingstermijn van één maand die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van de kennisgeving.

Indien de rechthebbende een einde maakt aan het contract om een nieuw contract te kunnen aangaan bij een andere verstrekker, moet een opzeggingstermijn van drie maanden worden nageleefd, die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van de kennisgeving.

De overeenkomst eindigt van rechtswege in volgende gevallen :

- bij het overlijden van de rechthebbende ;
- indien de behoefte voor het gebruik van de rolstoel ophoudt te bestaan ;
- indien de verstrekker zijn verplichtingen op functioneel, hygiënisch en technisch vlak niet nakomt.

De verstrekker kan een einde maken aan het contract :

- wanneer schade aan de rolstoel wordt vastgesteld te wijten aan onvoldoende zorgzaamheid en onverantwoorde behandeling van de rolstoel door de rechthebbende. Op basis van die schriftelijke vaststellingen zijn de kosten van die schade ten laste van de rechthebbende ;
- indien de rechthebbende verhuist naar een ander rustoord voor bejaarden of rust- en verzorgingstehuis.

Als de rechthebbende met zijn rolstoel onder huurforfait van het rust- of verzorgingstehuis naar zijn eigen woning verhuist, moet de begunstigde de verstrekker hiervan op de hoogte brengen. De verstrekker mag het huurforfait gedurende maximaal drie maanden blijven aanrekenen. Indien nodig kan een aanvraag worden ingediend voor het in punt II bedoelde mobiliteitshulpmiddel. Gedurende deze periode van drie maanden blijft het lopende huurcontract geldig. Het eindigt op de datum waarop het in punt II bedoelde mobiliteitshulp wordt verleend.

Als de rechthebbende voor een verlengd verblijf in een ziekenhuis is opgenomen overeenkomstig art. 2 van de gecoördineerde wet van 28 juli 2008 betreffende ziekenhuizen en andere zorginstellingen blijft het huurcontract nog drie maanden geldig. Als de rechthebbende na deze termijn nog steeds in het ziekenhuis verblijft, is het contract van rechtswege beëindigd vanaf de eerste dag van de vierde maand die volgt op zijn opname.

1.4 Specifieke bepalingen voor de verstrekker

De verstrekker moet de maatopname en de levering van de onder punt 6 bedoelde producten zelf uitvoeren. Die producten moeten bij de levering aan de rechthebbende aangepast worden.

Alle aanwijzingen over het gebruik en het onderhoud van het product moeten aan de rechthebbende en aan het rustoord voor bejaarden of het rust- en verzorgingstehuis worden verstrekt

De verstrekker moet beschikken over de nodige installatie en het gereedschap om de verstrekkingen aan te passen en kleine herstellingen uit te voeren, zoals bepaald in artikel 85bis van het Koninklijk Besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden moet de verstrekker of zijn onderneming beschikken over de vereiste wettelijke uitbatingsvergunningen of over samenwerkingscontracten met derden die de vereiste uitbatingsvergunningen hebben.

De verstrekker of zijn onderneming sluit, voor de aansprakelijkheden die voortvloeien uit het huurcontract, een verzekering af.

De verstrekker zorgt voor een kwalitatieve aflevering van de rolstoel in overeenstemming met het medisch voorschrift en aangepast aan de individuele behoeften van de patiënt.

De verstrekker garandeert de omwisselbaarheid van de rolstoel in functie van de toename van de zorgnood. Bij omwisseling van de rolstoel voor een rolstoel van een ander type wegens een wijziging in de zorgbehoefte van de rechthebbende wordt een nieuw huurcontract gesloten.

1.5 Specifieke bepalingen voor de aflevering

Elke aflevering of aanpassing van de rolstoel moet worden uitgevoerd door een erkend verstrekker; het onderhoud en de herstelling kunnen gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de erkend verstrekker.

De afgeleverde rolstoel moet volledig aangepast zijn in functie van de rechthebbende.

De verstrekker kan op elk ogenblik een aanpassing aan de rolstoel uitvoeren.

De verstrekker moet ervoor zorgen dat de rolstoelen bij elke aflevering technisch en hygiënisch in orde zijn.

De rolstoelen die worden verstrekt volgens de bepalingen van punt IV, zijn nieuw bij de eerste ingebruikname. Bovendien is de productiedatum van de rolstoel bij eerste ingebruikname niet ouder dan twaalf maanden. De bewijsplicht van "nieuw" en productiedatum van de rolstoel ligt bij de orthopedische technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen.

Een rolstoel van zes jaar of ouder mag niet bij een andere rechthebbende worden afgeleverd.

De erkende verstrekker of zijn onderneming moet op elk moment beschikken over voldoende rolstoelen onderdelen en aanpassingen om de verstrekkingen, aanpassingen, onderhoud en herstellingen uit te voeren.

De gegevens met betrekking tot de verhuurde rolstoel worden bijgehouden in het patiëntendossier in het rustoord voor bejaarden of het rust- en verzorgingstehuis. Met "gegevens m.b.t. de verhuurde rolstoel" wordt bedoeld: het huurcontract, het serienummer van de afgeleverde rolstoel, de aanpassingen voorzien op de afgeleverde rolstoel, de datum van eerste ingebruikname, van aflevering onderhoud en herstelling van de rolstoel.

De voornoemde gegevens worden eveneens bijgehouden per rolstoel per verstrekker. Deze gegevens bestaan eveneens uit de productiedatum van de rolstoel, de identificatie van de rechthebbende, de identificatie van de instelling waar de rechthebbende verblijft, de

einddatum van gebruik bij de rechthebbende en de datum waarop de rolstoel uit het verhuursysteem wordt gehaald.

Teneinde het verhuursysteem te evalueren, moet de verstrekker de volgende gegevens per serienummer en per achtereenvolgende rechthebbende, elektronisch aan Iriscare bezorgen, volgens de bepalingen vastgesteld door de Beheerraad :

- productiedatum ;
- identificatiecode op de lijst van de voor vergoeding aangenomen producten van de rolstoel en van de aanpassingen ;
- datum van aflevering ;
- onderhouds- en hersteldata ;
- gebruikseinddatum ;
- datum waarop de rolstoel uit het systeem wordt gehaald.

De bepalingen van overdracht zullen de anonimiteit van de gegevens waarborgen, zowel op het vlak van de rechthebbenden als op het vlak van de verstrekkers.

2. Definitie van de mobiliteitshulpmiddelen beoogd in deze nomenclatuur

Enkel de manuele standaardrolstoel, de manuele modulaire rolstoel en de manuele verzorgingsrolstoel zoals bepaald onder punt 6 komen in aanmerking voor de verhuur aan rechthebbenden, gehuisvest in een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis.

Deze mobiliteitshulpmiddelen en de aanpassingen moeten op de lijst staan van voor vergoeding aangenomen producten, zoals vastgelegd in punt I.

Alle andere mobiliteitshulpmiddelen, vermeld onder punt II vallen onder het regime van definitieve verstrekkingen, zoals beschreven in punt I.

3. Procedures voor het bekomen van een huurforfait

De in punt 6 voorziene producten mogen enkel verstrekt worden op voorschrift van een arts en in overeenstemming daarmee aan rechthebbenden die verblijven in een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis. Het voorschrift blijft, te rekenen vanaf de datum van het voorschrift, geldig gedurende twee maanden.

Voor een rechthebbende die is opgenomen in een ziekenhuis, waarvan de ontslagregeling is gekend of in het kader van een revalidatieplan dat dit ontslag voorbereidt, kan echter een aanvraag tot tegemoetkoming in het huurforfait worden ingediend voor een manuele standaardrolstoel, een manuele modulaire rolstoel of een manuele verzorgingsrolstoel. Onder ontslagregeling wordt verstaan: de concrete afspraken gericht op ontslag, de vermoedelijke ontslagdatum en de ontslagprocedure.

Bij opname van de rechthebbende in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis vervalt elk medisch voorschrift alsook de aanvragen die reeds zijn

ingediend bij de adviserend arts volgens de procedure zoals beschreven onder punt I. De aanvragen waarvoor de adviserend arts reeds zijn akkoord heeft gegeven, worden afgeleverd volgens de procedure zoals beschreven in punt I.

3.1 Procedure bij een eerste aflevering van een rolstoel in het verhuursysteem

3.1.1 Manuele standaardrolstoel

De erkende verstrekker brengt binnen vijftien werkdagen de aflevering van een manuele standaardrolstoel ter kennis aan de adviserend arts. De kennisgeving omvat het medisch voorschrift (bijlage 19) en een kopie van het huurcontract. Als de kennisgeving niet binnen vijftien dagen verstuurd wordt, wordt de begindatum van de huur vastgelegd waarbij vijftien werkdagen worden afgetrokken op de datum van ontvangst van de kennisgeving door de adviserend arts.

3.1.2 Verhuur van manuele modulaire rolstoel of manuele verzorgingsrolstoel

Om het huurforfait voor een manuele rolstoel of een manuele verzorgingsrolstoel te verkrijgen, richt de verstrekker de aanvraag tot de adviserend arts.

De adviserend arts beoordeelt de aanvraag op basis van het medisch voorschrift (bijlage 19) en het motiveringsrapport (bijlage 19ter).

De adviserend arts beslist binnen vijftien werkdagen over de ingediende aanvraag. Als de aanvraag wordt geweigerd, moet de beslissing de redenen bevatten die aan de weigering ten grondslag liggen.

Als de adviserend arts niet beslist binnen de voormelde termijnen, is de ingediende aanvraag goedgekeurd.

In geval van een positieve beslissing stuurt de verstrekker een kopie van het huurcontract naar de Brusselse verzekeringsinstelling van de rechthebbende.

3.2. Procedure bij vervanging van een rolstoel in het verhuursysteem

3.2.1 Procedure bij vervanging van een rolstoel afgeleverd in het verhuursysteem

Wanneer de toestand van de rechthebbende ongewijzigd is, maar de rolstoel vernieuwd moet worden, brengt de verstrekker dit ter kennis van de adviserend arts. Die kennisgeving omvat een kopie van het huurcontract met daarop het serienummer van de nieuwe rolstoel.

3.2.2 Procedure bij vervanging van een verhuurde rolstoel door een ander type rolstoel

De vervanging van een rolstoel verstrekt in het verhuursysteem door een ander type rolstoel voorzien in punt IV, 6 kan op elk ogenblik door de erkende verstrekker worden aangevraagd. De procedure die moet worden gevolgd, is beschreven in punt IV, 3.1.

3.3. Procedure bij hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel, afgeleverd volgens de bepalingen van punt I.

3.3.1 Procedure bij hernieuwing van een rolstoel

Voor een rolstoel die werd afgeleverd vóór de opnamedatum van de rechthebbende in het rustoord voor bejaarden of het rust- en verzorgingstehuis zijn de hernieuwingstermijnen zoals beschreven in punt I van toepassing.

In geval van hernieuwing zijn de bepalingen van punt IV van toepassing. De procedure die moet worden gevolgd, is beschreven in punt IV, 3.1.

Voor de rechthebbenden die volgens hun functionele behoeften evenwel nood hebben aan een ander mobiliteitshulpmiddel dan deze voorzien in punt IV, 6, kan een aanvraag worden ingediend volgens de bepalingen voorzien onder punt I tot III.

3.3.2 Procedure bij voortijdige hernieuwing van een rolstoel

De procedure bij voortijdige hernieuwing is geldig bij onvoorziene en belangrijke wijzigingen van de functies van het bewegingssysteem of veranderingen van de anatomische eigenschappen van de rechthebbende.

Voor een manuele standaardrolstoel, een manuele modulaire rolstoel of een manuele verzorgingsrolstoel die werd verstrekt vóór de opnamedatum van de rechthebbende in het rustoord voor bejaarden of het rust- en verzorgingstehuis kan de erkend verstrekker een aanvraag tot de adviserend arts richten, om het huurforfait te verkrijgen. Deze aanvraag gebeurt volgens de procedure zoals bepaald in punt IV, 3.1.

Voor de rechthebbenden die volgens hun functionele behoeften evenwel nood hebben aan een ander mobiliteitshulpmiddel dan deze voorzien in punt IV, 6, kan een aanvraag worden ingediend volgens de bepalingen voorzien onder punt I tot III.

3.3.3 Procedure bij aanvraag van voortijdige aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel

Voor een manuele standaardrolstoel, een manuele modulaire rolstoel of een manuele verzorgingsrolstoel en voor alle andere mobiliteitshulpmiddelen die werden verstrekt vóór de datum van opname van de rechthebbende in het rustoord voor bejaarden of het rust- en verzorgingstehuis kan de erkend verstrekker een aanvraag tot tegemoetkoming voor voortijdige aanpassingen richten tot de adviserend arts. Hierbij is de procedure van voortijdige aanpassingen geldig zoals beschreven in punt I, 3.3.6.

3.4 Aanvraagprocedure voor rechthebbenden die correct kunnen worden uitgerust met de mobiliteitshulpmiddelen van deze doelgroep

Voor de rechthebbenden die nood hebben aan een ander mobiliteitshulpmiddel dan voorzien in punt 6, kan een aanvraag worden ingediend volgens de bepalingen voorzien onder punt I tot III.

3.5 Cumulatierregels

De cumulatierregels zijn per type huurforfait bepaald in punt IV, 6.

4. Documenten van de aanvraag

4.1 Het medisch voorschrift

Het medisch voorschrift zoals vastgesteld in punt I (bijlage 19) is eveneens van toepassing op het voorschrijven van een rolstoel aan een rechthebbende die verblijft in een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis.

4.2 Motiveringsrapport

In het motiveringsrapport worden het gevraagde mobiliteitshulpmiddel en de individuele aanpassingen omschreven en gemotiveerd op basis van de functiestoornissen van de rechthebbende. Dit document moet steeds door de erkend verstreker worden opgesteld.

Het motiveringsrapport vastgesteld in punt I is van toepassing (bijlage 19ter).

4.3 De kennisgeving

De kennisgeving gebeurt aan de hand van een kopie van het huurcontract dat door de verstreker in drievoud wordt opgemaakt. De rechthebbende ondertekent deze documenten bij aflevering. Het serienummer van de rolstoel dient op het contract te worden vermeld.

5. Lijst van voor terugbetaling aangenomen producten

Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, moeten de manuele standaardrolstoel, de manuele modulaire rolstoel en de manuele verzorgingsrolstoel op de lijst staan van producten van voor terugbetaling aangenomen producten, respectievelijk voorzien onder de nomenclatuurnummers 410015 - 410026, 410037 - 410048 en 410059 - 410063 (Zie I, 4.).

Ingeval een product van de lijst wordt geschrapt, kan de rolstoel, onverminderd de bepalingen van punt IV, 1.5., tot maximaal zes jaar na de schrappingsdatum worden verhuurd.

6. Verhuursysteem van mobiliteitshulpmiddelen en de aanpassingen ervan

Voor de hieronder omschreven mobiliteitshulpmiddelen met hun aanpassingen kan een huurforfait worden verleend op voorwaarde dat is voldaan aan de er bijhorende functionele indicaties en de algemene en specifieke voorwaarden zoals omschreven in punt II.

Doelgroep rechthebbenden die verblijven in een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis

412513 - 412524 Huurforfait voor de huur van een manuele standaardrolstoel 39,51€

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen, zoals vastgesteld bij de verstrekking 410015 - 410026 in punt II, 1°, hoofdgroep 1, subgroep 1 alsook de lijst van aangenomen producten zijn van toepassing.

De aanpassingen vermeld onder de verstrekking 411216 - 411227 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 52 cm tot en met 58 cm) zijn niet gedekt door het huurforfait.

Voor de rechthebbende die volgens zijn functionele behoeften evenwel nood heeft aan de aanpassing vermeld onder de verstrekking 411216 - 411227 zijn de bepalingen voorzien onder punt I tot III van toepassing voor het afgeleverde mobiliteitshulpmiddel en de aanpassingen ervan.

Voor de rechthebbende die voldoet aan de functionele indicaties vastgesteld bij de verstrekking 410015 - 410026, maar waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm noodzakelijk is, zijn de bepalingen voorzien onder punt I tot III van toepassing voor het afgeleverde mobiliteitshulpmiddel en de aanpassingen ervan.

Het huurforfait voor de manuele standaardrolstoel (verstrekking 412513-412524) mag worden gecumuleerd met de tegemoetkoming voor een loophulpmiddel voorzien in punt II, hoofdgroep 8 (verstrekkingen 410413 - 410424, 410435 - 410446, 410457 - 410468, 410479 - 410483 of 410494 - 410505).

412535 - 412546 Huurforfait voor de huur van een manuele modulaire rolstoel 57,60€

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen, zoals vastgesteld bij de verstrekking 410037 - 410048 in punt II, 1°, hoofdgroep 1, subgroep 2 alsook de lijst van aangenomen producten zijn van toepassing.

De aanpassingen vermeld onder de verstrekkingen 412896 - 412907 (kniekussen), 412933 - 412944 (fixatiesysteem voor knieën), 412955 - 412966 (verstevigde voetsteun), 412977 - 412988 (verstevigde beensteun), 413014 - 413025 (armlegger), 413036 - 413047 (armlegger scharnierend), 410958 - 410969 (rughoekverstelling 90°), 411216 - 411227 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 52 cm tot en met 58 cm), 412734 - 412745

(aanpassing rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 58 cm tot en met 62 cm), 412756 - 412767 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 62 cm tot en met 70 cm), 412778 - 412789 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 70 cm tot en met 75 cm), 411253 - 411264 (aanpassing bij amputatie), 413375 - 413386 (voetschelpje), 413434 - 413445 (vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel), 411415 - 411426 (aandrijfsysteem dubbele hoepel), 411437 - 411448 (aandrijfsysteem hefboomsysteem), 413618 - 413629 (serumhouder) en 413633 - 413644 (houder zuurstoffles) zijn niet gedekt door het huurforfait. Voor de rechthebbende die volgens zijn functionele behoeften evenwel nood heeft aan één of meerdere aanpassingen vermeld onder de in vorig lid bedoelde verstrekkingen zijn de bepalingen voorzien onder punt I tot III van toepassing voor het afgeleverde mobiliteitshulpmiddel en de aanpassingen ervan.

Voor de rechthebbende die voldoet aan de functionele indicaties vastgesteld bij de verstrekking 410037 - 410048, maar waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm noodzakelijk is, zijn de bepalingen voorzien onder punt I tot III van toepassing voor het afgeleverde mobiliteitshulpmiddel en de aanpassingen ervan.

Het huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (verstrekking 412535 - 412546) mag worden gecumuleerd met de tegemoetkoming voor een loophulpmiddel voorzien in punt II, hoofdgroep 8 (verstrekkingen 410413 - 410424, 410435 - 410446, 410457 - 410468, 410479 - 410483 of 410494 - 410505) en/of met de tegemoetkoming voor een antidecubituskussen voorzien in punt II, hoofdgroep 9 (verstrekkingen 410516 - 410527, 410538 - 410549, 410553 - 410564 of 410575 - 410586).

412557 - 412568 Huurforfait voor de huur van een manuele verzorgingsrolstoel 85,38€

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen zoals vastgesteld bij de verstrekking 410059 - 410063 in punt II, 1°, hoofdgroep 1, subgroep 3 alsook de lijst van aangenomen producten zijn van toepassing.

De aanpassingen vermeld onder de verstrekkingen 412896 - 412907 (kniekussen), 412933 - 412944 (fixatiesysteem voor knieën), 412955 - 412966 (verstevigde voetsteun), 412977 - 412988 (verstevigde beensteun), 413014 - 413025 (armlegger), 413036 - 413047 (armlegger scharnierend), 411194 - 411205 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 48 cm tot en met 52 cm), 411216 - 411227 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte van meer dan 52 cm tot en met 58 cm), 413375 - 413386 (voetschelpje), 413618 - 413629 (serumhouder) en 413633 - 413644 (houder zuurstoffles) zijn niet gedekt door het huurforfait.

Voor de rechthebbende die volgens zijn functionele behoeften evenwel nood heeft aan één of meerdere aanpassingen vermeld onder de in vorig lid bedoelde verstrekkingen zijn de bepalingen voorzien onder punt I tot III van toepassing voor het afgeleverde mobiliteitshulpmiddel en de aanpassingen ervan.

Voor de rechthebbende die voldoet aan de functionele indicaties vastgesteld bij de verstrekking 410059 - 410063, maar waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm noodzakelijk is, zijn de bepalingen voorzien onder punt I tot III van toepassing voor het afgeleverde mobiliteitshulpmiddel en de aanpassingen ervan.

Het huurforfait voor een manuele verzorgingsrolstoel (verstrekking 412557 - 412568) mag worden gecumuleerd met de tegemoetkoming voor een antidecubituskussen voorzien onder punt II, hoofdgroep 9, subgroepen 1, 3 en 4, voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-

immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese (verstrekkingen 410516 - 410527, 410553 - 410564 of 410575 - 410586).

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 december 2019 tot vaststelling van de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen,

De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid,

A. MARON

E. VAN DEN BRANDT